



ООО «Медико-биологический Союз»,
Россия, 630090, г. Новосибирск,
ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01
e-mail: info@mbu.ru
www.mbu.ru

Уважаемые коллеги!

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что:

Серия гематологического контроля и серия компонентов гематологического контроля не являются одним и тем же, они не совпадают по номеру и не должны совпадать. Совпадение номера серии собственно гематологического контроля и компонентов гематологического контроля не регламентировано нормативными документами в отрасли.

Срок годности отдельного компонента гематологического контроля может быть больше, но не может быть меньше срока годности гематологического контроля.

Все гематологические контроли производства ООО «Медико-биологический Союз» имеют срок годности согласно указанному в РУ (Регистрационном удостоверении). Так же срок годности гематологического контроля указан на внешней этикетке пачки, в которую упакован гематологический контроль, и в инструкции по применению в разделе «СРОК ГОДНОСТИ. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ»



С уважением,
Зам. директора по качеству
О.Г. Васенёва