

**ПАСПОРТ № 235137**  
 На набор реагентов «Гематрол 5D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	<b>RMB-200</b>	Комплект <b>1</b>	Номер серии:	<b>235137</b>	Кол-во наборов:	<b>2</b>
<b>ТУ 21.20.23-001-52857075-2016</b>			Дата выпуска:	<b>07.07.2023</b>	Срок годности:	<b>07.10.2023</b>
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать						
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.						
Наименование показателя	Номер серии	Дата изготовления	Срок годности	Характеристика и нормы	Кол-во в наборе	Результат контроля
<b>Внешний вид</b>						
Правильность маркировки упаковки набора реагентов и компонентов набора						соответствует
«Гематрол 5D - Низкий»	2351371	07.2023	11.2023	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,0 мл	соответствует
Показатели правильности определения						
Определяемые параметры	<b>«Гематрол 5D - Низкий»</b>					
	Должен содержать			Результат		
Абс. кол-во лейкоцитов, WBC [ $10^9$ /л]	2,0 - 4,0			3.61		
Абс. кол-во эритроцитов, RBC [ $10^{12}$ /л]	2,50 - 3,50			2.88		
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT [ $10^9$ /л]	40 - 100			67		

**Заключение:** серия соответствует требованиям ТУ 21.20.23-001-52857075-2016.



Начальник ОБТК \_\_\_\_\_ А.А. Старостенко

Дата выдачи паспорта \_\_\_\_\_ 07.07.2023

## АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов «Гематрол 5D»

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMB-200	Комплект	1	Серия	235137	Дата выпуска	07.07.2023
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	07.10.2023
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				Mindray BC-5300 / BC-5380			
Определяемый параметр				Низкая патология			
Кол-во лейкоцитов, WBC			10 <sup>9</sup> /L	3.60	± 1.00		
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu			%	36.8	± 15.0		
				0.37	± 0.15		
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym			%	57.8	± 15.0		
				0.58	± 0.15		
Относ. кол-во моноцитов, Mon			%	4.5	± 4.5		
				0.05	± 0.05		
Относ. кол-во эозинофилов, Eos			%	4.5	± 4.5		
				0.05	± 0.05		
Относ. кол-во базофилов, Bas			%	37.9	± 9.0		
				0.38	± 0.09		
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu			10 <sup>9</sup> /L	1.30	± 0.55		
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym			10 <sup>9</sup> /L	2.10	± 0.55		
Абс. кол-во моноцитов, Mon			10 <sup>9</sup> /L	0.15	± 0.15		
Абс. кол-во эозинофилов, Eos			10 <sup>9</sup> /L	0.15	± 0.15		
Абс. кол-во базофилов, Bas			10 <sup>9</sup> /L	1.35	± 0.30		
Абс. кол-во эритроцитов, RBC			10 <sup>12</sup> /L	2.90	± 0.30		
Концентрация гемоглобина, HGB			g/dL	7.9	± 1.0		
			g/L	79	± 10		
			mmol/L	4.9	± 0.6		
Гематокрит, HCT			%	22.6	± 7.5		
			L/L	0.23	± 0.08		
Сред. объем эритроцита, MCV			fL	78.0	± 12.0		
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH			pg	27.2	± 7.0		
			fmol	1.7	± 0.4		
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC			g/dL	35.0	± 7.0		
			g/L	350	± 70		
			mmol/L	21.7	± 4.3		
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV			%	13.6	± 5.0		
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD			fL	44.5	± 10.0		
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT			10 <sup>9</sup> /L	67	± 35		
Сред. объем тромбоцита, MPV			fL	5.2	± 3.0		
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW			fL	15.2	± 3.0		
Тромбокрит, PCT			%	0.030	± 0.030		

\*Аттестованные значения приведены в виде  $X_{cp} \pm N$ , где  $X_{cp}$  – среднее значение определяемого параметра, N – максимальное допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора  
Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - [www.medica-n.ru](http://www.medica-n.ru)



Сотрудник ОБТ: С. Старостенко

## АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов «Гематрол 5D»

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMB-200	Комплект	1	Серия	235137	Дата выпуска	07.07.2023
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	07.10.2023
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				Mindray BC-5150			
Определяемый параметр				Низкая патология			
Кол-во лейкоцитов, WBC		10 <sup>9</sup> /L	3.50 ± 1.00				
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu		%	34.0 ± 15.0				
			0.34 ± 0.15				
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym		%	47.0 ± 15.0				
			0.47 ± 0.15				
Относ. кол-во моноцитов, Mon		%	18.7 ± 9.0				
			0.19 ± 0.09				
Относ. кол-во эозинофилов, Eos		%	4.5 ± 4.5				
			0.05 ± 0.05				
Относ. кол-во базофилов, Bas		%	4.0 ± 4.0				
			0.04 ± 0.04				
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu		10 <sup>9</sup> /L	1.20 ± 0.55				
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym		10 <sup>9</sup> /L	1.65 ± 0.55				
Абс. кол-во моноцитов, Mon		10 <sup>9</sup> /L	0.65 ± 0.30				
Абс. кол-во эозинофилов, Eos		10 <sup>9</sup> /L	0.15 ± 0.15				
Абс. кол-во базофилов, Bas		10 <sup>9</sup> /L	0.15 ± 0.15				
Абс. кол-во эритроцитов, RBC		10 <sup>12</sup> /L	2.90 ± 0.30				
		g/dL	7.9 ± 1.0				
		g/L	79 ± 10				
Концентрация гемоглобина, HGB		mmol/L	4.9 ± 0.60				
		%	23.5 ± 7.5				
		L/L	0.24 ± 0.08				
Гематокрит, HCT		L/L	0.24 ± 0.08				
Сред. объем эритроцита, MCV		fL	80.9 ± 12.0				
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH		pg	27.2 ± 7.0				
		fmol	1.70 ± 0.40				
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC		g/dL	33.5 ± 7.0				
		g/L	335 ± 70				
		mmol/L	20.8 ± 4.3				
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV		%	17.3 ± 5.0				
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD		fL	50.6 ± 10.0				
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT		10 <sup>9</sup> /L	70 ± 35				
Сред. объем тромбоцита, MPV		fL	5.8 ± 3.0				
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW		fL	14.8 ± 3.0				
Тромбокрит, PCT		%	0.04 ± 0.04				

### Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!

Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	10 <sup>9</sup> /L	4.12 ± 3.29		
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	%	5.88 ± 4.70		

\*Аттестованные значения приведены в виде  $X_{cp} \pm N$ , где  $X_{cp}$  – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора  
Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - [www.medica-n.ru](http://www.medica-n.ru)

Сотрудник ОБТК \_\_\_\_\_



## АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

### К набору реагентов «Гематрол 5D»

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови  
по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMB-200	Комплект	1	Серия	235137	Дата выпуска	07.07.2023
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	07.10.2023
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				Mindray BC-6800			
Определяемый параметр				Низкая патология			
Кол-во лейкоцитов, WBC			10 <sup>9</sup> /L	3.40	± 1.00		
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu			%	37.8	± 15.0		
				0.38	± 0.15		
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym			%	53.2	± 15.0		
				0.53	± 0.15		
Относ. кол-во моноцитов, Mon			%	8.0	± 8.0		
				0.08	± 0.08		
Относ. кол-во эозинофилов, Eos			%	3.5	± 3.5		
				0.04	± 0.04		
Относ. кол-во базофилов, Bas			%	3.5	± 3.5		
				0.04	± 0.04		
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu			10 <sup>9</sup> /L	1.30	± 0.50		
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym			10 <sup>9</sup> /L	1.80	± 0.50		
Абс. кол-во моноцитов, Mon			10 <sup>9</sup> /L	0.25	± 0.25		
Абс. кол-во эозинофилов, Eos			10 <sup>9</sup> /L	0.10	± 0.10		
Абс. кол-во базофилов, Bas			10 <sup>9</sup> /L	0.10	± 0.10		
Абс. кол-во эритроцитов, RBC			10 <sup>12</sup> /L	3.00	± 0.30		
Концентрация гемоглобина, HGB			g/dL	8.2	± 1.0		
			g/L	82	± 10		
			mmol/L	5.1	± 0.60		
Гематокрит, HCT			%	24.6	± 7.5		
			L/L	0.2	± 0.1		
Сред. объем эритроцита, MCV			fL	82.0	± 12.0		
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH			pg	27.3	± 7.0		
			fmol	1.70	± 0.40		
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC			g/dL	33.5	± 7.0		
			g/L	335	± 70		
			mmol/L	20.8	± 4.3		
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV			%	15.3	± 5.0		
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD			fL	45.1	± 10.0		
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT			10 <sup>9</sup> /L	49	± 35		
Сред. объем тромбоцита, MPV			fL	5.7	± 3.0		
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW			fL	15.0	± 3.0		
Тромбокрит, PCT			%	0.03	± 0.03		

### Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!

Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	10 <sup>9</sup> /L	1.90	± 1.52		
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	%	4.00	± 3.20		
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	10 <sup>9</sup> /L	н/д	н/д		
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	%	н/д	н/д		
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%	%%	н/д	н/д		
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET#	10 <sup>9</sup> /L	н/д	н/д		
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF	%	н/д	н/д		
Фракция ретикулоцитов низкой флуоресценции, LFR	%	н/д	н/д		
Фракция ретикулоцитов средней флуоресценции, MFR	%	н/д	н/д		
Фракция ретикулоцитов высокой флуоресценции, HFR	%	н/д	н/д		

\*Аттестованные значения приведены в виде  $X_{cp} \pm N$ , где  $X_{cp}$  – среднее значение определяемого параметра, N – максимальное допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - [www.medica-n.ru](http://www.medica-n.ru)

Сотрудник: С.И.К.  А.А. Сидорова



## АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов «Гематрол 5D»

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMB-200	Комплект	1	Серия	235137	Дата выпуска	07.07.2023
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	07.10.2023
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				Quintus/Diatron Abacus 5/Human HumaCount 5L			
Определяемый параметр				Низкая патология			
Кол-во лейкоцитов, WBC			10 <sup>9</sup> /L	3.60	± 1.00		
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu			%	29.6	± 15.0		
				0.30	± 0.15		
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym			%	66.0	± 15.0		
				0.66	± 0.15		
Относ. кол-во моноцитов, Mon			%	4.5	± 4.5		
				0.05	± 0.05		
Относ. кол-во эозинофилов, Eos			%	4.5	± 4.5		
				0.05	± 0.05		
Относ. кол-во базофилов, Bas			%	4.5	± 4.5		
				0.05	± 0.05		
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu			10 <sup>9</sup> /L	1.05	± 0.55		
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym			10 <sup>9</sup> /L	2.40	± 0.55		
Абс. кол-во моноцитов, Mon			10 <sup>9</sup> /L	0.15	± 0.15		
Абс. кол-во эозинофилов, Eos			10 <sup>9</sup> /L	0.15	± 0.15		
Абс. кол-во базофилов, Bas			10 <sup>9</sup> /L	0.15	± 0.15		
Абс. кол-во эритроцитов, RBC			10 <sup>12</sup> /L	3.45	± 0.30		
Концентрация гемоглобина, HGB			g/dL	7.8	± 1.0		
			g/L	78	± 10		
			mmol/L	4.8	± 0.60		
Гематокрит, HCT			%	28.7	± 7.5		
			L/L	0.29	± 0.08		
Сред. объем эритроцита, MCV			fL	83.3	± 12.0		
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH			pg	22.6	± 7.0		
			fmol	1.40	± 0.40		
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC			g/dL	27.0	± 7.0		
			g/L	270	± 70		
			mmol/L	16.8	± 4.3		
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV			%	16.6	± 5.0		
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD			fL	43.8	± 10.0		
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT			10 <sup>9</sup> /L	64	± 35		
Сред. объем тромбоцита, MPV			fL	10.0	± 3.0		
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW			fL	13.3	± 3.0		
Тромбокрит, PCT			%	0.06	± 0.06		

### Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!

Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	10 <sup>9</sup> /L	не определено		
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	%	не определено		

\*Аттестованные значения приведены в виде  $X_{cp} \pm N$ , где  $X_{cp}$  – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - [www.medica-n.ru](http://www.medica-n.ru)

Сотрудник ОТК:  А.А. Старостенко

