

ПАСПОРТ № 235366

На набор реагентов «Гематрол 5D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMH-200	Комплект 3	Номер серии:	235366	Кол-во наборов:	21
ТУ 21.20.23-001-52857075-2016			Дата выпуска:	06.10.2023	Срок годности:	06.01.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать						
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.						
Наименование показателя	Номер серии	Дата изготовления	Срок годности	Характеристика и нормы	Кол-во в наборе	Результат контроля
Внешний вид						
Правильность маркировки упаковки набора реагентов и компонентов набора						соответствует
«Гематрол 5D - Высокий»	235366h	10.2023	02.2024	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,0 мл	соответствует
Показатели правильности определения						
Определяемые параметры	«Гематрол 5D - Высокий»					
	Должен содержать				Результат	
Абс. кол-во лейкоцитов, WBC [$10^9/л$]	12,0 - 20,0				12.49	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC [$10^{12}/л$]	4,50 - 6,00				5.33	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT [$10^9/л$]	300 - 600				434	

Заключение: серия соответствует требованиям ТУ 21.20.23-001-52857075-2016.



Начальник ОБТК _____ А.А. Старостенко

Дата выдачи паспорта _____ 06.10.2023

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов «Гематрол 5D»

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови
по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMH-200	Комплект	3	Серия	235366	Дата выпуска	06.10.2023
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	06.01.2024
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				Mindray BC-5300 / BC-5380			
Определяемый параметр							Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC			10 ⁹ /L				12.50 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu			%				20.4 ± 15.0
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym			%				0.20 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon			%				72.2 ± 15.0
Относ. кол-во эозинофилов, Eos			%				0.72 ± 0.15
Относ. кол-во базофилов, Bas			%				4.5 ± 4.5
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu			10 ⁹ /L				0.05 ± 0.05
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym			10 ⁹ /L				5.6 ± 5.6
Абс. кол-во моноцитов, Mon			10 ⁹ /L				0.06 ± 0.06
Абс. кол-во эозинофилов, Eos			10 ⁹ /L				52.6 ± 9.0
Абс. кол-во базофилов, Bas			10 ⁹ /L				0.53 ± 0.09
Абс. кол-во эритроцитов, RBC			10 ¹² /L				2.55 ± 1.90
Концентрация гемоглобина, HGB			g/dL				9.05 ± 1.90
			g/L				0.55 ± 0.55
			mmol/L				0.70 ± 0.70
Гематокрит, HCT			%				6.60 ± 1.15
			L/L				5.35 ± 0.60
Сред. объем эритроцита, MCV			fL				16.9 ± 1.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH			pg				169 ± 10
			fmol				10.5 ± 0.6
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC			g/dL				48.8 ± 10.0
			g/L				0.49 ± 0.10
			mmol/L				91.2 ± 12.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV			%				31.6 ± 7.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD			fL				2.0 ± 0.4
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT			10 ⁹ /L				34.5 ± 7.0
Сред. объем тромбоцита, MPV			fL				345 ± 70
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW			%				21.4 ± 4.3
Тромбокрит, PCT			%				13.2 ± 5.0
							50.0 ± 10.0
							435 ± 125
							6.0 ± 3.0
							15.6 ± 3.0
							0.260 ± 0.100

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - www.medica-n.ru



Сотрудник ООО «Медика-Н» А.А. Старостенко

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов «Гематрол 5D»

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMH-200	Комплект	3	Серия	235366	Дата выпуска	06.10.2023
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	06.01.2024
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				Mindray BC-5150			
Определяемый параметр				Низкая патология		Высокая патология	
				Норма			
Кол-во лейкоцитов, WBC				10 ⁹ /L		15.20 ± 4.00	
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu				%		29.2 ± 15.0	
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%		52.3 ± 15.0	
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%		18.4 ± 9.0	
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%		4.5 ± 4.5	
Относ. кол-во базофилов, Bas				%		4.0 ± 4.0	
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu				10 ⁹ /L		4.45 ± 2.30	
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10 ⁹ /L		7.95 ± 2.30	
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10 ⁹ /L		2.80 ± 1.35	
Абс. кол-во эозинофилов, Eos				10 ⁹ /L		0.70 ± 0.70	
Абс. кол-во базофилов, Bas				10 ⁹ /L		0.60 ± 0.60	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10 ¹² /L		5.30 ± 0.60	
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL		17.1 ± 1.0	
				g/L		171 ± 10	
				mmol/L		10.60 ± 0.6	
Гематокрит, HCT				%		49.0 ± 10.0	
				L/L		0.49 ± 0.10	
Сред. объем эритроцита, MCV				fL		92.4 ± 12.0	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg		32.3 ± 7.0	
				fmol		2.00 ± 0.40	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL		35.0 ± 7.0	
				g/L		350 ± 70	
				mmol/L		21.7 ± 4.3	
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%		16.3 ± 5.0	
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL		54.9 ± 10.0	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10 ⁹ /L		465 ± 125	
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL		6.5 ± 3.0	
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW				fL		15.6 ± 3.0	
Тромбокрит, PCT				%		0.30 ± 0.10	

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!

Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	10 ⁹ /L		36.21 ± 28.97
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	%		7.77 ± 6.22

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое стандартное отклонение от среднего значения

Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - www.medica-n.ru



АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов «Гематрол 5D»

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMH-200	Комплект	3	Серия	235366	Дата выпуска	06.10.2023
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	06.01.2024
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				Mindray BC-6800			
Определяемый параметр				Высокая патология			
Кол-во лейкоцитов, WBC				10 ⁹ /L			15.30 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu				%			53.6 ± 15.0
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%			0.54 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%			35.6 ± 15.0
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%			0.36 ± 0.15
Относ. кол-во базофилов, Bas				%			6.0 ± 6.0
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu				10 ⁹ /L			0.06 ± 0.06
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				10 ⁹ /L			4.0 ± 4.0
Относ. кол-во моноцитов, Mon				10 ⁹ /L			0.04 ± 0.04
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				10 ⁹ /L			3.5 ± 3.5
Относ. кол-во базофилов, Bas				10 ⁹ /L			0.04 ± 0.04
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu				10 ⁹ /L			8.20 ± 2.30
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10 ⁹ /L			5.45 ± 2.30
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10 ⁹ /L			0.90 ± 0.90
Абс. кол-во эозинофилов, Eos				10 ⁹ /L			0.60 ± 0.60
Абс. кол-во базофилов, Bas				10 ⁹ /L			0.55 ± 0.55
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10 ¹² /L			5.65 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL			17.7 ± 1.0
				g/L			177 ± 10
				mmol/L			11.00 ± 0.6
Гематокрит, HCT				%			53.7 ± 10.0
				L/L			0.5 ± 0.1
Сред. объем эритроцита, MCV				fL			95.0 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg			31.3 ± 7.0
				fmol			1.90 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL			33.0 ± 7.0
				g/L			330 ± 70
				mmol/L			20.5 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%			15.0 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL			51.2 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10 ⁹ /L			390 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL			6.7 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW				fL			15.6 ± 3.0
Тромбокрит, PCT				%			0.26 ± 0.10

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!

Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	10 ⁹ /L			30.70 ± 24.56
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	%			7.80 ± 6.24
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	10 ⁹ /L			н/д
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	%			н/д
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%	%			н/д
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET#	10 ⁹ /L			н/д
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF	%			н/д
Фракция ретикулоцитов низкой флуоресценции, LFR	%			н/д
Фракция ретикулоцитов средней флуоресценции, MFR	%			н/д
Фракция ретикулоцитов высокой флуоресценции, HFR	%			н/д

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - www.medica-n.ru



Сотрудник СБТК _____ А.А. Старостенко

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов «Гематрол 5D»

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови
по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMH-200	Комплект	3	Серия	235366	Дата выпуска	06.10.2023
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	06.01.2024
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				Quintus/Diatron Abacus 5/Human HumaCount 5L			
Определяемый параметр				Высокая патология			
Кол-во лейкоцитов, WBC				10 ⁹ /L			14.00 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu				%			21.6 ± 15.0
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%			0.22 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%			74.1 ± 15.0
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%			0.74 ± 0.15
Относ. кол-во базофилов, Bas				%			4.5 ± 4.5
Относ. кол-во базофилов, Bas				%			0.05 ± 0.05
Относ. кол-во базофилов, Bas				%			4.5 ± 4.5
Относ. кол-во базофилов, Bas				%			0.05 ± 0.05
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu				10 ⁹ /L			3.00 ± 2.10
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10 ⁹ /L			10.35 ± 2.10
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10 ⁹ /L			0.65 ± 0.65
Абс. кол-во эозинофилов, Eos				10 ⁹ /L			0.65 ± 0.65
Абс. кол-во базофилов, Bas				10 ⁹ /L			0.65 ± 0.65
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10 ¹² /L			6.00 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL			17.5 ± 1.0
				g/L			175 ± 10
				mmol/L			10.90 ± 0.6
Гематокрит, HCT				%			57.8 ± 10.0
				L/L			0.58 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV				fL			96.3 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg			29.2 ± 7.0
				fmol			1.80 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL			30.5 ± 7.0
				g/L			305 ± 70
				mmol/L			18.9 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%			15.8 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL			52.2 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10 ⁹ /L			395 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL			10.0 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW				fL			14.7 ± 3.0
Тромбокрит, PCT				%			0.40 ± 0.40

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения
: перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!
Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - www.medica-n.ru



Сотрудник ОБТК: А.А. Старостенко