

ПАСПОРТ № 245320

На набор реагентов «Гематрол 5D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMH-200	Комплект 3	Номер серии:	245320	Кол-во наборов:	9
ТУ 21.20.23-001-52857075-2016			Дата выпуска:	15.03.2024	Срок годности:	15.06.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать						
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.						
Наименование показателя	Номер серии	Дата изготовления	Срок годности	Характеристика и нормы	Кол-во в наборе	Результат контроля
Внешний вид						
Правильность маркировки упаковки набора реагентов и компонентов набора						соответствует
«Гематрол 5D - Высокий»	245320h	03.2024	06.2024	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,0 мл	соответствует
Показатели правильности определения						
Определяемые параметры	«Гематрол 5D - Высокий»					Результат
	Должен содержать					
Абс. кол-во лейкоцитов, WBC [$10^9/л$]	12,0 - 20,0					15.33
Абс. кол-во эритроцитов, RBC [$10^{12}/л$]	4,50 - 6,00					5.05
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT [$10^9/л$]	300 - 600					434

Заключение: серия соответствует требованиям ТУ 21.20.23-001-52857075-2016.



Начальник ОБТК _____

А.А. Старостенко

Дата выдачи паспорта _____

15.03.2024

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов «Гематрол 5D»

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMH-200	Комплект	3	Серия	245320	Дата выпуска	15.03.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	15.06.2024
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				Mindray BC-5300 / BC-5380			
Определяемый параметр				Высокая патология			
Кол-во лейкоцитов, WBC		10 ⁹ /L					15.35 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu		%					29.9 ± 15.0
							0.30 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym		%					67.8 ± 15.0
							0.68 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon		%					4.5 ± 4.5
							0.05 ± 0.05
Относ. кол-во эозинофилов, Eos		%					4.5 ± 4.5
							0.05 ± 0.05
Относ. кол-во базофилов, Bas		%					62.6 ± 9.0
							0.63 ± 0.09
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu		10 ⁹ /L					4.60 ± 2.30
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym		10 ⁹ /L					10.40 ± 2.30
Абс. кол-во моноцитов, Mon		10 ⁹ /L					0.70 ± 0.70
Абс. кол-во эозинофилов, Eos		10 ⁹ /L					0.70 ± 0.70
Абс. кол-во базофилов, Bas		10 ⁹ /L					9.60 ± 1.40
Абс. кол-во эритроцитов, RBC		10 ¹² /L					5.05 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB		g/dL					16.1 ± 1.0
		g/L					161 ± 10
		mmol/L					10.0 ± 0.6
Гематокрит, HCT		%					46.2 ± 10.0
		L/L					0.46 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV		fL					91.4 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH		pg					31.9 ± 7.0
		fmol					2.0 ± 0.4
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC		g/dL					35.0 ± 7.0
		g/L					350 ± 70
		mmol/L					21.7 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV		%					13.1 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD		fL					49.7 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT		10 ⁹ /L					435 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV		fL					6.0 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW		fL					15.6 ± 3.0
Тромбокрит, PCT		%					0.260 ± 0.100

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора



Сотрудник ООО «Медика-Н» А.А. Старостенко

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов «Гематрол 5D»

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMH-200	Комплект	3	Серия	245320	Дата выпуска	15.03.2024	
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	15.06.2024	
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.								
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				Mindray BC-5150				
Определяемый параметр				Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC				10 ⁹ /L			15.25 ± 4.00	
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu				%			10.3 ± 10.3	
							0.10 ± 0.10	
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%			67.3 ± 15.0	
							0.67 ± 0.15	
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%			22.5 ± 9.0	
							0.23 ± 0.09	
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%			4.5 ± 4.5	
							0.05 ± 0.05	
Относ. кол-во базофилов, Bas				%			4.0 ± 4.0	
							0.04 ± 0.04	
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu				10 ⁹ /L			1.55 ± 1.55	
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10 ⁹ /L			10.25 ± 2.30	
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10 ⁹ /L			3.45 ± 1.35	
Абс. кол-во эозинофилов, Eos				10 ⁹ /L			0.70 ± 0.70	
Абс. кол-во базофилов, Bas				10 ⁹ /L			0.60 ± 0.60	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10 ¹² /L			4.95 ± 0.60	
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL			15.9 ± 1.0	
				g/L			159 ± 10	
				mmol/L			9.90 ± 0.6	
Гематокрит, HCT				%			45.7 ± 10.0	
				L/L			0.46 ± 0.10	
Сред. объем эритроцита, MCV				fL			92.4 ± 12.0	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg			32.1 ± 7.0	
				fmol			2.00 ± 0.40	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL			35.0 ± 7.0	
				g/L			350 ± 70	
				mmol/L			21.7 ± 4.3	
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%			15.9 ± 5.0	
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL			52.9 ± 10.0	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10 ⁹ /L			460 ± 125	
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL			6.6 ± 3.0	
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW				fL			15.9 ± 3.0	
Тромбокрит, PCT				%			0.30 ± 0.10	

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора



Сотрудник ОБТ: А.А. Старостенко

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов «Гематрол 5D»

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMH-200	Комплект	3	Серия	245320	Дата выпуска	15.03.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	15.06.2024
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				Mindray BC-5800			
Определяемый параметр				Низкая патология		Высокая патология	
Кол-во лейкоцитов, WBC				10 ⁹ /L		16.40 ± 4.00	
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu				%		26.2 ± 15.0	
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%		68.4 ± 15.0	
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%		0.68 ± 0.15	
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%		5.2 ± 5.2	
Относ. кол-во базофилов, Bas				%		0.05 ± 0.05	
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu				10 ⁹ /L		5.0 ± 5.0	
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10 ⁹ /L		0.05 ± 0.05	
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10 ⁹ /L		4.30 ± 2.45	
Абс. кол-во эозинофилов, Eos				10 ⁹ /L		11.20 ± 2.45	
Абс. кол-во базофилов, Bas				10 ⁹ /L		0.85 ± 0.85	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10 ¹² /L		0.80 ± 0.80	
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL		0.80 ± 0.80	
				g/L		5.30 ± 0.60	
				mmol/L		16.5 ± 1.0	
Гематокрит, HCT				%		165 ± 10	
				L/L		10.20 ± 0.6	
Сред. объем эритроцита, MCV				fL		50.4 ± 10.0	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg		0.5 ± 0.1	
				fmol		95.0 ± 12.0	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL		31.1 ± 7.0	
				g/L		1.90 ± 0.40	
				mmol/L		32.5 ± 7.0	
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%		325 ± 70	
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL		20.2 ± 4.3	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10 ⁹ /L		12.7 ± 5.0	
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL		44.6 ± 10.0	
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW				fL		460 ± 125	
Тромбокрит, PCT				%		5.5 ± 3.0	
						15.4 ± 3.0	
						0.25 ± 0.10	

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора



Сотрудник СБТК: А.А. Старостенко

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов «Гематрол 5D»

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMH-200	Комплект	3	Серия	245320	Дата выпуска	15.03.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	15.06.2024
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				Mindray BC-6800			
Определяемый параметр							Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC				10 ⁹ /L			14.95 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu				%			30.1 ± 15.0
							0.30 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%			59.6 ± 15.0
							0.60 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%			8.0 ± 8.0
							0.08 ± 0.08
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%			3.5 ± 3.5
							0.04 ± 0.04
Относ. кол-во базофилов, Bas				%			3.5 ± 3.5
							0.04 ± 0.04
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu				10 ⁹ /L			4.50 ± 2.25
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10 ⁹ /L			8.90 ± 2.25
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10 ⁹ /L			1.20 ± 1.20
Абс. кол-во эозинофилов, Eos				10 ⁹ /L			0.50 ± 0.50
Абс. кол-во базофилов, Bas				10 ⁹ /L			0.50 ± 0.50
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10 ¹² /L			5.20 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL			16.5 ± 1.0
				g/L			165 ± 10
				mmol/L			10.20 ± 0.6
Гематокрит, HCT				%			48.9 ± 10.0
				L/L			0.5 ± 0.1
Сред. объем эритроцита, MCV				fL			94.0 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg			31.7 ± 7.0
				fmol			2.00 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL			33.5 ± 7.0
				g/L			335 ± 70
				mmol/L			20.8 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%			15.2 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL			51.2 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10 ⁹ /L			405 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL			6.9 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW				fL			15.7 ± 3.0
Тромбокрит, PCT				%			0.28 ± 0.10

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!

Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	10 ⁹ /L			34.90 ± 27.92
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	%			8.60 ± 6.88
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	10 ⁹ /L			н/д н/д
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	%			н/д н/д
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%	%%			н/д н/д
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET#	10 ⁹ /L			н/д н/д
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF	%			н/д н/д
Фракция ретикулоцитов низкой флуоресценции, LFR	%			н/д н/д
Фракция ретикулоцитов средней флуоресценции, MFR	%			н/д н/д
Фракция ретикулоцитов высокой флуоресценции, HFR	%			н/д н/д

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора



Сотрудник ОБТК _____ А.А. Старостенко

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов «Гематрол 5D»

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMH-200	Комплект	3	Серия	245320	Дата выпуска	15.03.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годеи до	15.06.2024
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				Mindray BC-6000/BC-6200/BC-6800+			
Определяемый параметр				Низкая патология		Норма	
Кол-во лейкоцитов, WBC				10 ⁹ /L		14.95 ± 4.00	
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu				%		34.30 ± 15.00	
						0.34 ± 0.15	
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%		46.80 ± 15.00	
						0.47 ± 0.15	
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%		17.50 ± 9.00	
						0.18 ± 0.09	
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%		2.50 ± 2.50	
						0.03 ± 0.03	
Относ. кол-во базофилов, Bas				%		1.50 ± 1.50	
						0.02 ± 0.02	
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu				10 ⁹ /L		5.15 ± 2.25	
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10 ⁹ /L		7.00 ± 2.25	
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10 ⁹ /L		2.60 ± 1.35	
Абс. кол-во эозинофилов, Eos				10 ⁹ /L		0.35 ± 0.35	
Абс. кол-во базофилов, Bas				10 ⁹ /L		0.20 ± 0.20	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10 ¹² /L		5.10 ± 0.60	
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL		16.20 ± 1.00	
				g/L		162.00 ± 10.00	
				mmol/L		10.10 ± 0.60	
Гематокрит, HCT				%		50.00 ± 10.00	
				L/L		0.50 ± 0.10	
Сред. объем эритроцита, MCV				fL		98.00 ± 12.00	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg		31.80 ± 7.00	
				fmol		2.00 ± 0.40	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL		32.50 ± 7.00	
				g/L		325.00 ± 70.00	
				mmol/L		20.20 ± 4.30	
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%		15.00 ± 5.00	
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL		51.00 ± 10.00	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10 ⁹ /L		410.00 ± 125.00	
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL		6.70 ± 3.00	
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW				fL		15.80 ± 3.00	
Тромбокрит, PCT				%		0.27 ± 0.10	

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!

Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	10 ⁹ /L		33.40 ± 26.72
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	%		8.20 ± 6.56
Абс. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	10 ⁹ /L		0.60 ± 0.60
Относ. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	%		4.09 ± 4.09
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	10 ⁹ /L		0.10 ± 0.10
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	/100WBC		0.36 ± 0.36
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET#	10 ¹² /L		0.03 ± 0.03
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%	%		0.55 ± 0.11
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF	%		20.00 ± 20.00
Фракция ретикулоцитов низкой флуоресценции, LFR	%		87.80 ± 87.80
Фракция ретикулоцитов средней флуоресценции, MFR	%		20.00 ± 5.00
Фракция ретикулоцитов высокой флуоресценции, HFR	%		20.00 ± 16.00
Эквивалент сохранения гемоглобина в эритроцитах, RET-He	%		26.50 ± 5.00

*Аттестованные значения представлены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от сре.

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Сотрудник ОБИЗ:  А.А. Старостенко

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов «Гематрол 5D»

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMH-200	Комплект	3	Серия	245320	Дата выпуска	15.03.2024	
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	15.06.2024	
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.								
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				Mindray BC-720 / BC-780				
Определяемый параметр				Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC				10 ⁹ /L				16.10 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu				%				31.30 ± 15.00
								0.31 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%				57.80 ± 15.00
								0.58 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%				7.80 ± 7.80
								0.08 ± 0.08
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%				2.82 ± 2.82
								0.03 ± 0.03
Относ. кол-во базофилов, Bas				%				1.50 ± 1.50
								0.02 ± 0.02
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu				10 ⁹ /L				5.05 ± 2.40
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10 ⁹ /L				9.30 ± 2.40
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10 ⁹ /L				1.25 ± 1.25
Абс. кол-во эозинофилов, Eos				10 ⁹ /L				0.45 ± 0.45
Абс. кол-во базофилов, Bas				10 ⁹ /L				0.25 ± 0.25
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10 ¹² /L				5.15 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL				16.30 ± 1.00
				g/L				163.00 ± 10.00
				mmol/L				10.10 ± 0.60
Гематокрит, HCT				%				50.50 ± 10.00
				L/L				0.51 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV				fL				98.00 ± 12.00
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg				31.70 ± 7.00
				fmol				2.00 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL				32.50 ± 7.00
				g/L				325.00 ± 70.00
				mmol/L				20.20 ± 4.30
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%				15.40 ± 5.00
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL				53.60 ± 10.00
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10 ⁹ /L				410.00 ± 125.00
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL				6.60 ± 3.00
Ширина распределения тромбоцитов по объему, Тромбокрит, PCT				%				0.27 ± 0.10

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!

Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	10 ⁹ /L		33.20 ± 26.56
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	%		8.20 ± 6.56
Абс. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	10 ⁹ /L		0.40 ± 0.40
Относ. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	%		2.55 ± 2.55
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	10 ⁹ /L		0.25 ± 0.25
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	/100WBC		1.25 ± 1.25
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET#	10 ¹² /L		0.03 ± 0.03
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%	%		0.55 ± 0.11
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF	%		20.00 ± 20.00
Фракция ретикулоцитов низкой флуоресценции, LFR	%		93.40 ± 93.40
Фракция ретикулоцитов средней флуоресценции, MFR	%		20.00 ± 5.00
Фракция ретикулоцитов высокой флуоресценции, HFR	%		20.00 ± 16.00
Эквивалент содержания гемоглобина в ретикулоцитах, RET-He	%		30.00 ± 5.00
Скорость оседания эритроцитов, ESR	mm/h		8.58 ± 2.00

*Аттестованные значения приведены в виде Xcp ± N, где Xcp – среднее значение определяемого параметра, N – максимальн
! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Медика-Н

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru

www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов «Гематрол 5D»

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMH-200	Комплект	3	Серия	245320	Дата выпуска	15.03.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	15.06.2024
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				Mindray BC-700 / BC-760			
Определяемый параметр				Низкая патология	Норма	Высокая патология	
Кол-во лейкоцитов, WBC			10 ⁹ /L			16.10 ± 4.00	
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu			%			31.30 ± 15.00	
						0.31 ± 0.15	
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym			%			57.80 ± 15.00	
						0.58 ± 0.15	
Относ. кол-во моноцитов, Mon			%			7.80 ± 7.80	
						0.08 ± 0.08	
Относ. кол-во эозинофилов, Eos			%			2.82 ± 2.82	
						0.03 ± 0.03	
Относ. кол-во базофилов, Bas			%			1.50 ± 1.50	
						0.02 ± 0.02	
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu			10 ⁹ /L			5.05 ± 2.40	
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym			10 ⁹ /L			9.30 ± 2.40	
Абс. кол-во моноцитов, Mon			10 ⁹ /L			1.25 ± 1.25	
Абс. кол-во эозинофилов, Eos			10 ⁹ /L			0.45 ± 0.45	
Абс. кол-во базофилов, Bas			10 ⁹ /L			0.25 ± 0.25	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC			10 ¹² /L			5.15 ± 0.60	
						16.30 ± 1.00	
Концентрация гемоглобина, HGB			g/dL			163.00 ± 10.00	
			g/L			10.10 ± 0.60	
			mmol/L			50.50 ± 10.00	
Гематокрит, HCT			%			0.51 ± 0.10	
			L/L			98.00 ± 12.00	
Сред. объем эритроцита, MCV			fL			31.70 ± 7.00	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH			pg			2.00 ± 0.40	
			fmol			32.50 ± 7.00	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC			g/dL			325.00 ± 70.00	
			g/L			20.20 ± 4.30	
			mmol/L			15.40 ± 5.00	
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV			%			53.60 ± 10.00	
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD			fL			410.00 ± 125.00	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT			10 ⁹ /L			6.60 ± 3.00	
Сред. объем тромбоцита, MPV			fL			16.00 ± 3.00	
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW			fL			0.27 ± 0.10	
Тромбокрит, PCT			%				

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!

Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	10 ⁹ /L	33.20 ± 26.56
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	%	8.20 ± 6.56
Абс. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	10 ⁹ /L	0.40 ± 0.40
Относ. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	%	2.55 ± 2.55
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	10 ⁹ /L	0.25 ± 0.25
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	/100WBC	1.25 ± 1.25
Скорость оседания эритроцитов, ESR	mm/h	8.58 ± 2.00

*Аттестованные значения приведены в виде $X \pm N$, где X – среднее значение определяемого параметра, N – максимальное отклонение.
! Перед использованием наборов реагентов обратиться к инструкции по применению набора реагентов!

Сотрудник ОБТК _____ А.А. Горюшенко

