

ПАСПОРТ № 243472

На «Гематологический контроль «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект 4	Номер серии:	243472	Кол-во наборов:	39
ТУ 21.20.23-011-26329720-2019			Дата выпуска:	08.05.2024	Срок годности:	08.11.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.						
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 180 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.						
Наименование показателя	Номер серии	Дата изготовления	Срок годности	Характеристика и нормы	Кол-во в наборе	Результат контроля
Внешний вид						
Правильность маркировки упаковки набора реагентов и компонентов набора						соответствует
«Гематрол® 3D - Низкий»	243472l	08.05.24	08.11.24	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,5 мл	соответствует
«Гематрол® 3D - Норма»	243472n	08.05.24	08.11.24	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,5 мл	соответствует
«Гематрол® 3D - Высокий»	243472h	08.05.24	08.11.24	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,5 мл	соответствует
Показатели правильности определения						
Определяемые параметры	«Гематрол® 3D - Низкий»		«Гематрол® 3D - Норма»		«Гематрол® 3D - Высокий»	
	Должен содержать	Результат	Должен содержать	Результат	Должен содержать	Результат
Абс. кол-во лейкоцитов, WBC [10^9 /л]	1,0 - 6,0	3.10	4,0 - 12,0	5.10	8,0 - 25,0	13.5
Абс. кол-во эритроцитов, RBC [10^{12} /л]	1,00 - 4,00	3.25	3,00 - 5,00	4.39	4,00 - 6,00	5.30
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT [10^9 /л]	40 - 120	64	100 - 300	202	200 - 600	468

Заключение: серия соответствует требованиям ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Начальник ОБТК _____

О.Г. Веленца

Дата выдачи паспорта _____

08.05.2024



АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	243472	Дата выпуска	08.05.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годеи до	08.11.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						URIT-2900+	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10 ⁹ /L	3.30 ± 1.00		5.50 ± 2.00		14.00 ± 4.00	
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	49.3 ± 15.0		33.2 ± 15.0		60.6 ± 15.0	
		0.49 ± 0.15		0.33 ± 0.15		0.61 ± 0.15	
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	12.3 ± 15.0		10.1 ± 15.0		17.9 ± 15.0	
		0.12 ± 0.15		0.10 ± 0.15		0.18 ± 0.15	
Относ. кол-во гранулоцитов, Gran	%	38.4 ± 15.0		56.7 ± 15.0		21.5 ± 15.0	
		0.38 ± 0.15		0.57 ± 0.15		0.21 ± 0.15	
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10 ⁹ /L	1.60 ± 0.50		1.80 ± 0.80		8.50 ± 2.10	
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10 ⁹ /L	0.40 ± 0.50		0.60 ± 0.80		2.50 ± 2.10	
Абс. кол-во гранулоцитов, Gran	10 ⁹ /L	1.30 ± 0.50		3.10 ± 0.80		3.00 ± 2.10	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10 ¹² /L	3.30 ± 0.30		4.40 ± 0.45		5.20 ± 0.60	
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.5 ± 1.0		13.1 ± 1.0		16.5 ± 1.0	
	g/L	85 ± 10		131 ± 10		165 ± 10	
	mmol/L	5.3 ± 0.7		8.2 ± 0.7		10.3 ± 0.7	
Гематокрит, HCT	%	26.0 ± 7.5		38.0 ± 10.0		49.0 ± 10.0	
	L/L	0.26 ± 0.08		0.38 ± 0.10		0.49 ± 0.10	
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	78.6 ± 12.0		86.7 ± 12.0		93.5 ± 12.0	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	27.0 ± 7.0		31.0 ± 7.0		33.0 ± 7.0	
	fmol	1.7 ± 0.5		2.0 ± 0.5		2.1 ± 0.5	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	34.0 ± 7.0		35.0 ± 7.0		35.0 ± 7.0	
	g/L	340 ± 70		350 ± 70		350 ± 70	
	mmol/L	21.2 ± 4.4		21.8 ± 4.4		21.8 ± 4.4	
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	16.1 ± 5.0		15.7 ± 5.0		15.6 ± 5.0	
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	37.4 ± 5.0		39.1 ± 5.0		43.5 ± 5.0	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10 ⁹ /L	66 ± 35		206 ± 55		454 ± 115	
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	8.0 ± 3.0		7.0 ± 3.0		7.0 ± 3.0	
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	%	11.6 ± 3.0		11.5 ± 3.0		11.3 ± 3.0	
Тромбокрит, PCT	%	0.050 ± 0.050		0.142 ± 0.080		0.305 ± 0.100	
Доля больших тромбоцитов, PLC-R	%	11.0 ± 5.5		9.0 ± 4.5		7.0 ± 3.5	
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	10 ⁹ /L	8.00 ± 4.00		18.00 ± 9.00		32.00 ± 16.00	

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!



Начальник ОБТК _____ О.Г. Васенёва

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	243472	Дата выпуска	08.05.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	08.11.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						URIT Hemalit 3000	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC		10 ⁹ /L	3.30 ± 0.50		5.70 ± 1.00		14.50 ± 2.50
Относ. кол-во лимфоцитов, LYM%		%	49.7 ± 15.0		32.1 ± 15.0		60.6 ± 15.0
			0.50 ± 0.15		0.32 ± 0.15		0.61 ± 0.15
Относ. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, MID%		%	16.7 ± 9.0		10.3 ± 9.0		17.9 ± 9.0
			0.17 ± 0.09		0.10 ± 0.09		0.18 ± 0.09
Относ. кол-во гранулоцитов GRAN%		%	33.7 ± 15.0		57.6 ± 15.0		21.5 ± 15.0
			0.34 ± 0.15		0.58 ± 0.15		0.21 ± 0.15
Абс. кол-во лимфоцитов, LYM#		10 ⁹ /L	1.60 ± 0.50		1.80 ± 0.90		8.80 ± 2.20
Абс. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, MID#		10 ⁹ /L	0.60 ± 0.30		0.60 ± 0.50		2.60 ± 1.30
Абс. кол-во гранулоцитов GRAN#		10 ⁹ /L	1.10 ± 0.50		3.30 ± 0.90		3.10 ± 2.20
Абс. кол-во эритроцитов, RBC		10 ¹² /L	3.10 ± 0.15		4.30 ± 0.20		5.00 ± 0.30
Концентрация гемоглобина, HGB		g/dL	8.4 ± 0.5		13.2 ± 0.5		16.6 ± 0.5
		g/L	84 ± 5		132 ± 5		166 ± 5
		mmol/L	5.3 ± 0.4		8.2 ± 0.4		10.4 ± 0.4
Гематокрит, HCT		%	24.5 ± 3.0		37.5 ± 3.0		47.0 ± 3.0
		L/L	0.25 ± 0.03		0.38 ± 0.03		0.47 ± 0.03
Сред. объем эритроцита, MCV		fL	79.0 ± 5.0		86.5 ± 5.0		94.0 ± 5.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH		pg	27.0 ± 3.0		30.5 ± 3.0		33.0 ± 3.0
		fmol	1.7 ± 0.2		1.9 ± 0.2		2.1 ± 0.2
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC		g/dL	34.0 ± 4.0		35.5 ± 4.0		35.0 ± 4.0
		g/L	340 ± 40		355 ± 40		350 ± 40
		mmol/L	21.2 ± 2.5		22.1 ± 2.5		21.8 ± 2.5
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV		%	16.5 ± 3.0		17.0 ± 5.0		16.5 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD		fL	39.0 ± 5.0		40.0 ± 5.0		43.5 ± 5.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT		10 ⁹ /L	75 ± 25		216 ± 45		466 ± 60
Сред. объем тромбоцита, MPV		fL	7.0 ± 3.0		7.0 ± 3.0		6.5 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW		%	7.5 ± 3.0		7.5 ± 3.0		7.5 ± 3.0
Тромбокрит, PCT		%	0.060 ± 0.040		0.140 ± 0.080		0.320 ± 0.100
Доля больших тромбоцитов, PLC-R		%	5.0 ± 5.0		4.0 ± 4.0		2.5 ± 2.5
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C		10 ⁹ /L	4.0 ± 3.2		8.0 ± 6.4		11.5 ± 9.2

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения.

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Начальник ОБТК _____ О.Г. Васенёва



АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	243472	Дата выпуска	08.05.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	08.11.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						Horiba ABX Micros 60/OT60/ES60	
Определяемый параметр				Низкая патология		Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC		10 ⁹ /L	3.20 ± 1.00		5.70 ± 2.00	14.20 ± 4.00	
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym		%	49.0 ± 15.0		32.0 ± 15.0	60.0 ± 15.0	
			0.49 ± 0.15		0.32 ± 0.15	0.60 ± 0.15	
Относ. кол-во моноцитов, Mon		%	10.0 ± 9.0		9.0 ± 9.0	14.0 ± 9.0	
			0.10 ± 0.09		0.09 ± 0.09	0.14 ± 0.09	
Относ. кол-во гранулоцитов, Gran		%	42.0 ± 15.0		59.0 ± 15.0	26.0 ± 15.0	
			0.42 ± 0.15		0.59 ± 0.15	0.26 ± 0.15	
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym		10 ⁹ /L	1.60 ± 0.50		1.80 ± 0.90	8.50 ± 2.10	
Абс. кол-во моноцитов, Mon		10 ⁹ /L	0.30 ± 0.30		0.50 ± 0.50	2.00 ± 1.30	
Абс. кол-во гранулоцитов, Gran		10 ⁹ /L	1.30 ± 0.50		3.40 ± 0.90	3.70 ± 2.10	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC		10 ¹² /L	3.20 ± 0.30		4.30 ± 0.45	5.20 ± 0.60	
Концентрация гемоглобина, HGB		g/dL	8.5 ± 1.0		13.1 ± 1.0	16.5 ± 1.0	
		g/L	85 ± 10		131 ± 10	165 ± 10	
		mmol/L	5.3 ± 0.7		8.2 ± 0.7	10.3 ± 0.7	
Гематокрит, HCT		%	25.0 ± 7.5		37.0 ± 10.0	48.0 ± 10.0	
		L/L	0.25 ± 0.08		0.37 ± 0.10	0.48 ± 0.10	
Сред. объем эритроцита, MCV		fL	78.0 ± 12.0		87.0 ± 12.0	93.0 ± 12.0	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH		pg	28.0 ± 7.0		31.0 ± 7.0	33.0 ± 7.0	
		fmol	1.8 ± 0.5		2.0 ± 0.5	2.1 ± 0.5	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC		g/dL	35.0 ± 7.0		36.0 ± 7.0	35.0 ± 7.0	
		g/L	350 ± 70		360 ± 70	350 ± 70	
		mmol/L	21.8 ± 4.4		22.4 ± 4.4	21.8 ± 4.4	
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV		%	15.0 ± 5.0		14.5 ± 5.0	14.5 ± 5.0	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT		10 ⁹ /L	69 ± 35		197 ± 55	456 ± 115	
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW		%	7.0 ± 3.0		7.0 ± 3.0	7.0 ± 3.0	
Сред. объем тромбоцита, MPV		fL	13.1 ± 3.0		11.9 ± 3.0	11.8 ± 3.0	
Тромбокрит, PCT		%	0.047 ± 0.047		0.129 ± 0.080	0.291 ± 0.100	

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения.

! Перед использованием набора реагентов обратиться к инструкции по применению набора реагентов!



Начальник ОБТК _____ Г. Васенёва

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	243472	Дата выпуска	08.05.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	08.11.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						Drew D3	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10 ⁹ /L	3.80 ± 1.00		5.85 ± 2.00		13.40 ± 4.00	
Относ. кол-во лимфоцитов, LYM%	%	50.1 ± 15.0		30.7 ± 15.0		53.0 ± 15.0	
		0.50 ± 0.15		0.31 ± 0.15		0.53 ± 0.15	
Относ. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, MID%	%	8.2 ± 8.2		6.8 ± 6.8		13.3 ± 9.0	
		0.08 ± 0.08		0.07 ± 0.07		0.13 ± 0.09	
Относ. кол-во гранулоцитов, GRA%	%	41.8 ± 15.0		62.6 ± 15.0		33.7 ± 15.0	
		0.42 ± 0.15		0.63 ± 0.15		0.34 ± 0.15	
Абс. кол-во лимфоцитов, LYM#	10 ⁹ /L	1.90 ± 0.55		1.80 ± 0.90		7.10 ± 2.00	
Абс. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, MID#	10 ⁹ /L	0.30 ± 0.30		0.40 ± 0.40		1.80 ± 1.20	
Абс. кол-во гранулоцитов, GRA#	10 ⁹ /L	1.60 ± 0.55		3.65 ± 0.90		4.50 ± 2.00	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10 ¹² /L	3.20 ± 0.30		4.35 ± 0.45		5.10 ± 0.60	
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.9 ± 1.0		13.8 ± 1.0		16.0 ± 1.0	
	g/L	89 ± 10		138 ± 10		160 ± 10	
	mmol/L	5.6 ± 0.7		8.6 ± 0.7		10.0 ± 0.7	
Гематокрит, HCT	%	24.0 ± 7.5		36.4 ± 10.0		45.7 ± 10.0	
	L/L	0.24 ± 0.08		0.36 ± 0.10		0.46 ± 0.10	
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	75.0 ± 12.0		83.7 ± 12.0		89.7 ± 12.0	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	27.8 ± 7.0		31.7 ± 7.0		31.4 ± 7.0	
	fmol	1.8 ± 0.5		2.0 ± 0.5		2.0 ± 0.5	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	37.0 ± 7.0		38.0 ± 7.0		35.0 ± 7.0	
	g/L	370 ± 70		380 ± 70		350 ± 70	
	mmol/L	23.0 ± 4.4		23.6 ± 4.4		21.8 ± 4.4	
Ширина распределения эритроцитов по объему, RDW	%	15.2 ± 5.0		14.7 ± 5.0		14.4 ± 5.0	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10 ⁹ /L	80 ± 35		230 ± 55		495 ± 115	
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	7.0 ± 3.0		6.0 ± 3.0		6.0 ± 3.0	
Тромбокрит, PCT	%	0.051 ± 0.051		0.140 ± 0.080		0.280 ± 0.100	

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения.

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!



Начальник ОБТК _____ О.Г. Васенёва