

ПАСПОРТ № 243480

На «Гематологический контроль «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект 4	Номер серии:	243480	Кол-во наборов:	13
ТУ 21.20.23-011-26329720-2019			Дата выпуска:	23.05.2024	Срок годности:	23.11.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.						
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 180 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.						
Наименование показателя	Номер серии	Дата изготовления	Срок годности	Характеристика и нормы	Кол-во в наборе	Результат контроля
Внешний вид						
Правильность маркировки упаковки набора реагентов и компонентов набора						соответствует
«Гематрол® 3D - Низкий»	243480l	23.05.24	23.11.24	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,5 мл	соответствует
«Гематрол® 3D - Норма»	243480n	23.05.24	23.11.24	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,5 мл	соответствует
«Гематрол® 3D - Высокий»	243480h	23.05.24	23.11.24	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,5 мл	соответствует
Показатели правильности определения						
Определяемые параметры	«Гематрол® 3D - Низкий»		«Гематрол® 3D - Норма»		«Гематрол® 3D - Высокий»	
	Должен содержать	Результат	Должен содержать	Результат	Должен содержать	Результат
Абс. кол-во лейкоцитов, WBC [10^9 /л]	1,0 - 6,0	3.20	4,0 - 12,0	5.90	8,0 - 25,0	13.5
Абс. кол-во эритроцитов, RBC [10^{12} /л]	1,00 - 4,00	3.26	3,00 - 5,00	4.30	4,00 - 6,00	5.30
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT [10^9 /л]	40 - 120	66	100 - 300	191	200 - 600	468

Заключение: серия соответствует требованиям ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Начальник ОБТК _____

О.Г. Веленцова

Дата выдачи паспорта _____

23.05.2024



АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	243480	Дата выпуска	23.05.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годеи до	23.11.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						URIT-2900+	
Определяемый параметр				Низкая патология		Высокая патология	
Кол-во лейкоцитов, WBC				10 ⁹ /L	3.20 ± 1.00	6.00 ± 2.00	14.00 ± 4.00
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%	50.6 ± 15.0	24.7 ± 15.0	60.6 ± 15.0
					0.51 ± 0.15	0.25 ± 0.15	0.61 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%	15.9 ± 15.0	9.3 ± 15.0	17.9 ± 15.0
					0.16 ± 0.15	0.09 ± 0.15	0.18 ± 0.15
Относ. кол-во гранулоцитов, Gran				%	33.5 ± 15.0	66.0 ± 15.0	21.5 ± 15.0
					0.34 ± 0.15	0.66 ± 0.15	0.21 ± 0.15
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10 ⁹ /L	1.60 ± 0.50	1.50 ± 0.90	8.50 ± 2.10
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10 ⁹ /L	0.50 ± 0.50	0.60 ± 0.90	2.50 ± 2.10
Абс. кол-во гранулоцитов, Gran				10 ⁹ /L	1.10 ± 0.50	4.00 ± 0.90	3.00 ± 2.10
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10 ¹² /L	3.30 ± 0.30	4.30 ± 0.45	5.20 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL	8.5 ± 1.0	12.3 ± 1.0	16.5 ± 1.0
				g/L	85 ± 10	123 ± 10	165 ± 10
				mmol/L	5.3 ± 0.7	7.7 ± 0.7	10.3 ± 0.7
Гематокрит, HCT				%	26.0 ± 7.5	37.0 ± 10.0	49.0 ± 10.0
				L/L	0.26 ± 0.08	0.37 ± 0.10	0.49 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV				fL	79.6 ± 12.0	86.7 ± 12.0	93.5 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg	27.0 ± 7.0	30.0 ± 7.0	33.0 ± 7.0
				fmol	1.7 ± 0.5	1.9 ± 0.5	2.1 ± 0.5
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL	34.0 ± 7.0	34.0 ± 7.0	35.0 ± 7.0
				g/L	340 ± 70	340 ± 70	350 ± 70
				mmol/L	21.2 ± 4.4	21.2 ± 4.4	21.8 ± 4.4
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%	17.2 ± 5.0	14.8 ± 5.0	15.6 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL	39.8 ± 5.0	38.4 ± 5.0	43.5 ± 5.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10 ⁹ /L	59 ± 35	178 ± 55	454 ± 115
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL	7.0 ± 3.0	7.0 ± 3.0	7.0 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW				%	11.4 ± 3.0	11.2 ± 3.0	11.3 ± 3.0
Тромбокрит, PCT				%	0.050 ± 0.050	0.117 ± 0.080	0.305 ± 0.100
Доля больших тромбоцитов, PLC-R				%	10.0 ± 5.0	7.0 ± 3.5	7.0 ± 3.5
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C				10 ⁹ /L	7.00 ± 3.50	12.00 ± 6.00	32.00 ± 16.00

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!



Начальник ОБТК _____ О.Г. Васенёва

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	243480	Дата выпуска	23.05.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	23.11.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						URIT Hemalit 3000	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC		10 ⁹ /L	3.00 ± 0.50		5.80 ± 1.00		14.50 ± 2.50
Относ. кол-во лимфоцитов, LYM%		%	50.6 ± 15.0		24.5 ± 15.0		60.6 ± 15.0
			0.51 ± 0.15		0.25 ± 0.15		0.61 ± 0.15
Относ. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, MID%		%	21.8 ± 9.0		10.5 ± 9.0		17.9 ± 9.0
			0.22 ± 0.09		0.11 ± 0.09		0.18 ± 0.09
Относ. кол-во гранулоцитов GRAN%		%	27.6 ± 15.0		65.0 ± 15.0		21.5 ± 15.0
			0.28 ± 0.15		0.65 ± 0.15		0.21 ± 0.15
Абс. кол-во лимфоцитов, LYM#		10 ⁹ /L	1.50 ± 0.50		1.40 ± 0.90		8.80 ± 2.20
Абс. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, MID#		10 ⁹ /L	0.70 ± 0.30		0.60 ± 0.50		2.60 ± 1.30
Абс. кол-во гранулоцитов GRAN#		10 ⁹ /L	0.80 ± 0.50		3.80 ± 0.90		3.10 ± 2.20
Абс. кол-во эритроцитов, RBC		10 ¹² /L	3.10 ± 0.15		4.20 ± 0.20		5.00 ± 0.30
Концентрация гемоглобина, HGB		g/dL	8.5 ± 0.5		12.2 ± 0.5		16.6 ± 0.5
		g/L	85 ± 5		122 ± 5		166 ± 5
		mmol/L	5.3 ± 0.4		7.6 ± 0.4		10.4 ± 0.4
Гематокрит, HCT		%	25.0 ± 3.0		36.0 ± 3.0		47.0 ± 3.0
		L/L	0.25 ± 0.03		0.36 ± 0.03		0.47 ± 0.03
Сред. объем эритроцита, MCV		fL	79.5 ± 5.0		86.5 ± 5.0		94.0 ± 5.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH		pg	27.0 ± 3.0		29.5 ± 3.0		33.0 ± 3.0
		fmol	1.7 ± 0.2		1.9 ± 0.2		2.1 ± 0.2
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC		g/dL	34.0 ± 4.0		34.0 ± 4.0		35.0 ± 4.0
		g/L	340 ± 40		340 ± 40		350 ± 40
		mmol/L	21.2 ± 2.5		21.2 ± 2.5		21.8 ± 2.5
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV		%	18.5 ± 3.0		15.5 ± 5.0		16.5 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD		fL	40.5 ± 5.0		39.0 ± 5.0		43.5 ± 5.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT		10 ⁹ /L	66 ± 25		178 ± 45		466 ± 60
Сред. объем тромбоцита, MPV		fL	6.5 ± 3.0		6.5 ± 3.0		6.5 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW		%	7.5 ± 3.0		7.5 ± 3.0		7.5 ± 3.0
Тромбокрит, PCT		%	0.040 ± 0.020		0.120 ± 0.070		0.320 ± 0.100
Доля больших тромбоцитов, PLC-R		%	3.0 ± 3.0		1.5 ± 1.5		2.5 ± 2.5
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C		10 ⁹ /L	2.0 ± 1.6		2.5 ± 2.0		11.5 ± 9.2

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} - среднее значение определяемого параметра, N - максимально допустимое отклонение от среднего значения.

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Начальник ОБТК _____ О.Г. Васенёва



АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	243480	Дата выпуска	23.05.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	23.11.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						Swelab Alfa	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10 ⁹ /L	3.20 ± 1.00		6.20 ± 2.00		14.80 ± 4.00	
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	45.3 ± 15.0		21.2 ± 15.0		53.0 ± 15.0	
		0.45 ± 0.15		0.21 ± 0.15		0.53 ± 0.15	
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	6.2 ± 6.2		5.9 ± 5.9		15.8 ± 15.8	
		0.06 ± 0.06		0.06 ± 0.06		0.16 ± 0.16	
Относ. кол-во гранулоцитов, Gran	%	48.5 ± 15.0		72.9 ± 15.0		31.2 ± 15.0	
		0.49 ± 0.15		0.73 ± 0.15		0.31 ± 0.15	
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10 ⁹ /L	1.40 ± 0.50		1.30 ± 0.90		7.80 ± 2.20	
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10 ⁹ /L	0.20 ± 0.20		0.40 ± 0.40		2.30 ± 2.30	
Абс. кол-во гранулоцитов, Gran	10 ⁹ /L	1.60 ± 0.50		4.50 ± 0.90		4.60 ± 2.20	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10 ¹² /L	3.10 ± 0.30		4.10 ± 0.45		5.10 ± 0.60	
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.9 ± 1.0		12.5 ± 1.0		16.7 ± 1.0	
	g/L	89 ± 10		125 ± 10		167 ± 10	
	mmol/L	5.6 ± 0.7		7.8 ± 0.7		10.4 ± 0.7	
Гематокрит, HCT	%	24.0 ± 7.5		35.0 ± 10.0		47.0 ± 10.0	
	L/L	0.24 ± 0.08		0.35 ± 0.10		0.47 ± 0.10	
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	77.5 ± 12.0		84.7 ± 12.0		91.9 ± 12.0	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	29.0 ± 7.0		31.0 ± 7.0		33.0 ± 7.0	
	fmol	1.9 ± 0.5		2.0 ± 0.5		2.1 ± 0.5	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	37.0 ± 7.0		37.0 ± 7.0		36.0 ± 7.0	
	g/L	370 ± 70		370 ± 70		360 ± 70	
	mmol/L	23.0 ± 4.4		23.0 ± 4.4		22.4 ± 4.4	
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	13.5 ± 5.0		12.4 ± 5.0		13.0 ± 5.0	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10 ⁹ /L	50 ± 35		163 ± 55		416 ± 115	
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	7.0 ± 3.0		6.0 ± 3.0		6.0 ± 3.0	
Тромбокрит, PCT	%	0.030 ± 0.030		0.092 ± 0.080		0.238 ± 0.100	

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения.

! Перед использованием набора реагентов обратиться к инструкции по применению набора реагентов!



Начальник ОБТК _____ Г. Васенёва

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	243480	Дата выпуска	23.05.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	23.11.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						Horiba ABX Micros 60/OT60/ES60	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10 ⁹ /L	3.10 ± 1.00		6.10 ± 2.00		14.20 ± 4.00	
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	49.0 ± 15.0		24.0 ± 15.0		60.0 ± 15.0	
		0.49 ± 0.15		0.24 ± 0.15		0.60 ± 0.15	
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	11.0 ± 9.0		8.0 ± 8.0		14.0 ± 9.0	
		0.11 ± 0.09		0.08 ± 0.08		0.14 ± 0.09	
Относ. кол-во гранулоцитов, Gran	%	39.0 ± 15.0		69.0 ± 15.0		26.0 ± 15.0	
		0.39 ± 0.15		0.69 ± 0.15		0.26 ± 0.15	
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10 ⁹ /L	1.50 ± 0.50		1.50 ± 0.90		8.50 ± 2.10	
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10 ⁹ /L	0.30 ± 0.30		0.50 ± 0.50		2.00 ± 1.30	
Абс. кол-во гранулоцитов, Gran	10 ⁹ /L	1.20 ± 0.50		4.20 ± 0.90		3.70 ± 2.10	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10 ¹² /L	3.20 ± 0.30		4.20 ± 0.45		5.20 ± 0.60	
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.6 ± 1.0		12.4 ± 1.0		16.5 ± 1.0	
	g/L	86 ± 10		124 ± 10		165 ± 10	
	mmol/L	5.4 ± 0.7		7.8 ± 0.7		10.3 ± 0.7	
Гематокрит, HCT	%	26.0 ± 7.5		36.0 ± 10.0		48.0 ± 10.0	
	L/L	0.26 ± 0.08		0.36 ± 0.10		0.48 ± 0.10	
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	80.0 ± 12.0		87.0 ± 12.0		93.0 ± 12.0	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	28.0 ± 7.0		30.0 ± 7.0		33.0 ± 7.0	
	fmol	1.8 ± 0.5		1.9 ± 0.5		2.1 ± 0.5	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	34.0 ± 7.0		35.0 ± 7.0		35.0 ± 7.0	
	g/L	340 ± 70		350 ± 70		350 ± 70	
	mmol/L	21.2 ± 4.4		21.8 ± 4.4		21.8 ± 4.4	
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	15.9 ± 5.0		13.9 ± 5.0		14.5 ± 5.0	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10 ⁹ /L	64 ± 35		178 ± 55		456 ± 115	
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	%	7.0 ± 3.0		7.0 ± 3.0		7.0 ± 3.0	
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	12.9 ± 3.0		11.6 ± 3.0		11.8 ± 3.0	
Тромбокрит, PCT	%	0.042 ± 0.042		0.112 ± 0.080		0.291 ± 0.100	

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения.

! Перед использованием набора реагентов обратиться к инструкции по применению набора реагентов!



Начальник ОБТК _____ Г. Васенёва

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	243480	Дата выпуска	23.05.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	23.11.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						Drew D3	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10 ⁹ /L	3.55 ± 1.00		6.25 ± 2.00		13.40 ± 4.00	
Относ. кол-во лимфоцитов, LYM%	%	48.7 ± 15.0		21.5 ± 15.0		53.0 ± 15.0	
		0.49 ± 0.15		0.22 ± 0.15		0.53 ± 0.15	
Относ. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, MID%	%	8.5 ± 8.5		7.0 ± 7.0		13.3 ± 9.0	
		0.09 ± 0.09		0.07 ± 0.07		0.13 ± 0.09	
Относ. кол-во гранулоцитов, GRA%	%	42.8 ± 15.0		71.5 ± 15.0		33.7 ± 15.0	
		0.43 ± 0.15		0.72 ± 0.15		0.34 ± 0.15	
Абс. кол-во лимфоцитов, LYM#	10 ⁹ /L	1.75 ± 0.55		1.35 ± 0.95		7.10 ± 2.00	
Абс. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, MID#	10 ⁹ /L	0.30 ± 0.30		0.45 ± 0.45		1.80 ± 1.20	
Абс. кол-во гранулоцитов, GRA#	10 ⁹ /L	1.50 ± 0.55		4.45 ± 0.95		4.50 ± 2.00	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10 ¹² /L	3.30 ± 0.30		4.15 ± 0.45		5.10 ± 0.60	
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.8 ± 1.0		12.2 ± 1.0		16.0 ± 1.0	
	g/L	88 ± 10		122 ± 10		160 ± 10	
	mmol/L	5.5 ± 0.7		7.6 ± 0.7		10.0 ± 0.7	
Гематокрит, HCT	%	25.6 ± 7.5		34.6 ± 10.0		45.7 ± 10.0	
	L/L	0.26 ± 0.08		0.35 ± 0.10		0.46 ± 0.10	
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	77.6 ± 12.0		83.3 ± 12.0		89.7 ± 12.0	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	26.7 ± 7.0		29.4 ± 7.0		31.4 ± 7.0	
	fmol	1.7 ± 0.5		1.9 ± 0.5		2.0 ± 0.5	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	34.5 ± 7.0		35.5 ± 7.0		35.0 ± 7.0	
	g/L	345 ± 70		355 ± 70		350 ± 70	
	mmol/L	21.5 ± 4.4		22.1 ± 4.4		21.8 ± 4.4	
Ширина распределения эритроцитов по объему, RDW	%	15.9 ± 5.0		14.1 ± 5.0		14.4 ± 5.0	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10 ⁹ /L	75 ± 35		210 ± 55		495 ± 115	
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	7.0 ± 3.0		6.0 ± 3.0		6.0 ± 3.0	
Тромбокрит, PCT	%	0.046 ± 0.046		0.120 ± 0.080		0.280 ± 0.100	

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения.

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Начальник ОБТК _____ О.Г. Васенёва

