

ПАСПОРТ № 2434105

На «Гематологический контроль «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект 4	Номер серии:	2434105	Кол-во наборов:	59
ТУ 21.20.23-011-26329720-2019			Дата выпуска:	27.06.2024	Срок годности:	27.12.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.						
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 180 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.						
Наименование показателя	Номер серии	Дата изготовления	Срок годности	Характеристика и нормы	Кол-во в наборе	Результат контроля
Внешний вид						
Правильность маркировки упаковки набора реагентов и компонентов набора						соответствует
«Гематрол® 3D - Низкий»	2434105l	27.06.24	27.12.24	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,5 мл	соответствует
«Гематрол® 3D - Норма»	2434105n	27.06.24	27.12.24	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,5 мл	соответствует
«Гематрол® 3D - Высокий»	2434105h	27.06.24	27.12.24	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,5 мл	соответствует
Показатели правильности определения						
Определяемые параметры	«Гематрол® 3D - Низкий»		«Гематрол® 3D - Норма»		«Гематрол® 3D - Высокий»	
	Должен содержать	Результат	Должен содержать	Результат	Должен содержать	Результат
Абс. кол-во лейкоцитов, WBC [10^9 /л]	1,0 - 6,0	3.30	4,0 - 12,0	5.90	8,0 - 25,0	15.9
Абс. кол-во эритроцитов, RBC [10^{12} /л]	1,00 - 4,00	3.23	3,00 - 5,00	4.30	4,00 - 6,00	5.31
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT [10^9 /л]	40 - 120	73	100 - 300	191	200 - 600	411

Заключение: серия соответствует требованиям ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Начальник ОБТК _____

О.Г. Веленца

Дата выдачи паспорта _____

27.06.2024



АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	2434105	Дата выпуска	27.06.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	27.12.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						Mindray BC-3600	
Определяемый параметр				Низкая патология		Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC		10 ⁹ /L	3.50 ± 1.00		6.30 ± 2.00		16.00 ± 4.00
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym		%	50.0 ± 15.0		25.0 ± 15.0		47.0 ± 15.0
			0.50 ± 0.15		0.25 ± 0.15		0.47 ± 0.15
Относ. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, Mid		%	10.0 ± 10.0		9.0 ± 9.0		11.0 ± 11.0
			0.10 ± 0.10		0.09 ± 0.09		0.11 ± 0.11
Относ. кол-во гранулоцитов, Gran		%	40.6 ± 15.0		66.8 ± 15.0		43.4 ± 15.0
			0.41 ± 0.15		0.67 ± 0.15		0.43 ± 0.15
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym		10 ⁹ /L	1.80 ± 0.50		1.60 ± 0.90		7.50 ± 2.40
Абс. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, Mid		10 ⁹ /L	0.40 ± 0.40		0.60 ± 0.60		1.80 ± 1.80
Абс. кол-во гранулоцитов, Gran		10 ⁹ /L	1.40 ± 0.50		4.20 ± 0.90		6.90 ± 2.40
Абс. кол-во эритроцитов, RBC		10 ¹² /L	3.30 ± 0.30		4.40 ± 0.45		5.30 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB		g/dL	8.5 ± 1.0		12.5 ± 1.0		16.3 ± 1.0
		g/L	85 ± 10		125 ± 10		163 ± 10
		mmol/L	5.3 ± 0.7		7.8 ± 0.7		10.2 ± 0.7
Гематокрит, HCT		%	29.0 ± 7.5		40.0 ± 10.0		51.0 ± 10.0
		L/L	0.29 ± 0.08		0.40 ± 0.10		0.51 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV		fL	81.2 ± 12.0		86.7 ± 12.0		92.8 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH		pg	27.0 ± 7.0		29.0 ± 7.0		31.0 ± 7.0
		fmol	1.7 ± 0.5		1.9 ± 0.5		2.0 ± 0.5
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC		g/dL	33.0 ± 7.0		34.0 ± 7.0		34.0 ± 7.0
		g/L	330 ± 70		340 ± 70		340 ± 70
		mmol/L	20.5 ± 4.4		21.2 ± 4.4		21.2 ± 4.4
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV		%	14.7 ± 5.0		14.0 ± 5.0		15.0 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD		fL	36.7 ± 10.0		37.6 ± 10.0		42.3 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT		10 ⁹ /L	77 ± 35		194 ± 55		431 ± 115
Сред. объем тромбоцита, MPV		fL	8.0 ± 3.0		7.0 ± 3.0		7.0 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW		fL	16.0 ± 3.0		15.0 ± 3.0		20.0 ± 3.0
Тромбокрит, PCT		%	0.06 ± 0.06		0.13 ± 0.08		0.28 ± 0.10
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C		10 ⁹ /L	13.0 ± 6.5		21.0 ± 10.5		46.0 ± 23.0
Доля больших тромбоцитов, PLC-R		%	18.0 ± 9.0		12.0 ± 6.0		10.6 ± 5.3

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения.

! Перед использованием набора реагентов обратиться к инструкции по применению набора реагентов!



Начальник ОБТК _____ Г. Васенёва

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	2434105	Дата выпуска	27.06.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	27.12.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						Mindray BC-2800/BC-3000+/BC-3200	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10 ⁹ /L	3.40 ± 1.00		6.10 ± 2.00		15.40 ± 4.00	
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	50.0 ± 15.0		25.0 ± 15.0		49.0 ± 15.0	
		0.50 ± 0.15		0.25 ± 0.15		0.49 ± 0.15	
Относ. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, Mid	%	9.0 ± 9.0		7.0 ± 7.0		9.0 ± 9.0	
		0.09 ± 0.09		0.07 ± 0.07		0.09 ± 0.09	
Относ. кол-во гранулоцитов, Gran	%	41.6 ± 15.0		68.5 ± 15.0		43.7 ± 15.0	
		0.42 ± 0.15		0.68 ± 0.15		0.44 ± 0.15	
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10 ⁹ /L	1.70 ± 0.50		1.50 ± 0.90		7.50 ± 2.30	
Абс. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, Mid	10 ⁹ /L	0.30 ± 0.30		0.40 ± 0.40		1.40 ± 1.40	
Абс. кол-во гранулоцитов, Gran	10 ⁹ /L	1.40 ± 0.50		4.20 ± 0.90		6.70 ± 2.30	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10 ¹² /L	3.20 ± 0.30		4.30 ± 0.45		5.20 ± 0.60	
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.4 ± 1.0		12.4 ± 1.0		16.2 ± 1.0	
	g/L	84 ± 10		124 ± 10		162 ± 10	
	mmol/L	5.3 ± 0.7		7.8 ± 0.7		10.1 ± 0.7	
Гематокрит, HCT	%	29.0 ± 7.5		39.0 ± 10.0		51.0 ± 10.0	
	L/L	0.29 ± 0.08		0.39 ± 0.10		0.51 ± 0.10	
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	82.2 ± 12.0		87.8 ± 12.0		94.0 ± 12.0	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	27.0 ± 7.0		30.0 ± 7.0		32.0 ± 7.0	
	fmol	1.7 ± 0.5		1.9 ± 0.5		2.0 ± 0.5	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	33.0 ± 7.0		34.0 ± 7.0		34.0 ± 7.0	
	g/L	330 ± 70		340 ± 70		340 ± 70	
	mmol/L	20.5 ± 4.4		21.2 ± 4.4		21.2 ± 4.4	
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	15.0 ± 5.0		14.0 ± 5.0		15.0 ± 5.0	
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	39.1 ± 10.0		39.5 ± 10.0		43.9 ± 10.0	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10 ⁹ /L	60 ± 35		180 ± 55		430 ± 115	
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	7.0 ± 3.0		6.5 ± 3.0		6.5 ± 3.0	
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	15.5 ± 3.0		15.0 ± 3.0		15.5 ± 3.0	
Тромбокрит, PCT	%	0.05 ± 0.05		0.12 ± 0.08		0.27 ± 0.10	

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения.

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Начальник ОБТК _____ О.Г. Васенёва



АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	2434105	Дата выпуска	27.06.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	27.12.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						Mindray BC-30s	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10 ⁹ /L	3.40 ± 1.00		6.00 ± 2.00		14.70 ± 4.00	
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	50.0 ± 15.0		25.0 ± 15.0		50.0 ± 15.0	
		0.50 ± 0.15		0.25 ± 0.15		0.50 ± 0.15	
Относ. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, Mid	%	8.0 ± 8.0		6.0 ± 6.0		6.0 ± 6.0	
		0.08 ± 0.08		0.06 ± 0.06		0.06 ± 0.06	
Относ. кол-во гранулоцитов, Gran	%	43.0 ± 15.0		69.5 ± 15.0		44.2 ± 15.0	
		0.43 ± 0.15		0.70 ± 0.15		0.44 ± 0.15	
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10 ⁹ /L	1.70 ± 0.50		1.50 ± 0.90		7.30 ± 2.20	
Абс. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, Mid	10 ⁹ /L	0.30 ± 0.30		0.40 ± 0.40		0.90 ± 0.90	
Абс. кол-во гранулоцитов, Gran	10 ⁹ /L	1.50 ± 0.50		4.20 ± 0.90		6.50 ± 2.20	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10 ¹² /L	3.20 ± 0.30		4.10 ± 0.45		5.10 ± 0.60	
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.4 ± 1.0		12.2 ± 1.0		16.1 ± 1.0	
	g/L	84 ± 10		122 ± 10		161 ± 10	
	mmol/L	5.3 ± 0.7		7.6 ± 0.7		10.0 ± 0.7	
Гематокрит, HCT	%	28.0 ± 7.5		39.0 ± 10.0		50.0 ± 10.0	
	L/L	0.28 ± 0.08		0.39 ± 0.10		0.50 ± 0.10	
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	83.1 ± 12.0		89.1 ± 12.0		95.2 ± 12.0	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	27.0 ± 7.0		30.0 ± 7.0		33.0 ± 7.0	
	fmol	1.7 ± 0.5		1.9 ± 0.5		2.1 ± 0.5	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	33.0 ± 7.0		34.0 ± 7.0		34.0 ± 7.0	
	g/L	330 ± 70		340 ± 70		340 ± 70	
	mmol/L	20.5 ± 4.4		21.2 ± 4.4		21.2 ± 4.4	
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	15.0 ± 5.0		14.0 ± 5.0		14.0 ± 5.0	
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	41.2 ± 10.0		41.4 ± 10.0		45.4 ± 10.0	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10 ⁹ /L	66 ± 35		168 ± 55		436 ± 115	
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	7.0 ± 3.0		7.0 ± 3.0		7.0 ± 3.0	
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	16.0 ± 3.0		16.0 ± 3.0		16.0 ± 3.0	
Тромбокрит, PCT	%	0.04 ± 0.04		0.11 ± 0.08		0.27 ± 0.10	
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	10 ⁹ /L	6.0 ± 3.0		12.0 ± 6.0		32.0 ± 16.0	
Доля больших тромбоцитов, PLC-R	%	9.7 ± 4.9		6.8 ± 3.4		7.1 ± 3.6	

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения.

! Перед использованием набора реагентов обратиться к инструкции по применению набора реагентов!



Начальник ОБТК _____ Г. Васенёва

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	2434105	Дата выпуска	27.06.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годеи до	27.12.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						URIT-2900+	
Определяемый параметр				Низкая патология		Высокая патология	
Кол-во лейкоцитов, WBC				10 ⁹ /L		6.00 ± 2.00	
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%		24.7 ± 15.0	
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%		9.3 ± 15.0	
Относ. кол-во гранулоцитов, Gran				%		66.0 ± 15.0	
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10 ⁹ /L		1.50 ± 0.90	
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10 ⁹ /L		0.60 ± 0.90	
Абс. кол-во гранулоцитов, Gran				10 ⁹ /L		4.00 ± 0.90	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10 ¹² /L		4.30 ± 0.45	
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL		12.3 ± 1.0	
				g/L		123 ± 10	
				mmol/L		7.7 ± 0.7	
Гематокрит, HCT				%		37.0 ± 10.0	
Сред. объем эритроцита, MCV				fL		86.7 ± 12.0	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg		30.0 ± 7.0	
				fmol		1.9 ± 0.5	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL		34.0 ± 7.0	
				g/L		340 ± 70	
				mmol/L		21.2 ± 4.4	
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%		14.8 ± 5.0	
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL		38.4 ± 5.0	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10 ⁹ /L		178 ± 55	
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL		7.0 ± 3.0	
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW				%		11.2 ± 3.0	
Тромбокрит, PCT				%		0.117 ± 0.080	
Доля больших тромбоцитов, PLC-R				%		7.0 ± 3.5	
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C				10 ⁹ /L		12.00 ± 6.00	

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!



Начальник ОБТК _____ О.Г. Васенёва

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	2434105	Дата выпуска	27.06.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	27.12.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						URIT Hemalit 3000	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC		10 ⁹ /L	3.10 ± 0.50		5.80 ± 1.00		14.90 ± 2.50
Относ. кол-во лимфоцитов, LYM%		%	49.3 ± 15.0		24.5 ± 15.0		47.1 ± 15.0
			0.49 ± 0.15		0.25 ± 0.15		0.47 ± 0.15
Относ. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, MID%		%	21.4 ± 9.0		10.5 ± 9.0		11.4 ± 9.0
			0.21 ± 0.09		0.11 ± 0.09		0.11 ± 0.09
Относ. кол-во гранулоцитов GRAN%		%	29.4 ± 15.0		65.0 ± 15.0		41.5 ± 15.0
			0.29 ± 0.15		0.65 ± 0.15		0.42 ± 0.15
Абс. кол-во лимфоцитов, LYM#		10 ⁹ /L	1.50 ± 0.50		1.40 ± 0.90		7.00 ± 2.20
Абс. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, MID#		10 ⁹ /L	0.70 ± 0.30		0.60 ± 0.50		1.70 ± 1.30
Абс. кол-во гранулоцитов GRAN#		10 ⁹ /L	0.90 ± 0.50		3.80 ± 0.90		6.20 ± 2.20
Абс. кол-во эритроцитов, RBC		10 ¹² /L	3.00 ± 0.15		4.20 ± 0.20		5.20 ± 0.30
Концентрация гемоглобина, HGB		g/dL	8.0 ± 0.5		12.2 ± 0.5		16.3 ± 0.5
		g/L	80 ± 5		122 ± 5		163 ± 5
		mmol/L	5.0 ± 0.4		7.6 ± 0.4		10.2 ± 0.4
Гематокрит, HCT		%	23.5 ± 3.0		36.0 ± 3.0		48.0 ± 3.0
		L/L	0.24 ± 0.03		0.36 ± 0.03		0.48 ± 0.03
Сред. объем эритроцита, MCV		fL	79.0 ± 5.0		86.5 ± 5.0		92.5 ± 5.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH		pg	27.0 ± 3.0		29.5 ± 3.0		31.5 ± 3.0
		fmol	1.7 ± 0.2		1.9 ± 0.2		2.0 ± 0.2
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC		g/dL	34.0 ± 4.0		34.0 ± 4.0		34.0 ± 4.0
		g/L	340 ± 40		340 ± 40		340 ± 40
		mmol/L	21.2 ± 2.5		21.2 ± 2.5		21.2 ± 2.5
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV		%	17.0 ± 3.0		15.5 ± 5.0		16.0 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD		fL	37.5 ± 5.0		39.0 ± 5.0		43.0 ± 5.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT		10 ⁹ /L	66 ± 25		178 ± 45		447 ± 60
Сред. объем тромбоцита, MPV		fL	7.0 ± 3.0		6.5 ± 3.0		6.5 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW		%	8.0 ± 3.0		7.5 ± 3.0		7.0 ± 3.0
Тромбокрит, PCT		%	0.060 ± 0.040		0.120 ± 0.070		0.280 ± 0.100
Доля больших тромбоцитов, PLC-R		%	3.0 ± 3.0		1.5 ± 1.5		2.0 ± 2.0
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C		10 ⁹ /L	2.0 ± 1.6		2.5 ± 2.0		9.0 ± 7.2

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения.



! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Начальник ОБТК _____ И.Г. Васенёва

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	2434105	Дата выпуска	27.06.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	27.12.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						Swelab Alfa	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10 ⁹ /L	3.40 ± 1.00		6.20 ± 2.00		15.70 ± 4.00	
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	44.7 ± 15.0		21.2 ± 15.0		43.8 ± 15.0	
		0.45 ± 0.15		0.21 ± 0.15		0.44 ± 0.15	
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	7.6 ± 7.6		5.9 ± 5.9		8.3 ± 8.3	
		0.08 ± 0.08		0.06 ± 0.06		0.08 ± 0.08	
Относ. кол-во гранулоцитов, Gran	%	47.8 ± 15.0		72.9 ± 15.0		47.9 ± 15.0	
		0.48 ± 0.15		0.73 ± 0.15		0.48 ± 0.15	
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10 ⁹ /L	1.50 ± 0.50		1.30 ± 0.90		6.90 ± 2.40	
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10 ⁹ /L	0.30 ± 0.30		0.40 ± 0.40		1.30 ± 1.30	
Абс. кол-во гранулоцитов, Gran	10 ⁹ /L	1.60 ± 0.50		4.50 ± 0.90		7.50 ± 2.40	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10 ¹² /L	3.10 ± 0.30		4.10 ± 0.45		5.10 ± 0.60	
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.5 ± 1.0		12.5 ± 1.0		16.7 ± 1.0	
	g/L	85 ± 10		125 ± 10		167 ± 10	
	mmol/L	5.3 ± 0.7		7.8 ± 0.7		10.4 ± 0.7	
Гематокрит, HCT	%	25.0 ± 7.5		35.0 ± 10.0		47.0 ± 10.0	
	L/L	0.25 ± 0.08		0.35 ± 0.10		0.47 ± 0.10	
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	78.3 ± 12.0		84.7 ± 12.0		91.7 ± 12.0	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	28.0 ± 7.0		31.0 ± 7.0		34.0 ± 7.0	
	fmol	1.8 ± 0.5		2.0 ± 0.5		2.2 ± 0.5	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	35.0 ± 7.0		37.0 ± 7.0		37.0 ± 7.0	
	g/L	350 ± 70		370 ± 70		370 ± 70	
	mmol/L	21.8 ± 4.4		23.0 ± 4.4		23.0 ± 4.4	
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	12.7 ± 5.0		12.4 ± 5.0		13.0 ± 5.0	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10 ⁹ /L	62 ± 35		163 ± 55		390 ± 115	
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	7.0 ± 3.0		6.0 ± 3.0		6.0 ± 3.0	
Тромбокрит, PCT	%	0.040 ± 0.040		0.092 ± 0.080		0.219 ± 0.100	

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения.

! Перед использованием набора реагентов обратиться к инструкции по применению набора реагентов!



Начальник ОБТК _____ И. Васенёва

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	2434105	Дата выпуска	27.06.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	27.12.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						Horiba ABX Micros 60/OT60/ES60	
Определяемый параметр				Низкая патология		Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC		10 ⁹ /L	3.40 ± 1.00		6.10 ± 2.00	15.40 ± 4.00	
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym		%	48.0 ± 15.0		24.0 ± 15.0	47.0 ± 15.0	
			0.48 ± 0.15		0.24 ± 0.15	0.47 ± 0.15	
Относ. кол-во моноцитов, Mon		%	9.0 ± 9.0		8.0 ± 8.0	9.0 ± 9.0	
			0.09 ± 0.09		0.08 ± 0.08	0.09 ± 0.09	
Относ. кол-во гранулоцитов, Gran		%	43.0 ± 15.0		69.0 ± 15.0	44.0 ± 15.0	
			0.43 ± 0.15		0.69 ± 0.15	0.44 ± 0.15	
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym		10 ⁹ /L	1.60 ± 0.50		1.50 ± 0.90	7.20 ± 2.30	
Абс. кол-во моноцитов, Mon		10 ⁹ /L	0.30 ± 0.30		0.50 ± 0.50	1.40 ± 1.40	
Абс. кол-во гранулоцитов, Gran		10 ⁹ /L	1.50 ± 0.50		4.20 ± 0.90	6.80 ± 2.30	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC		10 ¹² /L	3.10 ± 0.30		4.20 ± 0.45	5.20 ± 0.60	
Концентрация гемоглобина, HGB		g/dL	8.3 ± 1.0		12.4 ± 1.0	16.3 ± 1.0	
		g/L	83 ± 10		124 ± 10	163 ± 10	
		mmol/L	5.2 ± 0.7		7.8 ± 0.7	10.2 ± 0.7	
Гематокрит, HCT		%	25.0 ± 7.5		36.0 ± 10.0	48.0 ± 10.0	
		L/L	0.25 ± 0.08		0.36 ± 0.10	0.48 ± 0.10	
Сред. объем эритроцита, MCV		fL	80.0 ± 12.0		87.0 ± 12.0	93.0 ± 12.0	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH		pg	27.0 ± 7.0		30.0 ± 7.0	32.0 ± 7.0	
		fmol	1.7 ± 0.5		1.9 ± 0.5	2.0 ± 0.5	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC		g/dL	34.0 ± 7.0		35.0 ± 7.0	35.0 ± 7.0	
		g/L	340 ± 70		350 ± 70	350 ± 70	
		mmol/L	21.2 ± 4.4		21.8 ± 4.4	21.8 ± 4.4	
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV		%	14.7 ± 5.0		13.9 ± 5.0	14.3 ± 5.0	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT		10 ⁹ /L	68 ± 35		178 ± 55	428 ± 115	
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW		%	7.0 ± 3.0		7.0 ± 3.0	7.0 ± 3.0	
Сред. объем тромбоцита, MPV		fL	13.2 ± 3.0		11.6 ± 3.0	11.6 ± 3.0	
Тромбокрит, PCT		%	0.045 ± 0.045		0.112 ± 0.080	0.264 ± 0.100	

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения.

! Перед использованием набора реагентов обратиться к инструкции по применению набора реагентов!

Начальник ОБТК _____ Г. Васенёва



АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	2434105	Дата выпуска	27.06.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	27.12.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						Drew D3	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC		10 ⁹ /L	3.35 ± 1.00	6.25 ± 2.00	14.95 ± 4.00		
Относ. кол-во лимфоцитов, LYM%		%	44.7 ± 15.0	21.5 ± 15.0	36.2 ± 15.0		
			0.45 ± 0.15	0.22 ± 0.15	0.36 ± 0.15		
Относ. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, MID%		%	9.0 ± 9.0	7.0 ± 7.0	13.4 ± 9.0		
			0.09 ± 0.09	0.07 ± 0.07	0.13 ± 0.09		
Относ. кол-во гранулоцитов, GRA%		%	46.3 ± 15.0	71.5 ± 15.0	50.4 ± 15.0		
			0.46 ± 0.15	0.72 ± 0.15	0.50 ± 0.15		
Абс. кол-во лимфоцитов, LYM#		10 ⁹ /L	1.50 ± 0.50	1.35 ± 0.95	5.40 ± 2.25		
Абс. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, MID#		10 ⁹ /L	0.30 ± 0.30	0.45 ± 0.45	2.00 ± 1.35		
Абс. кол-во гранулоцитов, GRA#		10 ⁹ /L	1.55 ± 0.50	4.45 ± 0.95	7.55 ± 2.25		
Абс. кол-во эритроцитов, RBC		10 ¹² /L	3.05 ± 0.30	4.15 ± 0.45	5.10 ± 0.60		
Концентрация гемоглобина, HGB		g/dL	8.1 ± 1.0	12.2 ± 1.0	15.8 ± 1.0		
		g/L	81 ± 10	122 ± 10	158 ± 10		
		mmol/L	5.1 ± 0.7	7.6 ± 0.7	9.9 ± 0.7		
Гематокрит, HCT		%	23.8 ± 7.5	34.6 ± 10.0	45.6 ± 10.0		
		L/L	0.24 ± 0.08	0.35 ± 0.10	0.46 ± 0.10		
Сред. объем эритроцита, MCV		fL	78.0 ± 12.0	83.3 ± 12.0	89.5 ± 12.0		
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH		pg	26.6 ± 7.0	29.4 ± 7.0	31.0 ± 7.0		
		fmol	1.7 ± 0.5	1.9 ± 0.5	2.0 ± 0.5		
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC		g/dL	34.0 ± 7.0	35.5 ± 7.0	34.5 ± 7.0		
		g/L	340 ± 70	355 ± 70	345 ± 70		
		mmol/L	21.2 ± 4.4	22.1 ± 4.4	21.5 ± 4.4		
Ширина распределения эритроцитов по объему, RDW		%	14.7 ± 5.0	14.1 ± 5.0	14.7 ± 5.0		
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT		10 ⁹ /L	90 ± 35	210 ± 55	440 ± 115		
Сред. объем тромбоцита, MPV		fL	7.0 ± 3.0	6.0 ± 3.0	6.0 ± 3.0		
Тромбокрит, PCT		%	0.054 ± 0.054	0.120 ± 0.080	0.240 ± 0.100		

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения.

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!



Начальник ОБТК _____ О.Г. Васенёва