

ПАСПОРТ № 2438106

На «Гематологический контроль «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-38	Комплект 8	Номер серии:	2438106	Кол-во наборов:	42
ТУ 21.20.23-011-26329720-2019			Дата выпуска:	06.06.2024	Срок годности:	06.12.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.						
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 180 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.						
Наименование показателя	Номер серии	Дата изготовления	Срок годности	Характеристика и нормы	Кол-во в наборе	Результат контроля
Внешний вид						
Правильность маркировки упаковки набора реагентов и компонентов набора						соответствует
«Гематрол® 3D - Низкий»	2438106l	06.06.24	06.12.24	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 1,0 мл	соответствует
«Гематрол® 3D - Норма»	2438106n	06.06.24	06.12.24	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 1,0 мл	соответствует
«Гематрол® 3D - Высокий»	2438106h	06.06.24	06.12.24	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 1,0 мл	соответствует
Показатели правильности определения						
Определяемые параметры	«Гематрол® 3D - Низкий»		«Гематрол® 3D - Норма»		«Гематрол® 3D - Высокий»	
	Должен содержать	Результат	Должен содержать	Результат	Должен содержать	Результат
Абс. кол-во лейкоцитов, WBC [10^9 /л]	1,0 - 6,0	3.30	4,0 - 12,0	5.40	8,0 - 25,0	14.7
Абс. кол-во эритроцитов, RBC [10^{12} /л]	1,00 - 4,00	3.03	3,00 - 5,00	3.90	4,00 - 6,00	5.17
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT [10^9 /л]	40 - 120	75	100 - 300	184	200 - 600	462

Заключение: серия соответствует требованиям ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Начальник ОБТК _____

О.Г. Вахнёва

Дата выдачи паспорта _____

06.06.2024



АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-38	Комплект	8	Серия	2438106	Дата выпуска	06.06.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	06.12.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						Mindray BC-3600	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC		10 ⁹ /L	3.50 ± 1.00		5.50 ± 2.00		14.50 ± 4.00
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym		%	59.0 ± 15.0		31.0 ± 15.0		57.0 ± 15.0
			0.59 ± 0.15		0.31 ± 0.15		0.57 ± 0.15
Относ. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, Mid		%	12.0 ± 12.0		10.0 ± 10.0		12.0 ± 12.0
			0.12 ± 0.12		0.10 ± 0.10		0.12 ± 0.12
Относ. кол-во гранулоцитов, Gran		%	29.8 ± 15.0		60.0 ± 15.0		31.8 ± 15.0
			0.30 ± 0.15		0.60 ± 0.15		0.32 ± 0.15
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym		10 ⁹ /L	2.10 ± 0.50		1.70 ± 0.80		8.30 ± 2.20
Абс. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, Mid		10 ⁹ /L	0.40 ± 0.40		0.60 ± 0.60		1.70 ± 1.70
Абс. кол-во гранулоцитов, Gran		10 ⁹ /L	1.00 ± 0.50		3.30 ± 0.80		4.60 ± 2.20
Абс. кол-во эритроцитов, RBC		10 ¹² /L	3.20 ± 0.30		3.90 ± 0.45		5.30 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB		g/dL	8.3 ± 1.0		11.8 ± 1.0		16.0 ± 1.0
		g/L	83 ± 10		118 ± 10		160 ± 10
		mmol/L	5.2 ± 0.7		7.4 ± 0.7		10.0 ± 0.7
Гематокрит, HCT		%	28.0 ± 7.5		36.0 ± 10.0		51.0 ± 10.0
		L/L	0.28 ± 0.08		0.36 ± 0.10		0.51 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV		fL	81.5 ± 12.0		85.7 ± 12.0		93.1 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH		pg	27.0 ± 7.0		31.0 ± 7.0		31.0 ± 7.0
		fmol	1.7 ± 0.5		2.0 ± 0.5		2.0 ± 0.5
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC		g/dL	33.0 ± 7.0		36.0 ± 7.0		33.0 ± 7.0
		g/L	330 ± 70		360 ± 70		330 ± 70
		mmol/L	20.5 ± 4.4		22.4 ± 4.4		20.5 ± 4.4
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV		%	15.2 ± 5.0		15.0 ± 5.0		15.0 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD		fL	38.3 ± 10.0		38.7 ± 10.0		46.8 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT		10 ⁹ /L	79 ± 35		193 ± 55		458 ± 115
Сред. объем тромбоцита, MPV		fL	9.0 ± 3.0		7.0 ± 3.0		7.0 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW		fL	16.0 ± 3.0		15.0 ± 3.0		20.0 ± 3.0
Тромбокрит, PCT		%	0.06 ± 0.06		0.13 ± 0.08		0.29 ± 0.10
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C		10 ⁹ /L	18.0 ± 9.0		20.0 ± 10.0		43.0 ± 21.5
Доля больших тромбоцитов, PLC-R		%	23.0 ± 11.5		11.0 ± 5.5		9.4 ± 4.7

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения.

! Перед использованием набора реагентов обратиться к инструкции по применению набора реагентов!



Начальник ОБТК _____ И. Васенёва

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-38	Комплект	8	Серия	2438106	Дата выпуска	06.06.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	06.12.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						Mindray BC-2800/BC-3000+/BC-3200	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10 ⁹ /L	3.40 ± 1.00		5.50 ± 2.00		14.30 ± 4.00	
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	59.0 ± 15.0		31.0 ± 15.0		58.0 ± 15.0	
		0.59 ± 0.15		0.31 ± 0.15		0.58 ± 0.15	
Относ. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, Mid	%	11.0 ± 11.0		8.0 ± 8.0		10.0 ± 10.0	
		0.11 ± 0.11		0.08 ± 0.08		0.10 ± 0.10	
Относ. кол-во гранулоцитов, Gran	%	31.0 ± 15.0		61.9 ± 15.0		33.3 ± 15.0	
		0.31 ± 0.15		0.62 ± 0.15		0.33 ± 0.15	
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10 ⁹ /L	2.00 ± 0.50		1.70 ± 0.80		8.30 ± 2.10	
Абс. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, Mid	10 ⁹ /L	0.40 ± 0.40		0.40 ± 0.40		1.40 ± 1.40	
Абс. кол-во гранулоцитов, Gran	10 ⁹ /L	1.10 ± 0.50		3.40 ± 0.80		4.80 ± 2.10	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10 ¹² /L	3.10 ± 0.30		3.80 ± 0.45		5.20 ± 0.60	
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.2 ± 1.0		11.6 ± 1.0		15.9 ± 1.0	
	g/L	82 ± 10		116 ± 10		159 ± 10	
	mmol/L	5.1 ± 0.7		7.3 ± 0.7		9.9 ± 0.7	
Гематокрит, HCT	%	28.0 ± 7.5		35.0 ± 10.0		51.0 ± 10.0	
	L/L	0.28 ± 0.08		0.35 ± 0.10		0.51 ± 0.10	
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	82.7 ± 12.0		86.2 ± 12.0		93.6 ± 12.0	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	27.0 ± 7.0		31.0 ± 7.0		31.0 ± 7.0	
	fmol	1.7 ± 0.5		2.0 ± 0.5		2.0 ± 0.5	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	32.0 ± 7.0		36.0 ± 7.0		33.0 ± 7.0	
	g/L	320 ± 70		360 ± 70		330 ± 70	
	mmol/L	19.9 ± 4.4		22.4 ± 4.4		20.5 ± 4.4	
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	16.0 ± 5.0		15.0 ± 5.0		15.0 ± 5.0	
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	40.9 ± 10.0		41.0 ± 10.0		46.5 ± 10.0	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10 ⁹ /L	60 ± 35		180 ± 55		470 ± 115	
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	7.5 ± 3.0		6.5 ± 3.0		6.0 ± 3.0	
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	16.0 ± 3.0		15.0 ± 3.0		15.5 ± 3.0	
Тромбокрит, PCT	%	0.05 ± 0.05		0.11 ± 0.08		0.28 ± 0.10	

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения.

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!



Начальник ОБТК _____ О.Г. Васенёва

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-38	Комплект	8	Серия	2438106	Дата выпуска	06.06.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	06.12.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						Mindray BC-30s	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC		10 ⁹ /L	3.30 ± 1.00		5.60 ± 2.00		14.00 ± 4.00
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym		%	59.0 ± 15.0		31.0 ± 15.0		58.0 ± 15.0
			0.59 ± 0.15		0.31 ± 0.15		0.58 ± 0.15
Относ. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, Mid		%	9.0 ± 9.0		7.0 ± 7.0		8.0 ± 8.0
			0.09 ± 0.09		0.07 ± 0.07		0.08 ± 0.08
Относ. кол-во гранулоцитов, Gran		%	32.8 ± 15.0		63.5 ± 15.0		34.5 ± 15.0
			0.33 ± 0.15		0.64 ± 0.15		0.34 ± 0.15
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym		10 ⁹ /L	1.90 ± 0.50		1.70 ± 0.80		8.10 ± 2.10
Абс. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, Mid		10 ⁹ /L	0.30 ± 0.30		0.40 ± 0.40		1.10 ± 1.10
Абс. кол-во гранулоцитов, Gran		10 ⁹ /L	1.10 ± 0.50		3.60 ± 0.80		4.80 ± 2.10
Абс. кол-во эритроцитов, RBC		10 ¹² /L	3.10 ± 0.30		3.70 ± 0.45		5.10 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB		g/dL	8.1 ± 1.0		11.4 ± 1.0		15.7 ± 1.0
		g/L	81 ± 10		114 ± 10		157 ± 10
		mmol/L	5.1 ± 0.7		7.1 ± 0.7		9.8 ± 0.7
Гематокрит, HCT		%	28.0 ± 7.5		35.0 ± 10.0		50.0 ± 10.0
		L/L	0.28 ± 0.08		0.35 ± 0.10		0.50 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV		fL	83.8 ± 12.0		86.7 ± 12.0		94.1 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH		pg	27.0 ± 7.0		31.0 ± 7.0		31.0 ± 7.0
		fmol	1.7 ± 0.5		2.0 ± 0.5		2.0 ± 0.5
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC		g/dL	32.0 ± 7.0		36.0 ± 7.0		33.0 ± 7.0
		g/L	320 ± 70		360 ± 70		330 ± 70
		mmol/L	19.9 ± 4.4		22.4 ± 4.4		20.5 ± 4.4
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV		%	16.0 ± 5.0		15.0 ± 5.0		15.0 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD		fL	43.5 ± 10.0		43.2 ± 10.0		46.5 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT		10 ⁹ /L	65 ± 35		166 ± 55		479 ± 115
Сред. объем тромбоцита, MPV		fL	8.0 ± 3.0		7.0 ± 3.0		6.0 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW		fL	17.0 ± 3.0		16.0 ± 3.0		16.0 ± 3.0
Тромбокрит, PCT		%	0.05 ± 0.05		0.10 ± 0.08		0.28 ± 0.10
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C		10 ⁹ /L	9.0 ± 4.5		10.0 ± 5.0		30.0 ± 15.0
Доля больших тромбоцитов, PLC-R		%	14.0 ± 7.0		5.9 ± 2.9		6.1 ± 3.0

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения.

! Перед использованием набора реагентов обратиться к инструкции по применению набора реагентов!



Начальник ОБТК _____ Г. Васенёва

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-38	Комплект	8	Серия	2438106	Дата выпуска	06.06.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годеи до	06.12.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						URIT-2900+	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC			10 ⁹ /L	3.40 ± 1.00	5.60 ± 2.00		14.60 ± 4.00
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym			%	58.0 ± 15.0	29.5 ± 15.0		56.6 ± 15.0
				0.58 ± 0.15	0.29 ± 0.15		0.57 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon			%	14.7 ± 15.0	8.9 ± 8.9		12.6 ± 12.6
				0.15 ± 0.15	0.09 ± 0.09		0.13 ± 0.13
Относ. кол-во гранулоцитов, Gran			%	27.3 ± 15.0	61.6 ± 15.0		30.9 ± 15.0
				0.27 ± 0.15	0.62 ± 0.15		0.31 ± 0.15
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym			10 ⁹ /L	2.00 ± 0.50	1.70 ± 0.80		8.30 ± 2.20
Абс. кол-во моноцитов, Mon			10 ⁹ /L	0.50 ± 0.50	0.50 ± 0.50		1.80 ± 1.80
Абс. кол-во гранулоцитов, Gran			10 ⁹ /L	0.90 ± 0.50	3.50 ± 0.80		4.50 ± 2.20
Абс. кол-во эритроцитов, RBC			10 ¹² /L	3.10 ± 0.30	3.90 ± 0.45		5.10 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB			g/dL	8.2 ± 1.0	11.6 ± 1.0		16.3 ± 1.0
			g/L	82 ± 10	116 ± 10		163 ± 10
			mmol/L	5.1 ± 0.7	7.3 ± 0.7		10.2 ± 0.7
Гематокрит, HCT			%	25.0 ± 7.5	33.0 ± 10.0		48.0 ± 10.0
			L/L	0.25 ± 0.08	0.33 ± 0.10		0.48 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV			fL	81.2 ± 12.0	84.3 ± 12.0		93.0 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH			pg	27.0 ± 7.0	31.0 ± 7.0		32.0 ± 7.0
			fmol	1.7 ± 0.5	2.0 ± 0.5		2.0 ± 0.5
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC			g/dL	34.0 ± 7.0	36.0 ± 7.0		35.0 ± 7.0
			g/L	340 ± 70	360 ± 70		350 ± 70
			mmol/L	21.2 ± 4.4	22.4 ± 4.4		21.8 ± 4.4
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV			%	16.0 ± 5.0	15.5 ± 5.0		15.4 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD			fL	39.0 ± 5.0	37.9 ± 5.0		45.5 ± 5.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT			10 ⁹ /L	68 ± 35	179 ± 55		482 ± 115
Сред. объем тромбоцита, MPV			fL	8.0 ± 3.0	7.0 ± 3.0		7.0 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW			%	12.5 ± 3.0	11.1 ± 3.0		10.8 ± 3.0
Тромбокрит, PCT			%	0.060 ± 0.060	0.116 ± 0.080		0.298 ± 0.100
Доля больших тромбоцитов, PLC-R			%	14.0 ± 7.0	6.0 ± 3.0		6.0 ± 3.0
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C			10 ⁹ /L	11.00 ± 5.50	11.00 ± 5.50		26.00 ± 13.00

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!



Начальник ОБТК _____ О.Г. Васенёва

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-38	Комплект	8	Серия	2438106	Дата выпуска	06.06.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	06.12.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						URIT Hemalit 3000	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC		10 ⁹ /L	3.20 ± 0.50		5.60 ± 1.00		14.60 ± 2.50
Относ. кол-во лимфоцитов, LYM%		%	57.6 ± 15.0		28.9 ± 15.0		56.5 ± 15.0
			0.58 ± 0.15		0.29 ± 0.15		0.57 ± 0.15
Относ. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, MID%		%	17.4 ± 9.0		8.4 ± 8.4		13.4 ± 9.0
			0.17 ± 0.09		0.08 ± 0.08		0.13 ± 0.09
Относ. кол-во гранулоцитов GRAN%		%	25.0 ± 15.0		62.7 ± 15.0		30.1 ± 15.0
			0.25 ± 0.15		0.63 ± 0.15		0.30 ± 0.15
Абс. кол-во лимфоцитов, LYM#		10 ⁹ /L	1.80 ± 0.50		1.60 ± 0.80		8.30 ± 2.20
Абс. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, MID#		10 ⁹ /L	0.60 ± 0.30		0.50 ± 0.50		2.00 ± 1.30
Абс. кол-во гранулоцитов GRAN#		10 ⁹ /L	0.80 ± 0.50		3.50 ± 0.80		4.40 ± 2.20
Абс. кол-во эритроцитов, RBC		10 ¹² /L	2.90 ± 0.15		3.80 ± 0.20		5.00 ± 0.30
Концентрация гемоглобина, HGB		g/dL	8.0 ± 0.5		11.4 ± 0.5		16.5 ± 0.5
		g/L	80 ± 5		114 ± 5		165 ± 5
		mmol/L	5.0 ± 0.4		7.1 ± 0.4		10.3 ± 0.4
Гематокрит, HCT		%	23.5 ± 3.0		31.5 ± 3.0		46.5 ± 3.0
		L/L	0.24 ± 0.03		0.32 ± 0.03		0.47 ± 0.03
Сред. объем эритроцита, MCV		fL	80.5 ± 5.0		82.5 ± 5.0		93.0 ± 5.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH		pg	27.5 ± 3.0		30.0 ± 3.0		33.0 ± 3.0
		fmol	1.8 ± 0.2		1.9 ± 0.2		2.1 ± 0.2
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC		g/dL	34.0 ± 4.0		36.0 ± 4.0		35.5 ± 4.0
		g/L	340 ± 40		360 ± 40		355 ± 40
		mmol/L	21.2 ± 2.5		22.4 ± 2.5		22.1 ± 2.5
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV		%	17.0 ± 3.0		16.5 ± 5.0		16.0 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD		fL	39.5 ± 5.0		37.0 ± 5.0		44.0 ± 5.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT		10 ⁹ /L	75 ± 25		181 ± 45		524 ± 60
Сред. объем тромбоцита, MPV		fL	7.5 ± 3.0		6.5 ± 3.0		6.0 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW		%	9.5 ± 3.0		7.0 ± 3.0		6.5 ± 3.0
Тромбокрит, PCT		%	0.060 ± 0.040		0.120 ± 0.070		0.320 ± 0.100
Доля больших тромбоцитов, PLC-R		%	5.5 ± 5.5		1.5 ± 1.5		1.5 ± 1.5
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C		10 ⁹ /L	4.0 ± 3.2		3.0 ± 2.4		8.5 ± 6.8

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения.



! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Начальник ОБТК _____ О.Г. Васенёва

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-38	Комплект	8	Серия	2438106	Дата выпуска	06.06.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	06.12.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						Swelab Alfa	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10 ⁹ /L	3.30 ± 1.00		5.90 ± 2.00		15.80 ± 4.00	
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	48.1 ± 15.0		27.1 ± 15.0		45.0 ± 15.0	
		0.48 ± 0.15		0.27 ± 0.15		0.45 ± 0.15	
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	15.9 ± 15.9		6.9 ± 6.9		14.1 ± 14.1	
		0.16 ± 0.16		0.07 ± 0.07		0.14 ± 0.14	
Относ. кол-во гранулоцитов, Gran	%	36.0 ± 15.0		66.0 ± 15.0		40.9 ± 15.0	
		0.36 ± 0.15		0.66 ± 0.15		0.41 ± 0.15	
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10 ⁹ /L	1.60 ± 0.50		1.60 ± 0.90		7.10 ± 2.40	
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10 ⁹ /L	0.50 ± 0.50		0.40 ± 0.40		2.20 ± 2.20	
Абс. кол-во гранулоцитов, Gran	10 ⁹ /L	1.20 ± 0.50		3.90 ± 0.90		6.50 ± 2.40	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10 ¹² /L	3.00 ± 0.30		3.80 ± 0.45		5.10 ± 0.60	
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.6 ± 1.0		11.8 ± 1.0		16.6 ± 1.0	
	g/L	86 ± 10		118 ± 10		166 ± 10	
	mmol/L	5.4 ± 0.7		7.4 ± 0.7		10.4 ± 0.7	
Гематокрит, HCT	%	24.0 ± 7.5		32.0 ± 10.0		46.0 ± 10.0	
	L/L	0.24 ± 0.08		0.32 ± 0.10		0.46 ± 0.10	
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	79.1 ± 12.0		82.4 ± 12.0		90.7 ± 12.0	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	30.0 ± 7.0		32.0 ± 7.0		33.0 ± 7.0	
	fmol	0.0 # 0.0		0.0 # 0.0		0.0 # 0.0	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	37.0 ± 7.0		38.0 ± 7.0		37.0 ± 7.0	
	g/L	370 ± 70		380 ± 70		370 ± 70	
	mmol/L	23.0 ± 4.4		23.6 ± 4.4		23.0 ± 4.4	
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	13.2 ± 5.0		12.9 ± 5.0		13.5 ± 5.0	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10 ⁹ /L	56 ± 35		160 ± 55		394 ± 115	
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	7.0 ± 3.0		6.0 ± 3.0		6.0 ± 3.0	
Тромбокрит, PCT	%	0.039 ± 0.039		0.089 ± 0.080		0.214 ± 0.100	

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения.

! Перед использованием набора реагентов обратиться к инструкции по применению набора реагентов!



Начальник ОБТК _____ Г. Васенёва

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-38	Комплект	8	Серия	2438106	Дата выпуска	06.06.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	06.12.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						Horiba ABX Micros 60/OT60/ES60	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10 ⁹ /L	3.30 ± 1.00		5.70 ± 2.00		14.70 ± 4.00	
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	56.0 ± 15.0		29.0 ± 15.0		54.0 ± 15.0	
		0.56 ± 0.15		0.29 ± 0.15		0.54 ± 0.15	
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	14.0 ± 9.0		8.0 ± 8.0		12.0 ± 9.0	
		0.14 ± 0.09		0.08 ± 0.08		0.12 ± 0.09	
Относ. кол-во гранулоцитов, Gran	%	31.0 ± 15.0		63.0 ± 15.0		34.0 ± 15.0	
		0.31 ± 0.15		0.63 ± 0.15		0.34 ± 0.15	
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10 ⁹ /L	1.80 ± 0.50		1.70 ± 0.90		7.90 ± 2.20	
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10 ⁹ /L	0.50 ± 0.30		0.50 ± 0.50		1.80 ± 1.30	
Абс. кол-во гранулоцитов, Gran	10 ⁹ /L	1.00 ± 0.50		3.60 ± 0.90		5.00 ± 2.20	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10 ¹² /L	3.10 ± 0.30		3.80 ± 0.45		5.10 ± 0.60	
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.2 ± 1.0		11.6 ± 1.0		16.2 ± 1.0	
	g/L	82 ± 10		116 ± 10		162 ± 10	
	mmol/L	5.1 ± 0.7		7.3 ± 0.7		10.1 ± 0.7	
Гематокрит, HCT	%	25.0 ± 7.5		32.0 ± 10.0		47.0 ± 10.0	
	L/L	0.25 ± 0.08		0.32 ± 0.10		0.47 ± 0.10	
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	81.0 ± 12.0		84.0 ± 12.0		93.0 ± 12.0	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	28.0 ± 7.0		31.0 ± 7.0		32.0 ± 7.0	
	fmol	1.8 ± 0.5		2.0 ± 0.5		2.0 ± 0.5	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	34.0 ± 7.0		37.0 ± 7.0		35.0 ± 7.0	
	g/L	340 ± 70		370 ± 70		350 ± 70	
	mmol/L	21.2 ± 4.4		23.0 ± 4.4		21.8 ± 4.4	
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	15.1 ± 5.0		14.6 ± 5.0		14.7 ± 5.0	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10 ⁹ /L	70 ± 35		176 ± 55		465 ± 115	
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	%	8.0 ± 3.0		7.0 ± 3.0		6.0 ± 3.0	
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	13.8 ± 3.0		11.4 ± 3.0		11.4 ± 3.0	
Тромбокрит, PCT	%	0.052 ± 0.052		0.109 ± 0.080		0.274 ± 0.100	

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения.

! Перед использованием набора реагентов обратиться к инструкции по применению набора реагентов!



Начальник ОБТК _____ Г. Васенёва

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-38	Комплект	8	Серия	2438106	Дата выпуска	06.06.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	06.12.2024
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						Drew D3	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC		10 ⁹ /L	3.70	± 1.00	5.55	± 2.00	14.65 ± 4.00
Относ. кол-во лимфоцитов, LYM%		%	44.2	± 15.0	25.5	± 15.0	38.0 ± 15.0
			0.44	± 0.15	0.25	± 0.15	0.38 ± 0.15
Относ. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, MID%		%	15.9	± 9.0	6.8	± 6.8	18.1 ± 9.0
			0.16	± 0.09	0.07	± 0.07	0.18 ± 0.09
Относ. кол-во гранулоцитов, GRA%		%	39.9	± 15.0	67.7	± 15.0	43.9 ± 15.0
			0.40	± 0.15	0.68	± 0.15	0.44 ± 0.15
Абс. кол-во лимфоцитов, LYM#		10 ⁹ /L	1.65	± 0.55	1.40	± 0.85	5.55 ± 2.20
Абс. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, MID#		10 ⁹ /L	0.60	± 0.35	0.40	± 0.40	2.65 ± 1.30
Абс. кол-во гранулоцитов, GRA#		10 ⁹ /L	1.50	± 0.55	3.75	± 0.85	6.45 ± 2.20
Абс. кол-во эритроцитов, RBC		10 ¹² /L	2.90	± 0.30	3.90	± 0.45	5.05 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB		g/dL	8.8	± 1.0	11.8	± 1.0	16.6 ± 1.0
		g/L	88	± 10	118	± 10	166 ± 10
		mmol/L	5.5	± 0.7	7.4	± 0.7	10.4 ± 0.7
Гематокрит, HCT		%	23.6	± 7.5	31.9	± 10.0	46.7 ± 10.0
		L/L	0.24	± 0.08	0.32	± 0.10	0.47 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV		fL	81.4	± 12.0	81.7	± 12.0	92.4 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH		pg	30.3	± 7.0	30.3	± 7.0	32.9 ± 7.0
		fmol	1.9	± 0.5	1.9	± 0.5	2.1 ± 0.5
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC		g/dL	37.5	± 7.0	37.0	± 7.0	35.5 ± 7.0
		g/L	375	± 70	370	± 70	355 ± 70
		mmol/L	23.3	± 4.4	23.0	± 4.4	22.1 ± 4.4
Ширина распределения эритроцитов по объему, RDW		%	15.2	± 5.0	14.4	± 5.0	14.5 ± 5.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT		10 ⁹ /L	90	± 35	215	± 55	520 ± 115
Сред. объем тромбоцита, MPV		fL	7.0	± 3.0	6.0	± 3.0	6.0 ± 3.0
Тромбокрит, PCT		%	0.061	± 0.061	0.120	± 0.080	0.260 ± 0.100

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения.

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!



Начальник ОБТК _____ О.Г. Васенёва