Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

ПАСПОРТ № 2451127

На набор реагентов **«Гематрол 5D»**
для контроля качества проведения общего анализа крови по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMB-200**	Комплект **1**	Номер серии:	**2451127**	Кол-во наборов:	**2**
ТУ 21.20.23-001-52857075-2016			Дата выпуска:	**13.12.2024**	Срок годности:	**13.03.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать						
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.						
Наименование показателя	Номер серии	Дата изготовления	Срок годности	Характеристика и нормы	Кол-во в наборе	Результат контроля
Внешний вид						
Правильность маркировки упаковки набора реагентов и компонентов набора						соответствует
«Гематрол 5D - Низкий»	2451127l	12.2024	03.2025	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,0 мл	соответствует

Показатели правильности определения		
Определяемые параметры	**«Гематрол 5D - Низкий»**	
	Должен содержать	Результат
Абс. кол-во лейкоцитов, WBC [10^9/л]	2,0 - 4,0	3.32
Абс. кол-во эритроцитов, RBC [10^{12}/л]	2,50 - 3,50	2.95
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT [10^9/л]	40 - 100	70

Заключение: серия соответствует требованиям ТУ 21.20.23-001-52857075-2016.

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск

Начальник ОБТК _____ А.А. Старостенко

Дата выдачи паспорта 13.12.2024

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMB-200**	Комплект	**1**	Серия	**2451127**	Дата выпуска	**13.12.2024**
Условия транспортировки: при 2-8 °C, не замораживать.						Годен до	**13.03.2025**
Условия хранения: при 2-8 °C в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				**Mindray BC-5300 / BC-5380**			
Определяемый параметр				Низкая патология			
Кол-во лейкоцитов, WBC			10^9/L	3.30	± 1.00		
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu			%	39.9	± 15.0		
				0.40	± 0.15		
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym			%	50.6	± 15.0		
				0.51	± 0.15		
Относ. кол-во моноцитов, Mon			%	7.7	± 7.7		
				0.08	± 0.08		
Относ. кол-во эозинофилов, Eos			%	4.5	± 4.5		
				0.05	± 0.05		
Относ. кол-во базофилов, Bas			%	46.5	± 9.0		
				0.47	± 0.09		
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu			10^9/L	1.30	± 0.50		
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym			10^9/L	1.65	± 0.50		
Абс. кол-во моноцитов, Mon			10^9/L	0.25	± 0.25		
Абс. кол-во эозинофилов, Eos			10^9/L	0.15	± 0.15		
Абс. кол-во базофилов, Bas			10^9/L	1.55	± 0.30		
Абс. кол-во эритроцитов, RBC			10^{12}/L	2.95	± 0.30		
Концентрация гемоглобина, HGB			g/dL	8.4	± 1.0		
			g/L	84	± 10		
			mmol/L	5.2	± 0.6		
Гематокрит, HCT			%	23.7	± 7.5		
			L/L	0.24	± 0.08		
Сред. объем эритроцита, MCV			fL	80.2	± 12.0		
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH			pg	28.5	± 7.0		
			fmol	1.8	± 0.4		
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC			g/dL	35.5	± 7.0		
			g/L	355	± 70		
			mmol/L	22	± 4.3		
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV			%	13.3	± 5.0		
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD			fL	44.2	± 10.0		
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT			10^9/L	70	± 35		
Сред. объем тромбоцита, MPV			fL	6.0	± 3.0		
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW			fL	15.8	± 3.0		
Тромбокрит, PCT			%	0.040	± 0.040		

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора

Сотрудник ОБТК _____ А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMB-200**	**Комплект**	1	Серия	**2451127**	Дата выпуска	**13.12.2024**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**13.03.2025**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				**Mindray BC-5150**			
Определяемый параметр				Низкая патология			
Кол-во лейкоцитов, WBC			10^9/L	3.30	± 1.00		
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu			%	24.8	± 15.0		
				0.25	± 0.15		
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym			%	55.0	± 15.0		
				0.55	± 0.15		
Относ. кол-во моноцитов, Mon			%	20.4	± 9.0		
				0.20	± 0.09		
Относ. кол-во эозинофилов, Eos			%	4.5	± 4.5		
				0.05	± 0.05		
Относ. кол-во базофилов, Bas			%	4.0	± 4.0		
				0.04	± 0.04		
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu			10^9/L	0.80	± 0.50		
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym			10^9/L	1.80	± 0.50		
Абс. кол-во моноцитов, Mon			10^9/L	0.65	± 0.30		
Абс. кол-во эозинофилов, Eos			10^9/L	0.15	± 0.15		
Абс. кол-во базофилов, Bas			10^9/L	0.15	± 0.15		
Абс. кол-во эритроцитов, RBC			10^{12}/L	2.95	± 0.30		
Концентрация гемоглобина, HGB			g/dL	8.5	± 1.0		
			g/L	85	± 10		
			mmol/L	5.3	± 0.60		
Гематокрит, HCT			%	23.5	± 7.5		
			L/L	0.24	± 0.08		
Сред. объем эритроцита, MCV			fL	79.6	± 12.0		
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH			pg	28.8	± 7.0		
			fmol	1.80	± 0.40		
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC			g/dL	36.0	± 7.0		
			g/L	360	± 70		
			mmol/L	22.4	± 4.3		
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV			%	17.1	± 5.0		
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD			fL	48.9	± 10.0		
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT			10^9/L	69	± 35		
Сред. объем тромбоцита, MPV			fL	6.5	± 3.0		
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW			fL	15.3	± 3.0		
Тромбокрит, PCT			%	0.04	± 0.04		

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора

Сотрудник ОБТК _____ А.А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMB-200**	**Комплект**	1	Серия	**2451127**	Дата выпуска	**13.12.2024**
Условия транспортировки: при 2-8 °C, не замораживать.						Годен до	**13.03.2025**
Условия хранения: при 2-8 °C в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						**Mindray BC-5800**	
Определяемый параметр				Низкая патология			
Кол-во лейкоцитов, WBC			10^9/L	3.45 ± 1.00			
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu			%	36.6 ± 15.0			
				0.37 ± 0.15			
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym			%	54.4 ± 15.0			
				0.54 ± 0.15			
Относ. кол-во моноцитов, Mon			%	8.0 ± 8.0			
				0.08 ± 0.08			
Относ. кол-во эозинофилов, Eos			%	4.5 ± 4.5			
				0.05 ± 0.05			
Относ. кол-во базофилов, Bas			%	5.0 ± 5.0			
				0.05 ± 0.05			
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu			10^9/L	1.25 ± 0.50			
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym			10^9/L	1.90 ± 0.50			
Абс. кол-во моноцитов, Mon			10^9/L	0.30 ± 0.30			
Абс. кол-во эозинофилов, Eos			10^9/L	0.15 ± 0.15			
Абс. кол-во базофилов, Bas			10^9/L	0.15 ± 0.15			
Абс. кол-во эритроцитов, RBC			10^{12}/L	3.10 ± 0.30			
Концентрация гемоглобина, HGB			g/dL	8.8 ± 1.0			
			g/L	88 ± 10			
			mmol/L	5.5 ± 0.60			
Гематокрит, HCT			%	26.0 ± 7.5			
			L/L	0.3 ± 0.1			
Сред. объем эритроцита, MCV			fL	84.0 ± 12.0			
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH			pg	28.4 ± 7.0			
			fmol	1.80 ± 0.40			
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC			g/dL	34.0 ± 7.0			
			g/L	340 ± 70			
			mmol/L	21.1 ± 4.3			
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV			%	13.1 ± 5.0			
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD			fL	39.3 ± 10.0			
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT			10^9/L	73 ± 35			
Сред. объем тромбоцита, MPV			fL	5.2 ± 3.0			
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW			fL	15.2 ± 3.0			
Тромбокрит, PCT			%	0.04 ± 0.04			

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора

Сотрудник ОБТК _____ А.А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMB-200**	**Комплект**	1	Серия	**2451127**	Дата выпуска	**13.12.2024**
Условия транспортировки: при 2-8 °C, не замораживать.						Годен до	**13.03.2025**
Условия хранения: при 2-8 °C в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							

Аттестованные значения для гематологического анализатора:		**Mindray BC-6800**		
Определяемый параметр		Низкая патология		
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L	3.35 ± 1.00		
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%	39.0 ± 15.0		
		0.39 ± 0.15		
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	49.4 ± 15.0		
		0.49 ± 0.15		
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	6.8 ± 6.8		
		0.07 ± 0.07		
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%	3.6 ± 3.6		
		0.04 ± 0.04		
Относ. кол-во базофилов, Bas	%	3.5 ± 3.5		
		0.04 ± 0.04		
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L	1.30 ± 0.50		
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L	1.65 ± 0.50		
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L	0.25 ± 0.25		
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L	0.10 ± 0.10		
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L	0.10 ± 0.10		
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L	3.05 ± 0.30		
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.7 ± 1.0		
	g/L	87 ± 10		
	mmol/L	5.4 ± 0.60		
Гематокрит, HCT	%	24.1 ± 7.5		
	L/L	0.2 ± 0.1		
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	79.0 ± 12.0		
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	28.5 ± 7.0		
	fmol	1.80 ± 0.40		
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	36.0 ± 7.0		
	g/L	360 ± 70		
	mmol/L	22.4 ± 4.3		
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	14.7 ± 5.0		
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	41.6 ± 10.0		
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L	59 ± 35		
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	6.4 ± 3.0		
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	15.4 ± 3.0		
Тромбокрит, PCT	%	0.04 ± 0.04		

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!				
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	*10^9/L*	*4.30 ± 3.44*		
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	*%*	*7.20 ± 5.76*		
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*10^9/L*	*н/д н/д*		
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*%*	*н/д н/д*		
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%	*%%*	*н/д н/д*		
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET#	*10^9/L*	*н/д н/д*		
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF	*%*	*н/д н/д*		
Фракция ретикулоцитов низкой флуоресценции, LFR	*%*	*н/д н/д*		
Фракция ретикулоцитов средней флуоресценции, MFR	*%*	*н/д н/д*		
Фракция ретикулоцитов высокой флуоресценции, HFR	*%*	*н/д н/д*		

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора

Сотрудник ОТК _____ А.А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMB-200**	**Комплект**	1	Серия	**2451127**	Дата выпуска	**13.12.2024**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**13.03.2025**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:					**Mindray BC-6000/BC-6200/BC-6800+**		
Определяемый параметр					Низкая патология		
Кол-во лейкоцитов, WBC				10^9/L	3.15 ± 1.00		
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu				%	41.60 ± 15.00		
					0.42 ± 0.15		
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%	44.80 ± 15.00		
					0.45 ± 0.15		
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%	10.00 ± 9.00		
					0.10 ± 0.09		
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%	3.53 ± 3.53		
					0.04 ± 0.04		
Относ. кол-во базофилов, Bas				%	1.50 ± 1.50		
					0.02 ± 0.02		
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu				10^9/L	1.30 ± 0.45		
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10^9/L	1.40 ± 0.45		
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10^9/L	0.30 ± 0.30		
Абс. кол-во эозинофилов, Eos				10^9/L	0.10 ± 0.10		
Абс. кол-во базофилов, Bas				10^9/L	0.05 ± 0.05		
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10^{12}/L	3.10 ± 0.30		
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL	8.60 ± 1.00		
				g/L	86.00 ± 10.00		
				mmol/L	5.30 ± 0.60		
Гематокрит, HCT				%	26.70 ± 7.50		
				L/L	0.27 ± 0.08		
Сред. объем эритроцита, MCV				fL	86.00 ± 12.00		
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg	27.70 ± 7.00		
				fmol	1.70 ± 0.40		
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL	32.00 ± 7.00		
				g/L	320.00 ± 70.00		
				mmol/L	19.90 ± 4.30		
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%	14.80 ± 5.00		
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL	43.40 ± 10.00		
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10^9/L	66.00 ± 35.00		
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL	6.80 ± 3.00		
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW				fL	16.00 ± 3.00		
Тромбокрит, PCT				%	0.04 ± 0.04		

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!						
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C				*10^9/L*	*5.80 ± 4.64*	
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R				*%*	*8.60 ± 6.88*	
Абс. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG				*10^9/L*	*0.05 ± 0.05*	
Относ. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG				*%*	*1.50 ± 1.50*	
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC				*10^9/L*	*0.05 ± 0.05*	
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC				*/100WBC*	*0.57 ± 0.57*	
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET#				*10^{12}/L*	*0.02 ± 0.02*	
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%				*%*	*0.50 ± 0.10*	
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF				*%*	*20.00 ± 20.00*	
Фракция ретикулоцитов низкой флуоресценции, LFR				*%*	*92.20 ± 92.20*	
Фракция ретикулоцитов средней флуоресценции, MFR				*%*	*20.00 ± 5.00*	
Фракция ретикулоцитов высокой флуоресценции, HFR				*%*	*20.00 ± 16.00*	
Эквивалент содержания гемоглобина в ретикулоцитах, RET-He				*%*	*24.90 ± 5.00*	

*Аттестованные значения [illegible] в виде $X_{ср} \pm$ [illegible], где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от сре[illegible]

! Перед использованием набора реагентов обратиться к инструкции по применению набора реагентов!

Сотрудник СБТК_____ А.А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMB-200**	Комплект	**1**	Серия	**2451127**	Дата выпуска	**13.12.2024**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**13.03.2025**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							

Аттестованные значения для гематологического анализатора:		**Mindray BC-720 / BC-780**		
Определяемый параметр		Низкая патология		
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L	3.35 ± 1.00		
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%	40.00 ± 15.00		
		0.40 ± 0.15		
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	49.60 ± 15.00		
		0.50 ± 0.15		
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	6.60 ± 6.60		
		0.07 ± 0.07		
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%	3.11 ± 3.11		
		0.03 ± 0.03		
Относ. кол-во базофилов, Bas	%	1.50 ± 1.50		
		0.02 ± 0.02		
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L	1.35 ± 0.50		
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L	1.65 ± 0.50		
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L	0.20 ± 0.20		
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L	0.10 ± 0.10		
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L	0.05 ± 0.05		
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L	2.95 ± 0.30		
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.30 ± 1.00		
	g/L	83.00 ± 10.00		
	mmol/L	5.20 ± 0.60		
Гематокрит, HCT	%	23.90 ± 7.50		
	L/L	0.24 ± 0.08		
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	81.00 ± 12.00		
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	28.10 ± 7.00		
	fmol	1.70 ± 0.40		
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	34.50 ± 7.00		
	g/L	345.00 ± 70.00		
	mmol/L	21.40 ± 4.30		
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	15.60 ± 5.00		
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	45.40 ± 10.00		
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L	61.00 ± 35.00		
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	6.20 ± 3.00		
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	15.60 ± 3.00		
Тромбокрит, PCT	%	0.04 ± 0.04		

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!				
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	*10^9/L*	*3.80 ± 3.04*		
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	*%*	*6.40 ± 5.12*		
Абс. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*10^9/L*	*0.05 ± 0.05*		
Относ. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*%*	*1.50 ± 1.50*		
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*10^9/L*	*0.10 ± 0.10*		
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*/100WBC*	*1.82 ± 1.82*		
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET#	*10^{12}/L*	*0.01 ± 0.01*		
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%	*%*	*0.50 ± 0.10*		
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF	*%*	*20.00 ± 20.00*		
Фракция ретикулоцитов низкой флуоресценции, LFR	*%*	*93.40 ± 93.40*		
Фракция ретикулоцитов средней флуоресценции, MFR	*%*	*20.00 ± 5.00*		
Фракция ретикулоцитов высокой флуоресценции, HFR	*%*	*20.00 ± 16.00*		
Эквивалент содержания гемоглобина в ретикулоцитах, RET-He	*%*	*27.60 ± 5.00*		
Скорость оседания эритроцитов, ESR	*mm/h*	*19.20 ± 2.00*		

*Аттестованные значения даны в виде Хср ± N, где Хср – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допу

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Сотрудник ОБТК _____ А.А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMB-200**	Комплект	**1**	Серия	**2451127**	Дата выпуска	**13.12.2024**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**13.03.2025**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:					**Mindray BC-700 / BC-760**		
Определяемый параметр					Низкая патология		
Кол-во лейкоцитов, WBC				10^9/L	3.35 ± 1.00		
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu				%	40.00 ± 15.00		
					0.40 ± 0.15		
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%	49.60 ± 15.00		
					0.50 ± 0.15		
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%	6.60 ± 6.60		
					0.07 ± 0.07		
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%	3.11 ± 3.11		
					0.03 ± 0.03		
Относ. кол-во базофилов, Bas				%	1.50 ± 1.50		
					0.02 ± 0.02		
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu				10^9/L	1.35 ± 0.50		
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10^9/L	1.65 ± 0.50		
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10^9/L	0.20 ± 0.20		
Абс. кол-во эозинофилов, Eos				10^9/L	0.10 ± 0.10		
Абс. кол-во базофилов, Bas				10^9/L	0.05 ± 0.05		
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10^{12}/L	2.95 ± 0.30		
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL	8.30 ± 1.00		
				g/L	83.00 ± 10.00		
				mmol/L	5.20 ± 0.60		
Гематокрит, HCT				%	23.90 ± 7.50		
				L/L	0.24 ± 0.08		
Сред. объем эритроцита, MCV				fL	81.00 ± 12.00		
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg	28.10 ± 7.00		
				fmol	1.70 ± 0.40		
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL	34.50 ± 7.00		
				g/L	345.00 ± 70.00		
				mmol/L	21.40 ± 4.30		
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%	15.60 ± 5.00		
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL	45.40 ± 10.00		
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10^9/L	61.00 ± 35.00		
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL	6.20 ± 3.00		
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW				fL	15.60 ± 3.00		
Тромбокрит, PCT				%	0.04 ± 0.04		

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!					
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	*10^9/L*	*3.80 ± 3.04*			
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	*%*	*6.40 ± 5.12*			
Абс. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*10^9/L*	*0.05 ± 0.05*			
Относ. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*%*	*1.50 ± 1.50*			
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*10^9/L*	*0.10 ± 0.10*			
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*/100WBC*	*1.82 ± 1.82*			
Скорость оседания эритроцитов, ESR	*mm/h*	*19.20 ± 2.00*			

*Аттестованные значения приведены в виде Хср ± N, где Хср – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустим

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Сотрудник ОКТО _____ А.А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMB-200**	Комплект	**1**	Серия	**2451127**	Дата выпуска	**13.12.2024**
Условия транспортировки: при 2-8 °C, не замораживать.						Годен до	**13.03.2025**
Условия хранения: при 2-8 °C в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							

Аттестованные значения для гематологического анализатора:		**Lifotronic AC610**		
Определяемый параметр		Низкая патология		
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L	3.30 ± 1.00		
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%	36.7 ± 15.0		
		0.37 ± 0.15		
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	51.0 ± 15.0		
		0.51 ± 0.15		
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	10.1 ± 9.0		
		0.10 ± 0.09		
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%	4.5 ± 4.5		
		0.05 ± 0.05		
Относ. кол-во базофилов, Bas	%	42.4 ± 9.0		
		0.42 ± 0.09		
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L	1.20 ± 0.50		
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L	1.70 ± 0.50		
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L	0.35 ± 0.30		
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L	0.15 ± 0.15		
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L	1.40 ± 0.30		
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L	3.0 ± 0.3		
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.3 ± 1.0		
	g/L	83 ± 10		
	mmol/L	5.2 ± 0.6		
Гематокрит, HCT	%	23.0 ± 7.5		
	L/L	0.23 ± 0.08		
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	77.9 ± 12.0		
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	28.1 ± 7.0		
	fmol	1.70 ± 0.40		
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	36.0 ± 7.0		
	g/L	360.00 ± 70.00		
	mmol/L	22.40 ± 4.30		
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	8.8 ± 5.0		
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	24.0 ± 10.0		
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L	59 ± 35		
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	7.5 ± 3.0		
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	11.6 ± 3.0		
Тромбокрит, PCT	%	0.04 ± 0.04		

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!				
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	*10^9/L*	*10.36 ± 8.29*		
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	*%*	*17.56 ± 14.05*		

*Аттестованные значения представлены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Сотрудник ОБТК _____ А.А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMB-200**	**Комплект**	1	Серия	**2451127**	Дата выпуска	**13.12.2024**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**13.03.2025**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				**Quintus/Diatron Abacus 5/Human HumaCount 5L**			
Определяемый параметр				Низкая патология			
Кол-во лейкоцитов, WBC			10^9/L	3.40	± 1.00		
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu			%	19.0	± 15.0		
				0.19	± 0.15		
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym			%	73.3	± 15.0		
				0.73	± 0.15		
Относ. кол-во моноцитов, Mon			%	6.7	± 6.7		
				0.07	± 0.07		
Относ. кол-во эозинофилов, Eos			%	4.5	± 4.5		
				0.05	± 0.05		
Относ. кол-во базофилов, Bas			%	4.5	± 4.5		
				0.05	± 0.05		
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu			10^9/L	0.65	± 0.50		
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym			10^9/L	2.50	± 0.50		
Абс. кол-во моноцитов, Mon			10^9/L	0.25	± 0.25		
Абс. кол-во эозинофилов, Eos			10^9/L	0.15	± 0.15		
Абс. кол-во базофилов, Bas			10^9/L	0.15	± 0.15		
Абс. кол-во эритроцитов, RBC			10^{12}/L	3.15	± 0.30		
Концентрация гемоглобина, HGB			g/dL	7.9	± 1.0		
			g/L	79	± 10		
			mmol/L	4.9	± 0.60		
Гематокрит, HCT			%	26.1	± 7.5		
			L/L	0.26	± 0.08		
Сред. объем эритроцита, MCV			fL	82.9	± 12.0		
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH			pg	25.1	± 7.0		
			fmol	1.60	± 0.40		
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC			g/dL	30.5	± 7.0		
			g/L	305	± 70		
			mmol/L	18.9	± 4.3		
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV			%	15.6	± 5.0		
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD			fL	39.1	± 10.0		
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT			10^9/L	65	± 35		
Сред. объем тромбоцита, MPV			fL	10.0	± 3.0		
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW			fL	14.5	± 3.0		
Тромбокрит, PCT			%	0.07	± 0.07		

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!					
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C		*10^9/L*	*11.40*	*± 9.12*	
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R		*%*	*7.40*	*± 5.92*	

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Сотрудник ОТК _____ А.А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» РОССИЯ г. Новосибирск