Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

ПАСПОРТ № 255246

На набор реагентов **«Гематрол 5D»**
для контроля качества проведения общего анализа крови по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMN-200	Комплект **2**	Номер серии:	**255246**	Кол-во наборов:	**36**
ТУ 21.20.23-001-52857075-2016			Дата выпуска:	**11.04.2025**	Срок годности:	**11.07.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать						
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.						
Наименование показателя	Номер серии	Дата изготовления	Срок годности	Характеристика и нормы	Кол-во в наборе	Результат контроля
Внешний вид						
Правильность маркировки упаковки набора реагентов и компонентов набора						соответствует
«Гематрол 5D – Норма»	255246n	04.2025	07.2025	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,0 мл	соответствует

Показатели правильности определения

Определяемые параметры	**«Гематрол 5D - Норма»**	
	Должен содержать	Результат
Абс. кол-во лейкоцитов, WBC [10^9/л]	4,0 - 10,0	6.95
Абс. кол-во эритроцитов, RBC [10^{12}/л]	3,50 - 5,50	4.19
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT [10^9/л]	100 - 300	197

Заключение: серия соответствует требованиям ТУ 21.20.23-001-52857075-2016.

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск

Начальник ОБТК _____ А.А. Старостенко

Дата выдачи паспорта 11.04.2025

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMN-200	Комплект	**2**	Серия	**255246**	Дата выпуска	**11.04.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**11.07.2025**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				**Mindray BC-5300 / BC-5380**			
Определяемый параметр						Норма	
Кол-во лейкоцитов, WBC			10^9/L			6.95 ± 2.00	
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu			%			56.5 ± 15.0	
						0.57 ± 0.15	
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym			%			37.2 ± 15.0	
						0.37 ± 0.15	
Относ. кол-во моноцитов, Mon			%			5.4 ± 5.4	
						0.05 ± 0.05	
Относ. кол-во эозинофилов, Eos			%			4.5 ± 4.5	
						0.05 ± 0.05	
Относ. кол-во базофилов, Bas			%			61.0 ± 9.0	
						0.61 ± 0.09	
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu			10^9/L			3.95 ± 1.05	
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym			10^9/L			2.60 ± 1.05	
Абс. кол-во моноцитов, Mon			10^9/L			0.40 ± 0.40	
Абс. кол-во эозинофилов, Eos			10^9/L			0.30 ± 0.30	
Абс. кол-во базофилов, Bas			10^9/L			4.25 ± 0.65	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC			10^{12}/L			4.20 ± 0.45	
Концентрация гемоглобина, HGB			g/dL			12.0 ± 1.0	
			g/L			120 ± 10	
			mmol/L			7.5 ± 0.6	
Гематокрит, HCT			%			36.0 ± 10.0	
			L/L			0.36 ± 0.10	
Сред. объем эритроцита, MCV			fL			85.8 ± 12.0	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH			pg			28.6 ± 7.0	
			fmol			1.8 ± 0.4	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC			g/dL			33.5 ± 7.0	
			g/L			335 ± 70	
			mmol/L			20.8 ± 4.3	
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV			%			13.7 ± 5.0	
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD			fL			48.9 ± 10.0	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT			10^9/L			195 ± 55	
Сред. объем тромбоцита, MPV			fL			5.6 ± 3.0	
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW			fL			15.2 ± 3.0	
Тромбокрит, PCT			%			0.11 ± 0.08	

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Сотрудник ОЕТК _____ Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMN-200**	Комплект	**2**	Серия	**255246**	Дата выпуска	**11.04.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**11.07.2025**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:					**Mindray BC-5150**		
Определяемый параметр						Норма	
Кол-во лейкоцитов, WBC				10^9/L		6.50 ± 2.00	
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu				%		39.8 ± 15.0	
						0.40 ± 0.15	
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%		41.4 ± 15.0	
						0.41 ± 0.15	
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%		18.8 ± 9.0	
						0.19 ± 0.09	
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%		4.5 ± 4.5	
						0.05 ± 0.05	
Относ. кол-во базофилов, Bas				%		4.0 ± 4.0	
						0.04 ± 0.04	
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu				10^9/L		2.60 ± 1.00	
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10^9/L		2.70 ± 1.00	
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10^9/L		1.20 ± 0.60	
Абс. кол-во эозинофилов, Eos				10^9/L		0.30 ± 0.30	
Абс. кол-во базофилов, Bas				10^9/L		0.25 ± 0.25	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10^{12}/L		4.10 ± 0.45	
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL		11.8 ± 1.0	
				g/L		118 ± 10	
				mmol/L		7.30 ± 0.60	
Гематокрит, HCT				%		36.6 ± 10.0	
				L/L		0.37 ± 0.10	
Сред. объем эритроцита, MCV				fL		89.2 ± 12.0	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg		28.8 ± 7.0	
				fmol		1.80 ± 0.40	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL		32.0 ± 7.0	
				g/L		320 ± 70	
				mmol/L		19.9 ± 4.3	
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%		16.8 ± 5.0	
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL		52.8 ± 10.0	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10^9/L		185 ± 55	
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL		6.2 ± 3.0	
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW				fL		15.1 ± 3.0	
Тромбокрит, PCT				%		0.11 ± 0.08	

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Сотрудник ОБТК _____ А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия Новосибирск

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMN-200**	Комплект	**2**	Серия	**255246**	Дата выпуска	**11.04.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**11.07.2025**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						**Mindray BC-5800**	
Определяемый параметр						Норма	
Кол-во лейкоцитов, WBC				10^9/L		6.80 ± 2.00	
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu				%		51.9 ± 15.0	
						0.52 ± 0.15	
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%		42.2 ± 15.0	
						0.42 ± 0.15	
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%		4.5 ± 4.5	
						0.05 ± 0.05	
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%		4.5 ± 4.5	
						0.05 ± 0.05	
Относ. кол-во базофилов, Bas				%		5.0 ± 5.0	
						0.05 ± 0.05	
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu				10^9/L		3.55 ± 1.00	
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10^9/L		2.85 ± 1.00	
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10^9/L		0.30 ± 0.30	
Абс. кол-во эозинофилов, Eos				10^9/L		0.30 ± 0.30	
Абс. кол-во базофилов, Bas				10^9/L		0.35 ± 0.35	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10^{12}/L		4.10 ± 0.45	
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL		12.3 ± 1.0	
				g/L		123 ± 10	
				mmol/L		7.60 ± 0.60	
Гематокрит, HCT				%		35.7 ± 10.0	
				L/L		0.4 ± 0.1	
Сред. объем эритроцита, MCV				fL		87.0 ± 12.0	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg		30.0 ± 7.0	
				fmol		1.90 ± 0.40	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL		34.5 ± 7.0	
				g/L		345 ± 70	
				mmol/L		21.4 ± 4.3	
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%		13.1 ± 5.0	
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL		42.5 ± 10.0	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10^9/L		220 ± 55	
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL		5.0 ± 3.0	
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW				fL		14.8 ± 3.0	
Тромбокрит, PCT				%		0.11 ± 0.08	

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Сотрудник ОТК _____ А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMN-200**	Комплект	**2**	Серия	**255246**	Дата выпуска	**11.04.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**11.07.2025**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:					**Mindray BC-6800**		
Определяемый параметр						Норма	
Кол-во лейкоцитов, WBC				10^9/L		6.75 ± 2.00	
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu				%		53.0 ± 15.0	
						0.53 ± 0.15	
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%		39.5 ± 15.0	
						0.40 ± 0.15	
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%		5.5 ± 5.5	
						0.06 ± 0.06	
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%		3.5 ± 3.5	
						0.04 ± 0.04	
Относ. кол-во базофилов, Bas				%		3.5 ± 3.5	
						0.04 ± 0.04	
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu				10^9/L		3.60 ± 1.00	
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10^9/L		2.65 ± 1.00	
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10^9/L		0.35 ± 0.35	
Абс. кол-во эозинофилов, Eos				10^9/L		0.25 ± 0.25	
Абс. кол-во базофилов, Bas				10^9/L		0.25 ± 0.25	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10^{12}/L		4.20 ± 0.45	
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL		12.4 ± 1.0	
				g/L		124 ± 10	
				mmol/L		7.70 ± 0.60	
Гематокрит, HCT				%		37.4 ± 10.0	
				L/L		0.4 ± 0.1	
Сред. объем эритроцита, MCV				fL		89.0 ± 12.0	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg		29.5 ± 7.0	
				fmol		1.80 ± 0.40	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL		33.0 ± 7.0	
				g/L		330 ± 70	
				mmol/L		20.5 ± 4.3	
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%		15.2 ± 5.0	
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL		48.4 ± 10.0	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10^9/L		165 ± 55	
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL		6.1 ± 3.0	
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW				fL		14.9 ± 3.0	
Тромбокрит, PCT				%		0.10 ± 0.08	

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!				
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	*10^9/L*		*6.70 ± 5.36*	
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	*%*		*4.10 ± 3.28*	
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*10^9/L*		*н/д н/д*	
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*%*		*н/д н/д*	
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%	*%%*		*н/д н/д*	
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET#	*10^9/L*		*н/д н/д*	
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF	*%*		*н/д н/д*	
Фракция ретикулоцитов низкой флуоресценции, LFR	*%*		*н/д н/д*	
Фракция ретикулоцитов средней флуоресценции, MFR	*%*		*н/д н/д*	
Фракция ретикулоцитов высокой флуоресценции, HFR	*%*		*н/д н/д*	

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Сотрудник ОТК _____ А.А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMN-200**	Комплект	**2**	Серия	**255246**	Дата выпуска	**11.04.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**11.07.2025**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:					**Mindray BC-6000/BC-6200/BC-6800+**		
Определяемый параметр						Норма	
Кол-во лейкоцитов, WBC				10^9/L		6.60 ± 2.00	
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu				%		55.7 ± 15.0	
						0.56 ± 0.15	
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%		31.6 ± 15.0	
						0.32 ± 0.15	
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%		11.8 ± 9.0	
						0.12 ± 0.09	
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%		2.5 ± 2.5	
						0.03 ± 0.03	
Относ. кол-во базофилов, Bas				%		1.5 ± 1.5	
						0.02 ± 0.02	
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu				10^9/L		3.70 ± 1.00	
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10^9/L		2.10 ± 1.00	
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10^9/L		0.80 ± 0.60	
Абс. кол-во эозинофилов, Eos				10^9/L		0.15 ± 0.15	
Абс. кол-во базофилов, Bas				10^9/L		0.10 ± 0.10	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10^{12}/L		4.00 ± 0.45	
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL		12.1 ± 1.0	
				g/L		121 ± 10	
				mmol/L		7.5 ± 0.6	
Гематокрит, HCT				%		37.2 ± 10.0	
				L/L		0.37 ± 0.10	
Сред. объем эритроцита, MCV				fL		93.0 ± 12.0	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg		30.3 ± 7.0	
				fmol		1.90 ± 0.40	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL		32.5 ± 7.0	
				g/L		325 ± 70	
				mmol/L		20.2 ± 4.3	
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%		15.2 ± 5.0	
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL		49.4 ± 10.0	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10^9/L		170 ± 55	
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL		6.2 ± 3.0	
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW				fL		15.2 ± 3.0	
Тромбокрит, PCT				%		0.11 ± 0.08	

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!				
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	*10^9/L*		*7.20 ± 5.76*	
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	*%*		*4.20 ± 3.36*	
Абс. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*10^9/L*		*0.10 ± 0.10*	
Относ. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*%*		*1.50 ± 1.50*	
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*10^9/L*		*0.10 ± 0.10*	
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*/100WBC*		*0.72 ± 0.72*	
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET#	*10^{12}/L*		*0.0200 ± 0.0200*	
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%	*%*		*0.50 ± 0.10*	
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF	*%*		*20.0 ± 20.0*	
Фракция ретикулоцитов низкой флуоресценции, LFR	*%*		*93.1 ± 93.1*	
Фракция ретикулоцитов средней флуоресценции, MFR	*%*		*20.0 ± 5.0*	
Фракция ретикулоцитов высокой флуоресценции, HFR	*%*		*20.0 ± 16.0*	
Эквивалент содержания гемоглобина в ретикулоцитах, RET-He	*%*		*26.2 ± 5.0*	

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения.

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Сотрудник ОТК _____ А. Старостенко

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMN-200**	Комплект	**2**	Серия	**255246**	Дата выпуска	**11.04.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**11.07.2025**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							

Аттестованные значения для гематологического анализатора:		**Mindray BC-720 / BC-780**		
Определяемый параметр			Норма	
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L		6.95 ± 2.00	
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%		53.70 ± 15.00	
			0.54 ± 0.15	
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%		39.80 ± 15.00	
			0.40 ± 0.15	
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%		5.50 ± 5.50	
			0.06 ± 0.06	
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%		2.50 ± 2.50	
			0.03 ± 0.03	
Относ. кол-во базофилов, Bas	%		1.50 ± 1.50	
			0.02 ± 0.02	
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L		3.75 ± 1.05	
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L		2.75 ± 1.05	
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L		0.40 ± 0.40	
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L		0.15 ± 0.15	
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L		0.10 ± 0.10	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L		4.20 ± 0.45	
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL		12.00 ± 1.00	
	g/L		120.00 ± 10.00	
	mmol/L		7.50 ± 0.60	
Гематокрит, HCT	%		38.20 ± 10.00	
	L/L		0.38 ± 0.10	
Сред. объем эритроцита, MCV	fL		91.00 ± 12.00	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg		28.60 ± 7.00	
	fmol		1.80 ± 0.40	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL		31.50 ± 7.00	
	g/L		315.00 ± 70.00	
	mmol/L		19.60 ± 4.30	
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%		15.80 ± 5.00	
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL		51.20 ± 10.00	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L		160.00 ± 55.00	
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL		6.00 ± 3.00	
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL		15.20 ± 3.00	
Тромбокрит, PCT	%		0.10 ± 0.08	

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!

Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	*10^9/L*		*5.00 ± 4.00*	
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	*%*		*3.20 ± 2.56*	
Абс. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*10^9/L*		*0.10 ± 0.10*	
Относ. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*%*		*1.50 ± 1.50*	
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*10^9/L*		*0.10 ± 0.10*	
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*/100WBC*		*0.44 ± 0.44*	
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET#	*10^{12}/L*		*0.03 ± 0.03*	
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%	*%*		*0.60 ± 0.12*	
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF	*%*		*20.00 ± 20.00*	
Фракция ретикулоцитов низкой флуоресценции, LFR	*%*		*93.00 ± 93.00*	
Фракция ретикулоцитов средней флуоресценции, MFR	*%*		*20.00 ± 5.00*	
Фракция ретикулоцитов высокой флуоресценции, HFR	*%*		*20.00 ± 16.00*	
Эквивалент содержания гемоглобина в ретикулоцитах, RET-He	*%*		*29.10 ± 5.00*	
Скорость оседания эритроцитов, ESR	*mm/h*		*12.67 ± 2.00*	

*Аттестованные значения приведены в виде Хср ± N, где Хср – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Сотрудник ОТК _____ Д.А. Старостенко

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMN-200**	Комплект	**2**	Серия	**255246**	Дата выпуска	**11.04.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**11.07.2025**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:					**Mindray BC-700 / BC-760**		
Определяемый параметр						Норма	
Кол-во лейкоцитов, WBC				10^9/L		6.95 ± 2.00	
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu				%		53.70 ± 15.00	
						0.54 ± 0.15	
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%		39.80 ± 15.00	
						0.40 ± 0.15	
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%		5.50 ± 5.50	
						0.06 ± 0.06	
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%		2.50 ± 2.50	
						0.03 ± 0.03	
Относ. кол-во базофилов, Bas				%		1.50 ± 1.50	
						0.02 ± 0.02	
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu				10^9/L		3.75 ± 1.05	
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10^9/L		2.75 ± 1.05	
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10^9/L		0.40 ± 0.40	
Абс. кол-во эозинофилов, Eos				10^9/L		0.15 ± 0.15	
Абс. кол-во базофилов, Bas				10^9/L		0.10 ± 0.10	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10^{12}/L		4.20 ± 0.45	
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL		12.00 ± 1.00	
				g/L		120.00 ± 10.00	
				mmol/L		7.50 ± 0.60	
Гематокрит, HCT				%		38.20 ± 10.00	
				L/L		0.38 ± 0.10	
Сред. объем эритроцита, MCV				fL		91.00 ± 12.00	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg		28.60 ± 7.00	
				fmol		1.80 ± 0.40	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL		31.50 ± 7.00	
				g/L		315.00 ± 70.00	
				mmol/L		19.60 ± 4.30	
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%		15.80 ± 5.00	
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL		51.20 ± 10.00	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10^9/L		160.00 ± 55.00	
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL		6.00 ± 3.00	
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW				fL		15.20 ± 3.00	
Тромбокрит, PCT				%		0.10 ± 0.08	
Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!							
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C				*10^9/L*		*5.00 ± 4.00*	
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R				*%*		*3.20 ± 2.56*	
Абс. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG				*10^9/L*		*0.10 ± 0.10*	
Относ. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG				*%*		*1.50 ± 1.50*	
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC				*10^9/L*		*0.10 ± 0.10*	
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC				*/100WBC*		*0.44 ± 0.44*	
Скорость оседания эритроцитов, ESR				*mm/h*		*12.67 ± 2.00*	

*Аттестованные значения приведены в виде Хср ± N, где Хср – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения.

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Сотрудник ОБТК _____ А.Г. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «МедикаН» Россия г. Новосибирск

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMN-200**	Комплект	**2**	Серия	**255246**	Дата выпуска	**11.04.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**11.07.2025**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:					**Lifotronic AC610**		
Определяемый параметр						Норма	
Кол-во лейкоцитов, WBC				10^9/L		6.90 ± 2.00	
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu				%		50.9 ± 15.0	
						0.51 ± 0.15	
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%		35.2 ± 15.0	
						0.35 ± 0.15	
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%		13.2 ± 9.0	
						0.13 ± 0.09	
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%		4.5 ± 4.5	
						0.05 ± 0.05	
Относ. кол-во базофилов, Bas				%		59.6 ± 9.0	
						0.60 ± 0.09	
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu				10^9/L		3.50 ± 1.05	
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10^9/L		2.45 ± 1.05	
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10^9/L		0.90 ± 0.60	
Абс. кол-во эозинофилов, Eos				10^9/L		0.30 ± 0.30	
Абс. кол-во базофилов, Bas				10^9/L		4.10 ± 0.60	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10^{12}/L		4.1 ± 0.5	
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL		12.0 ± 1.0	
				g/L		120 ± 10	
				mmol/L		7.5 ± 0.6	
Гематокрит, HCT				%		34.1 ± 10.0	
				L/L		0.34 ± 0.10	
Сред. объем эритроцита, MCV				fL		83.2 ± 12.0	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg		29.3 ± 7.0	
				fmol		1.80 ± 0.40	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL		35.0 ± 7.0	
				g/L		350.00 ± 70.00	
				mmol/L		21.70 ± 4.30	
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%		9.4 ± 5.0	
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL		28.6 ± 10.0	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10^9/L		170 ± 55	
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL		6.9 ± 3.0	
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW				fL		11.0 ± 3.0	
Тромбокрит, PCT				%		0.12 ± 0.08	

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!				
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	*10^9/L*		*19.32 ± 15.46*	
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	*%*		*11.30 ± 9.04*	

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} = N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Сотрудник ОБТК _____ А.А. Старостенко

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMN-200**	Комплект	**2**	Серия	**255246**	Дата выпуска	**11.04.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**11.07.2025**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:					**Quintus/Diatron Abacus 5/Human HumaCount 5L**		
Определяемый параметр						Норма	
Кол-во лейкоцитов, WBC				10^9/L		7.05 ± 2.00	
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu				%		37.0 ± 15.0	
						0.37 ± 0.15	
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%		50.1 ± 15.0	
						0.50 ± 0.15	
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%		11.6 ± 9.0	
						0.12 ± 0.09	
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%		4.5 ± 4.5	
						0.05 ± 0.05	
Относ. кол-во базофилов, Bas				%		4.5 ± 4.5	
						0.05 ± 0.05	
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu				10^9/L		2.60 ± 1.05	
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10^9/L		3.55 ± 1.05	
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10^9/L		0.80 ± 0.65	
Абс. кол-во эозинофилов, Eos				10^9/L		0.30 ± 0.30	
Абс. кол-во базофилов, Bas				10^9/L		0.30 ± 0.30	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10^{12}/L		4.40 ± 0.45	
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL		12.0 ± 1.0	
				g/L		120 ± 10	
				mmol/L		7.50 ± 0.60	
Гематокрит, HCT				%		39.8 ± 10.0	
				L/L		0.40 ± 0.10	
Сред. объем эритроцита, MCV				fL		90.5 ± 12.0	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg		27.3 ± 7.0	
				fmol		1.70 ± 0.40	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL		30.0 ± 7.0	
				g/L		300 ± 70	
				mmol/L		18.6 ± 4.3	
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%		15.9 ± 5.0	
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL		47.4 ± 10.0	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10^9/L		155 ± 55	
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL		10.0 ± 3.0	
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW				fL		14.2 ± 3.0	
Тромбокрит, PCT				%		0.16 ± 0.16	

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!				
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	*10^9/L*		*7.90 ± 6.32*	
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	*%*		*12.40 ± 9.92*	

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Электронную версию данного документа можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Сотрудник ОБТК _____ А.А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» РОССИЯ г. Новосибирск