Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

ПАСПОРТ № 255142

На набор реагентов **«Гематрол 5D»**
для контроля качества проведения общего анализа крови по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMB-200**	Комплект **1**	Номер серии:	**255142**	Кол-во наборов:	**14**
ТУ 21.20.23-001-52857075-2016			Дата выпуска:	**30.04.2025**	Срок годности:	**30.07.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать						
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.						
Наименование показателя	Номер серии	Дата изготовления	Срок годности	Характеристика и нормы	Кол-во в наборе	Результат контроля
Внешний вид						
Правильность маркировки упаковки набора реагентов и компонентов набора						соответствует
«Гематрол 5D - Низкий»	255142l	04.2025	07.2025	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,0 мл	соответствует

Определяемые параметры	**«Гематрол 5D - Низкий»**	
	Должен содержать	Результат
Абс. кол-во лейкоцитов, WBC [10^9/л]	2,0 - 4,0	3.6
Абс. кол-во эритроцитов, RBC [10^{12}/л]	2,50 - 3,50	2.82
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT [10^9/л]	40 - 100	67

Заключение: серия соответствует требованиям ТУ 21.20.23-001-52857075-2016.

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск

Начальник ОБТК _____ А.А. Старостенко

Дата выдачи паспорта 30.04.2025

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMB-200**	Комплект	**1**	Серия	**255142**	Дата выпуска	**30.04.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °C, не замораживать.						Годен до	**30.07.2025**
Условия хранения: при 2-8 °C в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				**Mindray BC-5300 / BC-5380**			
Определяемый параметр				Низкая патология			
Кол-во лейкоцитов, WBC			10^9/L	3.60	± 1.00		
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu			%	47.6	± 15.0		
				0.48	± 0.15		
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym			%	45.3	± 15.0		
				0.45	± 0.15		
Относ. кол-во моноцитов, Mon			%	4.5	± 4.5		
				0.05	± 0.05		
Относ. кол-во эозинофилов, Eos			%	4.5	± 4.5		
				0.05	± 0.05		
Относ. кол-во базофилов, Bas			%	48.5	± 9.0		
				0.49	± 0.09		
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu			10^9/L	1.70	± 0.55		
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym			10^9/L	1.65	± 0.55		
Абс. кол-во моноцитов, Mon			10^9/L	0.15	± 0.15		
Абс. кол-во эозинофилов, Eos			10^9/L	0.15	± 0.15		
Абс. кол-во базофилов, Bas			10^9/L	1.75	± 0.30		
Абс. кол-во эритроцитов, RBC			10^{12}/L	2.80	± 0.30		
Концентрация гемоглобина, HGB			g/dL	7.7	± 1.0		
			g/L	77	± 10		
			mmol/L	4.8	± 0.6		
Гематокрит, HCT			%	23.6	± 7.5		
			L/L	0.24	± 0.08		
Сред. объем эритроцита, MCV			fL	84.2	± 12.0		
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH			pg	27.5	± 7.0		
			fmol	1.7	± 0.4		
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC			g/dL	32.5	± 7.0		
			g/L	325	± 70		
			mmol/L	20.2	± 4.3		
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV			%	13.8	± 5.0		
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD			fL	49.0	± 10.0		
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT			10^9/L	67	± 35		
Сред. объем тромбоцита, MPV			fL	6.0	± 3.0		
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW			fL	15.6	± 3.0		
Тромбокрит, PCT			%	0.040	± 0.040		

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Сотрудник ОБТК _____ А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMB-200**	**Комплект**	1	Серия	**255142**	Дата выпуска	**30.04.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °C, не замораживать.						Годен до	**30.07.2025**
Условия хранения: при 2-8 °C в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				**Mindray BC-5150**			
Определяемый параметр				Низкая патология			
Кол-во лейкоцитов, WBC			10^9/L	3.50	± 1.00		
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu			%	39.9	± 15.0		
				0.40	± 0.15		
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym			%	46.0	± 15.0		
				0.46	± 0.15		
Относ. кол-во моноцитов, Mon			%	13.5	± 9.0		
				0.14	± 0.09		
Относ. кол-во эозинофилов, Eos			%	4.5	± 4.5		
				0.05	± 0.05		
Относ. кол-во базофилов, Bas			%	4.0	± 4.0		
				0.04	± 0.04		
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu			10^9/L	1.40	± 0.55		
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym			10^9/L	1.60	± 0.55		
Абс. кол-во моноцитов, Mon			10^9/L	0.45	± 0.30		
Абс. кол-во эозинофилов, Eos			10^9/L	0.15	± 0.15		
Абс. кол-во базофилов, Bas			10^9/L	0.15	± 0.15		
Абс. кол-во эритроцитов, RBC			10^{12}/L	2.80	± 0.30		
Концентрация гемоглобина, HGB			g/dL	7.9	± 1.0		
			g/L	79	± 10		
			mmol/L	4.9	± 0.60		
Гематокрит, HCT			%	24.4	± 7.5		
			L/L	0.24	± 0.08		
Сред. объем эритроцита, MCV			fL	87.0	± 12.0		
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH			pg	28.2	± 7.0		
			fmol	1.80	± 0.40		
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC			g/dL	32.5	± 7.0		
			g/L	325	± 70		
			mmol/L	20.2	± 4.3		
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV			%	16.8	± 5.0		
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD			fL	51.4	± 10.0		
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT			10^9/L	65	± 35		
Сред. объем тромбоцита, MPV			fL	6.3	± 3.0		
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW			fL	15.2	± 3.0		
Тромбокрит, PCT			%	0.04	± 0.04		

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Сотрудник ОБТК _____ А.А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMB-200**	**Комплект**	1	Серия	**255142**	Дата выпуска	**30.04.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °C, не замораживать.						Годен до	**30.07.2025**
Условия хранения: при 2-8 °C в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:					**Mindray BC-5800**		
Определяемый параметр				Низкая патология			
Кол-во лейкоцитов, WBC			10^9/L	3.50 ± 1.00			
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu			%	42.3 ± 15.0			
				0.42 ± 0.15			
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym			%	45.3 ± 15.0			
				0.45 ± 0.15			
Относ. кол-во моноцитов, Mon			%	8.6 ± 8.6			
				0.09 ± 0.09			
Относ. кол-во эозинофилов, Eos			%	4.5 ± 4.5			
				0.05 ± 0.05			
Относ. кол-во базофилов, Bas			%	5.0 ± 5.0			
				0.05 ± 0.05			
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu			10^9/L	1.50 ± 0.55			
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym			10^9/L	1.60 ± 0.55			
Абс. кол-во моноцитов, Mon			10^9/L	0.30 ± 0.30			
Абс. кол-во эозинофилов, Eos			10^9/L	0.15 ± 0.15			
Абс. кол-во базофилов, Bas			10^9/L	0.20 ± 0.20			
Абс. кол-во эритроцитов, RBC			10^{12}/L	2.85 ± 0.30			
Концентрация гемоглобина, HGB			g/dL	8.2 ± 1.0			
			g/L	82 ± 10			
			mmol/L	5.1 ± 0.60			
Гематокрит, HCT			%	23.9 ± 7.5			
			L/L	0.2 ± 0.1			
Сред. объем эритроцита, MCV			fL	84.0 ± 12.0			
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH			pg	28.8 ± 7.0			
			fmol	1.80 ± 0.40			
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC			g/dL	34.5 ± 7.0			
			g/L	345 ± 70			
			mmol/L	21.4 ± 4.3			
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV			%	13.5 ± 5.0			
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD			fL	40.5 ± 10.0			
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT			10^9/L	90 ± 35			
Сред. объем тромбоцита, MPV			fL	4.9 ± 3.0			
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW			fL	15.4 ± 3.0			
Тромбокрит, PCT			%	0.04 ± 0.04			

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Сотрудник ОБТК _____ А.А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMB-200**	**Комплект**	1	Серия	**255142**	Дата выпуска	**30.04.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**30.07.2025**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				**Mindray BC-6800**			
Определяемый параметр				Низкая патология			
Кол-во лейкоцитов, WBC			10^9/L	3.40 ± 1.00			
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu			%	47.4 ± 15.0			
				0.47 ± 0.15			
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym			%	43.7 ± 15.0			
				0.44 ± 0.15			
Относ. кол-во моноцитов, Mon			%	6.0 ± 6.0			
				0.06 ± 0.06			
Относ. кол-во эозинофилов, Eos			%	3.5 ± 3.5			
				0.04 ± 0.04			
Относ. кол-во базофилов, Bas			%	3.5 ± 3.5			
				0.04 ± 0.04			
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu			10^9/L	1.60 ± 0.50			
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym			10^9/L	1.50 ± 0.50			
Абс. кол-во моноцитов, Mon			10^9/L	0.20 ± 0.20			
Абс. кол-во эозинофилов, Eos			10^9/L	0.10 ± 0.10			
Абс. кол-во базофилов, Bas			10^9/L	0.10 ± 0.10			
Абс. кол-во эритроцитов, RBC			10^{12}/L	2.90 ± 0.30			
Концентрация гемоглобина, HGB			g/dL	8.2 ± 1.0			
			g/L	82 ± 10			
			mmol/L	5.1 ± 0.60			
Гематокрит, HCT			%	24.7 ± 7.5			
			L/L	0.2 ± 0.1			
Сред. объем эритроцита, MCV			fL	85.0 ± 12.0			
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH			pg	28.3 ± 7.0			
			fmol	1.80 ± 0.40			
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC			g/dL	33.0 ± 7.0			
			g/L	330 ± 70			
			mmol/L	20.5 ± 4.3			
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV			%	15.3 ± 5.0			
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD			fL	44.9 ± 10.0			
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT			10^9/L	49 ± 35			
Сред. объем тромбоцита, MPV			fL	6.0 ± 3.0			
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW			fL	14.8 ± 3.0			
Тромбокрит, PCT			%	0.03 ± 0.03			

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!					
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C		*10^9/L*	*2.00 ± 1.60*		
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R		*%*	*4.00 ± 3.20*		
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC		*10^9/L*	*н/д н/д*		
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC		*%*	*н/д н/д*		
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%		*%%*	*н/д н/д*		
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET#		*10^9/L*	*н/д н/д*		
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF		*%*	*н/д н/д*		
Фракция ретикулоцитов низкой флуоресценции, LFR		*%*	*н/д н/д*		
Фракция ретикулоцитов средней флуоресценции, MFR		*%*	*н/д н/д*		
Фракция ретикулоцитов высокой флуоресценции, HFR		*%*	*н/д н/д*		

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Сотрудник ОТК _____ А.А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г.Новосибирск

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMB-200**	**Комплект**	1	Серия	**255142**	Дата выпуска	**30.04.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**30.07.2025**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:					**Mindray BC-6000/BC-6200/BC-6800+**		
Определяемый параметр					Низкая патология		
Кол-во лейкоцитов, WBC				10^9/L	3.40 ± 1.00		
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu				%	48.90 ± 15.00		
					0.49 ± 0.15		
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%	42.20 ± 15.00		
					0.42 ± 0.15		
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%	7.10 ± 7.10		
					0.07 ± 0.07		
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%	2.50 ± 2.50		
					0.03 ± 0.03		
Относ. кол-во базофилов, Bas				%	1.50 ± 1.50		
					0.02 ± 0.02		
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu				10^9/L	1.65 ± 0.50		
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10^9/L	1.45 ± 0.50		
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10^9/L	0.25 ± 0.25		
Абс. кол-во эозинофилов, Eos				10^9/L	0.10 ± 0.10		
Абс. кол-во базофилов, Bas				10^9/L	0.05 ± 0.05		
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10^{12}/L	2.85 ± 0.30		
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL	8.00 ± 1.00		
				g/L	80.00 ± 10.00		
				mmol/L	5.00 ± 0.60		
Гематокрит, HCT				%	25.40 ± 7.50		
				L/L	0.25 ± 0.08		
Сред. объем эритроцита, MCV				fL	89.00 ± 12.00		
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg	28.10 ± 7.00		
				fmol	1.70 ± 0.40		
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL	31.50 ± 7.00		
				g/L	315.00 ± 70.00		
				mmol/L	19.60 ± 4.30		
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%	14.80 ± 5.00		
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL	46.40 ± 10.00		
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10^9/L	59.00 ± 35.00		
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL	6.30 ± 3.00		
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW				fL	15.40 ± 3.00		
Тромбокрит, PCT				%	0.04 ± 0.04		

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!				
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	*10^9/L*	*3.00 ± 2.40*		
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	*%*	*5.00 ± 4.00*		
Абс. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*10^9/L*	*0.05 ± 0.05*		
Относ. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*%*	*1.50 ± 1.50*		
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*10^9/L*	*0.05 ± 0.05*		
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*/100WBC*	*0.77 ± 0.77*		
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET#	*10^{12}/L*	*0.01 ± 0.01*		
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%	*%*	*0.35 ± 0.07*		
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF	*%*	*20.00 ± 20.00*		
Фракция ретикулоцитов низкой флуоресценции, LFR	*%*	*92.80 ± 92.80*		
Фракция ретикулоцитов средней флуоресценции, MFR	*%*	*20.00 ± 5.00*		
Фракция ретикулоцитов высокой флуоресценции, HFR	*%*	*20.00 ± 16.00*		
Эквивалент содержания гемоглобина в ретикулоцитах, RET-He	*%*	*25.70 ± 5.00*		

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения.

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Сотрудник ОБТИ _____ А. Старостенко

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMB-200**	Комплект	**1**	Серия	**255142**	Дата выпуска	**30.04.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**30.07.2025**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							

Аттестованные значения для гематологического анализатора:		**Mindray BC-720 / BC-780**		
Определяемый параметр		Низкая патология		
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L	3.55 ± 1.00		
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%	48.90 ± 15.00		
		0.49 ± 0.15		
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	43.10 ± 15.00		
		0.43 ± 0.15		
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	5.90 ± 5.90		
		0.06 ± 0.06		
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%	2.50 ± 2.50		
		0.03 ± 0.03		
Относ. кол-во базофилов, Bas	%	1.50 ± 1.50		
		0.02 ± 0.02		
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L	1.75 ± 0.55		
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L	1.55 ± 0.55		
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L	0.20 ± 0.20		
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L	0.10 ± 0.10		
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L	0.05 ± 0.05		
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L	2.85 ± 0.30		
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	7.80 ± 1.00		
	g/L	78.00 ± 10.00		
	mmol/L	4.80 ± 0.60		
Гематокрит, HCT	%	24.80 ± 7.50		
	L/L	0.25 ± 0.08		
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	87.00 ± 12.00		
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	27.40 ± 7.00		
	fmol	1.70 ± 0.40		
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	31.50 ± 7.00		
	g/L	315.00 ± 70.00		
	mmol/L	19.60 ± 4.30		
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	15.40 ± 5.00		
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	48.40 ± 10.00		
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L	55.00 ± 35.00		
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	6.10 ± 3.00		
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	15.60 ± 3.00		
Тромбокрит, PCT	%	0.03 ± 0.03		

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!				
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	*10^9/L*	*2.40 ± 1.92*		
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	*%*	*4.40 ± 3.52*		
Абс. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*10^9/L*	*0.05 ± 0.05*		
Относ. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*%*	*1.50 ± 1.50*		
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*10^9/L*	*0.10 ± 0.10*		
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*/100WBC*	*1.09 ± 1.09*		
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET#	*10^{12}/L*	*0.01 ± 0.01*		
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%	*%*	*0.40 ± 0.08*		
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF	*%*	*20.00 ± 20.00*		
Фракция ретикулоцитов низкой флуоресценции, LFR	*%*	*93.40 ± 93.40*		
Фракция ретикулоцитов средней флуоресценции, MFR	*%*	*20.00 ± 5.00*		
Фракция ретикулоцитов высокой флуоресценции, HFR	*%*	*20.00 ± 16.00*		
Эквивалент содержания гемоглобина в ретикулоцитах, RET-He	*%*	*29.20 ± 5.00*		
Скорость оседания эритроцитов, ESR	*mm/h*	*25.50 ± 2.00*		

*Аттестованные значения представлены в виде Хср ± N, где Хср – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Сотрудник ОТК _____ А.А.Скростенко

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMB-200**	Комплект	**1**	Серия	**255142**	Дата выпуска	**30.04.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**30.07.2025**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							

Аттестованные значения для гематологического анализатора:		**Mindray BC-700 / BC-760**		
Определяемый параметр		Низкая патология		
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L	3.55 ± 1.00		
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%	48.90 ± 15.00		
		0.49 ± 0.15		
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	43.10 ± 15.00		
		0.43 ± 0.15		
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	5.90 ± 5.90		
		0.06 ± 0.06		
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%	2.50 ± 2.50		
		0.03 ± 0.03		
Относ. кол-во базофилов, Bas	%	1.50 ± 1.50		
		0.02 ± 0.02		
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L	1.75 ± 0.55		
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L	1.55 ± 0.55		
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L	0.20 ± 0.20		
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L	0.10 ± 0.10		
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L	0.05 ± 0.05		
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L	2.85 ± 0.30		
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	7.80 ± 1.00		
	g/L	78.00 ± 10.00		
	mmol/L	4.80 ± 0.60		
Гематокрит, HCT	%	24.80 ± 7.50		
	L/L	0.25 ± 0.08		
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	87.00 ± 12.00		
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	27.40 ± 7.00		
	fmol	1.70 ± 0.40		
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	31.50 ± 7.00		
	g/L	315.00 ± 70.00		
	mmol/L	19.60 ± 4.30		
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	15.40 ± 5.00		
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	48.40 ± 10.00		
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L	55.00 ± 35.00		
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	6.10 ± 3.00		
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	15.60 ± 3.00		
Тромбокрит, PCT	%	0.03 ± 0.03		

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!				
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	*10^9/L*	*2.40 ± 1.92*		
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	*%*	*4.40 ± 3.52*		
Абс. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*10^9/L*	*0.05 ± 0.05*		
Относ. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*%*	*1.50 ± 1.50*		
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*10^9/L*	*0.10 ± 0.10*		
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*/100WBC*	*1.09 ± 1.09*		
Скорость оседания эритроцитов, ESR	*mm/h*	*25.50 ± 2.00*		

*Аттестованные значения приведены в виде Xср ± N, где Xср – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Сотрудник ОТК _____ А.А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMB-200**	Комплект	**1**	Серия	**255142**	Дата выпуска	**30.04.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**30.07.2025**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:					**Lifotronic AC610**		
Определяемый параметр					Низкая патология		
Кол-во лейкоцитов, WBC				10^9/L	3.40 ± 1.00		
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu				%	48.5 ± 15.0		
					0.49 ± 0.15		
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%	42.0 ± 15.0		
					0.42 ± 0.15		
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%	7.6 ± 7.6		
					0.08 ± 0.08		
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%	4.5 ± 4.5		
					0.05 ± 0.05		
Относ. кол-во базофилов, Bas				%	51.7 ± 9.0		
					0.52 ± 0.09		
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu				10^9/L	1.65 ± 0.50		
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10^9/L	1.45 ± 0.50		
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10^9/L	0.25 ± 0.25		
Абс. кол-во эозинофилов, Eos				10^9/L	0.15 ± 0.15		
Абс. кол-во базофилов, Bas				10^9/L	1.75 ± 0.30		
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10^{12}/L	2.8 ± 0.3		
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL	7.5 ± 1.0		
				g/L	75 ± 10		
				mmol/L	4.7 ± 0.6		
Гематокрит, HCT				%	21.9 ± 7.5		
				L/L	0.22 ± 0.08		
Сред. объем эритроцита, MCV				fL	79.8 ± 12.0		
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg	27.3 ± 7.0		
				fmol	1.70 ± 0.40		
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL	34.0 ± 7.0		
				g/L	340.00 ± 70.00		
				mmol/L	21.10 ± 4.30		
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%	7.6 ± 5.0		
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL	22.6 ± 10.0		
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10^9/L	52 ± 35		
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL	7.0 ± 3.0		
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW				fL	10.9 ± 3.0		
Тромбокрит, PCT				%	0.04 ± 0.04		

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!					
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	*10^9/L*	*6.66 ± 5.32*			
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	*%*	*12.80 ± 10.24*			

*Аттестованная характеристика в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Сотрудник ОБТК _____ А.А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMB-200**	**Комплект**	1	Серия	**255142**	Дата выпуска	**30.04.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**30.07.2025**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				**Quintus/Diatron Abacus 5/Human HumaCount 5L**			
Определяемый параметр				Низкая патология			
Кол-во лейкоцитов, WBC			10^9/L	3.65	± 1.00		
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu			%	36.8	± 15.0		
				0.37	± 0.15		
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym			%	56.3	± 15.0		
				0.56	± 0.15		
Относ. кол-во моноцитов, Mon			%	5.2	± 5.2		
				0.05	± 0.05		
Относ. кол-во эозинофилов, Eos			%	4.5	± 4.5		
				0.05	± 0.05		
Относ. кол-во базофилов, Bas			%	4.5	± 4.5		
				0.05	± 0.05		
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu			10^9/L	1.35	± 0.55		
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym			10^9/L	2.05	± 0.55		
Абс. кол-во моноцитов, Mon			10^9/L	0.20	± 0.20		
Абс. кол-во эозинофилов, Eos			10^9/L	0.15	± 0.15		
Абс. кол-во базофилов, Bas			10^9/L	0.15	± 0.15		
Абс. кол-во эритроцитов, RBC			10^{12}/L	3.10	± 0.30		
Концентрация гемоглобина, HGB			g/dL	8.4	± 1.0		
			g/L	84	± 10		
			mmol/L	5.2	± 0.60		
Гематокрит, HCT			%	27.1	± 7.5		
			L/L	0.27	± 0.08		
Сред. объем эритроцита, MCV			fL	87.3	± 12.0		
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH			pg	27.1	± 7.0		
			fmol	1.70	± 0.40		
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC			g/dL	31.0	± 7.0		
			g/L	310	± 70		
			mmol/L	19.3	± 4.3		
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV			%	15.3	± 5.0		
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD			fL	42.7	± 10.0		
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT			10^9/L	49	± 35		
Сред. объем тромбоцита, MPV			fL	10.0	± 3.0		
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW			fL	14.8	± 3.0		
Тромбокрит, PCT			%	0.05	± 0.05		

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!					
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C		*10^9/L*	*10.30*	*± 8.24*	
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R		*%*	*5.10*	*± 4.08*	

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Сотрудник ОТК _____ А.А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск