Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

ПАСПОРТ № 255157

На набор реагентов **«Гематрол 5D»**
для контроля качества проведения общего анализа крови по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMB-200**	Комплект **1**	Номер серии:	**255157**	Кол-во наборов:	**12**
ТУ 21.20.23-001-52857075-2016			Дата выпуска:	**16.06.2025**	Срок годности:	**16.09.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать						
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.						
Наименование показателя	Номер серии	Дата изготовления	Срок годности	Характеристика и нормы	Кол-во в наборе	Результат контроля
Внешний вид						
Правильность маркировки упаковки набора реагентов и компонентов набора						соответствует
«Гематрол 5D - Низкий»	2551571	06.2025	09.2025	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,0 мл	соответствует

Показатели правильности определения		
Определяемые параметры	**«Гематрол 5D - Низкий»**	
	Должен содержать	Результат
Абс. кол-во лейкоцитов, WBC [10^9/л]	2,0 - 4,0	3.23
Абс. кол-во эритроцитов, RBC [10^{12}/л]	2,50 - 3,50	3.02
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT [10^9/л]	40 - 100	64

Заключение: серия соответствует требованиям ТУ 21.20.23-001-52857075-2016.

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск

Начальник ОБТК _____ А.А. Старостенко

Дата выдачи паспорта 16.06.2025

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMB-200**	Комплект	**1**	Серия	**255157**	Дата выпуска	**16.06.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °C, не замораживать.						Годен до	**16.09.2025**
Условия хранения: при 2-8 °C в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				**Mindray BC-5300 / BC-5380**			
Определяемый параметр				Низкая патология			
Кол-во лейкоцитов, WBC			10^9/L	3.25	± 1.00		
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu			%	30.1	± 15.0		
				0.30	± 0.15		
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym			%	64.5	± 15.0		
				0.65	± 0.15		
Относ. кол-во моноцитов, Mon			%	4.5	± 4.5		
				0.05	± 0.05		
Относ. кол-во эозинофилов, Eos			%	4.5	± 4.5		
				0.05	± 0.05		
Относ. кол-во базофилов, Bas			%	40.7	± 9.0		
				0.41	± 0.09		
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu			10^9/L	1.00	± 0.50		
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym			10^9/L	2.10	± 0.50		
Абс. кол-во моноцитов, Mon			10^9/L	0.15	± 0.15		
Абс. кол-во эозинофилов, Eos			10^9/L	0.15	± 0.15		
Абс. кол-во базофилов, Bas			10^9/L	1.30	± 0.30		
Абс. кол-во эритроцитов, RBC			10^{12}/L	3.00	± 0.30		
Концентрация гемоглобина, HGB			g/dL	8.3	± 1.0		
			g/L	83	± 10		
			mmol/L	5.2	± 0.6		
Гематокрит, HCT			%	24.9	± 7.5		
			L/L	0.25	± 0.08		
Сред. объем эритроцита, MCV			fL	83.0	± 12.0		
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH			pg	27.7	± 7.0		
			fmol	1.7	± 0.4		
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC			g/dL	33.5	± 7.0		
			g/L	335	± 70		
			mmol/L	20.8	± 4.3		
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV			%	13.1	± 5.0		
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD			fL	46.0	± 10.0		
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT			10^9/L	64	± 35		
Сред. объем тромбоцита, MPV			fL	6.0	± 3.0		
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW			fL	15.8	± 3.0		
Тромбокрит, PCT			%	0.040	± 0.040		

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Сотрудник ОБТК _____ А.С. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMB-200**	**Комплект**	1	Серия	**255157**	Дата выпуска	**16.06.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °C, не замораживать.						Годен до	**16.09.2025**
Условия хранения: при 2-8 °C в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				**Mindray BC-5150**			
Определяемый параметр				Низкая патология			
Кол-во лейкоцитов, WBC			10^9/L	3.10	± 1.00		
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu			%	26.9	± 15.0		
				0.27	± 0.15		
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym			%	63.0	± 15.0		
				0.63	± 0.15		
Относ. кол-во моноцитов, Mon			%	9.4	± 9.0		
				0.09	± 0.09		
Относ. кол-во эозинофилов, Eos			%	4.5	± 4.5		
				0.05	± 0.05		
Относ. кол-во базофилов, Bas			%	4.0	± 4.0		
				0.04	± 0.04		
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu			10^9/L	0.85	± 0.45		
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym			10^9/L	1.95	± 0.45		
Абс. кол-во моноцитов, Mon			10^9/L	0.30	± 0.30		
Абс. кол-во эозинофилов, Eos			10^9/L	0.15	± 0.15		
Абс. кол-во базофилов, Bas			10^9/L	0.10	± 0.10		
Абс. кол-во эритроцитов, RBC			10^{12}/L	2.95	± 0.30		
Концентрация гемоглобина, HGB			g/dL	8.4	± 1.0		
			g/L	84	± 10		
			mmol/L	5.2	± 0.60		
Гематокрит, HCT			%	25.3	± 7.5		
			L/L	0.25	± 0.08		
Сред. объем эритроцита, MCV			fL	85.8	± 12.0		
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH			pg	28.5	± 7.0		
			fmol	1.80	± 0.40		
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC			g/dL	33.0	± 7.0		
			g/L	330	± 70		
			mmol/L	20.5	± 4.3		
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV			%	16.0	± 5.0		
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD			fL	48.4	± 10.0		
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT			10^9/L	58	± 35		
Сред. объем тромбоцита, MPV			fL	6.5	± 3.0		
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW			fL	15.2	± 3.0		
Тромбокрит, PCT			%	0.04	± 0.04		

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Сотрудник ОБТК _____ А.А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMB-200**	**Комплект**	1	Серия	**255157**	Дата выпуска	**16.06.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**16.09.2025**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:					**Mindray BC-5800**		
Определяемый параметр				Низкая патология			
Кол-во лейкоцитов, WBC			10^9/L	3.15 ± 1.00			
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu			%	27.4 ± 15.0			
				0.27 ± 0.15			
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym			%	64.4 ± 15.0			
				0.64 ± 0.15			
Относ. кол-во моноцитов, Mon			%	5.4 ± 5.4			
				0.05 ± 0.05			
Относ. кол-во эозинофилов, Eos			%	4.5 ± 4.5			
				0.05 ± 0.05			
Относ. кол-во базофилов, Bas			%	5.0 ± 5.0			
				0.05 ± 0.05			
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu			10^9/L	0.85 ± 0.45			
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym			10^9/L	2.05 ± 0.45			
Абс. кол-во моноцитов, Mon			10^9/L	0.15 ± 0.15			
Абс. кол-во эозинофилов, Eos			10^9/L	0.15 ± 0.15			
Абс. кол-во базофилов, Bas			10^9/L	0.15 ± 0.15			
Абс. кол-во эритроцитов, RBC			10^{12}/L	3.00 ± 0.30			
Концентрация гемоглобина, HGB			g/dL	8.6 ± 1.0			
			g/L	86 ± 10			
			mmol/L	5.3 ± 0.60			
Гематокрит, HCT			%	24.6 ± 7.5			
			L/L	0.2 ± 0.1			
Сред. объем эритроцита, MCV			fL	82.0 ± 12.0			
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH			pg	28.7 ± 7.0			
			fmol	1.80 ± 0.40			
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC			g/dL	35.0 ± 7.0			
			g/L	350 ± 70			
			mmol/L	21.7 ± 4.3			
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV			%	12.6 ± 5.0			
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD			fL	39.4 ± 10.0			
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT			10^9/L	63 ± 35			
Сред. объем тромбоцита, MPV			fL	5.2 ± 3.0			
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW			fL	15.2 ± 3.0			
Тромбокрит, PCT			%	0.03 ± 0.03			

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср}$ ± N, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Сотрудник ОБТК _____ А.А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMB-200**	**Комплект**	1	Серия	**255157**	Дата выпуска	**16.06.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**16.09.2025**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				**Mindray BC-6800**			
Определяемый параметр				Низкая патология			
Кол-во лейкоцитов, WBC			10^9/L	3.90	± 1.00		
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu			%	27.0	± 15.0		
				0.27	± 0.15		
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym			%	60.2	± 15.0		
				0.60	± 0.15		
Относ. кол-во моноцитов, Mon			%	8.1	± 8.1		
				0.08	± 0.08		
Относ. кол-во эозинофилов, Eos			%	3.6	± 3.6		
				0.04	± 0.04		
Относ. кол-во базофилов, Bas			%	3.5	± 3.5		
				0.04	± 0.04		
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu			10^9/L	1.05	± 0.60		
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym			10^9/L	2.35	± 0.60		
Абс. кол-во моноцитов, Mon			10^9/L	0.30	± 0.30		
Абс. кол-во эозинофилов, Eos			10^9/L	0.15	± 0.15		
Абс. кол-во базофилов, Bas			10^9/L	0.15	± 0.15		
Абс. кол-во эритроцитов, RBC			10^{12}/L	3.05	± 0.30		
Концентрация гемоглобина, HGB			g/dL	8.7	± 1.0		
			g/L	87	± 10		
			mmol/L	5.4	± 0.60		
Гематокрит, HCT			%	25.0	± 7.5		
			L/L	0.3	± 0.1		
Сред. объем эритроцита, MCV			fL	82.0	± 12.0		
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH			pg	28.5	± 7.0		
			fmol	1.80	± 0.40		
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC			g/dL	35.0	± 7.0		
			g/L	350	± 70		
			mmol/L	21.7	± 4.3		
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV			%	14.9	± 5.0		
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD			fL	43.7	± 10.0		
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT			10^9/L	47	± 35		
Сред. объем тромбоцита, MPV			fL	6.2	± 3.0		
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW			fL	15.1	± 3.0		
Тромбокрит, PCT			%	0.03	± 0.03		

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!					
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	*10^9/L*	*2.30*	*± 1.84*		
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	*%*	*5.00*	*± 4.00*		
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*10^9/L*	*н/д*	*н/д*		
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*%*	*н/д*	*н/д*		
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%	*%%*	*н/д*	*н/д*		
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET#	*10^9/L*	*н/д*	*н/д*		
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF	*%*	*н/д*	*н/д*		
Фракция ретикулоцитов низкой флуоресценции, LFR	*%*	*н/д*	*н/д*		
Фракция ретикулоцитов средней флуоресценции, MFR	*%*	*н/д*	*н/д*		
Фракция ретикулоцитов высокой флуоресценции, HFR	*%*	*н/д*	*н/д*		

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Сотрудник ОТК _____ А.А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г.Новосибирск

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMB-200**	**Комплект**	1	Серия	**255157**	Дата выпуска	**16.06.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**16.09.2025**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:					**Mindray BC-6000/BC-6200/BC-6800+**		
Определяемый параметр					Низкая патология		
Кол-во лейкоцитов, WBC				10^9/L	3.05 ± 1.00		
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu				%	29.10 ± 15.00		
					0.29 ± 0.15		
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%	58.00 ± 15.00		
					0.58 ± 0.15		
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%	9.80 ± 9.00		
					0.10 ± 0.09		
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%	3.01 ± 3.01		
					0.03 ± 0.03		
Относ. кол-во базофилов, Bas				%	1.50 ± 1.50		
					0.02 ± 0.02		
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu				10^9/L	0.90 ± 0.45		
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10^9/L	1.75 ± 0.45		
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10^9/L	0.30 ± 0.25		
Абс. кол-во эозинофилов, Eos				10^9/L	0.10 ± 0.10		
Абс. кол-во базофилов, Bas				10^9/L	0.05 ± 0.05		
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10^{12}/L	3.00 ± 0.30		
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL	8.40 ± 1.00		
				g/L	84.00 ± 10.00		
				mmol/L	5.20 ± 0.60		
Гематокрит, HCT				%	26.40 ± 7.50		
				L/L	0.26 ± 0.08		
Сред. объем эритроцита, MCV				fL	88.00 ± 12.00		
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg	28.00 ± 7.00		
				fmol	1.70 ± 0.40		
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL	32.00 ± 7.00		
				g/L	320.00 ± 70.00		
				mmol/L	19.90 ± 4.30		
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%	14.20 ± 5.00		
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL	43.80 ± 10.00		
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10^9/L	51.00 ± 35.00		
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL	6.90 ± 3.00		
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW				fL	15.80 ± 3.00		
Тромбокрит, PCT				%	0.04 ± 0.04		

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!						
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C				*10^9/L*	*4.00 ± 3.20*	
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R				*%*	*8.00 ± 6.40*	
Абс. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG				*10^9/L*	*0.05 ± 0.05*	
Относ. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG				*%*	*1.50 ± 1.50*	
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC				*10^9/L*	*0.05 ± 0.05*	
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC				*/100WBC*	*0.15 ± 0.15*	
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET#				*10^{12}/L*	*0.01 ± 0.01*	
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%				*%*	*0.35 ± 0.07*	
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF				*%*	*20.00 ± 20.00*	
Фракция ретикулоцитов низкой флуоресценции, LFR				*%*	*93.10 ± 93.10*	
Фракция ретикулоцитов средней флуоресценции, MFR				*%*	*20.00 ± 5.00*	
Фракция ретикулоцитов высокой флуоресценции, HFR				*%*	*20.00 ± 16.00*	
Эквивалент содержания гемоглобина в ретикулоцитах, RET-He				*%*	*24.50 ± 5.00*	

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения.

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Сотрудник ОБТИ _____ А. Старостенко

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMB-200**	Комплект	**1**	Серия	**255157**	Дата выпуска	**16.06.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**16.09.2025**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							

Аттестованные значения для гематологического анализатора:		**Mindray BC-720 / BC-780**		
Определяемый параметр		Низкая патология		
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L	3.30 ± 1.00		
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%	28.30 ± 15.00		
		0.28 ± 0.15		
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	60.00 ± 15.00		
		0.60 ± 0.15		
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	8.00 ± 8.00		
		0.08 ± 0.08		
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%	3.33 ± 3.33		
		0.03 ± 0.03		
Относ. кол-во базофилов, Bas	%	1.50 ± 1.50		
		0.02 ± 0.02		
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L	0.95 ± 0.50		
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L	2.00 ± 0.50		
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L	0.25 ± 0.25		
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L	0.10 ± 0.10		
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L	0.05 ± 0.05		
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L	3.00 ± 0.30		
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.40 ± 1.00		
	g/L	84.00 ± 10.00		
	mmol/L	5.20 ± 0.60		
Гематокрит, HCT	%	26.10 ± 7.50		
	L/L	0.26 ± 0.08		
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	87.00 ± 12.00		
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	28.00 ± 7.00		
	fmol	1.70 ± 0.40		
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	32.00 ± 7.00		
	g/L	320.00 ± 70.00		
	mmol/L	19.90 ± 4.30		
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	14.60 ± 5.00		
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	45.60 ± 10.00		
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L	51.00 ± 35.00		
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	6.40 ± 3.00		
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	15.80 ± 3.00		
Тромбокрит, PCT	%	0.03 ± 0.03		

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!				
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	*10^9/L*	*3.00 ± 2.40*		
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	*%*	*6.00 ± 4.80*		
Абс. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*10^9/L*	*0.05 ± 0.05*		
Относ. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*%*	*1.50 ± 1.50*		
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*10^9/L*	*0.10 ± 0.10*		
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*/100WBC*	*1.61 ± 1.61*		
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET#	*10^{12}/L*	*0.01 ± 0.01*		
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%	*%*	*0.40 ± 0.08*		
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF	*%*	*20.00 ± 20.00*		
Фракция ретикулоцитов низкой флуоресценции, LFR	*%*	*92.40 ± 92.40*		
Фракция ретикулоцитов средней флуоресценции, MFR	*%*	*20.00 ± 5.00*		
Фракция ретикулоцитов высокой флуоресценции, HFR	*%*	*20.00 ± 16.00*		
Эквивалент содержания гемоглобина в ретикулоцитах, RET-He	*%*	*28.00 ± 5.00*		
Скорость оседания эритроцитов, ESR	*mm/h*	*24.30 ± 2.00*		

*Аттестованные значения представлены в виде Хср ± N, где Хср – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Сотрудник ОТК _____ А.А.Скростенко

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMB-200**	Комплект	**1**	Серия	**255157**	Дата выпуска	**16.06.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**16.09.2025**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							

Аттестованные значения для гематологического анализатора:		**Mindray BC-700 / BC-760**		
Определяемый параметр		Низкая патология		
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L	3.30 ± 1.00		
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%	28.30 ± 15.00		
		0.28 ± 0.15		
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	60.00 ± 15.00		
		0.60 ± 0.15		
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	8.00 ± 8.00		
		0.08 ± 0.08		
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%	3.33 ± 3.33		
		0.03 ± 0.03		
Относ. кол-во базофилов, Bas	%	1.50 ± 1.50		
		0.02 ± 0.02		
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L	0.95 ± 0.50		
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L	2.00 ± 0.50		
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L	0.25 ± 0.25		
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L	0.10 ± 0.10		
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L	0.05 ± 0.05		
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L	3.00 ± 0.30		
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.40 ± 1.00		
	g/L	84.00 ± 10.00		
	mmol/L	5.20 ± 0.60		
Гематокрит, HCT	%	26.10 ± 7.50		
	L/L	0.26 ± 0.08		
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	87.00 ± 12.00		
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	28.00 ± 7.00		
	fmol	1.70 ± 0.40		
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	32.00 ± 7.00		
	g/L	320.00 ± 70.00		
	mmol/L	19.90 ± 4.30		
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	14.60 ± 5.00		
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	45.60 ± 10.00		
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L	51.00 ± 35.00		
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	6.40 ± 3.00		
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	15.80 ± 3.00		
Тромбокрит, PCT	%	0.03 ± 0.03		

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!				
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	*10^9/L*	*3.00 ± 2.40*		
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	*%*	*6.00 ± 4.80*		
Абс. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*10^9/L*	*0.05 ± 0.05*		
Относ. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*%*	*1.50 ± 1.50*		
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*10^9/L*	*0.10 ± 0.10*		
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*/100WBC*	*1.61 ± 1.61*		
Скорость оседания эритроцитов, ESR	*mm/h*	*24.30 ± 2.00*		

*Аттестованные значения приведены в виде Xср ± N, где Xср – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Сотрудник ОТК _____ А.А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMB-200**	Комплект	**1**	Серия	**255157**	Дата выпуска	**16.06.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**16.09.2025**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							

Аттестованные значения для гематологического анализатора:		**Lifotronic AC610**		
Определяемый параметр		Низкая патология		
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L	3.40 ± 1.00		
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%	41.4 ± 15.0		
		0.41 ± 0.15		
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	51.0 ± 15.0		
		0.51 ± 0.15		
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	6.2 ± 6.2		
		0.06 ± 0.06		
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%	4.5 ± 4.5		
		0.05 ± 0.05		
Относ. кол-во базофилов, Bas	%	35.8 ± 9.0		
		0.36 ± 0.09		
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L	1.40 ± 0.50		
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L	1.75 ± 0.50		
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L	0.20 ± 0.20		
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L	0.15 ± 0.15		
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L	1.20 ± 0.30		
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L	3.1 ± 0.3		
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.6 ± 1.0		
	g/L	86 ± 10		
	mmol/L	5.3 ± 0.6		
Гематокрит, HCT	%	24.9 ± 7.5		
	L/L	0.25 ± 0.08		
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	80.3 ± 12.0		
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	27.7 ± 7.0		
	fmol	1.70 ± 0.40		
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	34.5 ± 7.0		
	g/L	345.00 ± 70.00		
	mmol/L	21.40 ± 4.30		
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	7.4 ± 5.0		
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	22.5 ± 10.0		
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L	50 ± 35		
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	7.3 ± 3.0		
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	10.9 ± 3.0		
Тромбокрит, PCT	%	0.04 ± 0.04		

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!				
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	*10^9/L*	*7.35 ± 5.88*		
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	*%*	*14.70 ± 11.76*		

*Аттестованные значения представлены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Сотрудник ОБТК _____ А.А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMB-200**	**Комплект**	1	Серия	**255157**	Дата выпуска	**16.06.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °C, не замораживать.						Годен до	**16.09.2025**
Условия хранения: при 2-8 °C в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				**Quintus/Diatron Abacus 5/Human HumaCount 5L**			
Определяемый параметр				Низкая патология			
Кол-во лейкоцитов, WBC			10^9/L	3.70	± 1.00		
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu			%	26.8	± 15.0		
				0.27	± 0.15		
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym			%	69.1	± 15.0		
				0.69	± 0.15		
Относ. кол-во моноцитов, Mon			%	4.5	± 4.5		
				0.05	± 0.05		
Относ. кол-во эозинофилов, Eos			%	4.5	± 4.5		
				0.05	± 0.05		
Относ. кол-во базофилов, Bas			%	4.5	± 4.5		
				0.05	± 0.05		
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu			10^9/L	1.00	± 0.55		
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym			10^9/L	2.55	± 0.55		
Абс. кол-во моноцитов, Mon			10^9/L	0.15	± 0.15		
Абс. кол-во эозинофилов, Eos			10^9/L	0.15	± 0.15		
Абс. кол-во базофилов, Bas			10^9/L	0.15	± 0.15		
Абс. кол-во эритроцитов, RBC			10^{12}/L	3.25	± 0.30		
Концентрация гемоглобина, HGB			g/dL	8.7	± 1.0		
			g/L	87	± 10		
			mmol/L	5.4	± 0.60		
Гематокрит, HCT			%	27.9	± 7.5		
			L/L	0.28	± 0.08		
Сред. объем эритроцита, MCV			fL	85.7	± 12.0		
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH			pg	26.8	± 7.0		
			fmol	1.70	± 0.40		
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC			g/dL	31.0	± 7.0		
			g/L	310	± 70		
			mmol/L	19.3	± 4.3		
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV			%	14.6	± 5.0		
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD			fL	39.3	± 10.0		
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT			10^9/L	49	± 35		
Сред. объем тромбоцита, MPV			fL	10.0	± 3.0		
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW			fL	15.2	± 3.0		
Тромбокрит, PCT			%	0.05	± 0.05		

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Сотрудник ОТК _____ А.А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск