

ПАСПОРТ № 253476

На «Гематологический контроль «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект 4	Номер серии:	253476	Кол-во наборов:	78
ТУ 21.20.23-011-26329720-2019			Дата выпуска:	29.05.2025	Срок годности:	29.11.2025
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.						
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 180 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.						
Наименование показателя	Номер серии	Дата изготовления	Срок годности	Характеристика и нормы	Кол-во в наборе	Результат контроля
Внешний вид						
Правильность маркировки упаковки набора реагентов и компонентов набора						соответствует
«Гематрол® 3D - Низкий»	253476l	29.05.25	29.11.25	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,5 мл	соответствует
«Гематрол® 3D - Норма»	253476n	29.05.25	29.11.25	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,5 мл	соответствует
«Гематрол® 3D - Высокий»	253476h	29.05.25	29.11.25	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,5 мл	соответствует
Показатели правильности определения						
Определяемые параметры	«Гематрол® 3D - Низкий»		«Гематрол® 3D - Норма»		«Гематрол® 3D - Высокий»	
	Должен содержать	Результат	Должен содержать	Результат	Должен содержать	Результат
Абс. кол-во лейкоцитов, WBC [10^9 /л]	1,0 - 6,0	3.30	4,0 - 12,0	8.30	8,0 - 25,0	15.5
Абс. кол-во эритроцитов, RBC [10^{12} /л]	1,00 - 4,00	2.98	3,00 - 5,00	4.08	4,00 - 6,00	5.04
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT [10^9 /л]	40 - 120	63	100 - 300	215	200 - 600	475

Заключение: серия соответствует требованиям ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Начальник ОБТК _____

И.В. Валеева

Дата выдачи паспорта _____



АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	253476	Дата выпуска	29.05.2025
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	29.11.2025
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						Mindray BC-3600	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10 ⁹ /L	3.40 ± 1.00		8.40 ± 2.00		15.50 ± 4.00	
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	53.0 ± 15.0		27.0 ± 15.0		46.0 ± 15.0	
		0.53 ± 0.15		0.27 ± 0.15		0.46 ± 0.15	
Относ. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, Mid	%	13.0 ± 13.0		5.0 ± 5.0		11.0 ± 11.0	
		0.13 ± 0.13		0.05 ± 0.05		0.11 ± 0.11	
Относ. кол-во гранулоцитов, Gran	%	33.7 ± 15.0		69.0 ± 15.0		43.6 ± 15.0	
		0.34 ± 0.15		0.69 ± 0.15		0.44 ± 0.15	
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10 ⁹ /L	1.80 ± 0.50		2.30 ± 1.30		7.10 ± 2.30	
Абс. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, Mid	10 ⁹ /L	0.40 ± 0.40		0.40 ± 0.40		1.70 ± 1.70	
Абс. кол-во гранулоцитов, Gran	10 ⁹ /L	1.10 ± 0.50		5.80 ± 1.30		6.80 ± 2.30	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10 ¹² /L	3.10 ± 0.30		4.10 ± 0.45		5.10 ± 0.60	
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.1 ± 1.0		11.8 ± 1.0		15.7 ± 1.0	
	g/L	81 ± 10		118 ± 10		157 ± 10	
	mmol/L	5.1 ± 0.7		7.4 ± 0.7		9.8 ± 0.7	
Гематокрит, HCT	%	27.0 ± 7.5		38.0 ± 10.0		51.0 ± 10.0	
	L/L	0.27 ± 0.08		0.38 ± 0.10		0.51 ± 0.10	
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	79.2 ± 12.0		87.7 ± 12.0		95.9 ± 12.0	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	27.0 ± 7.0		30.0 ± 7.0		32.0 ± 7.0	
	fmol	1.7 ± 0.5		1.9 ± 0.5		2.0 ± 0.5	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	34.0 ± 7.0		34.0 ± 7.0		33.0 ± 7.0	
	g/L	340 ± 70		340 ± 70		330 ± 70	
	mmol/L	21.2 ± 4.4		21.2 ± 4.4		20.5 ± 4.4	
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	15.0 ± 5.0		13.0 ± 5.0		14.0 ± 5.0	
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	37.2 ± 10.0		33.5 ± 10.0		40.5 ± 10.0	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10 ⁹ /L	65 ± 35		199 ± 55		472 ± 115	
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	7.0 ± 3.0		7.0 ± 3.0		7.0 ± 3.0	
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	15.0 ± 3.0		16.0 ± 3.0		20.0 ± 3.0	
Тромбокрит, PCT	%	0.04 ± 0.04		0.13 ± 0.08		0.31 ± 0.10	
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	10 ⁹ /L	8.0 ± 4.0		23.0 ± 11.5		50.0 ± 25.0	
Доля больших тромбоцитов, PLC-R	%	13.0 ± 6.5		12.0 ± 6.0		10.7 ± 5.3	

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Начальник ОБТК _____

И.В. Валеева



АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	253476	Дата выпуска	29.05.2025
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	29.11.2025
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						Mindray BC-2800/BC-3000+/BC-3200	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10 ⁹ /L	3.30 ± 1.00	7.90 ± 2.00	14.90 ± 4.00			
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	54.0 ± 15.0	26.0 ± 15.0	47.0 ± 15.0			
		0.54 ± 0.15	0.26 ± 0.15	0.47 ± 0.15			
Относ. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, Mid	%	11.0 ± 11.0	4.0 ± 4.0	9.0 ± 9.0			
		0.11 ± 0.11	0.04 ± 0.04	0.09 ± 0.09			
Относ. кол-во гранулоцитов, Gran	%	36.2 ± 15.0	70.8 ± 15.0	45.5 ± 15.0			
		0.36 ± 0.15	0.71 ± 0.15	0.46 ± 0.15			
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10 ⁹ /L	1.80 ± 0.50	2.10 ± 1.20	7.00 ± 2.20			
Абс. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, Mid	10 ⁹ /L	0.40 ± 0.40	0.30 ± 0.30	1.30 ± 1.30			
Абс. кол-во гранулоцитов, Gran	10 ⁹ /L	1.20 ± 0.50	5.60 ± 1.20	6.80 ± 2.20			
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10 ¹² /L	2.90 ± 0.30	3.90 ± 0.45	5.00 ± 0.60			
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.0 ± 1.0	11.8 ± 1.0	15.8 ± 1.0			
	g/L	80 ± 10	118 ± 10	158 ± 10			
	mmol/L	5.0 ± 0.7	7.4 ± 0.7	9.9 ± 0.7			
Гематокрит, HCT	%	25.0 ± 7.5	37.0 ± 10.0	50.0 ± 10.0			
	L/L	0.25 ± 0.08	0.37 ± 0.10	0.50 ± 0.10			
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	79.7 ± 12.0	89.7 ± 12.0	97.6 ± 12.0			
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	28.0 ± 7.0	30.0 ± 7.0	32.0 ± 7.0			
	fmol	1.8 ± 0.5	1.9 ± 0.5	2.0 ± 0.5			
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	35.0 ± 7.0	34.0 ± 7.0	33.0 ± 7.0			
	g/L	350 ± 70	340 ± 70	330 ± 70			
	mmol/L	21.8 ± 4.4	21.2 ± 4.4	20.5 ± 4.4			
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	15.0 ± 5.0	13.0 ± 5.0	14.0 ± 5.0			
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	39.0 ± 10.0	36.5 ± 10.0	43.0 ± 10.0			
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10 ⁹ /L	50 ± 35	190 ± 55	460 ± 115			
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	6.5 ± 3.0	6.5 ± 3.0	6.5 ± 3.0			
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	15.0 ± 3.0	15.5 ± 3.0	15.5 ± 3.0			
Тромбокрит, PCT	%	0.04 ± 0.04	0.12 ± 0.08	0.30 ± 0.10			

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Начальник ОБТК _____

И.В. Валеева



АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	253476	Дата выпуска	29.05.2025
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	29.11.2025
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						Mindray BC-30s	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10 ⁹ /L	3.20 ± 1.00	7.40 ± 2.00	14.40 ± 4.00			
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	54.0 ± 15.0	25.0 ± 15.0	47.0 ± 15.0			
		0.54 ± 0.15	0.25 ± 0.15	0.47 ± 0.15			
Относ. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, Mid	%	8.0 ± 8.0	3.0 ± 3.0	7.0 ± 7.0			
		0.08 ± 0.08	0.03 ± 0.03	0.07 ± 0.07			
Относ. кол-во гранулоцитов, Gran	%	39.1 ± 15.0	73.4 ± 15.0	47.7 ± 15.0			
		0.39 ± 0.15	0.73 ± 0.15	0.48 ± 0.15			
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10 ⁹ /L	1.70 ± 0.50	1.90 ± 1.10	6.80 ± 2.20			
Абс. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, Mid	10 ⁹ /L	0.30 ± 0.30	0.20 ± 0.20	1.00 ± 1.00			
Абс. кол-во гранулоцитов, Gran	10 ⁹ /L	1.20 ± 0.50	5.40 ± 1.10	6.90 ± 2.20			
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10 ¹² /L	2.80 ± 0.30	3.80 ± 0.45	4.80 ± 0.60			
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.0 ± 1.0	11.7 ± 1.0	15.8 ± 1.0			
	g/L	80 ± 10	117 ± 10	158 ± 10			
	mmol/L	5.0 ± 0.7	7.3 ± 0.7	9.9 ± 0.7			
Гематокрит, HCT	%	24.0 ± 7.5	37.0 ± 10.0	50.0 ± 10.0			
	L/L	0.24 ± 0.08	0.37 ± 0.10	0.50 ± 0.10			
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	80.3 ± 12.0	91.8 ± 12.0	99.4 ± 12.0			
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	29.0 ± 7.0	32.0 ± 7.0	33.0 ± 7.0			
	fmol	1.9 ± 0.5	2.0 ± 0.5	2.1 ± 0.5			
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	36.0 ± 7.0	35.0 ± 7.0	34.0 ± 7.0			
	g/L	360 ± 70	350 ± 70	340 ± 70			
	mmol/L	22.4 ± 4.4	21.8 ± 4.4	21.2 ± 4.4			
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	15.0 ± 5.0	13.0 ± 5.0	14.0 ± 5.0			
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	40.9 ± 10.0	39.5 ± 10.0	45.7 ± 10.0			
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10 ⁹ /L	56 ± 35	184 ± 55	458 ± 115			
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	7.0 ± 3.0	7.0 ± 3.0	7.0 ± 3.0			
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	16.0 ± 3.0	16.0 ± 3.0	16.0 ± 3.0			
Тромбокрит, PCT	%	0.04 ± 0.04	0.11 ± 0.08	0.29 ± 0.10			
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	10 ⁹ /L	5.0 ± 2.5	14.0 ± 7.0	35.0 ± 17.5			
Доля больших тромбоцитов, PLC-R	%	8.5 ± 4.2	7.6 ± 3.8	7.6 ± 3.8			

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Начальник ОБТК _____

И.В. Валеева



АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	253476	Дата выпуска	29.05.2025
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	29.11.2025
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						URIT-2900+	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10 ⁹ /L	3.30 ± 1.00	7.80 ± 2.00	15.20 ± 4.00			
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	53.2 ± 15.0	24.9 ± 15.0	45.2 ± 15.0			
		0.53 ± 0.15	0.25 ± 0.15	0.45 ± 0.15			
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	15.2 ± 15.0	5.0 ± 5.0	11.3 ± 11.3			
		0.15 ± 0.15	0.05 ± 0.05	0.11 ± 0.11			
Относ. кол-во гранулоцитов, Gran	%	31.7 ± 15.0	70.1 ± 15.0	43.5 ± 15.0			
		0.32 ± 0.15	0.70 ± 0.15	0.44 ± 0.15			
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10 ⁹ /L	1.80 ± 0.50	1.90 ± 1.20	6.90 ± 2.30			
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10 ⁹ /L	0.50 ± 0.50	0.40 ± 0.40	1.70 ± 1.70			
Абс. кол-во гранулоцитов, Gran	10 ⁹ /L	1.00 ± 0.50	5.50 ± 1.20	6.60 ± 2.30			
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10 ¹² /L	3.00 ± 0.30	3.90 ± 0.45	4.90 ± 0.60			
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.4 ± 1.0	12.1 ± 1.0	16.3 ± 1.0			
	g/L	84 ± 10	121 ± 10	163 ± 10			
	mmol/L	5.3 ± 0.7	7.6 ± 0.7	10.2 ± 0.7			
Гематокрит, HCT	%	23.0 ± 7.5	34.0 ± 10.0	47.0 ± 10.0			
	L/L	0.23 ± 0.08	0.34 ± 0.10	0.47 ± 0.10			
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	76.9 ± 12.0	86.9 ± 12.0	95.1 ± 12.0			
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	29.0 ± 7.0	32.0 ± 7.0	34.0 ± 7.0			
	fmol	1.9 ± 0.5	2.0 ± 0.5	2.2 ± 0.5			
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	38.0 ± 7.0	36.0 ± 7.0	36.0 ± 7.0			
	g/L	380 ± 70	360 ± 70	360 ± 70			
	mmol/L	23.6 ± 4.4	22.4 ± 4.4	22.4 ± 4.4			
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	16.8 ± 5.0	15.0 ± 5.0	15.9 ± 5.0			
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	36.0 ± 5.0	35.4 ± 5.0	42.0 ± 5.0			
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10 ⁹ /L	54 ± 35	201 ± 55	494 ± 115			
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	6.0 ± 3.0	6.0 ± 3.0	6.0 ± 3.0			
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	%	10.3 ± 3.0	10.4 ± 3.0	10.3 ± 3.0			
Тромбокрит, PCT	%	0.040 ± 0.040	0.114 ± 0.080	0.280 ± 0.100			
Доля больших тромбоцитов, PLC-R	%	8.0 ± 4.0	8.0 ± 4.0	7.0 ± 3.5			
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	10 ⁹ /L	5.00 ± 2.50	15.00 ± 7.50	33.00 ± 16.50			

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Начальник ОБТК _____

И.В. Валеева



АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	253476	Дата выпуска	29.05.2025
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	29.11.2025
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						URIT Hemalit 3000	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10 ⁹ /L	3.20 ± 0.50	7.30 ± 1.00	15.00 ± 2.50			
Относ. кол-во лимфоцитов, LYM%	%	53.6 ± 15.0	22.7 ± 15.0	44.6 ± 15.0			
		0.54 ± 0.15	0.23 ± 0.15	0.45 ± 0.15			
Относ. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, MID%	%	16.8 ± 9.0	5.8 ± 5.8	11.9 ± 9.0			
		0.17 ± 0.09	0.06 ± 0.06	0.12 ± 0.09			
Относ. кол-во гранулоцитов GRAN%	%	29.6 ± 15.0	71.5 ± 15.0	43.5 ± 15.0			
		0.30 ± 0.15	0.71 ± 0.15	0.44 ± 0.15			
Абс. кол-во лимфоцитов, LYM#	10 ⁹ /L	1.70 ± 0.50	1.70 ± 1.10	6.70 ± 2.30			
Абс. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, MID#	10 ⁹ /L	0.50 ± 0.30	0.40 ± 0.40	1.80 ± 1.40			
Абс. кол-во гранулоцитов GRAN#	10 ⁹ /L	0.90 ± 0.50	5.20 ± 1.10	6.50 ± 2.30			
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10 ¹² /L	2.80 ± 0.15	3.80 ± 0.20	4.80 ± 0.30			
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.6 ± 0.5	12.5 ± 0.5	16.8 ± 0.5			
	g/L	86 ± 5	125 ± 5	168 ± 5			
	mmol/L	5.4 ± 0.4	7.8 ± 0.4	10.5 ± 0.4			
Гематокрит, HCT	%	21.0 ± 3.0	33.0 ± 3.0	45.0 ± 3.0			
	L/L	0.21 ± 0.03	0.33 ± 0.03	0.45 ± 0.03			
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	74.5 ± 5.0	86.0 ± 5.0	94.0 ± 5.0			
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	30.5 ± 3.0	32.5 ± 3.0	35.0 ± 3.0			
	fmol	1.9 ± 0.2	2.1 ± 0.2	2.2 ± 0.2			
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	41.0 ± 4.0	38.0 ± 4.0	37.0 ± 4.0			
	g/L	410 ± 40	380 ± 40	370 ± 40			
	mmol/L	25.5 ± 2.5	23.6 ± 2.5	23.0 ± 2.5			
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	18.5 ± 3.0	17.5 ± 5.0	18.5 ± 5.0			
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	35.0 ± 5.0	37.5 ± 5.0	43.5 ± 5.0			
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10 ⁹ /L	57 ± 25	215 ± 45	530 ± 60			
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	5.0 ± 3.0	4.5 ± 3.0	5.0 ± 3.0			
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	%	5.5 ± 3.0	5.5 ± 3.0	5.5 ± 3.0			
Тромбокрит, PCT	%	0.040 ± 0.020	0.100 ± 0.060	0.260 ± 0.100			
Доля больших тромбоцитов, PLC-R	%	2.0 ± 2.0	2.0 ± 2.0	2.5 ± 2.5			
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	10 ⁹ /L	1.0 ± 0.8	4.5 ± 3.6	12.0 ± 9.6			

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Начальник ОБТК _____

И.В. Валеева



АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	253476	Дата выпуска	29.05.2025
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	29.11.2025
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						Medonic M-20	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10 ⁹ /L	3.20 ± 1.00	7.30 ± 2.00	14.90 ± 4.00			
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	53.0 ± 15.0	21.0 ± 15.0	42.0 ± 15.0			
		0.53 ± 0.15	0.21 ± 0.15	0.42 ± 0.15			
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	9.0 ± 9.0	6.0 ± 6.0	9.0 ± 9.0			
		0.09 ± 0.09	0.06 ± 0.06	0.09 ± 0.09			
Относ. кол-во гранулоцитов, Gran	%	38.5 ± 15.0	73.8 ± 15.0	49.4 ± 15.0			
		0.39 ± 0.15	0.74 ± 0.15	0.49 ± 0.15			
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10 ⁹ /L	1.70 ± 0.50	1.50 ± 1.10	6.30 ± 2.20			
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10 ⁹ /L	0.30 ± 0.30	0.40 ± 0.40	1.30 ± 1.30			
Абс. кол-во гранулоцитов, Gran	10 ⁹ /L	1.20 ± 0.50	5.40 ± 1.10	7.40 ± 2.20			
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10 ¹² /L	2.80 ± 0.30	3.80 ± 0.45	4.80 ± 0.60			
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.0 ± 1.0	11.8 ± 1.0	16.2 ± 1.0			
	g/L	80 ± 10	118 ± 10	162 ± 10			
	mmol/L	5.0 ± 0.7	7.4 ± 0.7	10.1 ± 0.7			
Гематокрит, HCT	%	23.0 ± 7.5	35.0 ± 10.0	47.0 ± 10.0			
	L/L	0.23 ± 0.08	0.35 ± 0.10	0.47 ± 0.10			
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	76.1 ± 12.0	85.5 ± 12.0	93.8 ± 12.0			
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	30.0 ± 7.0	31.0 ± 7.0	35.0 ± 7.0			
	fmol	1.9 ± 0.5	2.0 ± 0.5	2.2 ± 0.5			
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	39.0 ± 7.0	37.0 ± 7.0	37.0 ± 7.0			
	g/L	390 ± 70	370 ± 70	370 ± 70			
	mmol/L	24.3 ± 4.4	23.0 ± 4.4	23.0 ± 4.4			
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	12.8 ± 5.0	11.5 ± 5.0	12.3 ± 5.0			
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10 ⁹ /L	50 ± 35	158 ± 55	401 ± 115			
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	7.0 ± 3.0	6.0 ± 3.0	6.0 ± 3.0			
Тромбокрит, PCT	%	0.030 ± 0.030	0.088 ± 0.080	0.220 ± 0.100			

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} - среднее значение определяемого параметра, N - максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Начальник ОБТК _____



АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	253476	Дата выпуска	29.05.2025
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	29.11.2025
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						Swelab Alfa	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10 ⁹ /L	3.20 ± 1.00	7.30 ± 2.00	14.90 ± 4.00			
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	52.4 ± 15.0	20.2 ± 15.0	41.4 ± 15.0			
		0.52 ± 0.15	0.20 ± 0.15	0.41 ± 0.15			
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	9.1 ± 9.1	6.0 ± 6.0	9.2 ± 9.2			
		0.09 ± 0.09	0.06 ± 0.06	0.09 ± 0.09			
Относ. кол-во гранулоцитов, Gran	%	38.5 ± 15.0	73.8 ± 15.0	49.4 ± 15.0			
		0.39 ± 0.15	0.74 ± 0.15	0.49 ± 0.15			
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10 ⁹ /L	1.70 ± 0.50	1.50 ± 1.10	6.20 ± 2.20			
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10 ⁹ /L	0.30 ± 0.30	0.40 ± 0.40	1.40 ± 1.40			
Абс. кол-во гранулоцитов, Gran	10 ⁹ /L	1.20 ± 0.50	5.40 ± 1.10	7.40 ± 2.20			
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10 ¹² /L	2.80 ± 0.30	3.80 ± 0.45	4.80 ± 0.60			
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.0 ± 1.0	11.8 ± 1.0	16.2 ± 1.0			
	g/L	80 ± 10	118 ± 10	162 ± 10			
	mmol/L	5.0 ± 0.7	7.4 ± 0.7	10.1 ± 0.7			
Гематокрит, HCT	%	21.0 ± 7.5	33.0 ± 10.0	45.0 ± 10.0			
	L/L	0.21 ± 0.08	0.33 ± 0.10	0.45 ± 0.10			
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	76.1 ± 12.0	85.5 ± 12.0	93.8 ± 12.0			
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	30.0 ± 7.0	31.0 ± 7.0	35.0 ± 7.0			
	fmol	1.9 ± 0.5	2.0 ± 0.5	2.2 ± 0.5			
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	39.0 ± 7.0	37.0 ± 7.0	37.0 ± 7.0			
	g/L	390 ± 70	370 ± 70	370 ± 70			
	mmol/L	24.3 ± 4.4	23.0 ± 4.4	23.0 ± 4.4			
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	12.8 ± 5.0	11.5 ± 5.0	12.3 ± 5.0			
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10 ⁹ /L	50 ± 35	150 ± 55	393 ± 115			
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	7.0 ± 3.0	6.0 ± 3.0	6.0 ± 3.0			
Тромбокрит, PCT	%	0.030 ± 0.030	0.084 ± 0.080	0.216 ± 0.100			

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Начальник ОБТК

И.В. Валеева



АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	253476	Дата выпуска	29.05.2025
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	29.11.2025
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						Horiba ABX Micros 60/OT60/ES60	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10 ⁹ /L	3.30 ± 1.00	7.60 ± 2.00	15.00 ± 4.00			
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	53.0 ± 15.0	24.0 ± 15.0	45.0 ± 15.0			
		0.53 ± 0.15	0.24 ± 0.15	0.45 ± 0.15			
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	12.0 ± 9.0	5.0 ± 5.0	9.0 ± 9.0			
		0.12 ± 0.09	0.05 ± 0.05	0.09 ± 0.09			
Относ. кол-во гранулоцитов, Gran	%	35.0 ± 15.0	72.0 ± 15.0	46.0 ± 15.0			
		0.35 ± 0.15	0.72 ± 0.15	0.46 ± 0.15			
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10 ⁹ /L	1.70 ± 0.50	1.80 ± 1.10	6.80 ± 2.30			
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10 ⁹ /L	0.40 ± 0.30	0.40 ± 0.40	1.40 ± 1.40			
Абс. кол-во гранулоцитов, Gran	10 ⁹ /L	1.20 ± 0.50	5.50 ± 1.10	6.90 ± 2.30			
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10 ¹² /L	2.90 ± 0.30	3.90 ± 0.45	4.90 ± 0.60			
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.2 ± 1.0	12.0 ± 1.0	16.2 ± 1.0			
	g/L	82 ± 10	120 ± 10	162 ± 10			
	mmol/L	5.1 ± 0.7	7.5 ± 0.7	10.1 ± 0.7			
Гематокрит, HCT	%	22.0 ± 7.5	34.0 ± 10.0	47.0 ± 10.0			
	L/L	0.22 ± 0.08	0.34 ± 0.10	0.46 ± 0.10			
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	77.0 ± 12.0	88.0 ± 12.0	96.0 ± 12.0			
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	29.0 ± 7.0	32.0 ± 7.0	34.0 ± 7.0			
	fmol	1.9 ± 0.5	2.0 ± 0.5	2.2 ± 0.5			
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	38.0 ± 7.0	36.0 ± 7.0	35.0 ± 7.0			
	g/L	380 ± 70	360 ± 70	350 ± 70			
	mmol/L	23.6 ± 4.4	22.4 ± 4.4	21.8 ± 4.4			
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	15.3 ± 5.0	13.5 ± 5.0	14.4 ± 5.0			
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10 ⁹ /L	58 ± 35	190 ± 55	464 ± 115			
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	%	7.0 ± 3.0	6.0 ± 3.0	6.0 ± 3.0			
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	12.0 ± 3.0	11.3 ± 3.0	11.2 ± 3.0			
Тромбокрит, PCT	%	0.035 ± 0.035	0.110 ± 0.080	0.268 ± 0.100			

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Начальник ОБТК _____



АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	253476	Дата выпуска	29.05.2025
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	29.11.2025
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						Drew D3	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10 ⁹ /L	3.25 ± 1.00	7.65 ± 2.00	14.50 ± 4.00			
Относ. кол-во лимфоцитов, LYM%	%	44.7 ± 15.0	24.4 ± 15.0	33.7 ± 15.0			
		0.45 ± 0.15	0.24 ± 0.15	0.34 ± 0.15			
Относ. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, MID%	%	11.1 ± 9.0	6.3 ± 6.3	13.3 ± 9.0			
		0.11 ± 0.09	0.06 ± 0.06	0.13 ± 0.09			
Относ. кол-во гранулоцитов, GRA%	%	44.2 ± 15.0	69.3 ± 15.0	53.0 ± 15.0			
		0.44 ± 0.15	0.69 ± 0.15	0.53 ± 0.15			
Абс. кол-во лимфоцитов, LYM#	10 ⁹ /L	1.45 ± 0.50	1.85 ± 1.15	4.90 ± 2.15			
Абс. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, MID#	10 ⁹ /L	0.35 ± 0.30	0.50 ± 0.50	1.95 ± 1.30			
Абс. кол-во гранулоцитов, GRA#	10 ⁹ /L	1.45 ± 0.50	5.30 ± 1.15	7.70 ± 2.15			
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10 ¹² /L	2.85 ± 0.30	3.70 ± 0.45	4.80 ± 0.60			
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.4 ± 1.0	12.4 ± 1.0	16.5 ± 1.0			
	g/L	84 ± 10	124 ± 10	165 ± 10			
	mmol/L	5.3 ± 0.7	7.8 ± 0.7	10.3 ± 0.7			
Гематокрит, HCT	%	22.6 ± 7.5	33.4 ± 10.0	47.2 ± 10.0			
	L/L	0.23 ± 0.08	0.33 ± 0.10	0.47 ± 0.10			
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	79.4 ± 12.0	90.2 ± 12.0	98.3 ± 12.0			
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	29.5 ± 7.0	33.5 ± 7.0	34.4 ± 7.0			
	fmol	1.9 ± 0.5	2.1 ± 0.5	2.2 ± 0.5			
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	37.0 ± 7.0	37.0 ± 7.0	35.0 ± 7.0			
	g/L	370 ± 70	370 ± 70	350 ± 70			
	mmol/L	23.0 ± 4.4	23.0 ± 4.4	21.8 ± 4.4			
Ширина распределения эритроцитов по объему, RDW	%	13.8 ± 5.0	12.2 ± 5.0	12.6 ± 5.0			
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10 ⁹ /L	60 ± 35	195 ± 55	490 ± 115			
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	6.0 ± 3.0	6.0 ± 3.0	6.0 ± 3.0			
Тромбокрит, PCT	%	0.036 ± 0.036	0.110 ± 0.080	0.270 ± 0.100			

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Начальник ОБТК _____

И.В. Валеева

