Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

ПАСПОРТ № 255368

На набор реагентов **«Гематрол 5D»**
для контроля качества проведения общего анализа крови по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMH-200	Комплект **3**	Номер серии:	**255368**	Кол-во наборов:	**14**
ТУ 21.20.23-001-52857075-2016			Дата выпуска:	**01.08.2025**	Срок годности:	**01.11.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать						
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.						
Наименование показателя	Номер серии	Дата изготовления	Срок годности	Характеристика и нормы	Кол-во в наборе	Результат контроля
Внешний вид						
Правильность маркировки упаковки набора реагентов и компонентов набора						соответствует
«Гематрол 5D - Высокий»	255368h	08.2025	11.2025	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,0 мл	соответствует

Показатели правильности определения

Определяемые параметры	**«Гематрол 5D - Высокий»**	
	Должен содержать	Результат
Абс. кол-во лейкоцитов, WBC [10^9/л]	12,0 - 20,0	14.36
Абс. кол-во эритроцитов, RBC [10^{12}/л]	4,50 - 6,00	4.88
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT [10^9/л]	300 - 600	469

Заключение: серия соответствует требованиям ТУ 21.20.23-001-52857075-2016.

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск

Начальник ОБТК _____ А.А. Старостенко

Дата выдачи паспорта 01.08.2025

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMH-200	Комплект	**3**	Серия	**255368**	Дата выпуска	**01.08.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °C, не замораживать.						Годен до	**01.11.2025**
Условия хранения: при 2-8 °C в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				**Mindray BC-5300 / BC-5380**			
Определяемый параметр							Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC			10^9/L				14.35 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu			%				38.1 ± 15.0
							0.38 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym			%				58.4 ± 15.0
							0.58 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon			%				4.5 ± 4.5
							0.05 ± 0.05
Относ. кол-во эозинофилов, Eos			%				4.5 ± 4.5
							0.05 ± 0.05
Относ. кол-во базофилов, Bas			%				59.9 ± 9.0
							0.60 ± 0.09
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu			10^9/L				5.45 ± 2.15
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym			10^9/L				8.40 ± 2.15
Абс. кол-во моноцитов, Mon			10^9/L				0.65 ± 0.65
Абс. кол-во эозинофилов, Eos			10^9/L				0.65 ± 0.65
Абс. кол-во базофилов, Bas			10^9/L				8.60 ± 1.30
Абс. кол-во эритроцитов, RBC			10^{12}/L				4.90 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB			g/dL				15.3 ± 1.0
			g/L				153 ± 10
			mmol/L				9.5 ± 0.6
Гематокрит, HCT			%				46.2 ± 10.0
			L/L				0.46 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV			fL				94.2 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH			pg				31.2 ± 7.0
			fmol				1.9 ± 0.4
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC			g/dL				33.0 ± 7.0
			g/L				330 ± 70
			mmol/L				20.5 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV			%				13.6 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD			fL				53.3 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT			10^9/L				470 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV			fL				6.4 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW			fL				16.0 ± 3.0
Тромбокрит, PCT			%				0.300 ± 0.100

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Сотрудник ОТК _____ А.А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMH-200	Комплект	**3**	Серия	**255368**	Дата выпуска	**01.08.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °C, не замораживать.						Годен до	**01.11.2025**
Условия хранения: при 2-8 °C в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:					**Mindray BC-5150**		
Определяемый параметр					Низкая патология	Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC				10^9/L			14.25 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu				%			9.0 ± 9.0
							0.09 ± 0.09
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%			63.3 ± 15.0
							0.63 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%			27.6 ± 9.0
							0.28 ± 0.09
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%			4.5 ± 4.5
							0.05 ± 0.05
Относ. кол-во базофилов, Bas				%			4.0 ± 4.0
							0.04 ± 0.04
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu				10^9/L			1.30 ± 1.30
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10^9/L			9.00 ± 2.15
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10^9/L			3.95 ± 1.30
Абс. кол-во эозинофилов, Eos				10^9/L			0.65 ± 0.65
Абс. кол-во базофилов, Bas				10^9/L			0.55 ± 0.55
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10^{12}/L			4.80 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL			15.5 ± 1.0
				g/L			155 ± 10
				mmol/L			9.60 ± 0.6
Гематокрит, HCT				%			47.3 ± 10.0
				L/L			0.47 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV				fL			98.5 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg			32.3 ± 7.0
				fmol			2.00 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL			33.0 ± 7.0
				g/L			330 ± 70
				mmol/L			20.5 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%			15.6 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL			54.7 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10^9/L			455 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL			6.8 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW				fL			16.1 ± 3.0
Тромбокрит, PCT				%			0.31 ± 0.10

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Сотрудник ОБТК А.А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMH-200	Комплект	**3**	Серия	**255368**	Дата выпуска	**01.08.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**01.11.2025**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						**Mindray BC-5800**	

Определяемый параметр		Низкая патология	Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L			15.85 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%			25.8 ± 15.0
				0.26 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%			63.7 ± 15.0
				0.64 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%			10.1 ± 9.0
				0.10 ± 0.09
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%			5.0 ± 5.0
				0.05 ± 0.05
Относ. кол-во базофилов, Bas	%			5.0 ± 5.0
				0.05 ± 0.05
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L			4.10 ± 2.40
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L			10.10 ± 2.40
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L			1.60 ± 1.45
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L			0.80 ± 0.80
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L			0.80 ± 0.80
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L			4.90 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL			16.0 ± 1.0
	g/L			160 ± 10
	mmol/L			9.90 ± 0.6
Гематокрит, HCT	%			46.6 ± 10.0
	L/L			0.5 ± 0.1
Сред. объем эритроцита, MCV	fL			95.0 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg			32.7 ± 7.0
	fmol			2.00 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL			34.5 ± 7.0
	g/L			345 ± 70
	mmol/L			21.4 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%			12.5 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL			45.7 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L			475 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL			5.8 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL			15.7 ± 3.0
Тромбокрит, PCT	%			0.28 ± 0.10

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Сотрудник ОБТК _____ А.А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMH-200**	Комплект	**3**	Серия	**255368**	Дата выпуска	**01.08.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**01.11.2025**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							

Аттестованные значения для гематологического анализатора:		**Mindray BC-6800**		
Определяемый параметр				Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L			14.05 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%			18.9 ± 15.0
				0.19 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%			70.1 ± 15.0
				0.70 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%			9.3 ± 9.0
				0.09 ± 0.09
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%			3.5 ± 3.5
				0.04 ± 0.04
Относ. кол-во базофилов, Bas	%			3.5 ± 3.5
				0.04 ± 0.04
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L			2.65 ± 2.10
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L			9.85 ± 2.10
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L			1.30 ± 1.25
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L			0.50 ± 0.50
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L			0.50 ± 0.50
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L			5.05 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL			15.8 ± 1.0
	g/L			158 ± 10
	mmol/L			9.80 ± 0.6
Гематокрит, HCT	%			49.5 ± 10.0
	L/L			0.5 ± 0.1
Сред. объем эритроцита, MCV	fL			98.0 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg			31.3 ± 7.0
	fmol			1.90 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL			32.0 ± 7.0
	g/L			320 ± 70
	mmol/L			19.9 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%			14.6 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL			52.1 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L			400 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL			6.9 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL			15.9 ± 3.0
Тромбокрит, PCT	%			0.28 ± 0.10

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!				
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	*10^9/L*			*37.60 ± 30.08*
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	*%*			*9.40 ± 7.52*
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*10^9/L*			*н/д* *н/д*
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*%*			*н/д* *н/д*
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%	*%%*			*н/д* *н/д*
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET#	*10^9/L*			*н/д* *н/д*
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF	*%*			*н/д* *н/д*
Фракция ретикулоцитов низкой флуоресценции, LFR	*%*			*н/д* *н/д*
Фракция ретикулоцитов средней флуоресценции, MFR	*%*			*н/д* *н/д*
Фракция ретикулоцитов высокой флуоресценции, HFR	*%*			*н/д* *н/д*

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Сотрудник ОБТК _____ А.А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMH-200**	Комплект	**3**	Серия	**255368**	Дата выпуска	**01.08.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**01.11.2025**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:					**Mindray BC-6000/BC-6200/BC-6800+**		
Определяемый параметр						Высокая патология	

Определяемый параметр				Высокая патология		
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L			14.30	±	4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%			22.10	±	15.00
				0.22	±	0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%			58.00	±	15.00
				0.58	±	0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%			19.40	±	9.00
				0.19	±	0.09
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%			2.50	±	2.50
				0.03	±	0.03
Относ. кол-во базофилов, Bas	%			1.50	±	1.50
				0.02	±	0.02
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L			3.15	±	2.15
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L			8.30	±	2.15
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L			2.75	±	1.30
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L			0.35	±	0.35
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L			0.20	±	0.20
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L			4.85	±	0.60
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL			15.60	±	1.00
	g/L			156.00	±	10.00
	mmol/L			9.70	±	0.60
Гематокрит, HCT	%			49.50	±	10.00
	L/L			0.50	±	0.10
Сред. объем эритроцита, MCV	fL			102.00	±	12.00
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg			32.20	±	7.00
	fmol			2.00	±	0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL			31.50	±	7.00
	g/L			315.00	±	70.00
	mmol/L			19.60	±	4.30
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%			14.60	±	5.00
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL			52.20	±	10.00
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L			425.00	±	125.00
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL			7.00	±	3.00
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL			16.00	±	3.00
Тромбокрит, PCT	%			0.30	±	0.10

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!

Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	*10^9/L*			*41.00*	*±*	*32.80*
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	*%*			*9.60*	*±*	*7.68*
Абс. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*10^9/L*			*0.25*	*±*	*0.25*
Относ. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*%*			*1.73*	*±*	*1.73*
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*10^9/L*			*0.10*	*±*	*0.10*
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*/100WBC*			*0.23*	*±*	*0.23*
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET#	*10^{12}/L*			*0.03*	*±*	*0.03*
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%	*%*			*0.55*	*±*	*0.11*
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF	*%*			*20.00*	*±*	*20.00*
Фракция ретикулоцитов низкой флуоресценции, LFR	*%*			*92.40*	*±*	*92.40*
Фракция ретикулоцитов средней флуоресценции, MFR	*%*			*20.00*	*±*	*5.00*
Фракция ретикулоцитов высокой флуоресценции, HFR	*%*			*20.00*	*±*	*16.00*
Эквивалент содержания гемоглобина в ретикулоцитах, RET-He	*%*			*26.90*	*±*	*5.00*

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Сотрудник ОБТК _____ г. Новосибирск А.А. Старостенко

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMH-200**	Комплект	**3**	Серия	**255368**	Дата выпуска	**01.08.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**01.11.2025**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:					**Mindray BC-720 / BC-780**		
Определяемый параметр						Высокая патология	
Кол-во лейкоцитов, WBC				10^9/L			15.05 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu				%			20.00 ± 15.00
							0.20 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%			70.30 ± 15.00
							0.70 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%			9.40 ± 9.00
							0.09 ± 0.09
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%			2.50 ± 2.50
							0.03 ± 0.03
Относ. кол-во базофилов, Bas				%			1.50 ± 1.50
							0.02 ± 0.02
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu				10^9/L			3.00 ± 2.25
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10^9/L			10.60 ± 2.25
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10^9/L			1.40 ± 1.35
Абс. кол-во эозинофилов, Eos				10^9/L			0.40 ± 0.40
Абс. кол-во базофилов, Bas				10^9/L			0.25 ± 0.25
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10^{12}/L			5.05 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL			15.50 ± 1.00
				g/L			155.00 ± 10.00
				mmol/L			9.60 ± 0.60
Гематокрит, HCT				%			51.50 ± 10.00
				L/L			0.52 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV				fL			102.00 ± 12.00
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg			30.70 ± 7.00
				fmol			1.90 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL			30.00 ± 7.00
				g/L			300.00 ± 70.00
				mmol/L			18.60 ± 4.30
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%			14.60 ± 5.00
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL			53.00 ± 10.00
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10^9/L			400.00 ± 125.00
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL			6.80 ± 3.00
Ширина распределения тромбоцитов по объему,				fL			16.20 ± 3.00
Тромбокрит, PCT				%			0.27 ± 0.10

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!						
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C		*10^9/L*			*37.40*	± *29.92*
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R		*%*			*9.40*	± *7.52*
Абс. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG		*10^9/L*			*0.25*	± *0.25*
Относ. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG		*%*			*1.55*	± *1.55*
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC		*10^9/L*			*0.05*	± *0.05*
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC		*/100WBC*			*0.08*	± *0.08*
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET#		*10^{12}/L*			*0.03*	± *0.03*
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%		*%*			*0.70*	± *0.14*
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF		*%*			*20.00*	± *20.00*
Фракция ретикулоцитов низкой флуоресценции, LFR		*%*			*93.30*	± *93.30*
Фракция ретикулоцитов средней флуоресценции, MFR		*%*			*20.00*	± *5.00*
Фракция ретикулоцитов высокой флуоресценции, HFR		*%*			*20.00*	± *16.00*
Эквивалент содержания гемоглобина в ретикулоцитах, RET-He		*%*			*29.50*	± *5.00*
Скорость оседания эритроцитов, ESR		*mm/h*			*8.77*	± *2.00*

*Аттестованные значения представлены в виде Хср ± N, где Хср – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения.

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Сотрудник ОБТК _____ А. Старостенко

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMH-200**	Комплект	**3**	Серия	**255368**	Дата выпуска	**01.08.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**01.11.2025**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:					**Mindray BC-700 / BC-760**		
Определяемый параметр						Высокая патология	
Кол-во лейкоцитов, WBC				10^9/L			15.05 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu				%			20.00 ± 15.00
							0.20 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%			70.30 ± 15.00
							0.70 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%			9.40 ± 9.00
							0.09 ± 0.09
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%			2.50 ± 2.50
							0.03 ± 0.03
Относ. кол-во базофилов, Bas				%			1.50 ± 1.50
							0.02 ± 0.02
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu				10^9/L			3.00 ± 2.25
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10^9/L			10.60 ± 2.25
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10^9/L			1.40 ± 1.35
Абс. кол-во эозинофилов, Eos				10^9/L			0.40 ± 0.40
Абс. кол-во базофилов, Bas				10^9/L			0.25 ± 0.25
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10^{12}/L			5.05 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL			15.50 ± 1.00
				g/L			155.00 ± 10.00
				mmol/L			9.60 ± 0.60
Гематокрит, HCT				%			51.50 ± 10.00
				L/L			0.52 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV				fL			102.00 ± 12.00
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg			30.70 ± 7.00
				fmol			1.90 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL			30.00 ± 7.00
				g/L			300.00 ± 70.00
				mmol/L			18.60 ± 4.30
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%			14.60 ± 5.00
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL			53.00 ± 10.00
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10^9/L			400.00 ± 125.00
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL			6.80 ± 3.00
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW				fL			16.20 ± 3.00
Тромбокрит, PCT				%			0.27 ± 0.10

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!						
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	*10^9/L*			*37.40*	±	*29.92*
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	*%*			*9.40*	±	*7.52*
Абс. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*10^9/L*			*0.25*	±	*0.25*
Относ. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*%*			*1.55*	±	*1.55*
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*10^9/L*			*0.05*	±	*0.05*
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*/100WBC*			*0.08*	±	*0.08*
Скорость оседания эритроцитов, ESR	*mm/h*			*8.77*	±	*2.00*

*Аттестованные значения приведены в виде Хср ± N, где Хср – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения.

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Сотрудник ОБТК _____ / Старостенко

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMH-200**	Комплект	**3**	Серия	**255368**	Дата выпуска	**01.08.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °C, не замораживать.						Годен до	**01.11.2025**
Условия хранения: при 2-8 °C в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:					**Quintus/Diatron Abacus 5/Human HumaCount 5L**		
Определяемый параметр							Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC				10^9/L			15.80 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu				%			10.9 ± 10.9
							0.11 ± 0.11
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%			83.9 ± 15.0
							0.84 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%			4.8 ± 4.8
							0.05 ± 0.05
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%			4.5 ± 4.5
							0.05 ± 0.05
Относ. кол-во базофилов, Bas				%			4.5 ± 4.5
							0.05 ± 0.05
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu				10^9/L			1.70 ± 1.70
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10^9/L			13.25 ± 2.35
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10^9/L			0.75 ± 0.75
Абс. кол-во эозинофилов, Eos				10^9/L			0.70 ± 0.70
Абс. кол-во базофилов, Bas				10^9/L			0.70 ± 0.70
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10^{12}/L			5.20 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL			15.6 ± 1.0
				g/L			156 ± 10
				mmol/L			9.70 ± 0.6
Гематокрит, HCT				%			51.5 ± 10.0
				L/L			0.52 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV				fL			99.1 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg			30.0 ± 7.0
				fmol			1.90 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL			30.5 ± 7.0
				g/L			305 ± 70
				mmol/L			18.9 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%			15.0 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL			51.8 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10^9/L			380 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL			10.0 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW				fL			15.3 ± 3.0
Тромбокрит, PCT				%			0.38 ± 0.38

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Сотрудник ОБТК _____ Л.А. Старостенко