Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

ПАСПОРТ № 255376

На набор реагентов **«Гематрол 5D»**
для контроля качества проведения общего анализа крови по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMH-200	Комплект **3**	Номер серии:	**255376**	Кол-во наборов:	**4**
ТУ 21.20.23-001-52857075-2016			Дата выпуска:	**22.08.2025**	Срок годности:	**22.11.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать						
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.						
Наименование показателя	Номер серии	Дата изготовления	Срок годности	Характеристика и нормы	Кол-во в наборе	Результат контроля
Внешний вид						
Правильность маркировки упаковки набора реагентов и компонентов набора						соответствует
«Гематрол 5D - Высокий»	255376h	08.2025	11.2025	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,0 мл	соответствует

Показатели правильности определения		
Определяемые параметры	**«Гематрол 5D - Высокий»**	
	Должен содержать	Результат
Абс. кол-во лейкоцитов, WBC [10^9/л]	12,0 - 20,0	14.81
Абс. кол-во эритроцитов, RBC [10^{12}/л]	4,50 - 6,00	4.94
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT [10^9/л]	300 - 600	441

Заключение: серия соответствует требованиям ТУ 21.20.23-001-52857075-2016.

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск

Начальник ОБТК _____ А.А. Старостенко

Дата выдачи паспорта 22.08.2025

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMH-200	Комплект	**3**	Серия	**255376**	Дата выпуска	**22.08.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °C, не замораживать.						Годен до	**22.11.2025**
Условия хранения: при 2-8 °C в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				**Mindray BC-5300 / BC-5380**			
Определяемый параметр							Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC			10^9/L				14.80 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu			%				48.6 ± 15.0
							0.49 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym			%				37.5 ± 15.0
							0.38 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon			%				13.9 ± 9.0
							0.14 ± 0.09
Относ. кол-во эозинофилов, Eos			%				4.5 ± 4.5
							0.05 ± 0.05
Относ. кол-во базофилов, Bas			%				61.3 ± 9.0
							0.61 ± 0.09
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu			10^9/L				7.20 ± 2.20
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym			10^9/L				5.55 ± 2.20
Абс. кол-во моноцитов, Mon			10^9/L				2.05 ± 1.35
Абс. кол-во эозинофилов, Eos			10^9/L				0.65 ± 0.65
Абс. кол-во базофилов, Bas			10^9/L				9.05 ± 1.35
Абс. кол-во эритроцитов, RBC			10^{12}/L				4.95 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB			g/dL				15.5 ± 1.0
			g/L				155 ± 10
			mmol/L				9.6 ± 0.6
Гематокрит, HCT			%				46.6 ± 10.0
			L/L				0.47 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV			fL				94.2 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH			pg				31.3 ± 7.0
			fmol				1.9 ± 0.4
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC			g/dL				33.5 ± 7.0
			g/L				335 ± 70
			mmol/L				20.8 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV			%				13.4 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD			fL				52.9 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT			10^9/L				440 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV			fL				5.6 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW			fL				15.6 ± 3.0
Тромбокрит, PCT			%				0.250 ± 0.100

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Сотрудник ОТК _____ А.А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMH-200	Комплект	**3**	Серия	**255376**	Дата выпуска	**22.08.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °C, не замораживать.						Годен до	**22.11.2025**
Условия хранения: при 2-8 °C в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:					**Mindray BC-5150**		
Определяемый параметр					Низкая патология	Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC				10^9/L			13.85 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu				%			40.7 ± 15.0
							0.41 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%			32.4 ± 15.0
							0.32 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%			26.9 ± 9.0
							0.27 ± 0.09
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%			4.5 ± 4.5
							0.05 ± 0.05
Относ. кол-во базофилов, Bas				%			4.0 ± 4.0
							0.04 ± 0.04
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu				10^9/L			5.65 ± 2.10
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10^9/L			4.50 ± 2.10
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10^9/L			3.75 ± 1.25
Абс. кол-во эозинофилов, Eos				10^9/L			0.60 ± 0.60
Абс. кол-во базофилов, Bas				10^9/L			0.55 ± 0.55
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10^{12}/L			4.85 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL			15.6 ± 1.0
				g/L			156 ± 10
				mmol/L			9.70 ± 0.6
Гематокрит, HCT				%			47.8 ± 10.0
				L/L			0.48 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV				fL			98.5 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg			32.2 ± 7.0
				fmol			2.00 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL			32.5 ± 7.0
				g/L			325 ± 70
				mmol/L			20.2 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%			15.5 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL			54.4 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10^9/L			430 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL			6.0 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW				fL			15.7 ± 3.0
Тромбокрит, PCT				%			0.26 ± 0.10

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Сотрудник ОБТК А.А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	RMH-200	Комплект	**3**	Серия	**255376**	Дата выпуска	**22.08.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °C, не замораживать.						Годен до	**22.11.2025**
Условия хранения: при 2-8 °C в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						**Mindray BC-5800**	

Определяемый параметр		Низкая патология	Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L			15.35 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%			43.6 ± 15.0
				0.44 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%			38.5 ± 15.0
				0.39 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%			15.5 ± 9.0
				0.16 ± 0.09
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%			5.0 ± 5.0
				0.05 ± 0.05
Относ. кол-во базофилов, Bas	%			5.0 ± 5.0
				0.05 ± 0.05
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L			6.70 ± 2.30
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L			5.90 ± 2.30
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L			2.40 ± 1.40
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L			0.75 ± 0.75
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L			0.75 ± 0.75
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L			5.00 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL			16.2 ± 1.0
	g/L			162 ± 10
	mmol/L			10.10 ± 0.6
Гематокрит, HCT	%			47.0 ± 10.0
	L/L			0.5 ± 0.1
Сред. объем эритроцита, MCV	fL			94.0 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg			32.4 ± 7.0
	fmol			2.00 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL			34.5 ± 7.0
	g/L			345 ± 70
	mmol/L			21.4 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%			12.4 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL			45.4 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L			465 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL			5.0 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL			15.2 ± 3.0
Тромбокрит, PCT	%			0.23 ± 0.10

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Сотрудник ОБТК _____ А.А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMH-200**	Комплект	**3**	Серия	**255376**	Дата выпуска	**22.08.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**22.11.2025**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							

Аттестованные значения для гематологического анализатора:		**Mindray BC-6800**		
Определяемый параметр				Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L			13.85 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%			40.0 ± 15.0
				0.40 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%			39.5 ± 15.0
				0.40 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%			5.4 ± 5.4
				0.05 ± 0.05
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%			13.6 ± 9.0
				0.14 ± 0.09
Относ. кол-во базофилов, Bas	%			3.5 ± 3.5
				0.04 ± 0.04
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L			5.55 ± 2.10
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L			5.45 ± 2.10
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L			0.75 ± 0.75
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L			1.90 ± 1.25
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L			0.50 ± 0.50
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L			5.10 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL			15.9 ± 1.0
	g/L			159 ± 10
	mmol/L			9.90 ± 0.6
Гематокрит, HCT	%			50.0 ± 10.0
	L/L			0.5 ± 0.1
Сред. объем эритроцита, MCV	fL			98.0 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg			31.2 ± 7.0
	fmol			1.90 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL			32.0 ± 7.0
	g/L			320 ± 70
	mmol/L			19.9 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%			14.6 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL			52.0 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L			370 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL			6.3 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL			15.7 ± 3.0
Тромбокрит, PCT	%			0.23 ± 0.10

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!				
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	*10^9/L*			*23.60 ± 18.88*
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	*%*			*6.40 ± 5.12*
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*10^9/L*			*н/д* *н/д*
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*%*			*н/д* *н/д*
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%	*%%*			*н/д* *н/д*
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET#	*10^9/L*			*н/д* *н/д*
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF	*%*			*н/д* *н/д*
Фракция ретикулоцитов низкой флуоресценции, LFR	*%*			*н/д* *н/д*
Фракция ретикулоцитов средней флуоресценции, MFR	*%*			*н/д* *н/д*
Фракция ретикулоцитов высокой флуоресценции, HFR	*%*			*н/д* *н/д*

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Сотрудник ОБТК _____ А.А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMH-200**	Комплект	**3**	Серия	**255376**	Дата выпуска	**22.08.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**22.11.2025**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:					**Mindray BC-6000/BC-6200/BC-6800+**		
Определяемый параметр							Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC				10^9/L			14.05 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu				%			42.80 ± 15.00
							0.43 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%			35.00 ± 15.00
							0.35 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%			8.90 ± 8.90
							0.09 ± 0.09
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%			13.32 ± 9.00
							0.13 ± 0.09
Относ. кол-во базофилов, Bas				%			1.50 ± 1.50
							0.02 ± 0.02
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu				10^9/L			6.00 ± 2.10
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10^9/L			4.90 ± 2.10
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10^9/L			1.25 ± 1.25
Абс. кол-во эозинофилов, Eos				10^9/L			1.85 ± 1.25
Абс. кол-во базофилов, Bas				10^9/L			0.20 ± 0.20
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10^{12}/L			4.90 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL			15.80 ± 1.00
				g/L			158.00 ± 10.00
				mmol/L			9.80 ± 0.60
Гематокрит, HCT				%			50.00 ± 10.00
				L/L			0.50 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV				fL			102.00 ± 12.00
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg			32.20 ± 7.00
				fmol			2.00 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL			31.50 ± 7.00
				g/L			315.00 ± 70.00
				mmol/L			19.60 ± 4.30
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%			14.60 ± 5.00
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL			52.20 ± 10.00
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10^9/L			390.00 ± 125.00
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL			6.00 ± 3.00
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW				fL			15.60 ± 3.00
Тромбокрит, PCT				%			0.23 ± 0.10

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!						
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C				*10^9/L*	*21.20*	*± 16.96*
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R				*%*	*5.40*	*± 4.32*
Абс. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG				*10^9/L*	*0.20*	*± 0.20*
Относ. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG				*%*	*1.50*	*± 1.50*
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC				*10^9/L*	*0.10*	*± 0.10*
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC				*/100WBC*	*0.40*	*± 0.40*
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET#				*10^{12}/L*	*0.03*	*± 0.03*
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%				*%*	*0.60*	*± 0.12*
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF				*%*	*20.00*	*± 20.00*
Фракция ретикулоцитов низкой флуоресценции, LFR				*%*	*92.40*	*± 92.40*
Фракция ретикулоцитов средней флуоресценции, MFR				*%*	*20.00*	*± 5.00*
Фракция ретикулоцитов высокой флуоресценции, HFR				*%*	*20.00*	*± 16.00*
Эквивалент содержания гемоглобина в ретикулоцитах, RET-He				*%*	*27.00*	*± 5.00*

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Сотрудник ОБТК _____ А.А. Старостенко

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMH-200**	Комплект	**3**	Серия	**255376**	Дата выпуска	**22.08.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**22.11.2025**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:					**Mindray BC-720 / BC-780**		
Определяемый параметр						Высокая патология	
Кол-во лейкоцитов, WBC				10^9/L			14.70 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu				%			41.30 ± 15.00
							0.41 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%			39.40 ± 15.00
							0.39 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%			5.30 ± 5.30
							0.05 ± 0.05
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%			13.12 ± 9.00
							0.13 ± 0.09
Относ. кол-во базофилов, Bas				%			1.50 ± 1.50
							0.02 ± 0.02
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu				10^9/L			6.05 ± 2.20
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10^9/L			5.80 ± 2.20
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10^9/L			0.80 ± 0.80
Абс. кол-во эозинофилов, Eos				10^9/L			1.95 ± 1.30
Абс. кол-во базофилов, Bas				10^9/L			0.20 ± 0.20
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10^{12}/L			5.10 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL			15.70 ± 1.00
				g/L			157.00 ± 10.00
				mmol/L			9.70 ± 0.60
Гематокрит, HCT				%			52.00 ± 10.00
				L/L			0.52 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV				fL			102.00 ± 12.00
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg			30.80 ± 7.00
				fmol			1.90 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL			30.00 ± 7.00
				g/L			300.00 ± 70.00
				mmol/L			18.60 ± 4.30
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%			14.40 ± 5.00
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL			52.80 ± 10.00
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10^9/L			380.00 ± 125.00
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL			6.00 ± 3.00
Ширина распределения тромбоцитов по объему,				fL			15.80 ± 3.00
Тромбокрит, PCT				%			0.23 ± 0.10

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!						
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C			*10^9/L*		*23.00*	± *18.40*
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R			*%*		*6.00*	± *4.80*
Абс. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG			*10^9/L*		*0.20*	± *0.20*
Относ. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG			*%*		*1.50*	± *1.50*
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC			*10^9/L*		*0.35*	± *0.35*
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC			*/100WBC*		*1.92*	± *1.92*
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET#			*10^{12}/L*		*0.04*	± *0.04*
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%			*%*		*0.70*	± *0.14*
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF			*%*		*20.00*	± *20.00*
Фракция ретикулоцитов низкой флуоресценции, LFR			*%*		*93.60*	± *93.60*
Фракция ретикулоцитов средней флуоресценции, MFR			*%*		*20.00*	± *5.00*
Фракция ретикулоцитов высокой флуоресценции, HFR			*%*		*20.00*	± *16.00*
Эквивалент содержания гемоглобина в ретикулоцитах, RET-He			*%*		*29.50*	± *5.00*
Скорость оседания эритроцитов, ESR			*mm/h*		*8.64*	± *2.00*

*Аттестованные значения приведены в виде Хср ± N, где Хср – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения.

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Сотрудник ОБТК _____ А.С. Старостенко

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMH-200**	Комплект	**3**	Серия	**255376**	Дата выпуска	**22.08.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**22.11.2025**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:					**Mindray BC-700 / BC-760**		
Определяемый параметр						Высокая патология	
Кол-во лейкоцитов, WBC				10^9/L			14.70 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu				%			41.30 ± 15.00
							0.41 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%			39.40 ± 15.00
							0.39 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%			5.30 ± 5.30
							0.05 ± 0.05
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%			13.12 ± 9.00
							0.13 ± 0.09
Относ. кол-во базофилов, Bas				%			1.50 ± 1.50
							0.02 ± 0.02
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu				10^9/L			6.05 ± 2.20
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10^9/L			5.80 ± 2.20
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10^9/L			0.80 ± 0.80
Абс. кол-во эозинофилов, Eos				10^9/L			1.95 ± 1.30
Абс. кол-во базофилов, Bas				10^9/L			0.20 ± 0.20
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10^{12}/L			5.10 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL			15.70 ± 1.00
				g/L			157.00 ± 10.00
				mmol/L			9.70 ± 0.60
Гематокрит, HCT				%			52.00 ± 10.00
				L/L			0.52 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV				fL			102.00 ± 12.00
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg			30.80 ± 7.00
				fmol			1.90 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL			30.00 ± 7.00
				g/L			300.00 ± 70.00
				mmol/L			18.60 ± 4.30
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%			14.40 ± 5.00
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL			52.80 ± 10.00
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10^9/L			380.00 ± 125.00
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL			6.00 ± 3.00
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW				fL			15.80 ± 3.00
Тромбокрит, PCT				%			0.23 ± 0.10

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!						
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C			*10^9/L*		*23.00*	± *18.40*
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R			*%*		*6.00*	± *4.80*
Абс. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG			*10^9/L*		*0.20*	± *0.20*
Относ. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG			*%*		*1.50*	± *1.50*
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC			*10^9/L*		*0.35*	± *0.35*
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC			*/100WBC*		*1.92*	± *1.92*
Скорость оседания эритроцитов, ESR			*mm/h*		*8.64*	± *2.00*

*Аттестованные значения приведены в виде Хср ± N, где Хср – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения.

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Сотрудник ОБТК _____ / Старостенко

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMH-200**	Комплект	**3**	Серия	**255376**	Дата выпуска	**22.08.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °C, не замораживать.						Годен до	**22.11.2025**
Условия хранения: при 2-8 °C в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:					**Quintus/Diatron Abacus 5/Human HumaCount 5L**		
Определяемый параметр							Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC				10^9/L			15.80 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu				%			45.7 ± 15.0
							0.46 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%			48.7 ± 15.0
							0.49 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%			4.9 ± 4.9
							0.05 ± 0.05
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%			4.5 ± 4.5
							0.05 ± 0.05
Относ. кол-во базофилов, Bas				%			4.5 ± 4.5
							0.05 ± 0.05
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu				10^9/L			7.20 ± 2.35
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10^9/L			7.70 ± 2.35
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10^9/L			0.75 ± 0.75
Абс. кол-во эозинофилов, Eos				10^9/L			0.70 ± 0.70
Абс. кол-во базофилов, Bas				10^9/L			0.70 ± 0.70
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10^{12}/L			5.20 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL			15.7 ± 1.0
				g/L			157 ± 10
				mmol/L			9.70 ± 0.6
Гематокрит, HCT				%			51.7 ± 10.0
				L/L			0.52 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV				fL			99.4 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg			30.2 ± 7.0
				fmol			1.90 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL			30.5 ± 7.0
				g/L			305 ± 70
				mmol/L			18.9 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%			14.7 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL			51.2 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10^9/L			370 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL			10.0 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW				fL			14.1 ± 3.0
Тромбокрит, PCT				%			0.37 ± 0.37

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Сотрудник ОБТК _____ Н.А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск