

ПАСПОРТ № 2534125

На «Гематологический контроль «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект 4	Номер серии:	2534125	Кол-во наборов:	83
ТУ 21.20.23-011-26329720-2019			Дата выпуска:	14.08.2025	Срок годности:	14.02.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.						
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 180 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.						
Наименование показателя	Номер серии	Дата изготовления	Срок годности	Характеристика и нормы	Кол-во в наборе	Результат контроля
Внешний вид						
Правильность маркировки упаковки набора реагентов и компонентов набора						соответствует
«Гематрол® 3D - Низкий»	2534125l	14.08.25	14.02.26	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,5 мл	соответствует
«Гематрол® 3D - Норма»	2534125n	14.08.25	14.02.26	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,5 мл	соответствует
«Гематрол® 3D - Высокий»	2534125h	14.08.25	14.02.26	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,5 мл	соответствует
Показатели правильности определения						
Определяемые параметры	«Гематрол® 3D - Низкий»		«Гематрол® 3D - Норма»		«Гематрол® 3D - Высокий»	
	Должен содержать	Результат	Должен содержать	Результат	Должен содержать	Результат
Абс. кол-во лейкоцитов, WBC [10^9 /л]	1,0 - 6,0	3,30	4,0 - 12,0	6,80	8,0 - 25,0	15,4
Абс. кол-во эритроцитов, RBC [10^{12} /л]	1,00 - 4,00	3,02	3,00 - 5,00	3,97	4,00 - 6,00	5,02
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT [10^9 /л]	40 - 120	63	100 - 300	175	200 - 600	429

Заключение: серия соответствует требованиям ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Начальник ОБТК _____

И.В. Валеева

Дата выдачи паспорта _____



АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	2534125	Дата выпуска	14.08.2025
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	14.02.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						Mindray BC-3600	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10 ⁹ /L		3.50	± 1.00	6.90	± 2.00	15.20 ± 4.00
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%		60.0	± 15.0	34.0	± 15.0	35.0 ± 15.0
			0.60	± 0.15	0.34	± 0.15	0.35 ± 0.15
Относ. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, Mid	%		10.0	± 10.0	12.0	± 12.0	10.0 ± 10.0
			0.10	± 0.10	0.12	± 0.12	0.10 ± 0.10
Относ. кол-во гранулоцитов, Gran	%		31.1	± 15.0	55.0	± 15.0	55.5 ± 15.0
			0.31	± 0.15	0.55	± 0.15	0.55 ± 0.15
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10 ⁹ /L		2.10	± 0.50	2.30	± 1.00	5.30 ± 2.30
Абс. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, Mid	10 ⁹ /L		0.40	± 0.40	0.80	± 0.80	1.50 ± 1.50
Абс. кол-во гранулоцитов, Gran	10 ⁹ /L		1.10	± 0.50	3.80	± 1.00	8.40 ± 2.30
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10 ¹² /L		3.10	± 0.30	4.00	± 0.45	5.00 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL		8.0	± 1.0	11.5	± 1.0	16.0 ± 1.0
	g/L		80	± 10	115	± 10	160 ± 10
	mmol/L		5.0	± 0.7	7.2	± 0.7	10.0 ± 0.7
Гематокрит, HCT	%		27.0	± 7.5	37.0	± 10.0	50.0 ± 10.0
	L/L		0.27	± 0.08	0.37	± 0.10	0.50 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV	fL		80.0	± 12.0	86.5	± 12.0	95.6 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg		27.0	± 7.0	29.0	± 7.0	32.0 ± 7.0
	fmol		1.7	± 0.5	1.9	± 0.5	2.0 ± 0.5
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL		34.0	± 7.0	34.0	± 7.0	34.0 ± 7.0
	g/L		340	± 70	340	± 70	340 ± 70
	mmol/L		21.2	± 4.4	21.2	± 4.4	21.2 ± 4.4
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%		15.0	± 5.0	15.0	± 5.0	14.0 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL		37.3	± 10.0	37.7	± 10.0	41.5 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10 ⁹ /L		76	± 35	178	± 55	436 ± 115
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL		7.0	± 3.0	7.0	± 3.0	6.0 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL		16.0	± 3.0	15.0	± 3.0	20.0 ± 3.0
Тромбокрит, PCT	%		0.05	± 0.05	0.11	± 0.08	0.26 ± 0.10
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	10 ⁹ /L		9.0	± 4.5	15.0	± 7.5	33.0 ± 16.5
Доля больших тромбоцитов, PLC-R	%		12.0	± 6.0	9.0	± 4.5	7.5 ± 3.8

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Начальник ОБТК _____

И.В. Валеева



АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	2534125	Дата выпуска	14.08.2025
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	14.02.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						Mindray BC-2800/BC-3000+/BC-3200	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10 ⁹ /L	3.50 ± 1.00	6.90 ± 2.00	15.10 ± 4.00			
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	60.0 ± 15.0	34.0 ± 15.0	35.0 ± 15.0			
		0.60 ± 0.15	0.34 ± 0.15	0.35 ± 0.15			
Относ. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, Mid	%	9.0 ± 9.0	10.0 ± 10.0	10.0 ± 10.0			
		0.09 ± 0.09	0.10 ± 0.10	0.10 ± 0.10			
Относ. кол-во гранулоцитов, Gran	%	32.7 ± 15.0	57.6 ± 15.0	56.2 ± 15.0			
		0.33 ± 0.15	0.58 ± 0.15	0.56 ± 0.15			
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10 ⁹ /L	2.10 ± 0.50	2.30 ± 1.00	5.30 ± 2.30			
Абс. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, Mid	10 ⁹ /L	0.30 ± 0.30	0.70 ± 0.70	1.50 ± 1.50			
Абс. кол-во гранулоцитов, Gran	10 ⁹ /L	1.10 ± 0.50	4.00 ± 1.00	8.50 ± 2.30			
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10 ¹² /L	2.90 ± 0.30	3.90 ± 0.45	4.90 ± 0.60			
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.0 ± 1.0	11.4 ± 1.0	15.9 ± 1.0			
	g/L	80 ± 10	114 ± 10	159 ± 10			
	mmol/L	5.0 ± 0.7	7.1 ± 0.7	9.9 ± 0.7			
Гематокрит, HCT	%	25.0 ± 7.5	36.0 ± 10.0	49.0 ± 10.0			
	L/L	0.25 ± 0.08	0.36 ± 0.10	0.49 ± 0.10			
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	79.7 ± 12.0	86.6 ± 12.0	96.7 ± 12.0			
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	28.0 ± 7.0	30.0 ± 7.0	33.0 ± 7.0			
	fmol	1.8 ± 0.5	1.9 ± 0.5	2.1 ± 0.5			
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	35.0 ± 7.0	34.0 ± 7.0	34.0 ± 7.0			
	g/L	350 ± 70	340 ± 70	340 ± 70			
	mmol/L	21.8 ± 4.4	21.2 ± 4.4	21.2 ± 4.4			
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	15.0 ± 5.0	14.0 ± 5.0	14.0 ± 5.0			
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	38.8 ± 10.0	39.4 ± 10.0	44.3 ± 10.0			
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10 ⁹ /L	60 ± 35	180 ± 55	460 ± 115			
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	6.0 ± 3.0	6.0 ± 3.0	5.5 ± 3.0			
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	15.5 ± 3.0	15.0 ± 3.0	15.0 ± 3.0			
Тромбокрит, PCT	%	0.04 ± 0.04	0.11 ± 0.08	0.26 ± 0.10			

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Начальник ОБТК _____

И.В. Валеева



АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	2534125	Дата выпуска	14.08.2025
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	14.02.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						Mindray BC-30s	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10 ⁹ /L	3.40 ± 1.00	6.80 ± 2.00	14.90 ± 4.00			
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	61.0 ± 15.0	34.0 ± 15.0	35.0 ± 15.0			
		0.61 ± 0.15	0.34 ± 0.15	0.35 ± 0.15			
Относ. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, Mid	%	7.0 ± 7.0	7.0 ± 7.0	10.0 ± 10.0			
		0.07 ± 0.07	0.07 ± 0.07	0.10 ± 0.10			
Относ. кол-во гранулоцитов, Gran	%	33.5 ± 15.0	60.0 ± 15.0	56.5 ± 15.0			
		0.34 ± 0.15	0.60 ± 0.15	0.56 ± 0.15			
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10 ⁹ /L	2.10 ± 0.50	2.30 ± 1.00	5.20 ± 2.20			
Абс. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, Mid	10 ⁹ /L	0.20 ± 0.20	0.50 ± 0.50	1.50 ± 1.50			
Абс. кол-во гранулоцитов, Gran	10 ⁹ /L	1.10 ± 0.50	4.10 ± 1.00	8.40 ± 2.20			
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10 ¹² /L	2.80 ± 0.30	3.80 ± 0.45	4.70 ± 0.60			
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	7.9 ± 1.0	11.2 ± 1.0	15.7 ± 1.0			
	g/L	79 ± 10	112 ± 10	157 ± 10			
	mmol/L	5.0 ± 0.7	7.0 ± 0.7	9.8 ± 0.7			
Гематокрит, HCT	%	24.0 ± 7.5	35.0 ± 10.0	48.0 ± 10.0			
	L/L	0.24 ± 0.08	0.35 ± 0.10	0.48 ± 0.10			
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	79.3 ± 12.0	86.9 ± 12.0	97.8 ± 12.0			
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	30.0 ± 7.0	30.0 ± 7.0	34.0 ± 7.0			
	fmol	1.9 ± 0.5	1.9 ± 0.5	2.2 ± 0.5			
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	37.0 ± 7.0	35.0 ± 7.0	35.0 ± 7.0			
	g/L	370 ± 70	350 ± 70	350 ± 70			
	mmol/L	23.0 ± 4.4	21.8 ± 4.4	21.8 ± 4.4			
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	15.0 ± 5.0	14.0 ± 5.0	15.0 ± 5.0			
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	39.9 ± 10.0	41.4 ± 10.0	47.1 ± 10.0			
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10 ⁹ /L	69 ± 35	193 ± 55	484 ± 115			
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	6.0 ± 3.0	6.0 ± 3.0	6.0 ± 3.0			
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	16.0 ± 3.0	16.0 ± 3.0	15.0 ± 3.0			
Тромбокрит, PCT	%	0.04 ± 0.05	0.11 ± 0.08	0.27 ± 0.10			
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	10 ⁹ /L	6.0 ± 3.0	10.0 ± 5.0	22.0 ± 11.0			
Доля больших тромбоцитов, PLC-R	%	7.9 ± 4.0	5.0 ± 2.5	4.5 ± 2.2			

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Начальник ОБТК _____

И.В. Валеева



АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	2534125	Дата выпуска	14.08.2025
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	14.02.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						URIT-2900+	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10 ⁹ /L	3.40 ± 1.00	7.00 ± 2.00	15.20 ± 4.00			
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	59.4 ± 15.0	32.6 ± 15.0	34.6 ± 15.0			
		0.59 ± 0.15	0.33 ± 0.15	0.35 ± 0.15			
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	12.4 ± 15.0	11.3 ± 15.0	11.0 ± 11.0			
		0.12 ± 0.15	0.11 ± 0.15	0.11 ± 0.11			
Относ. кол-во гранулоцитов, Gran	%	28.3 ± 15.0	56.1 ± 15.0	54.4 ± 15.0			
		0.28 ± 0.15	0.56 ± 0.15	0.54 ± 0.15			
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10 ⁹ /L	2.00 ± 0.50	2.30 ± 1.10	5.30 ± 2.30			
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10 ⁹ /L	0.40 ± 0.50	0.80 ± 1.10	1.70 ± 1.70			
Абс. кол-во гранулоцитов, Gran	10 ⁹ /L	1.00 ± 0.50	3.90 ± 1.10	8.30 ± 2.30			
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10 ¹² /L	3.00 ± 0.30	3.90 ± 0.45	4.90 ± 0.60			
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.4 ± 1.0	11.8 ± 1.0	16.2 ± 1.0			
	g/L	84 ± 10	118 ± 10	162 ± 10			
	mmol/L	5.3 ± 0.7	7.4 ± 0.7	10.1 ± 0.7			
Гематокрит, HCT	%	24.0 ± 7.5	33.0 ± 10.0	46.0 ± 10.0			
	L/L	0.24 ± 0.08	0.33 ± 0.10	0.46 ± 0.10			
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	79.5 ± 12.0	84.3 ± 12.0	94.4 ± 12.0			
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	29.0 ± 7.0	31.0 ± 7.0	34.0 ± 7.0			
	fmol	1.9 ± 0.5	2.0 ± 0.5	2.2 ± 0.5			
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	37.0 ± 7.0	37.0 ± 7.0	36.0 ± 7.0			
	g/L	370 ± 70	370 ± 70	360 ± 70			
	mmol/L	23.0 ± 4.4	23.0 ± 4.4	22.4 ± 4.4			
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	16.7 ± 5.0	16.2 ± 5.0	15.8 ± 5.0			
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	37.4 ± 5.0	37.7 ± 5.0	41.9 ± 5.0			
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10 ⁹ /L	61 ± 35	181 ± 55	468 ± 115			
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	6.0 ± 3.0	6.0 ± 3.0	6.0 ± 3.0			
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	%	10.2 ± 3.0	9.9 ± 3.0	10.1 ± 3.0			
Тромбокрит, PCT	%	0.040 ± 0.040	0.093 ± 0.080	0.246 ± 0.100			
Доля больших тромбоцитов, PLC-R	%	6.0 ± 3.0	5.0 ± 2.5	5.0 ± 2.5			
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	10 ⁹ /L	5.00 ± 2.50	9.00 ± 4.50	21.00 ± 10.50			

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Начальник ОБТК _____

И.В. Валеева



АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	2534125	Дата выпуска	14.08.2025
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	14.02.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						URIT Hemalit 3000	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10 ⁹ /L		3.30	± 0.50	7.10	± 1.00	15.20 ± 2.50
Относ. кол-во лимфоцитов, LYM%	%		60.2	± 15.0	32.3	± 15.0	34.3 ± 15.0
			0.60	± 0.15	0.32	± 0.15	0.34 ± 0.15
Относ. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, MID%	%		14.9	± 9.0	10.6	± 9.0	12.1 ± 9.0
			0.15	± 0.09	0.11	± 0.09	0.12 ± 0.09
Относ. кол-во гранулоцитов GRAN%	%		24.9	± 15.0	57.1	± 15.0	53.6 ± 15.0
			0.25	± 0.15	0.57	± 0.15	0.54 ± 0.15
Абс. кол-во лимфоцитов, LYM#	10 ⁹ /L		2.00	± 0.50	2.30	± 1.10	5.20 ± 2.30
Абс. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, MID#	10 ⁹ /L		0.50	± 0.30	0.80	± 0.60	1.80 ± 1.40
Абс. кол-во гранулоцитов GRAN#	10 ⁹ /L		0.80	± 0.50	4.10	± 1.10	8.10 ± 2.30
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10 ¹² /L		2.90	± 0.15	3.80	± 0.20	4.70 ± 0.30
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL		8.7	± 0.5	12.1	± 0.5	16.4 ± 0.5
	g/L		87	± 5	121	± 5	164 ± 5
	mmol/L		5.5	± 0.4	7.6	± 0.4	10.2 ± 0.4
Гематокрит, HCT	%		22.5	± 3.0	31.5	± 3.0	44.0 ± 3.0
	L/L		0.23	± 0.03	0.32	± 0.03	0.44 ± 0.03
Сред. объем эритроцита, MCV	fL		78.5	± 5.0	82.0	± 5.0	93.0 ± 5.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg		30.5	± 3.0	31.5	± 3.0	34.5 ± 3.0
	fmol		1.9	± 0.2	2.0	± 0.2	2.2 ± 0.2
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL		39.0	± 4.0	38.5	± 4.0	37.5 ± 4.0
	g/L		390	± 40	385	± 40	375 ± 40
	mmol/L		24.3	± 2.5	24.0	± 2.5	23.3 ± 2.5
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%		18.5	± 3.0	18.5	± 5.0	17.5 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL		37.5	± 5.0	38.0	± 5.0	42.0 ± 5.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10 ⁹ /L		63	± 25	203	± 45	512 ± 60
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL		4.5	± 3.0	4.0	± 3.0	4.5 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	%		5.0	± 3.0	5.0	± 3.0	5.5 ± 3.0
Тромбокрит, PCT	%		0.040	± 0.020	0.080	± 0.050	0.240 ± 0.100
Доля больших тромбоцитов, PLC-R	%		1.0	± 1.0	0.5	± 0.5	1.5 ± 1.5
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	10 ⁹ /L		0.5	± 0.4	1.5	± 1.2	7.0 ± 5.6

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Начальник ОБТК _____

И.В. Валеева



АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	2534125	Дата выпуска	14.08.2025
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	14.02.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						Medonic M-20	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10 ⁹ /L	3.30 ± 1.00	7.30 ± 2.00	15.40 ± 4.00			
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	59.0 ± 15.0	30.0 ± 15.0	31.0 ± 15.0			
		0.59 ± 0.15	0.30 ± 0.15	0.31 ± 0.15			
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	9.0 ± 9.0	8.0 ± 8.0	7.0 ± 7.0			
		0.09 ± 0.09	0.08 ± 0.08	0.07 ± 0.07			
Относ. кол-во гранулоцитов, Gran	%	32.6 ± 15.0	62.3 ± 15.0	63.1 ± 15.0			
		0.33 ± 0.15	0.62 ± 0.15	0.63 ± 0.15			
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10 ⁹ /L	1.90 ± 0.50	2.20 ± 1.10	4.80 ± 2.30			
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10 ⁹ /L	0.30 ± 0.30	0.60 ± 0.60	1.10 ± 1.10			
Абс. кол-во гранулоцитов, Gran	10 ⁹ /L	1.10 ± 0.50	4.50 ± 1.10	9.70 ± 2.30			
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10 ¹² /L	2.70 ± 0.30	3.80 ± 0.45	4.70 ± 0.60			
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	7.8 ± 1.0	11.6 ± 1.0	16.4 ± 1.0			
	g/L	78 ± 10	116 ± 10	164 ± 10			
	mmol/L	4.9 ± 0.7	7.3 ± 0.7	10.2 ± 0.7			
Гематокрит, HCT	%	23.0 ± 7.5	33.0 ± 10.0	46.0 ± 10.0			
	L/L	0.23 ± 0.08	0.33 ± 0.10	0.46 ± 0.10			
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	74.8 ± 12.0	82.1 ± 12.0	93.9 ± 12.0			
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	29.0 ± 7.0	32.0 ± 7.0	35.0 ± 7.0			
	fmol	1.9 ± 0.5	2.0 ± 0.5	2.2 ± 0.5			
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	39.0 ± 7.0	38.0 ± 7.0	38.0 ± 7.0			
	g/L	390 ± 70	380 ± 70	380 ± 70			
	mmol/L	24.3 ± 4.4	23.6 ± 4.4	23.6 ± 4.4			
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	12.6 ± 5.0	12.2 ± 5.0	12.8 ± 5.0			
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10 ⁹ /L	56 ± 35	149 ± 55	361 ± 115			
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	6.0 ± 3.0	6.0 ± 3.0	6.0 ± 3.0			
Тромбокрит, PCT	%	0.032 ± 0.032	0.079 ± 0.080	0.181 ± 0.100			

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} - среднее значение определяемого параметра, N - максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Начальник ОБТК _____



АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	2534125	Дата выпуска	14.08.2025
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	14.02.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						Swelab Alfa	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10 ⁹ /L	3.30 ± 1.00	7.30 ± 2.00	15.40 ± 4.00			
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	58.5 ± 15.0	29.6 ± 15.0	30.2 ± 15.0			
		0.58 ± 0.15	0.30 ± 0.15	0.30 ± 0.15			
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	9.0 ± 9.0	8.1 ± 8.1	6.7 ± 6.7			
		0.09 ± 0.09	0.08 ± 0.08	0.07 ± 0.07			
Относ. кол-во гранулоцитов, Gran	%	32.6 ± 15.0	62.3 ± 15.0	63.1 ± 15.0			
		0.33 ± 0.15	0.62 ± 0.15	0.63 ± 0.15			
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10 ⁹ /L	1.90 ± 0.50	2.20 ± 1.10	4.60 ± 2.30			
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10 ⁹ /L	0.30 ± 0.30	0.60 ± 0.60	1.00 ± 1.00			
Абс. кол-во гранулоцитов, Gran	10 ⁹ /L	1.10 ± 0.50	4.50 ± 1.10	9.70 ± 2.30			
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10 ¹² /L	2.70 ± 0.30	3.80 ± 0.45	4.70 ± 0.60			
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	7.8 ± 1.0	11.6 ± 1.0	16.4 ± 1.0			
	g/L	78 ± 10	116 ± 10	164 ± 10			
	mmol/L	4.9 ± 0.7	7.3 ± 0.7	10.2 ± 0.7			
Гематокрит, HCT	%	21.0 ± 7.5	31.0 ± 10.0	44.0 ± 10.0			
	L/L	0.21 ± 0.08	0.31 ± 0.10	0.44 ± 0.10			
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	74.8 ± 12.0	82.1 ± 12.0	93.9 ± 12.0			
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	29.0 ± 7.0	32.0 ± 7.0	35.0 ± 7.0			
	fmol	1.9 ± 0.5	2.0 ± 0.5	2.2 ± 0.5			
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	39.0 ± 7.0	38.0 ± 7.0	38.0 ± 7.0			
	g/L	390 ± 70	380 ± 70	380 ± 70			
	mmol/L	24.3 ± 4.4	23.6 ± 4.4	23.6 ± 4.4			
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	12.6 ± 5.0	12.2 ± 5.0	12.8 ± 5.0			
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10 ⁹ /L	56 ± 35	141 ± 55	353 ± 115			
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	6.0 ± 3.0	6.0 ± 3.0	6.0 ± 3.0			
Тромбокрит, PCT	%	0.030 ± 0.030	0.075 ± 0.080	0.178 ± 0.100			

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} - среднее значение определяемого параметра, N - максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Начальник ОБТК _____

И.В. Валеева



АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	2534125	Дата выпуска	14.08.2025
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	14.02.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						Horiba ABX Micros 60/OT60/ES60	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10 ⁹ /L	3.40 ± 1.00	7.00 ± 2.00	15.20 ± 4.00			
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	59.0 ± 15.0	32.0 ± 15.0	33.0 ± 15.0			
		0.59 ± 0.15	0.32 ± 0.15	0.33 ± 0.15			
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	10.0 ± 9.0	9.0 ± 9.0	9.0 ± 9.0			
		0.10 ± 0.09	0.09 ± 0.09	0.09 ± 0.09			
Относ. кол-во гранулоцитов, Gran	%	31.0 ± 15.0	59.0 ± 15.0	57.0 ± 15.0			
		0.31 ± 0.15	0.59 ± 0.15	0.57 ± 0.15			
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10 ⁹ /L	2.00 ± 0.50	2.20 ± 1.10	5.00 ± 2.30			
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10 ⁹ /L	0.30 ± 0.30	0.60 ± 0.60	1.40 ± 1.40			
Абс. кол-во гранулоцитов, Gran	10 ⁹ /L	1.10 ± 0.50	4.10 ± 1.10	8.70 ± 2.30			
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10 ¹² /L	2.90 ± 0.30	3.90 ± 0.45	4.80 ± 0.60			
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.1 ± 1.0	11.6 ± 1.0	16.2 ± 1.0			
	g/L	81 ± 10	116 ± 10	162 ± 10			
	mmol/L	5.1 ± 0.7	7.3 ± 0.7	10.1 ± 0.7			
Гематокрит, HCT	%	23.0 ± 7.5	33.0 ± 10.0	46.0 ± 10.0			
	L/L	0.23 ± 0.08	0.33 ± 0.10	0.45 ± 0.10			
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	78.0 ± 12.0	84.0 ± 12.0	95.0 ± 12.0			
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	29.0 ± 7.0	31.0 ± 7.0	34.0 ± 7.0			
	fmol	1.9 ± 0.5	2.0 ± 0.5	2.2 ± 0.5			
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	37.0 ± 7.0	37.0 ± 7.0	36.0 ± 7.0			
	g/L	370 ± 70	370 ± 70	360 ± 70			
	mmol/L	23.0 ± 4.4	23.0 ± 4.4	22.4 ± 4.4			
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	15.2 ± 5.0	14.6 ± 5.0	14.6 ± 5.0			
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10 ⁹ /L	66 ± 35	180 ± 55	449 ± 115			
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	%	6.0 ± 3.0	6.0 ± 3.0	6.0 ± 3.0			
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	12.0 ± 3.0	10.8 ± 3.0	10.9 ± 3.0			
Тромбокрит, PCT	%	0.037 ± 0.037	0.095 ± 0.080	0.236 ± 0.100			

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Начальник ОБТК _____



АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	2534125	Дата выпуска	14.08.2025
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	14.02.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						Drew D3	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC			10 ⁹ /L	3.40 ± 1.00	6.55 ± 2.00	14.25 ± 4.00	
Относ. кол-во лимфоцитов, LYM%			%	56.5 ± 15.0	25.6 ± 15.0	29.2 ± 15.0	
				0.56 ± 0.15	0.26 ± 0.15	0.29 ± 0.15	
Относ. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, MID%			%	8.3 ± 8.3	8.9 ± 8.9	6.8 ± 6.8	
				0.08 ± 0.08	0.09 ± 0.09	0.07 ± 0.07	
Относ. кол-во гранулоцитов, GRA%			%	35.2 ± 15.0	65.6 ± 15.0	64.0 ± 15.0	
				0.35 ± 0.15	0.66 ± 0.15	0.64 ± 0.15	
Абс. кол-во лимфоцитов, LYM#			10 ⁹ /L	1.90 ± 0.50	1.65 ± 1.00	4.15 ± 2.15	
Абс. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, MID#			10 ⁹ /L	0.30 ± 0.30	0.60 ± 0.60	0.95 ± 0.95	
Абс. кол-во гранулоцитов, GRA#			10 ⁹ /L	1.20 ± 0.50	4.30 ± 1.00	9.10 ± 2.15	
Абс. кол-во эритроцитов, RBC			10 ¹² /L	2.80 ± 0.30	3.80 ± 0.45	4.70 ± 0.60	
Концентрация гемоглобина, HGB			g/dL	8.1 ± 1.0	11.8 ± 1.0	16.7 ± 1.0	
			g/L	81 ± 10	118 ± 10	167 ± 10	
			mmol/L	5.1 ± 0.7	7.4 ± 0.7	10.4 ± 0.7	
Гематокрит, HCT			%	22.2 ± 7.5	32.5 ± 10.0	45.5 ± 10.0	
			L/L	0.22 ± 0.08	0.33 ± 0.10	0.46 ± 0.10	
Сред. объем эритроцита, MCV			fL	79.3 ± 12.0	85.4 ± 12.0	96.9 ± 12.0	
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH			pg	28.9 ± 7.0	31.1 ± 7.0	35.5 ± 7.0	
			fmol	1.8 ± 0.5	2.0 ± 0.5	2.3 ± 0.5	
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC			g/dL	36.5 ± 7.0	36.5 ± 7.0	36.5 ± 7.0	
			g/L	365 ± 70	365 ± 70	365 ± 70	
			mmol/L	22.7 ± 4.4	22.7 ± 4.4	22.7 ± 4.4	
Ширина распределения эритроцитов по объему, RDW			%	14.0 ± 5.0	13.2 ± 5.0	13.0 ± 5.0	
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT			10 ⁹ /L	75 ± 35	215 ± 55	540 ± 115	
Сред. объем тромбоцита, MPV			fL	6.0 ± 3.0	6.0 ± 3.0	5.0 ± 3.0	
Тромбокрит, PCT			%	0.042 ± 0.042	0.110 ± 0.080	0.260 ± 0.100	

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Начальник ОБТК _____

