Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

ПАСПОРТ № 2554353

На набор реагентов **«Гематрол 5D»**
для контроля качества проведения общего анализа крови по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMS-600**	Комплект **4**	Номер серии:	**2554353**	Кол-во наборов:	**128**
ТУ 21.20.23-001-52857075-2016			Дата выпуска:	**14.11.2025**	Срок годности:	**14.02.2026**

Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать

Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.

Наименование показателя	Номер серии	Дата изготовления	Срок годности	Характеристика и нормы	Кол-во в наборе	Результат контроля
Внешний вид						
Правильность маркировки упаковки набора реагентов и компонентов набора						соответствует
«Гематрол 5D - Низкий»	2554353l	11.2025	02.2026	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,0 мл	соответствует
«Гематрол 5D – Норма»	2554353 n	11.2025	02.2026	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,0 мл	соответствует
«Гематрол 5D - Высокий»	2554353 h	11.2025	02.2026	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,0 мл	соответствует

Показатели правильности определения

Определяемые параметры	**«Гематрол 5D - Низкий»**		**«Гематрол 5D - Норма»**		**«Гематрол 5D - Высокий»**	
	Должен содержать	Результат	Должен содержать	Результат	Должен содержать	Результат
Абс. кол-во лейкоцитов, WBC [10^9/л]	2,0 - 4,0	3.39	4,0 - 10,0	6.99	12,0 - 20,0	15.01
Абс. кол-во эритроцитов, RBC [10^{12}/л]	2,50 - 3,50	3.09	3,50 - 5,50	4.09	4,50 - 6,00	4.91
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT [10^9/л]	40 - 100	75	100 - 300	187	300 - 600	398

Заключение: серия соответствует требованиям ТУ 21.20.23-001-52857075-2016.
Начальник ОБТК А.А. Старостенко
Дата выдачи паспорта 14.11.2025

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMS-600**	Комплект	**4**	Серия	**2554353**	Дата выпуска	**14.11.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °C, не замораживать.						Годен до	**14.02.2026**
Условия хранения: при 2-8 °C в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							

Аттестованные значения для гематологического анализатора:		**Mindray BC-5300 / BC-5380**		
Определяемый параметр		Низкая патология	Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L	3.40 ± 1.00	7.00 ± 2.00	15.00 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%	33.6 ± 15.0	68.6 ± 15.0	29.3 ± 15.0
		0.34 ± 0.15	0.69 ± 0.15	0.29 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	59.0 ± 15.0	25.6 ± 15.0	63.3 ± 15.0
		0.59 ± 0.15	0.26 ± 0.15	0.63 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	7.0 ± 7.0	5.0 ± 5.0	7.2 ± 7.2
		0.07 ± 0.07	0.05 ± 0.05	0.07 ± 0.07
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5
		0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05
Относ. кол-во базофилов, Bas	%	49.5 ± 9.0	68.2 ± 9.0	57.1 ± 9.0
		0.50 ± 0.09	0.68 ± 0.09	0.57 ± 0.09
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L	1.15 ± 0.50	4.80 ± 1.05	4.40 ± 2.25
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L	2.00 ± 0.50	1.80 ± 1.05	9.50 ± 2.25
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L	0.25 ± 0.25	0.35 ± 0.35	1.10 ± 1.10
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L	0.15 ± 0.15	0.30 ± 0.30	0.70 ± 0.70
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L	1.70 ± 0.30	4.75 ± 0.65	8.55 ± 1.35
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L	3.10 ± 0.30	4.10 ± 0.45	4.90 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.1 ± 1.0	11.8 ± 1.0	15.7 ± 1.0
	g/L	81 ± 10	118 ± 10	157 ± 10
	mmol/L	5.0 ± 0.6	7.3 ± 0.6	9.7 ± 0.6
Гематокрит, HCT	%	24.6 ± 7.5	35.8 ± 10.0	44.8 ± 10.0
	L/L	0.25 ± 0.08	0.36 ± 0.10	0.45 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	79.4 ± 12.0	87.2 ± 12.0	91.4 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	26.1 ± 7.0	28.8 ± 7.0	32.0 ± 7.0
	fmol	1.6 ± 0.4	1.8 ± 0.4	2.0 ± 0.4
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	33.0 ± 7.0	33.0 ± 7.0	35.0 ± 7.0
	g/L	330 ± 70	330 ± 70	350 ± 70
	mmol/L	20.5 ± 4.3	20.5 ± 4.3	21.7 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	14.4 ± 5.0	13.5 ± 5.0	13.3 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	48.1 ± 10.0	49.1 ± 10.0	50.6 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L	75 ± 35	185 ± 55	400 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	5.8 ± 3.0	6.0 ± 3.0	5.8 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	15.6 ± 3.0	15.6 ± 3.0	15.4 ± 3.0
Тромбокрит, PCT	%	0.040 ± 0.040	0.110 ± 0.080	0.230 ± 0.100

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора
Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск

Сотрудник ОБТК _____ А. А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMS-600**	Комплект	**4**	Серия	**2554353**	Дата выпуска	**14.11.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °C, не замораживать.						Годен до	**14.02.2026**
Условия хранения: при 2-8 °C в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							

Аттестованные значения для гематологического анализатора:		**Mindray BC-5150**		
Определяемый параметр		Низкая патология	Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L	3.35 ± 1.00	6.85 ± 2.00	15.35 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%	27.5 ± 15.0	52.5 ± 15.0	24.0 ± 15.0
		0.28 ± 0.15	0.53 ± 0.15	0.24 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	56.0 ± 15.0	26.3 ± 15.0	60.5 ± 15.0
		0.56 ± 0.15	0.26 ± 0.15	0.61 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	16.2 ± 9.0	21.0 ± 9.0	15.5 ± 9.0
		0.16 ± 0.09	0.21 ± 0.09	0.16 ± 0.09
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5
		0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05
Относ. кол-во базофилов, Bas	%	4.0 ± 4.0	4.0 ± 4.0	4.0 ± 4.0
		0.04 ± 0.04	0.04 ± 0.04	0.04 ± 0.04
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L	0.90 ± 0.50	3.60 ± 1.05	3.70 ± 2.30
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L	1.90 ± 0.50	1.80 ± 1.05	9.30 ± 2.30
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L	0.55 ± 0.30	1.45 ± 0.60	2.40 ± 1.40
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L	0.15 ± 0.15	0.30 ± 0.30	0.70 ± 0.70
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L	0.15 ± 0.15	0.25 ± 0.25	0.60 ± 0.60
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L	3.05 ± 0.30	4.00 ± 0.45	5.05 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.4 ± 1.0	12.0 ± 1.0	15.7 ± 1.0
	g/L	84 ± 10	120 ± 10	157 ± 10
	mmol/L	5.2 ± 0.60	7.50 ± 0.60	9.70 ± 0.6
Гематокрит, HCT	%	25.8 ± 7.5	37.2 ± 10.0	48.5 ± 10.0
	L/L	0.26 ± 0.08	0.37 ± 0.10	0.49 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	84.6 ± 12.0	93.1 ± 12.0	96.0 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	27.5 ± 7.0	30.0 ± 7.0	31.1 ± 7.0
	fmol	1.70 ± 0.40	1.90 ± 0.40	1.90 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	32.5 ± 7.0	32.5 ± 7.0	32.5 ± 7.0
	g/L	325 ± 70	325 ± 70	325 ± 70
	mmol/L	20.2 ± 4.3	20.2 ± 4.3	20.2 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	17.6 ± 5.0	15.9 ± 5.0	15.7 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	52.7 ± 10.0	52.4 ± 10.0	53.5 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L	69 ± 35	175 ± 55	415 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	6.8 ± 3.0	6.6 ± 3.0	6.2 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	15.9 ± 3.0	15.7 ± 3.0	15.6 ± 3.0
Тромбокрит, PCT	%	0.05 ± 0.05	0.12 ± 0.08	0.26 ± 0.10

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора
Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Сотрудник ОТК _____ А.С. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск

Медика-Н

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMS-600**	Комплект	**4**	Серия	**2554353**	Дата выпуска	**14.11.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °C, не замораживать.						Годен до	**14.02.2026**
Условия хранения: при 2-8 °C в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:					**Mindray BC-5800**		

Определяемый параметр		Низкая патология	Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L	3.55 ± 1.00	7.00 ± 2.00	15.55 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%	30.3 ± 15.0	66.0 ± 15.0	26.1 ± 15.0
		0.30 ± 0.15	0.66 ± 0.15	0.26 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	58.6 ± 15.0	26.1 ± 15.0	61.2 ± 15.0
		0.59 ± 0.15	0.26 ± 0.15	0.61 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	10.3 ± 9.0	6.4 ± 6.4	12.1 ± 9.0
		0.10 ± 0.09	0.06 ± 0.06	0.12 ± 0.09
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5	5.0 ± 5.0
		0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05
Относ. кол-во базофилов, Bas	%	5.0 ± 5.0	5.0 ± 5.0	5.0 ± 5.0
		0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L	1.10 ± 0.55	4.60 ± 1.05	4.05 ± 2.35
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L	2.10 ± 0.55	1.85 ± 1.05	9.50 ± 2.35
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L	0.35 ± 0.30	0.45 ± 0.45	1.85 ± 1.40
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L	0.15 ± 0.15	0.30 ± 0.30	0.80 ± 0.80
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L	0.20 ± 0.20	0.35 ± 0.35	0.80 ± 0.80
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L	3.15 ± 0.30	4.10 ± 0.45	5.10 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.6 ± 1.0	12.4 ± 1.0	16.2 ± 1.0
	g/L	86 ± 10	124 ± 10	162 ± 10
	mmol/L	5.3 ± 0.60	7.70 ± 0.60	10.10 ± 0.6
Гематокрит, HCT	%	24.9 ± 7.5	36.1 ± 10.0	46.9 ± 10.0
	L/L	0.25 ± 0.08	0.36 ± 0.10	0.47 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	79.0 ± 12.0	88.0 ± 12.0	92.0 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	27.3 ± 7.0	30.2 ± 7.0	31.8 ± 7.0
	fmol	1.70 ± 0.40	1.90 ± 0.40	2.00 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	34.5 ± 7.0	34.5 ± 7.0	34.5 ± 7.0
	g/L	345 ± 70	345 ± 70	345 ± 70
	mmol/L	21.4 ± 4.3	21.4 ± 4.3	21.4 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	13.7 ± 5.0	12.7 ± 5.0	12.6 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	41.7 ± 10.0	42.6 ± 10.0	44.3 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L	74 ± 35	185 ± 55	435 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	5.3 ± 3.0	5.3 ± 3.0	5.2 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	15.9 ± 3.0	15.3 ± 3.0	15.0 ± 3.0
Тромбокрит, PCT	%	0.04 ± 0.04	0.10 ± 0.08	0.23 ± 0.10

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора
Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск

Сотрудник ОБТК _____ А.А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMS-600**	Комплект	**4**	Серия	**2554353**	Дата выпуска	**14.11.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**14.02.2026**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							

Аттестованные значения для гематологического анализатора:		**Mindray BC-6800**		
Определяемый параметр		Низкая патология	Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L	3.40 ± 1.00	6.70 ± 2.00	15.30 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%	31.0 ± 15.0	65.2 ± 15.0	31.9 ± 15.0
		0.31 ± 0.15	0.65 ± 0.15	0.32 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	59.0 ± 15.0	28.9 ± 15.0	57.0 ± 15.0
		0.59 ± 0.15	0.29 ± 0.15	0.57 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	8.0 ± 8.0	4.1 ± 4.1	7.7 ± 7.7
		0.08 ± 0.08	0.04 ± 0.04	0.08 ± 0.08
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%	3.5 ± 3.5	3.5 ± 3.5	3.5 ± 3.5
		0.04 ± 0.04	0.04 ± 0.04	0.04 ± 0.04
Относ. кол-во базофилов, Bas	%	3.5 ± 3.5	3.5 ± 3.5	3.5 ± 3.5
		0.04 ± 0.04	0.04 ± 0.04	0.04 ± 0.04
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L	1.05 ± 0.50	4.35 ± 1.00	4.90 ± 2.30
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L	2.00 ± 0.50	1.95 ± 1.00	8.70 ± 2.30
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L	0.25 ± 0.25	0.25 ± 0.25	1.20 ± 1.20
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L	0.10 ± 0.10	0.25 ± 0.25	0.55 ± 0.55
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L	0.10 ± 0.10	0.25 ± 0.25	0.55 ± 0.55
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L	3.20 ± 0.30	4.20 ± 0.45	5.20 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.6 ± 1.0	12.5 ± 1.0	16.1 ± 1.0
	g/L	86 ± 10	125 ± 10	161 ± 10
	mmol/L	5.3 ± 0.60	7.80 ± 0.60	10.00 ± 0.6
Гематокрит, HCT	%	25.9 ± 7.5	39.1 ± 10.0	50.4 ± 10.0
	L/L	0.3 ± 0.1	0.4 ± 0.1	0.5 ± 0.1
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	81.0 ± 12.0	93.0 ± 12.0	97.0 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	26.9 ± 7.0	29.8 ± 7.0	31.0 ± 7.0
	fmol	1.70 ± 0.40	1.90 ± 0.40	1.90 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	33.0 ± 7.0	32.0 ± 7.0	32.0 ± 7.0
	g/L	330 ± 70	320 ± 70	320 ± 70
	mmol/L	20.5 ± 4.3	19.9 ± 4.3	19.9 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	15.8 ± 5.0	14.3 ± 5.0	14.8 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	47.1 ± 10.0	48.7 ± 10.0	51.9 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L	53 ± 35	140 ± 55	330 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	6.2 ± 3.0	6.4 ± 3.0	6.3 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	15.3 ± 3.0	15.4 ± 3.0	15.3 ± 3.0
Тромбокрит, PCT	%	0.03 ± 0.03	0.09 ± 0.08	0.21 ± 0.10

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!				
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	*10^9/L*	*2.90 ± 2.32*	*7.70 ± 6.16*	*17.10 ± 13.68*
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	*%*	*5.50 ± 4.40*	*5.50 ± 4.40*	*5.20 ± 4.16*
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*10^9/L*	*н/д*	*н/д*	*н/д*
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*%*	*н/д*	*н/д*	*н/д*
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%	*%%*	*н/д*	*н/д*	*н/д*
Абс. кол-во ретикулоцитов, RET#	*10^{12}/L*	*н/д*	*н/д*	*н/д*
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF	*%*	*н/д*	*н/д*	*н/д*
Фракция ретикулоцитов низкой флуоресценции, LFR	*%*	*н/д*	*н/д*	*н/д*
Фракция ретикулоцитов средней флуоресценции, MFR	*%*	*н/д*	*н/д*	*н/д*
Фракция ретикулоцитов высокой флуоресценции, HFR	*%*	*н/д*	*н/д*	*н/д*
Эквивалент содержания гемоглобина в ретикулоцитах, RET-He	*pg*	*н/д*	*н/д*	*н/д*

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Сотрудник ОБТК _____ Т.А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMS-600**	Комплект	**4**	Серия	**2554353**	Дата выпуска	**14.11.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**14.02.2026**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							

Аттестованные значения для гематологического анализатора:		**Mindray BC-6000/BC-6200/BC-6800+**		
Определяемый параметр		Низкая патология	Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L	3.35 ± 1.00	6.80 ± 2.00	15.10 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%	35.5 ± 15.0	67.7 ± 15.0	36.1 ± 15.0
		0.36 ± 0.15	0.68 ± 0.15	0.36 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	44.2 ± 15.0	23.8 ± 15.0	50.4 ± 15.0
		0.44 ± 0.15	0.24 ± 0.15	0.50 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	19.2 ± 9.0	8.3 ± 8.3	11.0 ± 9.0
		0.19 ± 0.09	0.08 ± 0.08	0.11 ± 0.09
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%	2.5 ± 2.5	2.5 ± 2.5	2.5 ± 2.5
		0.03 ± 0.03	0.03 ± 0.03	0.03 ± 0.03
Относ. кол-во базофилов, Bas	%	1.5 ± 1.5	1.5 ± 1.5	1.5 ± 1.5
		0.02 ± 0.02	0.02 ± 0.02	0.02 ± 0.02
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L	1.20 ± 0.50	4.60 ± 1.00	5.45 ± 2.25
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L	1.50 ± 0.50	1.60 ± 1.00	7.60 ± 2.25
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L	0.65 ± 0.30	0.55 ± 0.55	1.65 ± 1.35
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L	0.10 ± 0.10	0.15 ± 0.15	0.40 ± 0.40
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L	0.05 ± 0.05	0.10 ± 0.10	0.25 ± 0.25
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L	3.05 ± 0.30	4.00 ± 0.45	4.95 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.30 ± 1.0	12.1 ± 1.0	15.8 ± 1.0
	g/L	83 ± 10	121 ± 10	158 ± 10
	mmol/L	5.2 ± 0.6	7.5 ± 0.6	9.8 ± 0.6
Гематокрит, HCT	%	26.5 ± 7.5	38.0 ± 10.0	49.0 ± 10.0
	L/L	0.27 ± 0.08	0.38 ± 0.10	0.49 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	87.0 ± 12.0	95.0 ± 12.0	99.0 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	27.2 ± 7.0	30.3 ± 7.0	31.9 ± 7.0
	fmol	1.70 ± 0.40	1.90 ± 0.40	2.00 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	31.5 ± 7.0	32.0 ± 7.0	32.0 ± 7.0
	g/L	315 ± 70	320 ± 70	320 ± 70
	mmol/L	19.6 ± 4.3	19.9 ± 4.3	19.9 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	15.6 ± 5.0	14.6 ± 5.0	14.6 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	47.4 ± 10.0	49.2 ± 10.0	51.2 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L	62 ± 35	165 ± 55	375 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	6.7 ± 3.0	6.7 ± 3.0	6.2 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	16.0 ± 3.0	15.8 ± 3.0	15.4 ± 3.0
Тромбокрит, PCT	%	0.04 ± 0.04	0.11 ± 0.08	0.23 ± 0.10

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!				
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	*10^9/L*	*5.20 ± 4.16*	*11.60 ± 9.28*	*18.60 ± 14.88*
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	*%*	*8.40 ± 6.72*	*7.00 ± 5.60*	*5.00 ± 4.00*
Абс. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*10^9/L*	*0.05 ± 0.05*	*0.10 ± 0.10*	*1.90 ± 1.90*
Относ. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*%*	*1.50 ± 1.50*	*1.50 ± 1.50*	*12.57 ± 12.57*
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*10^9/L*	*0.10 ± 0.10*	*0.05 ± 0.05*	*0.05 ± 0.05*
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*/100WBC*	*0.89 ± 0.89*	*0.25 ± 0.25*	*0.14 ± 0.14*
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET#	*10^{12}/L*	*0.0114 ± 0.0114*	*0.0198 ± 0.0198*	*0.0243 ± 0.0243*
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%	*%*	*0.35 ± 0.07*	*0.50 ± 0.10*	*0.50 ± 0.10*
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF	*%*	*20.0 ± 20.0*	*20.0 ± 20.0*	*20.0 ± 20.0*
Фракция ретикулоцитов низкой флуоресценции, LFR	*%*	*92.2 ± 92.2*	*92.6 ± 92.6*	*93.1 ± 93.1*
Фракция ретикулоцитов средней флуоресценции, MFR	*%*	*20.0 ± 5.0*	*20.0 ± 5.0*	*20.0 ± 5.0*
Фракция ретикулоцитов высокой флуоресценции, HFR	*%*	*20.0 ± 16.0*	*20.0 ± 16.0*	*20.0 ± 16.0*
Эквивалент содержания гемоглобина в ретикулоцитах, RET-He	*%*	*25.0 ± 5.0*	*26.3 ± 5.0*	*26.4 ± 5.0*

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Сотрудник ОТК _____ А.А. Старостенко

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMS-600**	Комплект	**4**	Серия	**2554353**	Дата выпуска	**14.11.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °C, не замораживать.						Годен до	**14.02.2026**
Условия хранения: при 2-8 °C в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							

Аттестованные значения для гематологического анализатора:		**Mindray BC-720 / BC-780**		
Определяемый параметр		Низкая патология	Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L	3.55 ± 1.00	7.20 ± 2.00	16.40 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%	32.80 ± 15.00	66.60 ± 15.00	32.80 ± 15.00
		0.33 ± 0.15	0.67 ± 0.15	0.33 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	58.50 ± 15.00	29.00 ± 15.00	57.00 ± 15.00
		0.59 ± 0.15	0.29 ± 0.15	0.57 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	7.90 ± 7.90	4.10 ± 4.10	7.80 ± 7.80
		0.08 ± 0.08	0.04 ± 0.04	0.08 ± 0.08
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%	2.50 ± 2.50	2.50 ± 2.50	2.50 ± 2.50
		0.03 ± 0.03	0.03 ± 0.03	0.03 ± 0.03
Относ. кол-во базофилов, Bas	%	1.50 ± 1.50	1.50 ± 1.50	1.50 ± 1.50
		0.02 ± 0.02	0.02 ± 0.02	0.02 ± 0.02
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L	1.15 ± 0.55	4.80 ± 1.10	5.40 ± 2.45
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L	2.10 ± 0.55	2.10 ± 1.10	9.35 ± 2.45
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L	0.30 ± 0.30	0.30 ± 0.30	1.30 ± 1.30
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L	0.10 ± 0.10	0.20 ± 0.20	0.40 ± 0.40
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L	0.05 ± 0.05	0.10 ± 0.10	0.25 ± 0.25
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L	3.05 ± 0.30	4.10 ± 0.45	5.20 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.20 ± 1.00	12.00 ± 1.00	15.80 ± 1.00
	g/L	82.00 ± 10.00	120.00 ± 10.00	158.00 ± 10.00
	mmol/L	5.10 ± 0.60	7.50 ± 0.60	9.80 ± 0.60
Гематокрит, HCT	%	25.90 ± 7.50	38.50 ± 10.00	51.50 ± 10.00
	L/L	0.26 ± 0.08	0.39 ± 0.10	0.52 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	85.00 ± 12.00	94.00 ± 12.00	99.00 ± 12.00
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	26.90 ± 7.00	29.30 ± 7.00	30.40 ± 7.00
	fmol	1.70 ± 0.40	1.80 ± 0.40	1.90 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	31.50 ± 7.00	31.00 ± 7.00	30.50 ± 7.00
	g/L	315.00 ± 70.00	310.00 ± 70.00	305.00 ± 70.00
	mmol/L	19.60 ± 4.30	19.30 ± 4.30	18.90 ± 4.30
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	16.20 ± 5.00	15.00 ± 5.00	14.80 ± 5.00
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	49.00 ± 10.00	50.40 ± 10.00	52.40 ± 10.00
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L	59.00 ± 35.00	145.00 ± 55.00	335.00 ± 125.00
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	6.50 ± 3.00	6.30 ± 3.00	6.10 ± 3.00
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	16.20 ± 3.00	15.80 ± 3.00	15.60 ± 3.00
Тромбокрит, PCT	%	0.04 ± 0.04	0.09 ± 0.08	0.20 ± 0.10

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!

Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	*10^9/L*	*5.60 ± 4.48*	*10.20 ± 8.16*	*17.20 ± 13.76*
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	*%*	*9.40 ± 7.52*	*7.00 ± 5.60*	*5.00 ± 4.00*
Абс. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*10^9/L*	*0.05 ± 0.05*	*0.10 ± 0.10*	*3.25 ± 3.25*
Относ. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*%*	*1.50 ± 1.50*	*1.50 ± 1.50*	*19.80 ± 19.80*
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*10^9/L*	*0.05 ± 0.05*	*0.05 ± 0.05*	*0.20 ± 0.20*
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*/100WBC*	*0.34 ± 0.34*	*0.07 ± 0.07*	*0.84 ± 0.84*
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET#	*10^{12}/L*	*0.01 ± 0.01*	*0.02 ± 0.02*	*0.03 ± 0.03*
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%	*%*	*0.45 ± 0.09*	*0.60 ± 0.12*	*0.55 ± 0.11*
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF	*%*	*20.00 ± 20.00*	*20.00 ± 20.00*	*20.00 ± 20.00*
Фракция ретикулоцитов с низкой флуоресценции, LFR	*%*	*93.60 ± 93.60*	*93.40 ± 93.40*	*93.40 ± 93.40*
Фракция ретикулоцитов с средней флуоресценции, MFR	*%*	*20.00 ± 5.00*	*20.00 ± 5.00*	*20.00 ± 5.00*
Фракция ретикулоцитов с высокой флуоресценции, HFR	*%*	*20.00 ± 16.00*	*20.00 ± 16.00*	*20.00 ± 16.00*
Эквивалентное содержания гемоглобина в ретикулоцитах, RET-He	*%*	*28.10 ± 5.00*	*29.30 ± 5.00*	*29.20 ± 5.00*
Скорость оседания эритроцитов, ESR	*mm/h*	*25.10 ± 2.00*	*11.78 ± 2.00*	*7.84 ± 2.00*

*Аттестованные значения приведены в виде Хср ± N, где Хср – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения.

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Сотрудник ОБТК _____ А. Старостенко

Электронную версию данного документа вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMS-600**	Комплект	**4**	Серия	**2554353**	Дата выпуска	**14.11.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**14.02.2026**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							

Аттестованные значения для гематологического анализатора:		**Mindray BC-700 / BC-760**		
Определяемый параметр		Низкая патология	Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L	3.55 ± 1.00	7.20 ± 2.00	16.40 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%	32.80 ± 15.00	66.60 ± 15.00	32.80 ± 15.00
		0.33 ± 0.15	0.67 ± 0.15	0.33 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	58.50 ± 15.00	29.00 ± 15.00	57.00 ± 15.00
		0.59 ± 0.15	0.29 ± 0.15	0.57 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	7.90 ± 7.90	4.10 ± 4.10	7.80 ± 7.80
		0.08 ± 0.08	0.04 ± 0.04	0.08 ± 0.08
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%	2.50 ± 2.50	2.50 ± 2.50	2.50 ± 2.50
		0.03 ± 0.03	0.03 ± 0.03	0.03 ± 0.03
Относ. кол-во базофилов, Bas	%	1.50 ± 1.50	1.50 ± 1.50	1.50 ± 1.50
		0.02 ± 0.02	0.02 ± 0.02	0.02 ± 0.02
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L	1.15 ± 0.55	4.80 ± 1.10	5.40 ± 2.45
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L	2.10 ± 0.55	2.10 ± 1.10	9.35 ± 2.45
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L	0.30 ± 0.30	0.30 ± 0.30	1.30 ± 1.30
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L	0.10 ± 0.10	0.20 ± 0.20	0.40 ± 0.40
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L	0.05 ± 0.05	0.10 ± 0.10	0.25 ± 0.25
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L	3.05 ± 0.30	4.10 ± 0.45	5.20 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.20 ± 1.00	12.00 ± 1.00	15.80 ± 1.00
	g/L	82.00 ± 10.00	120.00 ± 10.00	158.00 ± 10.00
	mmol/L	5.10 ± 0.60	7.50 ± 0.60	9.80 ± 0.60
Гематокрит, HCT	%	25.90 ± 7.50	38.50 ± 10.00	51.50 ± 10.00
	L/L	0.26 ± 0.08	0.39 ± 0.10	0.52 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	85.00 ± 12.00	94.00 ± 12.00	99.00 ± 12.00
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	26.90 ± 7.00	29.30 ± 7.00	30.40 ± 7.00
	fmol	1.70 ± 0.40	1.80 ± 0.40	1.90 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	31.50 ± 7.00	31.00 ± 7.00	30.50 ± 7.00
	g/L	315.00 ± 70.00	310.00 ± 70.00	305.00 ± 70.00
	mmol/L	19.60 ± 4.30	19.30 ± 4.30	18.90 ± 4.30
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	16.20 ± 5.00	15.00 ± 5.00	14.80 ± 5.00
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	49.00 ± 10.00	50.40 ± 10.00	52.40 ± 10.00
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L	59.00 ± 35.00	145.00 ± 55.00	335.00 ± 125.00
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	6.50 ± 3.00	6.30 ± 3.00	6.10 ± 3.00
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	16.20 ± 3.00	15.80 ± 3.00	15.60 ± 3.00
Тромбокрит, PCT	%	0.04 ± 0.04	0.09 ± 0.08	0.20 ± 0.10

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!				
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	*10^9/L*	*5.60 ± 4.48*	*10.20 ± 8.16*	*17.20 ± 13.76*
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	*%*	*9.40 ± 7.52*	*7.00 ± 5.60*	*5.00 ± 4.00*
Абс. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*10^9/L*	*0.05 ± 0.05*	*0.10 ± 0.10*	*3.25 ± 3.25*
Относ. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*%*	*1.50 ± 1.50*	*1.50 ± 1.50*	*19.80 ± 19.80*
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*10^9/L*	*0.05 ± 0.05*	*0.05 ± 0.05*	*0.20 ± 0.20*
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*/100WBC*	*0.34 ± 0.34*	*0.07 ± 0.07*	*0.84 ± 0.84*
Скорость оседания эритроцитов, ESR	*mm/h*	*25.10 ± 2.00*	*11.78 ± 2.00*	*7.84 ± 2.00*

*Аттестованные значения приведены в виде Хср ± N, где Хср – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Сотрудник ОБТК _____ А.А.Старостенко

Электронную версию данного паспорта Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMS-600**	Комплект	**4**	Серия	**2554353**	Дата выпуска	**14.11.2025**
Условия транспортировки: при 2-8 °C, не замораживать.						Годен до	**14.02.2026**
Условия хранения: при 2-8 °C в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:					**Quintus/Diatron Abacus 5/Human HumaCount 5L**		

Определяемый параметр		Низкая патология	Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L	3.85 ± 1.00	7.35 ± 2.00	16.15 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%	28.2 ± 15.0	63.3 ± 15.0	24.4 ± 15.0
		0.28 ± 0.15	0.63 ± 0.15	0.24 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	67.1 ± 15.0	31.5 ± 15.0	73.6 ± 15.0
		0.67 ± 0.15	0.32 ± 0.15	0.74 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5
		0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5
		0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05
Относ. кол-во базофилов, Bas	%	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5
		0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L	1.10 ± 0.60	4.65 ± 1.10	3.95 ± 2.40
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L	2.60 ± 0.60	2.30 ± 1.10	11.90 ± 2.40
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L	0.15 ± 0.15	0.35 ± 0.35	0.75 ± 0.75
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L	0.15 ± 0.15	0.35 ± 0.35	0.75 ± 0.75
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L	0.15 ± 0.15	0.35 ± 0.35	0.75 ± 0.75
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L	3.30 ± 0.30	4.30 ± 0.45	5.20 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	9.0 ± 1.0	12.2 ± 1.0	15.6 ± 1.0
	g/L	90 ± 10	122 ± 10	156 ± 10
	mmol/L	5.6 ± 0.60	7.60 ± 0.60	9.70 ± 0.6
Гематокрит, HCT	%	27.4 ± 7.5	39.8 ± 10.0	50.9 ± 10.0
	L/L	0.27 ± 0.08	0.40 ± 0.10	0.51 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	83.1 ± 12.0	92.5 ± 12.0	97.9 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	27.3 ± 7.0	28.4 ± 7.0	30.0 ± 7.0
	fmol	1.70 ± 0.40	1.80 ± 0.40	1.90 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	33.0 ± 7.0	30.5 ± 7.0	30.5 ± 7.0
	g/L	330 ± 70	305 ± 70	305 ± 70
	mmol/L	20.5 ± 4.3	18.9 ± 4.3	18.9 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	16.2 ± 5.0	14.9 ± 5.0	15.1 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	42.1 ± 10.0	46.1 ± 10.0	51.0 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L	66 ± 35	160 ± 55	330 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	10.0 ± 3.0	10.0 ± 3.0	10.0 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	15.2 ± 3.0	15.0 ± 3.0	14.2 ± 3.0
Тромбокрит, PCT	%	0.07 ± 0.07	0.16 ± 0.16	0.33 ± 0.33

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Электронную версию данного документа вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Сотрудник ОБТК _____ А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия Новосибирск