Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

ПАСПОРТ № 265431

На набор реагентов **«Гематрол 5D»**
для контроля качества проведения общего анализа крови по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMS-600**	Комплект **4**	Номер серии:	**265431**	Кол-во наборов:	**63**
ТУ 21.20.23-001-52857075-2016			Дата выпуска:	**30.01.2026**	Срок годности:	**30.04.2026**

Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать

Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.

Наименование показателя	Номер серии	Дата изготовления	Срок годности	Характеристика и нормы	Кол-во в наборе	Результат контроля
Внешний вид						
Правильность маркировки упаковки набора реагентов и компонентов набора						соответствует
«Гематрол 5D - Низкий»	265431l	01.2026	04.2026	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,0 мл	соответствует
«Гематрол 5D – Норма»	265431n	01.2026	04.2026	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,0 мл	соответствует
«Гематрол 5D - Высокий»	265431h	01.2026	04.2026	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,0 мл	соответствует

Показатели правильности определения

Определяемые параметры	**«Гематрол 5D - Низкий»**		**«Гематрол 5D - Норма»**		**«Гематрол 5D - Высокий»**	
	Должен содержать	Результат	Должен содержать	Результат	Должен содержать	Результат
Абс. кол-во лейкоцитов, WBC [10^9/л]	2,0 - 4,0	3.37	4,0 - 10,0	6.03	12,0 - 20,0	15.49
Абс. кол-во эритроцитов, RBC [10^{12}/л]	2,50 - 3,50	3.08	3,50 - 5,50	4.16	4,50 - 6,00	5.13
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT [10^9/л]	40 - 100	74	100 - 300	185	300 - 600	464

Заключение: серия соответствует требованиям ТУ 21.20.23-001-52857075-2016.
Начальник ОБТК А.А. Старостенко
Дата выдачи паспорта 30.01.2026

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMS-600**	Комплект	**4**	Серия	**265431**	Дата выпуска	**30.01.2026**
Условия транспортировки: при 2-8 °C, не замораживать.						Годен до	**30.04.2026**
Условия хранения: при 2-8 °C в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				**Mindray BC-5300 / BC-5380**			
Определяемый параметр				Низкая патология		Норма	Высокая патология

Определяемый параметр		Низкая патология	Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L	3.35 ± 1.00	6.05 ± 2.00	15.50 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%	26.5 ± 15.0	55.2 ± 15.0	42.3 ± 15.0
		0.27 ± 0.15	0.55 ± 0.15	0.42 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	62.0 ± 15.0	37.5 ± 15.0	45.4 ± 15.0
		0.62 ± 0.15	0.38 ± 0.15	0.45 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	10.9 ± 9.0	5.6 ± 5.6	12.3 ± 9.0
		0.11 ± 0.09	0.06 ± 0.06	0.12 ± 0.09
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5
		0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05
Относ. кол-во базофилов, Bas	%	48.8 ± 9.0	60.0 ± 9.0	54.6 ± 9.0
		0.49 ± 0.09	0.60 ± 0.09	0.55 ± 0.09
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L	0.90 ± 0.50	3.35 ± 0.90	6.55 ± 2.35
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L	2.10 ± 0.50	2.25 ± 0.90	7.05 ± 2.35
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L	0.35 ± 0.30	0.35 ± 0.35	1.90 ± 1.40
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L	0.15 ± 0.15	0.25 ± 0.25	0.70 ± 0.70
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L	1.65 ± 0.30	3.65 ± 0.55	8.45 ± 1.40
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L	3.10 ± 0.30	4.15 ± 0.45	5.15 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.5 ± 1.0	12.8 ± 1.0	16.3 ± 1.0
	g/L	85 ± 10	128 ± 10	163 ± 10
	mmol/L	5.3 ± 0.6	7.9 ± 0.6	10.1 ± 0.6
Гематокрит, HCT	%	23.6 ± 7.5	37.1 ± 10.0	49.0 ± 10.0
	L/L	0.24 ± 0.08	0.37 ± 0.10	0.49 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	76.2 ± 12.0	89.4 ± 12.0	95.2 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	27.4 ± 7.0	30.8 ± 7.0	31.7 ± 7.0
	fmol	1.7 ± 0.4	1.9 ± 0.4	2.0 ± 0.4
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	36.0 ± 7.0	34.5 ± 7.0	33.5 ± 7.0
	g/L	360 ± 70	345 ± 70	335 ± 70
	mmol/L	22.4 ± 4.3	21.4 ± 4.3	20.8 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	14.1 ± 5.0	12.9 ± 5.0	13.1 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	44.5 ± 10.0	48.3 ± 10.0	52.0 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L	74 ± 35	185 ± 55	465 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	6.8 ± 3.0	5.8 ± 3.0	5.6 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	16.2 ± 3.0	15.8 ± 3.0	15.4 ± 3.0
Тромбокрит, PCT	%	0.050 ± 0.050	0.110 ± 0.080	0.260 ± 0.100

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора
Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Сотрудник ОБТК _____ А. А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMS-600**	Комплект	**4**	Серия	**265431**	Дата выпуска	**30.01.2026**
Условия транспортировки: при 2-8 °C, не замораживать.						Годен до	**30.04.2026**
Условия хранения: при 2-8 °C в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:					**Mindray BC-5150**		

Определяемый параметр		Низкая патология	Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L	3.30 ± 1.00	5.40 ± 2.00	14.40 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%	15.6 ± 15.0	38.5 ± 15.0	34.8 ± 15.0
		0.16 ± 0.15	0.39 ± 0.15	0.35 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	65.0 ± 15.0	41.1 ± 15.0	51.1 ± 15.0
		0.65 ± 0.15	0.41 ± 0.15	0.51 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	19.0 ± 9.0	20.2 ± 9.0	14.0 ± 9.0
		0.19 ± 0.09	0.20 ± 0.09	0.14 ± 0.09
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5
		0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05
Относ. кол-во базофилов, Bas	%	4.0 ± 4.0	4.0 ± 4.0	4.0 ± 4.0
		0.04 ± 0.04	0.04 ± 0.04	0.04 ± 0.04
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L	0.50 ± 0.50	2.10 ± 0.80	5.00 ± 2.15
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L	2.15 ± 0.50	2.20 ± 0.80	7.35 ± 2.15
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L	0.65 ± 0.30	1.10 ± 0.50	2.00 ± 1.30
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L	0.15 ± 0.15	0.25 ± 0.25	0.65 ± 0.65
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L	0.15 ± 0.15	0.20 ± 0.20	0.60 ± 0.60
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L	3.05 ± 0.30	4.15 ± 0.45	4.95 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.4 ± 1.0	12.4 ± 1.0	15.8 ± 1.0
	g/L	84 ± 10	124 ± 10	158 ± 10
	mmol/L	5.2 ± 0.60	7.70 ± 0.60	9.80 ± 0.6
Гематокрит, HCT	%	24.3 ± 7.5	38.2 ± 10.0	47.7 ± 10.0
	L/L	0.24 ± 0.08	0.38 ± 0.10	0.48 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	79.6 ± 12.0	92.0 ± 12.0	96.4 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	27.5 ± 7.0	29.9 ± 7.0	31.9 ± 7.0
	fmol	1.70 ± 0.40	1.90 ± 0.40	2.00 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	34.5 ± 7.0	32.5 ± 7.0	33.0 ± 7.0
	g/L	345 ± 70	325 ± 70	330 ± 70
	mmol/L	21.4 ± 4.3	20.2 ± 4.3	20.5 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	18.2 ± 5.0	14.4 ± 5.0	14.9 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	51.0 ± 10.0	48.8 ± 10.0	52.9 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L	67 ± 35	200 ± 55	505 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	7.4 ± 3.0	6.3 ± 3.0	6.2 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	15.6 ± 3.0	15.9 ± 3.0	15.5 ± 3.0
Тромбокрит, PCT	%	0.05 ± 0.05	0.13 ± 0.08	0.31 ± 0.10

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора
Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Сотрудник ОТК _____ А.С. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMS-600**	Комплект	**4**	Серия	**265431**	Дата выпуска	**30.01.2026**
Условия транспортировки: при 2-8 °C, не замораживать.						Годен до	**30.04.2026**
Условия хранения: при 2-8 °C в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						**Mindray BC-5800**	

Определяемый параметр		Низкая патология	Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L	3.60 ± 1.00	6.30 ± 2.00	15.55 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%	24.4 ± 15.0	49.6 ± 15.0	37.0 ± 15.0
		0.24 ± 0.15	0.50 ± 0.15	0.37 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	64.0 ± 15.0	41.1 ± 15.0	52.0 ± 15.0
		0.64 ± 0.15	0.41 ± 0.15	0.52 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	10.5 ± 9.0	6.2 ± 6.2	10.1 ± 9.0
		0.11 ± 0.09	0.06 ± 0.06	0.10 ± 0.09
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5	5.0 ± 5.0
		0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05
Относ. кол-во базофилов, Bas	%	5.0 ± 5.0	5.0 ± 5.0	5.0 ± 5.0
		0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L	0.90 ± 0.55	3.10 ± 0.95	5.75 ± 2.35
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L	2.30 ± 0.55	2.60 ± 0.95	8.10 ± 2.35
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L	0.40 ± 0.30	0.40 ± 0.40	1.55 ± 1.40
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L	0.15 ± 0.15	0.30 ± 0.30	0.80 ± 0.80
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L	0.20 ± 0.20	0.30 ± 0.30	0.80 ± 0.80
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L	3.25 ± 0.30	4.30 ± 0.45	5.20 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.8 ± 1.0	13.0 ± 1.0	16.3 ± 1.0
	g/L	88 ± 10	130 ± 10	163 ± 10
	mmol/L	5.5 ± 0.60	8.10 ± 0.60	10.10 ± 0.6
Гематокрит, HCT	%	25.7 ± 7.5	38.7 ± 10.0	49.9 ± 10.0
	L/L	0.26 ± 0.08	0.39 ± 0.10	0.50 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	79.0 ± 12.0	90.0 ± 12.0	96.0 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	27.1 ± 7.0	30.2 ± 7.0	31.3 ± 7.0
	fmol	1.70 ± 0.40	1.90 ± 0.40	1.90 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	34.0 ± 7.0	33.5 ± 7.0	32.5 ± 7.0
	g/L	340 ± 70	335 ± 70	325 ± 70
	mmol/L	21.1 ± 4.3	20.8 ± 4.3	20.2 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	13.9 ± 5.0	12.0 ± 5.0	12.0 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	40.0 ± 10.0	41.3 ± 10.0	44.4 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L	80 ± 35	200 ± 55	485 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	5.7 ± 3.0	5.1 ± 3.0	5.1 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	15.8 ± 3.0	15.4 ± 3.0	14.9 ± 3.0
Тромбокрит, PCT	%	0.05 ± 0.05	0.10 ± 0.08	0.25 ± 0.10

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора
Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск

Сотрудник ОБТК _____ Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMS-600**	Комплект	**4**	Серия	**265431**	Дата выпуска	**30.01.2026**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**30.04.2026**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							

Аттестованные значения для гематологического анализатора:		**Mindray BC-6800/BC-6800 Plus**		
Определяемый параметр		Низкая патология	Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L	3.35 ± 1.00	5.70 ± 2.00	15.15 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%	26.1 ± 15.0	48.8 ± 15.0	39.8 ± 15.0
		0.26 ± 0.15	0.49 ± 0.15	0.40 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	63.2 ± 15.0	40.3 ± 15.0	49.8 ± 15.0
		0.63 ± 0.15	0.40 ± 0.15	0.50 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	8.5 ± 8.5	5.5 ± 5.5	6.8 ± 6.8
		0.09 ± 0.09	0.06 ± 0.06	0.07 ± 0.07
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%	3.5 ± 3.5	4.0 ± 4.0	3.5 ± 3.5
		0.04 ± 0.04	0.04 ± 0.04	0.04 ± 0.04
Относ. кол-во базофилов, Bas	%	3.5 ± 3.5	3.5 ± 3.5	3.5 ± 3.5
		0.04 ± 0.04	0.04 ± 0.04	0.04 ± 0.04
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L	0.85 ± 0.50	2.80 ± 0.85	6.05 ± 2.25
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L	2.10 ± 0.50	2.30 ± 0.85	7.55 ± 2.25
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L	0.30 ± 0.30	0.30 ± 0.30	1.05 ± 1.05
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L	0.10 ± 0.10	0.25 ± 0.25	0.55 ± 0.55
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L	0.10 ± 0.10	0.20 ± 0.20	0.55 ± 0.55
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L	3.20 ± 0.30	4.35 ± 0.45	5.20 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.7 ± 1.0	13.1 ± 1.0	16.0 ± 1.0
	g/L	87 ± 10	131 ± 10	160 ± 10
	mmol/L	5.4 ± 0.60	8.10 ± 0.60	9.90 ± 0.6
Гематокрит, HCT	%	25.0 ± 7.5	41.3 ± 10.0	49.9 ± 10.0
	L/L	0.3 ± 0.1	0.4 ± 0.1	0.5 ± 0.1
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	78.0 ± 12.0	95.0 ± 12.0	96.0 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	27.2 ± 7.0	30.1 ± 7.0	30.8 ± 7.0
	fmol	1.70 ± 0.40	1.90 ± 0.40	1.90 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	35.0 ± 7.0	31.5 ± 7.0	32.0 ± 7.0
	g/L	350 ± 70	315 ± 70	320 ± 70
	mmol/L	21.7 ± 4.3	19.6 ± 4.3	19.9 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	15.8 ± 5.0	13.5 ± 5.0	14.6 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	45.0 ± 10.0	46.9 ± 10.0	51.3 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L	59 ± 35	135 ± 55	380 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	7.1 ± 3.0	6.4 ± 3.0	6.1 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	15.6 ± 3.0	15.8 ± 3.0	15.1 ± 3.0
Тромбокрит, PCT	%	0.04 ± 0.04	0.09 ± 0.08	0.23 ± 0.10

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!				
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	*10^9/L*	*5.40 ± 4.32*	*8.90 ± 7.12*	*17.20 ± 13.76*
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	*%*	*9.20 ± 7.36*	*6.60 ± 5.28*	*4.50 ± 3.60*
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*10^9/L*	*н/д*	*н/д*	*н/д*
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*%*	*н/д*	*н/д*	*н/д*
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%	*%%*	*н/д*	*н/д*	*н/д*
Абс. кол-во ретикулоцитов, RET#	*10^{12}/L*	*н/д*	*н/д*	*н/д*
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF	*%*	*н/д*	*н/д*	*н/д*
Фракция ретикулоцитов низкой флуоресценции, LFR	*%*	*н/д*	*н/д*	*н/д*
Фракция ретикулоцитов средней флуоресценции, MFR	*%*	*н/д*	*н/д*	*н/д*
Фракция ретикулоцитов высокой флуоресценции, HFR	*%*	*н/д*	*н/д*	*н/д*
Эквивалент содержания гемоглобина в ретикулоцитах, RET-He	*pg*	*н/д*	*н/д*	*н/д*

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Сотрудник ОБТК _____ Т.А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMS-600**	Комплект	**4**	Серия	**265431**	Дата выпуска	**30.01.2026**
Условия транспортировки: при 2-8 °C, не замораживать.						Годен до	**30.04.2026**
Условия хранения: при 2-8 °C в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							

Аттестованные значения для гематологического анализатора:		**Mindray BC-6000/BC-6200**		
Определяемый параметр		Низкая патология	Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L	3.40 ± 1.00	5.95 ± 2.00	14.55 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%	29.4 ± 15.0	51.8 ± 15.0	43.3 ± 15.0
		0.29 ± 0.15	0.52 ± 0.15	0.43 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	49.7 ± 15.0	33.6 ± 15.0	42.5 ± 15.0
		0.50 ± 0.15	0.34 ± 0.15	0.43 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	19.4 ± 9.0	10.0 ± 9.0	12.1 ± 9.0
		0.19 ± 0.09	0.10 ± 0.09	0.12 ± 0.09
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%	2.5 ± 2.5	4.5 ± 4.5	2.5 ± 2.5
		0.03 ± 0.03	0.05 ± 0.05	0.03 ± 0.03
Относ. кол-во базофилов, Bas	%	1.5 ± 1.5	1.5 ± 1.5	1.5 ± 1.5
		0.02 ± 0.02	0.02 ± 0.02	0.02 ± 0.02
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L	1.00 ± 0.50	3.10 ± 0.90	6.30 ± 2.20
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L	1.70 ± 0.50	2.00 ± 0.90	6.20 ± 2.20
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L	0.65 ± 0.30	0.60 ± 0.55	1.75 ± 1.30
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L	0.10 ± 0.10	0.25 ± 0.25	0.35 ± 0.35
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L	0.05 ± 0.05	0.10 ± 0.10	0.20 ± 0.20
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L	3.10 ± 0.30	4.25 ± 0.45	5.05 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.50 ± 1.0	12.9 ± 1.0	15.7 ± 1.0
	g/L	85 ± 10	129 ± 10	157 ± 10
	mmol/L	5.3 ± 0.6	8.0 ± 0.6	9.7 ± 0.6
Гематокрит, HCT	%	26.0 ± 7.5	40.8 ± 10.0	51.5 ± 10.0
	L/L	0.26 ± 0.08	0.41 ± 0.10	0.52 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	84.0 ± 12.0	96.0 ± 12.0	102.0 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	27.4 ± 7.0	30.4 ± 7.0	31.1 ± 7.0
	fmol	1.70 ± 0.40	1.90 ± 0.40	1.90 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	32.5 ± 7.0	31.5 ± 7.0	30.5 ± 7.0
	g/L	325 ± 70	315 ± 70	305 ± 70
	mmol/L	20.2 ± 4.3	19.6 ± 4.3	18.9 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	16.0 ± 5.0	13.8 ± 5.0	14.0 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	45.4 ± 10.0	46.8 ± 10.0	50.4 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L	68 ± 35	170 ± 55	425 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	7.9 ± 3.0	6.3 ± 3.0	6.2 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	16.2 ± 3.0	15.8 ± 3.0	15.4 ± 3.0
Тромбокрит, PCT	%	0.05 ± 0.05	0.11 ± 0.08	0.26 ± 0.10

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!				
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	*10^9/L*	*9.00 ± 7.20*	*11.60 ± 9.28*	*20.40 ± 16.32*
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	*%*	*13.40 ± 10.72*	*6.80 ± 5.44*	*4.80 ± 3.84*
Абс. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*10^9/L*	*0.10 ± 0.10*	*0.10 ± 0.10*	*0.60 ± 0.60*
Относ. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*%*	*3.08 ± 3.08*	*1.50 ± 1.50*	*4.20 ± 4.20*
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*10^9/L*	*0.10 ± 0.10*	*0.10 ± 0.10*	*0.05 ± 0.05*
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*/100WBC*	*0.92 ± 0.92*	*0.57 ± 0.57*	*0.13 ± 0.13*
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET#	*10^{12}/L*	*0.0113 ± 0.0113*	*0.0162 ± 0.0162*	*0.0405 ± 0.0405*
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%	*%*	*0.35 ± 0.07*	*0.40 ± 0.08*	*0.80 ± 0.16*
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF	*%*	*20.0 ± 20.0*	*20.0 ± 20.0*	*20.0 ± 20.0*
Фракция ретикулоцитов низкой флуоресценции, LFR	*%*	*93.1 ± 93.1*	*92.6 ± 92.6*	*92.3 ± 92.3*
Фракция ретикулоцитов средней флуоресценции, MFR	*%*	*20.0 ± 5.0*	*20.0 ± 5.0*	*20.0 ± 5.0*
Фракция ретикулоцитов высокой флуоресценции, HFR	*%*	*20.0 ± 16.0*	*20.0 ± 16.0*	*20.0 ± 16.0*
Эквивалент содержания гемоглобина в ретикулоцитах, RET-He	*%*	*25.0 ± 5.0*	*25.9 ± 5.0*	*17.4 ± 5.0*

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср}$ ± N, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Сотрудник ОТК _____ А.А. Старостенко

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMS-600**	Комплект	**4**	Серия	**265431**	Дата выпуска	**30.01.2026**
Условия транспортировки: при 2-8 °C, не замораживать.						Годен до	**30.04.2026**
Условия хранения: при 2-8 °C в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							

Аттестованные значения для гематологического анализатора:		**Mindray BC-720 / BC-780**		
Определяемый параметр		Низкая патология	Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L	3.55 ± 1.00	6.30 ± 2.00	16.55 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%	26.70 ± 15.00	50.10 ± 15.00	41.40 ± 15.00
		0.27 ± 0.15	0.50 ± 0.15	0.41 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	63.20 ± 15.00	40.10 ± 15.00	48.90 ± 15.00
		0.63 ± 0.15	0.40 ± 0.15	0.49 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	8.50 ± 8.50	5.50 ± 5.50	6.60 ± 6.60
		0.09 ± 0.09	0.06 ± 0.06	0.07 ± 0.07
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%	2.50 ± 2.50	3.45 ± 3.45	2.76 ± 2.76
		0.03 ± 0.03	0.04 ± 0.04	0.03 ± 0.03
Относ. кол-во базофилов, Bas	%	1.50 ± 1.50	1.50 ± 1.50	1.50 ± 1.50
		0.02 ± 0.02	0.02 ± 0.02	0.02 ± 0.02
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L	0.95 ± 0.55	3.15 ± 0.95	6.85 ± 2.50
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L	2.25 ± 0.55	2.55 ± 0.95	8.10 ± 2.50
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L	0.30 ± 0.30	0.35 ± 0.35	1.10 ± 1.10
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L	0.10 ± 0.10	0.20 ± 0.20	0.45 ± 0.45
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L	0.05 ± 0.05	0.10 ± 0.10	0.25 ± 0.25
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L	3.15 ± 0.30	4.40 ± 0.45	5.30 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.50 ± 1.00	12.80 ± 1.00	16.40 ± 1.00
	g/L	85.00 ± 10.00	128.00 ± 10.00	164.00 ± 10.00
	mmol/L	5.30 ± 0.60	7.90 ± 0.60	10.20 ± 0.60
Гематокрит, HCT	%	24.90 ± 7.50	42.20 ± 10.00	54.10 ± 10.00
	L/L	0.25 ± 0.08	0.42 ± 0.10	0.54 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	79.00 ± 12.00	96.00 ± 12.00	102.00 ± 12.00
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	27.00 ± 7.00	29.10 ± 7.00	30.90 ± 7.00
	fmol	1.70 ± 0.40	1.80 ± 0.40	1.90 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	34.00 ± 7.00	30.50 ± 7.00	30.50 ± 7.00
	g/L	340.00 ± 70.00	305.00 ± 70.00	305.00 ± 70.00
	mmol/L	21.10 ± 4.30	18.90 ± 4.30	18.90 ± 4.30
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	16.80 ± 5.00	13.80 ± 5.00	14.00 ± 5.00
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	47.40 ± 10.00	47.80 ± 10.00	51.00 ± 10.00
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L	61.00 ± 35.00	150.00 ± 55.00	400.00 ± 125.00
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	7.10 ± 3.00	6.30 ± 3.00	6.00 ± 3.00
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	16.00 ± 3.00	16.20 ± 3.00	15.40 ± 3.00
Тромбокрит, PCT	%	0.04 ± 0.04	0.09 ± 0.08	0.24 ± 0.10

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!				
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	*10^9/L*	*6.00 ± 4.80*	*10.20 ± 8.16*	*19.80 ± 15.84*
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	*%*	*10.00 ± 8.00*	*6.80 ± 5.44*	*5.00 ± 4.00*
Абс. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*10^9/L*	*0.25 ± 0.25*	*0.10 ± 0.10*	*2.10 ± 2.10*
Относ. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*%*	*6.60 ± 6.60*	*1.50 ± 1.50*	*12.63 ± 12.63*
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*10^9/L*	*0.05 ± 0.05*	*0.20 ± 0.20*	*0.25 ± 0.25*
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*/100WBC*	*0.73 ± 0.73*	*2.06 ± 2.06*	*1.25 ± 1.25*
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET#	*10^{12}/L*	*0.01 ± 0.01*	*0.02 ± 0.02*	*0.03 ± 0.03*
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%	*%*	*0.45 ± 0.09*	*0.40 ± 0.08*	*0.60 ± 0.12*
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF	*%*	*20.00 ± 20.00*	*20.00 ± 20.00*	*20.00 ± 20.00*
Фракция ретикулоцитов с низкой флуоресценции, LFR	*%*	*93.30 ± 93.30*	*92.80 ± 92.80*	*93.40 ± 93.40*
Фракция ретикулоцитов с средней флуоресценции, MFR	*%*	*20.00 ± 5.00*	*20.00 ± 5.00*	*20.00 ± 5.00*
Фракция ретикулоцитов с высокой флуоресценции, HFR	*%*	*20.00 ± 16.00*	*20.00 ± 16.00*	*20.00 ± 16.00*
Эквивалентное содержания гемоглобина в ретикулоцитах, RET-He	*%*	*27.90 ± 5.00*	*29.00 ± 5.00*	*29.70 ± 5.00*
Скорость оседания эритроцитов, ESR	*mm/h*	*18.80 ± 2.00*	*15.85 ± 2.00*	*11.28 ± 2.00*

*Аттестованные значения приведены в виде Хср ± N, где Хср – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения.

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Сотрудник ОБТК _____ А. Старостенко

Электронную версию данного документа вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMS-600**	Комплект	**4**	Серия	**265431**	Дата выпуска	**30.01.2026**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**30.04.2026**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							

Аттестованные значения для гематологического анализатора:		**Mindray BC-700 / BC-760**		
Определяемый параметр		Низкая патология	Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L	3.55 ± 1.00	6.30 ± 2.00	16.55 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%	26.70 ± 15.00	50.10 ± 15.00	41.40 ± 15.00
		0.27 ± 0.15	0.50 ± 0.15	0.41 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	63.20 ± 15.00	40.10 ± 15.00	48.90 ± 15.00
		0.63 ± 0.15	0.40 ± 0.15	0.49 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	8.50 ± 8.50	5.50 ± 5.50	6.60 ± 6.60
		0.09 ± 0.09	0.06 ± 0.06	0.07 ± 0.07
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%	2.50 ± 2.50	3.45 ± 3.45	2.76 ± 2.76
		0.03 ± 0.03	0.04 ± 0.04	0.03 ± 0.03
Относ. кол-во базофилов, Bas	%	1.50 ± 1.50	1.50 ± 1.50	1.50 ± 1.50
		0.02 ± 0.02	0.02 ± 0.02	0.02 ± 0.02
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L	0.95 ± 0.55	3.15 ± 0.95	6.85 ± 2.50
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L	2.25 ± 0.55	2.55 ± 0.95	8.10 ± 2.50
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L	0.30 ± 0.30	0.35 ± 0.35	1.10 ± 1.10
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L	0.10 ± 0.10	0.20 ± 0.20	0.45 ± 0.45
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L	0.05 ± 0.05	0.10 ± 0.10	0.25 ± 0.25
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L	3.15 ± 0.30	4.40 ± 0.45	5.30 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.50 ± 1.00	12.80 ± 1.00	16.40 ± 1.00
	g/L	85.00 ± 10.00	128.00 ± 10.00	164.00 ± 10.00
	mmol/L	5.30 ± 0.60	7.90 ± 0.60	10.20 ± 0.60
Гематокрит, HCT	%	24.90 ± 7.50	42.20 ± 10.00	54.10 ± 10.00
	L/L	0.25 ± 0.08	0.42 ± 0.10	0.54 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	79.00 ± 12.00	96.00 ± 12.00	102.00 ± 12.00
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	27.00 ± 7.00	29.10 ± 7.00	30.90 ± 7.00
	fmol	1.70 ± 0.40	1.80 ± 0.40	1.90 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	34.00 ± 7.00	30.50 ± 7.00	30.50 ± 7.00
	g/L	340.00 ± 70.00	305.00 ± 70.00	305.00 ± 70.00
	mmol/L	21.10 ± 4.30	18.90 ± 4.30	18.90 ± 4.30
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	16.80 ± 5.00	13.80 ± 5.00	14.00 ± 5.00
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	47.40 ± 10.00	47.80 ± 10.00	51.00 ± 10.00
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L	61.00 ± 35.00	150.00 ± 55.00	400.00 ± 125.00
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	7.10 ± 3.00	6.30 ± 3.00	6.00 ± 3.00
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	16.00 ± 3.00	16.20 ± 3.00	15.40 ± 3.00
Тромбокрит, PCT	%	0.04 ± 0.04	0.09 ± 0.08	0.24 ± 0.10

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!				
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	*10^9/L*	*6.00 ± 4.80*	*10.20 ± 8.16*	*19.80 ± 15.84*
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	*%*	*10.00 ± 8.00*	*6.80 ± 5.44*	*5.00 ± 4.00*
Абс. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*10^9/L*	*0.25 ± 0.25*	*0.10 ± 0.10*	*2.10 ± 2.10*
Относ. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*%*	*6.60 ± 6.60*	*1.50 ± 1.50*	*12.63 ± 12.63*
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*10^9/L*	*0.05 ± 0.05*	*0.20 ± 0.20*	*0.25 ± 0.25*
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*/100WBC*	*0.73 ± 0.73*	*2.06 ± 2.06*	*1.25 ± 1.25*
Скорость оседания эритроцитов, ESR	*mm/h*	*18.80 ± 2.00*	*15.85 ± 2.00*	*11.28 ± 2.00*

*Аттестованные значения приведены в виде Хср ± N, где Хср – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Сотрудник ОБТК _____ А.А.Старостенко

Электронную версию данного паспорта Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMS-600**	Комплект	**4**	Серия	**265431**	Дата выпуска	**30.01.2026**
Условия транспортировки: при 2-8 °C, не замораживать.						Годен до	**30.04.2026**
Условия хранения: при 2-8 °C в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:					**Quintus/Diatron Abacus 5/Human HumaCount 5L**		

Определяемый параметр		Низкая патология	Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L	3.65 ± 1.00	6.80 ± 2.00	15.50 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%	17.9 ± 15.0	39.4 ± 15.0	39.4 ± 15.0
		0.18 ± 0.15	0.39 ± 0.15	0.39 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	77.9 ± 15.0	48.3 ± 15.0	52.7 ± 15.0
		0.78 ± 0.15	0.48 ± 0.15	0.53 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	4.5 ± 4.5	11.4 ± 9.0	7.0 ± 7.0
		0.05 ± 0.05	0.11 ± 0.09	0.07 ± 0.07
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5
		0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05
Относ. кол-во базофилов, Bas	%	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5
		0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L	0.65 ± 0.55	2.70 ± 1.00	6.10 ± 2.35
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L	2.85 ± 0.55	3.30 ± 1.00	8.15 ± 2.35
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L	0.15 ± 0.15	0.80 ± 0.60	1.10 ± 1.10
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L	0.15 ± 0.15	0.30 ± 0.30	0.70 ± 0.70
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L	0.15 ± 0.15	0.30 ± 0.30	0.70 ± 0.70
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L	3.20 ± 0.30	4.35 ± 0.45	5.10 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.9 ± 1.0	13.1 ± 1.0	15.9 ± 1.0
	g/L	89 ± 10	131 ± 10	159 ± 10
	mmol/L	5.5 ± 0.60	8.10 ± 0.60	9.90 ± 0.6
Гематокрит, HCT	%	26.5 ± 7.5	41.1 ± 10.0	51.7 ± 10.0
	L/L	0.27 ± 0.08	0.41 ± 0.10	0.52 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	82.8 ± 12.0	94.4 ± 12.0	101.4 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	27.8 ± 7.0	30.1 ± 7.0	31.2 ± 7.0
	fmol	1.70 ± 0.40	1.90 ± 0.40	1.90 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	33.5 ± 7.0	32.0 ± 7.0	31.0 ± 7.0
	g/L	335 ± 70	320 ± 70	310 ± 70
	mmol/L	20.8 ± 4.3	19.9 ± 4.3	19.3 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	15.6 ± 5.0	13.7 ± 5.0	13.9 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	40.0 ± 10.0	43.4 ± 10.0	49.8 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L	45 ± 35	155 ± 55	385 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	10.0 ± 3.0	10.0 ± 3.0	10.0 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	18.4 ± 3.0	14.5 ± 3.0	14.1 ± 3.0
Тромбокрит, PCT	%	0.05 ± 0.05	0.16 ± 0.16	0.39 ± 0.39

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Электронную версию данного документа вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Сотрудник ОБТК _____ А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия Новосибирск