Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

ПАСПОРТ № 265458

На набор реагентов **«Гематрол 5D»**
для контроля качества проведения общего анализа крови по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMS-600**	Комплект **4**	Номер серии:	**265458**	Кол-во наборов:	**41**
ТУ 21.20.23-001-52857075-2016			Дата выпуска:	**20.02.2026**	Срок годности:	**20.05.2026**

Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать

Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.

Наименование показателя	Номер серии	Дата изготовления	Срок годности	Характеристика и нормы	Кол-во в наборе	Результат контроля
Внешний вид						
Правильность маркировки упаковки набора реагентов и компонентов набора						соответствует
«Гематрол 5D - Низкий»	265458l	02.2026	05.2026	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,0 мл	соответствует
«Гематрол 5D – Норма»	265458n	02.2026	05.2026	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,0 мл	соответствует
«Гематрол 5D - Высокий»	265458h	02.2026	05.2026	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,0 мл	соответствует

Показатели правильности определения

Определяемые параметры	**«Гематрол 5D - Низкий»**		**«Гематрол 5D - Норма»**		**«Гематрол 5D - Высокий»**	
	Должен содержать	Результат	Должен содержать	Результат	Должен содержать	Результат
Абс. кол-во лейкоцитов, WBC [10^9/л]	2,0 - 4,0	3.18	4,0 - 10,0	7.03	12,0 - 20,0	15.65
Абс. кол-во эритроцитов, RBC [10^{12}/л]	2,50 - 3,50	3.01	3,50 - 5,50	3.89	4,50 - 6,00	5.05
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT [10^9/л]	40 - 100	85	100 - 300	193	300 - 600	467

Заключение: серия соответствует требованиям ТУ 21.20.23-001-52857075-2016.
Начальник ОБТК А.А. Старостенко
Дата выдачи паспорта 20.02.2026

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMS-600**	Комплект	**4**	Серия	**265458**	Дата выпуска	**20.02.2026**
Условия транспортировки: при 2-8 °C, не замораживать.						Годен до	**20.05.2026**
Условия хранения: при 2-8 °C в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:				**Mindray BC-5300 / BC-5380**			
Определяемый параметр				Низкая патология		Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC			10^9/L	3.20 ± 1.00		7.05 ± 2.00	15.65 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu			%	53.4 ± 15.0		58.2 ± 15.0	50.8 ± 15.0
				0.53 ± 0.15		0.58 ± 0.15	0.51 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym			%	40.8 ± 15.0		33.9 ± 15.0	27.2 ± 15.0
				0.41 ± 0.15		0.34 ± 0.15	0.27 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon			%	4.5 ± 4.5		7.6 ± 7.6	21.4 ± 9.0
				0.05 ± 0.05		0.08 ± 0.08	0.21 ± 0.09
Относ. кол-во эозинофилов, Eos			%	4.5 ± 4.5		4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5
				0.05 ± 0.05		0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05
Относ. кол-во базофилов, Bas			%	55.7 ± 9.0		62.4 ± 9.0	61.9 ± 9.0
				0.56 ± 0.09		0.62 ± 0.09	0.62 ± 0.09
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu			10^9/L	1.70 ± 0.50		4.10 ± 1.05	7.95 ± 2.35
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym			10^9/L	1.30 ± 0.50		2.40 ± 1.05	4.25 ± 2.35
Абс. кол-во моноцитов, Mon			10^9/L	0.15 ± 0.15		0.55 ± 0.55	3.35 ± 1.40
Абс. кол-во эозинофилов, Eos			10^9/L	0.15 ± 0.15		0.30 ± 0.30	0.70 ± 0.70
Абс. кол-во базофилов, Bas			10^9/L	1.80 ± 0.30		4.40 ± 0.65	9.70 ± 1.40
Абс. кол-во эритроцитов, RBC			10^{12}/L	3.00 ± 0.30		3.90 ± 0.45	5.05 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB			g/dL	8.7 ± 1.0		11.8 ± 1.0	16.5 ± 1.0
			g/L	87 ± 10		118 ± 10	165 ± 10
			mmol/L	5.4 ± 0.6		7.3 ± 0.6	10.2 ± 0.6
Гематокрит, HCT			%	24.7 ± 7.5		33.2 ± 10.0	48.7 ± 10.0
			L/L	0.25 ± 0.08		0.33 ± 0.10	0.49 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV			fL	82.2 ± 12.0		85.2 ± 12.0	96.4 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH			pg	29.0 ± 7.0		30.3 ± 7.0	32.7 ± 7.0
			fmol	1.8 ± 0.4		1.9 ± 0.4	2.0 ± 0.4
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC			g/dL	35.0 ± 7.0		35.5 ± 7.0	34.0 ± 7.0
			g/L	350 ± 70		355 ± 70	340 ± 70
			mmol/L	21.7 ± 4.3		22 ± 4.3	21.1 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV			%	13.4 ± 5.0		13.6 ± 5.0	13.1 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD			fL	46.3 ± 10.0		48.6 ± 10.0	52.9 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT			10^9/L	85 ± 35		195 ± 55	465 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV			fL	5.4 ± 3.0		5.6 ± 3.0	6.2 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW			fL	15.6 ± 3.0		15.4 ± 3.0	15.8 ± 3.0
Тромбокрит, PCT			%	0.050 ± 0.050		0.110 ± 0.080	0.290 ± 0.100

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора
Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск

Сотрудник ОБТК _____ А. А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMS-600**	Комплект	**4**	Серия	**265458**	Дата выпуска	**20.02.2026**
Условия транспортировки: при 2-8 °C, не замораживать.						Годен до	**20.05.2026**
Условия хранения: при 2-8 °C в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							

Аттестованные значения для гематологического анализатора:		**Mindray BC-5150**		
Определяемый параметр		Низкая патология	Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L	3.00 ± 1.00	6.35 ± 2.00	13.20 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%	21.2 ± 15.0	48.9 ± 15.0	44.1 ± 15.0
		0.21 ± 0.15	0.49 ± 0.15	0.44 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	57.0 ± 15.0	33.6 ± 15.0	31.7 ± 15.0
		0.57 ± 0.15	0.34 ± 0.15	0.32 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	21.0 ± 9.0	17.5 ± 9.0	24.0 ± 9.0
		0.21 ± 0.09	0.17 ± 0.09	0.24 ± 0.09
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5
		0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05
Относ. кол-во базофилов, Bas	%	4.0 ± 4.0	4.0 ± 4.0	4.0 ± 4.0
		0.04 ± 0.04	0.04 ± 0.04	0.04 ± 0.04
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L	0.65 ± 0.45	3.10 ± 0.95	5.80 ± 2.00
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L	1.70 ± 0.45	2.15 ± 0.95	4.20 ± 2.00
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L	0.65 ± 0.25	1.10 ± 0.55	3.15 ± 1.20
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L	0.15 ± 0.15	0.30 ± 0.30	0.60 ± 0.60
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L	0.10 ± 0.10	0.25 ± 0.25	0.55 ± 0.55
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L	3.00 ± 0.30	3.80 ± 0.45	5.00 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.5 ± 1.0	11.4 ± 1.0	16.0 ± 1.0
	g/L	85 ± 10	114 ± 10	160 ± 10
	mmol/L	5.3 ± 0.60	7.10 ± 0.60	9.90 ± 0.6
Гематокрит, HCT	%	25.6 ± 7.5	34.0 ± 10.0	48.9 ± 10.0
	L/L	0.26 ± 0.08	0.34 ± 0.10	0.49 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	85.3 ± 12.0	89.6 ± 12.0	97.7 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	28.3 ± 7.0	30.0 ± 7.0	32.0 ± 7.0
	fmol	1.80 ± 0.40	1.90 ± 0.40	2.00 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	33.0 ± 7.0	33.5 ± 7.0	32.5 ± 7.0
	g/L	330 ± 70	335 ± 70	325 ± 70
	mmol/L	20.5 ± 4.3	20.8 ± 4.3	20.2 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	16.4 ± 5.0	16.0 ± 5.0	15.1 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	50.6 ± 10.0	52.2 ± 10.0	53.9 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L	82 ± 35	195 ± 55	500 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	6.3 ± 3.0	6.2 ± 3.0	6.8 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	15.7 ± 3.0	15.4 ± 3.0	16.0 ± 3.0
Тромбокрит, PCT	%	0.05 ± 0.05	0.12 ± 0.08	0.34 ± 0.10

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора
Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Сотрудник ОТК _____ А.С. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMS-600**	Комплект	**4**	Серия	**265458**	Дата выпуска	**20.02.2026**
Условия транспортировки: при 2-8 °C, не замораживать.						Годен до	**20.05.2026**
Условия хранения: при 2-8 °C в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						**Mindray BC-5800**	

Определяемый параметр		Низкая патология	Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L	3.45 ± 1.00	7.20 ± 2.00	15.00 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%	38.9 ± 15.0	53.9 ± 15.0	45.8 ± 15.0
		0.39 ± 0.15	0.54 ± 0.15	0.46 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	53.5 ± 15.0	35.2 ± 15.0	32.1 ± 15.0
		0.54 ± 0.15	0.35 ± 0.15	0.32 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	6.1 ± 6.1	8.8 ± 8.8	20.3 ± 9.0
		0.06 ± 0.06	0.09 ± 0.09	0.20 ± 0.09
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5	5.0 ± 5.0
		0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05
Относ. кол-во базофилов, Bas	%	5.0 ± 5.0	5.0 ± 5.0	5.0 ± 5.0
		0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L	1.35 ± 0.50	3.90 ± 1.10	6.85 ± 2.25
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L	1.85 ± 0.50	2.55 ± 1.10	4.80 ± 2.25
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L	0.20 ± 0.20	0.65 ± 0.65	3.05 ± 1.35
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L	0.15 ± 0.15	0.30 ± 0.30	0.75 ± 0.75
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L	0.15 ± 0.15	0.35 ± 0.35	0.75 ± 0.75
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L	3.15 ± 0.30	4.10 ± 0.45	5.20 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	9.2 ± 1.0	12.4 ± 1.0	16.7 ± 1.0
	g/L	92 ± 10	124 ± 10	167 ± 10
	mmol/L	5.7 ± 0.60	7.70 ± 0.60	10.40 ± 0.6
Гематокрит, HCT	%	25.5 ± 7.5	35.7 ± 10.0	50.4 ± 10.0
	L/L	0.26 ± 0.08	0.36 ± 0.10	0.50 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	81.0 ± 12.0	87.0 ± 12.0	97.0 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	29.2 ± 7.0	30.2 ± 7.0	32.1 ± 7.0
	fmol	1.80 ± 0.40	1.90 ± 0.40	2.00 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	36.0 ± 7.0	34.5 ± 7.0	33.0 ± 7.0
	g/L	360 ± 70	345 ± 70	330 ± 70
	mmol/L	22.4 ± 4.3	21.4 ± 4.3	20.5 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	12.6 ± 5.0	12.9 ± 5.0	12.2 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	39.3 ± 10.0	42.9 ± 10.0	45.6 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L	90 ± 35	200 ± 55	490 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	5.1 ± 3.0	5.2 ± 3.0	5.7 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	15.8 ± 3.0	15.4 ± 3.0	15.5 ± 3.0
Тромбокрит, PCT	%	0.05 ± 0.05	0.10 ± 0.08	0.28 ± 0.10

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора
Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск

Сотрудник ОБТК _____ Л.А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMS-600**	Комплект	**4**	Серия	**265458**	Дата выпуска	**20.02.2026**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**20.05.2026**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							

Аттестованные значения для гематологического анализатора:		**Mindray BC-6800/BC-6800 Plus**		
Определяемый параметр		Низкая патология	Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L	3.15 ± 1.00	6.65 ± 2.00	13.60 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%	53.8 ± 15.0	44.2 ± 15.0	59.8 ± 15.0
		0.54 ± 0.15	0.44 ± 0.15	0.60 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	39.1 ± 15.0	39.1 ± 15.0	33.6 ± 15.0
		0.39 ± 0.15	0.39 ± 0.15	0.34 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	5.4 ± 5.4	5.5 ± 5.5	4.5 ± 4.5
		0.05 ± 0.05	0.06 ± 0.06	0.05 ± 0.05
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%	3.5 ± 3.5	9.8 ± 9.0	3.5 ± 3.5
		0.04 ± 0.04	0.10 ± 0.09	0.04 ± 0.04
Относ. кол-во базофилов, Bas	%	3.5 ± 3.5	3.5 ± 3.5	3.5 ± 3.5
		0.04 ± 0.04	0.04 ± 0.04	0.04 ± 0.04
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L	1.70 ± 0.45	2.95 ± 1.00	8.15 ± 2.05
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L	1.25 ± 0.45	2.60 ± 1.00	4.55 ± 2.05
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L	0.15 ± 0.15	0.35 ± 0.35	0.60 ± 0.60
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L	0.10 ± 0.10	0.65 ± 0.60	0.50 ± 0.50
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L	0.10 ± 0.10	0.25 ± 0.25	0.50 ± 0.50
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L	3.20 ± 0.30	4.10 ± 0.45	5.25 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	9.0 ± 1.0	12.1 ± 1.0	16.4 ± 1.0
	g/L	90 ± 10	121 ± 10	164 ± 10
	mmol/L	5.6 ± 0.60	7.50 ± 0.60	10.20 ± 0.6
Гематокрит, HCT	%	28.2 ± 7.5	38.1 ± 10.0	53.0 ± 10.0
	L/L	0.3 ± 0.1	0.4 ± 0.1	0.5 ± 0.1
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	88.0 ± 12.0	93.0 ± 12.0	101.0 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	28.1 ± 7.0	29.5 ± 7.0	31.2 ± 7.0
	fmol	1.70 ± 0.40	1.80 ± 0.40	1.90 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	32.0 ± 7.0	32.0 ± 7.0	31.0 ± 7.0
	g/L	320 ± 70	320 ± 70	310 ± 70
	mmol/L	19.9 ± 4.3	19.9 ± 4.3	19.3 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	13.8 ± 5.0	13.9 ± 5.0	14.1 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	44.5 ± 10.0	47.1 ± 10.0	51.9 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L	56 ± 35	145 ± 55	380 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	6.0 ± 3.0	6.2 ± 3.0	7.0 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	15.3 ± 3.0	15.3 ± 3.0	15.8 ± 3.0
Тромбокрит, PCT	%	0.03 ± 0.03	0.09 ± 0.08	0.27 ± 0.10

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!

Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	*10^9/L*	*2.30 ± 1.84*	*7.00 ± 5.60*	*34.60 ± 27.68*
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	*%*	*4.00 ± 3.20*	*4.90 ± 3.92*	*9.10 ± 7.28*
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*10^9/L*	*н/д*	*н/д*	*н/д*
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*%*	*н/д*	*н/д*	*н/д*
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%	*%%*	*н/д*	*н/д*	*н/д*
Абс. кол-во ретикулоцитов, RET#	*10^{12}/L*	*н/д*	*н/д*	*н/д*
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF	*%*	*н/д*	*н/д*	*н/д*
Фракция ретикулоцитов низкой флуоресценции, LFR	*%*	*н/д*	*н/д*	*н/д*
Фракция ретикулоцитов средней флуоресценции, MFR	*%*	*н/д*	*н/д*	*н/д*
Фракция ретикулоцитов высокой флуоресценции, HFR	*%*	*н/д*	*н/д*	*н/д*
Эквивалент содержания гемоглобина в ретикулоцитах, RET-He	*pg*	*н/д*	*н/д*	*н/д*

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Сотрудник ОБТК _____ Т.А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMS-600**	Комплект	**4**	Серия	**265458**	Дата выпуска	**20.02.2026**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**20.05.2026**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							

Аттестованные значения для гематологического анализатора:		**Mindray BC-6000/BC-6200**		
Определяемый параметр		Низкая патология	Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L	3.20 ± 1.00	6.80 ± 2.00	13.90 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%	56.7 ± 15.0	47.6 ± 15.0	61.6 ± 15.0
		0.57 ± 0.15	0.48 ± 0.15	0.62 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	34.2 ± 15.0	31.2 ± 15.0	31.5 ± 15.0
		0.34 ± 0.15	0.31 ± 0.15	0.32 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	8.3 ± 8.3	11.4 ± 9.0	6.2 ± 6.2
		0.08 ± 0.08	0.11 ± 0.09	0.06 ± 0.06
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%	2.5 ± 2.5	9.8 ± 9.0	2.5 ± 2.5
		0.03 ± 0.03	0.10 ± 0.09	0.03 ± 0.03
Относ. кол-во базофилов, Bas	%	1.5 ± 1.5	1.5 ± 1.5	1.5 ± 1.5
		0.02 ± 0.02	0.02 ± 0.02	0.02 ± 0.02
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L	1.80 ± 0.50	3.25 ± 1.00	8.55 ± 2.10
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L	1.10 ± 0.50	2.10 ± 1.00	4.40 ± 2.10
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L	0.25 ± 0.25	0.80 ± 0.60	0.85 ± 0.85
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L	0.10 ± 0.10	0.65 ± 0.60	0.35 ± 0.35
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L	0.05 ± 0.05	0.10 ± 0.10	0.20 ± 0.20
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L	3.05 ± 0.30	3.95 ± 0.45	5.10 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.80 ± 1.0	11.9 ± 1.0	16.3 ± 1.0
	g/L	88 ± 10	119 ± 10	163 ± 10
	mmol/L	5.5 ± 0.6	7.4 ± 0.6	10.1 ± 0.6
Гематокрит, HCT	%	27.5 ± 7.5	37.9 ± 10.0	53.0 ± 10.0
	L/L	0.28 ± 0.08	0.38 ± 0.10	0.53 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	90.0 ± 12.0	96.0 ± 12.0	104.0 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	28.9 ± 7.0	30.1 ± 7.0	32.0 ± 7.0
	fmol	1.80 ± 0.40	1.90 ± 0.40	2.00 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	32.0 ± 7.0	31.5 ± 7.0	31.0 ± 7.0
	g/L	320 ± 70	315 ± 70	310 ± 70
	mmol/L	19.9 ± 4.3	19.6 ± 4.3	19.3 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	14.8 ± 5.0	14.4 ± 5.0	14.0 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	46.2 ± 10.0	48.2 ± 10.0	51.4 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L	73 ± 35	175 ± 55	430 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	6.2 ± 3.0	6.1 ± 3.0	7.0 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	15.8 ± 3.0	15.4 ± 3.0	15.8 ± 3.0
Тромбокрит, PCT	%	0.05 ± 0.05	0.11 ± 0.08	0.30 ± 0.10

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!				
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	*10^9/L*	*4.60 ± 3.68*	*7.60 ± 6.08*	*38.60 ± 30.88*
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	*%*	*6.20 ± 4.96*	*4.40 ± 3.52*	*9.00 ± 7.20*
Абс. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*10^9/L*	*0.30 ± 0.30*	*0.10 ± 0.10*	*1.50 ± 1.50*
Относ. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*%*	*9.84 ± 9.84*	*1.50 ± 1.50*	*10.77 ± 10.77*
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*10^9/L*	*0.05 ± 0.05*	*0.05 ± 0.05*	*0.05 ± 0.05*
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*/100WBC*	*0.82 ± 0.82*	*0.30 ± 0.30*	*0.22 ± 0.22*
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET#	*10^{12}/L*	*0.0103 ± 0.0103*	*0.0176 ± 0.0176*	*0.0365 ± 0.0365*
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%	*%*	*0.35 ± 0.07*	*0.45 ± 0.09*	*0.70 ± 0.14*
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF	*%*	*20.0 ± 20.0*	*20.0 ± 20.0*	*20.0 ± 20.0*
Фракция ретикулоцитов низкой флуоресценции, LFR	*%*	*93.2 ± 93.2*	*93.1 ± 93.1*	*92.4 ± 92.4*
Фракция ретикулоцитов средней флуоресценции, MFR	*%*	*20.0 ± 5.0*	*20.0 ± 5.0*	*20.0 ± 5.0*
Фракция ретикулоцитов высокой флуоресценции, HFR	*%*	*20.0 ± 16.0*	*20.0 ± 16.0*	*20.0 ± 16.0*
Эквивалент содержания гемоглобина в ретикулоцитах, RET-He	*%*	*25.0 ± 5.0*	*25.6 ± 5.0*	*20.8 ± 5.0*

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием данных реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Сотрудник ОТК _____ А.А. Старостенко

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMS-600**	Комплект	**4**	Серия	**265458**	Дата выпуска	**20.02.2026**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**20.05.2026**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							

Аттестованные значения для гематологического анализатора:		**Mindray BC-720 / BC-780**		
Определяемый параметр		Низкая патология	Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L	3.40 ± 1.00	7.20 ± 2.00	14.10 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%	55.30 ± 15.00	46.00 ± 15.00	61.10 ± 15.00
		0.55 ± 0.15	0.46 ± 0.15	0.61 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	39.10 ± 15.00	38.80 ± 15.00	33.40 ± 15.00
		0.39 ± 0.15	0.39 ± 0.15	0.33 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	5.20 ± 5.20	5.30 ± 5.30	4.70 ± 4.70
		0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%	2.50 ± 2.50	8.79 ± 8.79	2.50 ± 2.50
		0.03 ± 0.03	0.09 ± 0.09	0.03 ± 0.03
Относ. кол-во базофилов, Bas	%	1.50 ± 1.50	1.50 ± 1.50	1.50 ± 1.50
		0.02 ± 0.02	0.02 ± 0.02	0.02 ± 0.02
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L	1.90 ± 0.50	3.30 ± 1.10	8.60 ± 2.10
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L	1.35 ± 0.50	2.80 ± 1.10	4.70 ± 2.10
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L	0.20 ± 0.20	0.40 ± 0.40	0.65 ± 0.65
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L	0.10 ± 0.10	0.65 ± 0.65	0.35 ± 0.35
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L	0.05 ± 0.05	0.10 ± 0.10	0.20 ± 0.20
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L	3.10 ± 0.30	4.10 ± 0.45	5.20 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.70 ± 1.00	11.80 ± 1.00	16.00 ± 1.00
	g/L	87.00 ± 10.00	118.00 ± 10.00	160.00 ± 10.00
	mmol/L	5.40 ± 0.60	7.30 ± 0.60	9.90 ± 0.60
Гематокрит, HCT	%	27.30 ± 7.50	38.50 ± 10.00	54.10 ± 10.00
	L/L	0.27 ± 0.08	0.39 ± 0.10	0.54 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	88.00 ± 12.00	94.00 ± 12.00	104.00 ± 12.00
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	28.10 ± 7.00	28.80 ± 7.00	30.80 ± 7.00
	fmol	1.70 ± 0.40	1.80 ± 0.40	1.90 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	32.00 ± 7.00	30.50 ± 7.00	29.50 ± 7.00
	g/L	320.00 ± 70.00	305.00 ± 70.00	295.00 ± 70.00
	mmol/L	19.90 ± 4.30	18.90 ± 4.30	18.30 ± 4.30
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	15.00 ± 5.00	15.00 ± 5.00	14.00 ± 5.00
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	47.40 ± 10.00	50.00 ± 10.00	52.20 ± 10.00
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L	62.00 ± 35.00	155.00 ± 55.00	400.00 ± 125.00
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	6.00 ± 3.00	6.10 ± 3.00	6.90 ± 3.00
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	15.80 ± 3.00	15.60 ± 3.00	16.00 ± 3.00
Тромбокрит, PCT	%	0.04 ± 0.04	0.09 ± 0.08	0.28 ± 0.10

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!

Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	*10^9/L*	*3.40 ± 2.72*	*7.00 ± 5.60*	*36.60 ± 29.28*
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	*%*	*5.40 ± 4.32*	*4.60 ± 3.68*	*9.20 ± 7.36*
Абс. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*10^9/L*	*0.30 ± 0.30*	*0.10 ± 0.10*	*0.60 ± 0.60*
Относ. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*%*	*9.13 ± 9.13*	*1.50 ± 1.50*	*4.35 ± 4.35*
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*10^9/L*	*0.05 ± 0.05*	*0.20 ± 0.20*	*0.10 ± 0.10*
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*/100WBC*	*0.13 ± 0.13*	*2.03 ± 2.03*	*0.33 ± 0.33*
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET#	*10^{12}/L*	*0.01 ± 0.01*	*0.02 ± 0.02*	*0.03 ± 0.03*
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%	*%*	*0.40 ± 0.08*	*0.55 ± 0.11*	*0.60 ± 0.12*
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF	*%*	*20.00 ± 20.00*	*20.00 ± 20.00*	*20.00 ± 20.00*
Фракция ретикулоцитов с низкой флуоресценции, LFR	*%*	*92.80 ± 92.80*	*92.90 ± 92.90*	*93.30 ± 93.30*
Фракция ретикулоцитов с средней флуоресценции, MFR	*%*	*20.00 ± 5.00*	*20.00 ± 5.00*	*20.00 ± 5.00*
Фракция ретикулоцитов с высокой флуоресценции, HFR	*%*	*20.00 ± 16.00*	*20.00 ± 16.00*	*20.00 ± 16.00*
Эквивалент содержания гемоглобина в ретикулоцитах, RET-He	*%*	*28.50 ± 5.00*	*28.70 ± 5.00*	*30.40 ± 5.00*
Скорость оседания эритроцитов, ESR	*mm/h*	*22.90 ± 2.00*	*13.76 ± 2.00*	*11.61 ± 2.00*

*Аттестованные значения приведены в виде Хср ± N, где Хср – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения.

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Сотрудник ОБТК _____ А. Сахаростенко

Электронную версию данного документа вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMS-600**	Комплект	**4**	Серия	**265458**	Дата выпуска	**20.02.2026**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**20.05.2026**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							

Аттестованные значения для гематологического анализатора:		**Mindray BC-700 / BC-760**		
Определяемый параметр		Низкая патология	Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L	3.40 ± 1.00	7.20 ± 2.00	14.10 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%	55.30 ± 15.00	46.00 ± 15.00	61.10 ± 15.00
		0.55 ± 0.15	0.46 ± 0.15	0.61 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	39.10 ± 15.00	38.80 ± 15.00	33.40 ± 15.00
		0.39 ± 0.15	0.39 ± 0.15	0.33 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	5.20 ± 5.20	5.30 ± 5.30	4.70 ± 4.70
		0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%	2.50 ± 2.50	8.79 ± 8.79	2.50 ± 2.50
		0.03 ± 0.03	0.09 ± 0.09	0.03 ± 0.03
Относ. кол-во базофилов, Bas	%	1.50 ± 1.50	1.50 ± 1.50	1.50 ± 1.50
		0.02 ± 0.02	0.02 ± 0.02	0.02 ± 0.02
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L	1.90 ± 0.50	3.30 ± 1.10	8.60 ± 2.10
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L	1.35 ± 0.50	2.80 ± 1.10	4.70 ± 2.10
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L	0.20 ± 0.20	0.40 ± 0.40	0.65 ± 0.65
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L	0.10 ± 0.10	0.65 ± 0.65	0.35 ± 0.35
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L	0.05 ± 0.05	0.10 ± 0.10	0.20 ± 0.20
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L	3.10 ± 0.30	4.10 ± 0.45	5.20 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.70 ± 1.00	11.80 ± 1.00	16.00 ± 1.00
	g/L	87.00 ± 10.00	118.00 ± 10.00	160.00 ± 10.00
	mmol/L	5.40 ± 0.60	7.30 ± 0.60	9.90 ± 0.60
Гематокрит, HCT	%	27.30 ± 7.50	38.50 ± 10.00	54.10 ± 10.00
	L/L	0.27 ± 0.08	0.39 ± 0.10	0.54 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	88.00 ± 12.00	94.00 ± 12.00	104.00 ± 12.00
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	28.10 ± 7.00	28.80 ± 7.00	30.80 ± 7.00
	fmol	1.70 ± 0.40	1.80 ± 0.40	1.90 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	32.00 ± 7.00	30.50 ± 7.00	29.50 ± 7.00
	g/L	320.00 ± 70.00	305.00 ± 70.00	295.00 ± 70.00
	mmol/L	19.90 ± 4.30	18.90 ± 4.30	18.30 ± 4.30
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	15.00 ± 5.00	15.00 ± 5.00	14.00 ± 5.00
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	47.40 ± 10.00	50.00 ± 10.00	52.20 ± 10.00
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L	62.00 ± 35.00	155.00 ± 55.00	400.00 ± 125.00
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	6.00 ± 3.00	6.10 ± 3.00	6.90 ± 3.00
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	15.80 ± 3.00	15.60 ± 3.00	16.00 ± 3.00
Тромбокрит, PCT	%	0.04 ± 0.04	0.09 ± 0.08	0.28 ± 0.10

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!				
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	*10^9/L*	*3.40 ± 2.72*	*7.00 ± 5.60*	*36.60 ± 29.28*
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	*%*	*5.40 ± 4.32*	*4.60 ± 3.68*	*9.20 ± 7.36*
Абс. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*10^9/L*	*0.30 ± 0.30*	*0.10 ± 0.10*	*0.60 ± 0.60*
Относ. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*%*	*9.13 ± 9.13*	*1.50 ± 1.50*	*4.35 ± 4.35*
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*10^9/L*	*0.05 ± 0.05*	*0.20 ± 0.20*	*0.10 ± 0.10*
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*/100WBC*	*0.13 ± 0.13*	*2.03 ± 2.03*	*0.33 ± 0.33*
Скорость оседания эритроцитов, ESR	*mm/h*	*22.90 ± 2.00*	*13.76 ± 2.00*	*11.61 ± 2.00*

*Аттестованные значения приведены в виде Хср ± N, где Хср – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия Новосибирск

Сотрудник ОТК _____ А.А. Старостенко

Электронную версию данного паспорта Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMS-600**	Комплект	**4**	Серия	**265458**	Дата выпуска	**20.02.2026**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**20.05.2026**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:					**Quintus/Diatron Abacus 5/Human HumaCount 5L**		

Определяемый параметр		Низкая патология	Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L	3.45 ± 1.00	7.40 ± 2.00	15.30 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%	19.4 ± 15.0	55.7 ± 15.0	42.3 ± 15.0
		0.19 ± 0.15	0.56 ± 0.15	0.42 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	72.4 ± 15.0	39.8 ± 15.0	51.3 ± 15.0
		0.72 ± 0.15	0.40 ± 0.15	0.51 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	7.6 ± 7.6	4.5 ± 4.5	5.1 ± 5.1
		0.08 ± 0.08	0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5
		0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05
Относ. кол-во базофилов, Bas	%	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5
		0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L	0.65 ± 0.50	4.10 ± 1.10	6.45 ± 2.30
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L	2.50 ± 0.50	2.95 ± 1.10	7.85 ± 2.30
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L	0.25 ± 0.25	0.35 ± 0.35	0.80 ± 0.80
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L	0.15 ± 0.15	0.35 ± 0.35	0.70 ± 0.70
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L	0.15 ± 0.15	0.35 ± 0.35	0.70 ± 0.70
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L	3.15 ± 0.30	4.10 ± 0.45	5.10 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	9.4 ± 1.0	12.1 ± 1.0	16.5 ± 1.0
	g/L	94 ± 10	121 ± 10	165 ± 10
	mmol/L	5.8 ± 0.60	7.50 ± 0.60	10.20 ± 0.6
Гематокрит, HCT	%	27.2 ± 7.5	37.1 ± 10.0	51.5 ± 10.0
	L/L	0.27 ± 0.08	0.37 ± 0.10	0.52 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	86.3 ± 12.0	90.4 ± 12.0	101.0 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	29.8 ± 7.0	29.5 ± 7.0	32.4 ± 7.0
	fmol	1.90 ± 0.40	1.80 ± 0.40	2.00 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	34.5 ± 7.0	32.5 ± 7.0	32.0 ± 7.0
	g/L	345 ± 70	325 ± 70	320 ± 70
	mmol/L	21.4 ± 4.3	20.2 ± 4.3	19.9 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	14.8 ± 5.0	15.1 ± 5.0	14.4 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	40.8 ± 10.0	45.0 ± 10.0	51.5 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L	55 ± 35	150 ± 55	370 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	10.0 ± 3.0	10.0 ± 3.0	10.0 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	14.3 ± 3.0	14.2 ± 3.0	15.5 ± 3.0
Тромбокрит, PCT	%	0.06 ± 0.06	0.15 ± 0.15	0.37 ± 0.37

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Электронную версию данного документа вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Сотрудник ОБТК _____ А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия Новосибирск