Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

ПАСПОРТ № 265468

На набор реагентов **«Гематрол 5D»**
для контроля качества проведения общего анализа крови по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMS-600**	Комплект **4**	Номер серии:	**265468**	Кол-во наборов:	**66**
ТУ 21.20.23-001-52857075-2016			Дата выпуска:	**27.02.2026**	Срок годности:	**27.05.2026**

Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать

Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.

Наименование показателя	Номер серии	Дата изготовления	Срок годности	Характеристика и нормы	Кол-во в наборе	Результат контроля
Внешний вид						
Правильность маркировки упаковки набора реагентов и компонентов набора						соответствует
«Гематрол 5D - Низкий»	265468l	02.2026	05.2026	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,0 мл	соответствует
«Гематрол 5D – Норма»	265468n	02.2026	05.2026	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,0 мл	соответствует
«Гематрол 5D - Высокий»	265468h	02.2026	05.2026	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,0 мл	соответствует

Показатели правильности определения

Определяемые параметры	**«Гематрол 5D - Низкий»**		**«Гематрол 5D - Норма»**		**«Гематрол 5D - Высокий»**	
	Должен содержать	Результат	Должен содержать	Результат	Должен содержать	Результат
Абс. кол-во лейкоцитов, WBC [10^9/л]	2,0 - 4,0	3.57	4,0 - 10,0	6.6	12,0 - 20,0	15.65
Абс. кол-во эритроцитов, RBC [10^{12}/л]	2,50 - 3,50	3.02	3,50 - 5,50	4.10	4,50 - 6,00	5.05
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT [10^9/л]	40 - 100	78	100 - 300	196	300 - 600	467

Заключение: серия соответствует требованиям ТУ 21.20.23-001-52857075-2016.
Начальник ОБТК А.А. Старостенко
Дата выдачи паспорта 27.02.2026

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMS-600**	Комплект	**4**	Серия	**265468**	Дата выпуска	**27.02.2026**
Условия транспортировки: при 2-8 °C, не замораживать.						Годен до	**27.05.2026**
Условия хранения: при 2-8 °C в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							

Аттестованные значения для гематологического анализатора:		**Mindray BC-5300 / BC-5380**		
Определяемый параметр		Низкая патология	Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L	3.55 ± 1.00	6.60 ± 2.00	15.65 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%	50.2 ± 15.0	62.0 ± 15.0	50.8 ± 15.0
		0.50 ± 0.15	0.62 ± 0.15	0.51 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	46.6 ± 15.0	36.3 ± 15.0	27.2 ± 15.0
		0.47 ± 0.15	0.36 ± 0.15	0.27 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5	21.4 ± 9.0
		0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05	0.21 ± 0.09
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5
		0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05
Относ. кол-во базофилов, Bas	%	46.4 ± 9.0	58.0 ± 9.0	61.9 ± 9.0
		0.46 ± 0.09	0.58 ± 0.09	0.62 ± 0.09
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L	1.80 ± 0.55	4.10 ± 1.00	7.95 ± 2.35
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L	1.65 ± 0.55	2.40 ± 1.00	4.25 ± 2.35
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L	0.15 ± 0.15	0.30 ± 0.30	3.35 ± 1.40
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L	0.15 ± 0.15	0.30 ± 0.30	0.70 ± 0.70
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L	1.65 ± 0.30	3.85 ± 0.60	9.70 ± 1.40
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L	3.00 ± 0.30	4.10 ± 0.45	5.05 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.6 ± 1.0	12.2 ± 1.0	16.5 ± 1.0
	g/L	86 ± 10	122 ± 10	165 ± 10
	mmol/L	5.3 ± 0.6	7.6 ± 0.6	10.2 ± 0.6
Гематокрит, HCT	%	23.9 ± 7.5	34.3 ± 10.0	48.7 ± 10.0
	L/L	0.24 ± 0.08	0.34 ± 0.10	0.49 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	79.8 ± 12.0	83.6 ± 12.0	96.4 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	28.7 ± 7.0	29.8 ± 7.0	32.7 ± 7.0
	fmol	1.8 ± 0.4	1.9 ± 0.4	2.0 ± 0.4
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	36.0 ± 7.0	35.5 ± 7.0	34.0 ± 7.0
	g/L	360 ± 70	355 ± 70	340 ± 70
	mmol/L	22.4 ± 4.3	22 ± 4.3	21.1 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	13.7 ± 5.0	12.9 ± 5.0	13.1 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	45.5 ± 10.0	45.1 ± 10.0	52.9 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L	78 ± 35	195 ± 55	465 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	6.0 ± 3.0	5.8 ± 3.0	6.2 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	15.8 ± 3.0	15.6 ± 3.0	15.8 ± 3.0
Тромбокрит, PCT	%	0.050 ± 0.050	0.110 ± 0.080	0.290 ± 0.100

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора
Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск

Сотрудник ОБТК _____ А. А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMS-600**	Комплект	**4**	Серия	**265468**	Дата выпуска	**27.02.2026**
Условия транспортировки: при 2-8 °C, не замораживать.						Годен до	**27.05.2026**
Условия хранения: при 2-8 °C в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							

Аттестованные значения для гематологического анализатора:		**Mindray BC-5150**		
Определяемый параметр		Низкая патология	Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L	3.30 ± 1.00	5.90 ± 2.00	13.20 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%	12.7 ± 12.7	56.5 ± 15.0	44.1 ± 15.0
		0.13 ± 0.13	0.57 ± 0.15	0.44 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	46.0 ± 15.0	34.9 ± 15.0	31.7 ± 15.0
		0.46 ± 0.15	0.35 ± 0.15	0.32 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	40.6 ± 9.0	8.6 ± 8.6	24.0 ± 9.0
		0.41 ± 0.09	0.09 ± 0.09	0.24 ± 0.09
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5
		0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05
Относ. кол-во базофилов, Bas	%	4.0 ± 4.0	4.0 ± 4.0	4.0 ± 4.0
		0.04 ± 0.04	0.04 ± 0.04	0.04 ± 0.04
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L	0.40 ± 0.40	3.35 ± 0.90	5.80 ± 2.00
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L	1.50 ± 0.50	2.05 ± 0.90	4.20 ± 2.00
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L	1.35 ± 0.30	0.50 ± 0.50	3.15 ± 1.20
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L	0.15 ± 0.15	0.25 ± 0.25	0.60 ± 0.60
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L	0.15 ± 0.15	0.25 ± 0.25	0.55 ± 0.55
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L	3.10 ± 0.30	4.10 ± 0.45	5.00 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.5 ± 1.0	11.8 ± 1.0	16.0 ± 1.0
	g/L	85 ± 10	118 ± 10	160 ± 10
	mmol/L	5.3 ± 0.60	7.30 ± 0.60	9.90 ± 0.6
Гематокрит, HCT	%	25.2 ± 7.5	35.4 ± 10.0	48.9 ± 10.0
	L/L	0.25 ± 0.08	0.35 ± 0.10	0.49 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	81.3 ± 12.0	86.3 ± 12.0	97.7 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	27.4 ± 7.0	28.8 ± 7.0	32.0 ± 7.0
	fmol	1.70 ± 0.40	1.80 ± 0.40	2.00 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	33.5 ± 7.0	33.5 ± 7.0	32.5 ± 7.0
	g/L	335 ± 70	335 ± 70	325 ± 70
	mmol/L	20.8 ± 4.3	20.8 ± 4.3	20.2 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	17.0 ± 5.0	15.7 ± 5.0	15.1 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	49.9 ± 10.0	49.1 ± 10.0	53.9 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L	75 ± 35	195 ± 55	500 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	6.6 ± 3.0	6.2 ± 3.0	6.8 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	15.7 ± 3.0	15.6 ± 3.0	16.0 ± 3.0
Тромбокрит, PCT	%	0.05 ± 0.05	0.12 ± 0.08	0.34 ± 0.10

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора
Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Сотрудник ОТК _____ А.С. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск

Медика-Н

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMS-600**	Комплект	**4**	Серия	**265468**	Дата выпуска	**27.02.2026**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**27.05.2026**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:					**Mindray BC-5800**		

Определяемый параметр		Низкая патология	Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L	3.70 ± 1.00	6.45 ± 2.00	15.00 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%	43.9 ± 15.0	59.1 ± 15.0	45.8 ± 15.0
		0.44 ± 0.15	0.59 ± 0.15	0.46 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	48.4 ± 15.0	36.7 ± 15.0	32.1 ± 15.0
		0.48 ± 0.15	0.37 ± 0.15	0.32 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	5.6 ± 5.6	4.5 ± 4.5	20.3 ± 9.0
		0.06 ± 0.06	0.05 ± 0.05	0.20 ± 0.09
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5	5.0 ± 5.0
		0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05
Относ. кол-во базофилов, Bas	%	5.0 ± 5.0	5.0 ± 5.0	5.0 ± 5.0
		0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L	1.60 ± 0.55	3.80 ± 0.95	6.85 ± 2.25
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L	1.80 ± 0.55	2.35 ± 0.95	4.80 ± 2.25
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L	0.20 ± 0.20	0.30 ± 0.30	3.05 ± 1.35
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L	0.15 ± 0.15	0.30 ± 0.30	0.75 ± 0.75
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L	0.20 ± 0.20	0.30 ± 0.30	0.75 ± 0.75
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L	3.20 ± 0.30	4.30 ± 0.45	5.20 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	9.1 ± 1.0	12.4 ± 1.0	16.7 ± 1.0
	g/L	91 ± 10	124 ± 10	167 ± 10
	mmol/L	5.7 ± 0.60	7.70 ± 0.60	10.40 ± 0.6
Гематокрит, HCT	%	25.9 ± 7.5	36.5 ± 10.0	50.4 ± 10.0
	L/L	0.26 ± 0.08	0.37 ± 0.10	0.50 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	81.0 ± 12.0	85.0 ± 12.0	97.0 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	28.4 ± 7.0	28.8 ± 7.0	32.1 ± 7.0
	fmol	1.80 ± 0.40	1.80 ± 0.40	2.00 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	35.0 ± 7.0	34.0 ± 7.0	33.0 ± 7.0
	g/L	350 ± 70	340 ± 70	330 ± 70
	mmol/L	21.7 ± 4.3	21.1 ± 4.3	20.5 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	13.0 ± 5.0	12.2 ± 5.0	12.2 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	39.4 ± 10.0	39.1 ± 10.0	45.6 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L	77 ± 35	200 ± 55	490 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	5.1 ± 3.0	5.0 ± 3.0	5.7 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	15.6 ± 3.0	15.3 ± 3.0	15.5 ± 3.0
Тромбокрит, PCT	%	0.04 ± 0.04	0.10 ± 0.08	0.28 ± 0.10

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора
Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск

Сотрудник ОБТК _____ А.А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMS-600**	Комплект	**4**	Серия	**265468**	Дата выпуска	**27.02.2026**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**27.05.2026**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							

Аттестованные значения для гематологического анализатора:		**Mindray BC-6800/BC-6800 Plus**		
Определяемый параметр		Низкая патология	Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L	3.30 ± 1.00	6.00 ± 2.00	13.60 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%	30.1 ± 15.0	58.6 ± 15.0	59.8 ± 15.0
		0.30 ± 0.15	0.59 ± 0.15	0.60 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	57.3 ± 15.0	34.5 ± 15.0	33.6 ± 15.0
		0.57 ± 0.15	0.35 ± 0.15	0.34 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	7.8 ± 7.8	4.8 ± 4.8	4.5 ± 4.5
		0.08 ± 0.08	0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%	3.5 ± 3.5	3.5 ± 3.5	3.5 ± 3.5
		0.04 ± 0.04	0.04 ± 0.04	0.04 ± 0.04
Относ. кол-во базофилов, Bas	%	3.5 ± 3.5	3.5 ± 3.5	3.5 ± 3.5
		0.04 ± 0.04	0.04 ± 0.04	0.04 ± 0.04
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L	1.00 ± 0.50	3.50 ± 0.90	8.15 ± 2.05
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L	1.90 ± 0.50	2.05 ± 0.90	4.55 ± 2.05
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L	0.25 ± 0.25	0.30 ± 0.30	0.60 ± 0.60
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L	0.10 ± 0.10	0.20 ± 0.20	0.50 ± 0.50
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L	0.10 ± 0.10	0.20 ± 0.20	0.50 ± 0.50
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L	3.15 ± 0.30	4.35 ± 0.45	5.25 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.9 ± 1.0	12.6 ± 1.0	16.4 ± 1.0
	g/L	89 ± 10	126 ± 10	164 ± 10
	mmol/L	5.5 ± 0.60	7.80 ± 0.60	10.20 ± 0.6
Гематокрит, HCT	%	27.1 ± 7.5	39.2 ± 10.0	53.0 ± 10.0
	L/L	0.3 ± 0.1	0.4 ± 0.1	0.5 ± 0.1
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	86.0 ± 12.0	90.0 ± 12.0	101.0 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	28.3 ± 7.0	29.0 ± 7.0	31.2 ± 7.0
	fmol	1.80 ± 0.40	1.80 ± 0.40	1.90 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	33.0 ± 7.0	32.0 ± 7.0	31.0 ± 7.0
	g/L	330 ± 70	320 ± 70	310 ± 70
	mmol/L	20.5 ± 4.3	19.9 ± 4.3	19.3 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	14.5 ± 5.0	13.9 ± 5.0	14.1 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	45.5 ± 10.0	45.7 ± 10.0	51.9 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L	53 ± 35	145 ± 55	380 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	6.4 ± 3.0	6.2 ± 3.0	7.0 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	15.6 ± 3.0	15.5 ± 3.0	15.8 ± 3.0
Тромбокрит, PCT	%	0.03 ± 0.03	0.09 ± 0.08	0.27 ± 0.10

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!				
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	*10^9/L*	*3.40 ± 2.72*	*8.80 ± 7.04*	*34.60 ± 27.68*
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	*%*	*6.40 ± 5.12*	*6.20 ± 4.96*	*9.10 ± 7.28*
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*10^9/L*	*н/д*	*н/д*	*н/д*
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*%*	*н/д*	*н/д*	*н/д*
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%	*%%*	*н/д*	*н/д*	*н/д*
Абс. кол-во ретикулоцитов, RET#	*10^{12}/L*	*н/д*	*н/д*	*н/д*
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF	*%*	*н/д*	*н/д*	*н/д*
Фракция ретикулоцитов низкой флуоресценции, LFR	*%*	*н/д*	*н/д*	*н/д*
Фракция ретикулоцитов средней флуоресценции, MFR	*%*	*н/д*	*н/д*	*н/д*
Фракция ретикулоцитов высокой флуоресценции, HFR	*%*	*н/д*	*н/д*	*н/д*
Эквивалент содержания гемоглобина в ретикулоцитах, RET-He	*pg*	*н/д*	*н/д*	*н/д*

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Сотрудник ОБТК _____ Т.А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMS-600**	Комплект	**4**	Серия	**265468**	Дата выпуска	**27.02.2026**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**27.05.2026**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							

Аттестованные значения для гематологического анализатора:		**Mindray BC-6000/BC-6200**		
Определяемый параметр		Низкая патология	Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L	3.25 ± 1.00	6.60 ± 2.00	13.90 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%	32.8 ± 15.0	60.2 ± 15.0	61.6 ± 15.0
		0.33 ± 0.15	0.60 ± 0.15	0.62 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	50.3 ± 15.0	32.9 ± 15.0	31.5 ± 15.0
		0.50 ± 0.15	0.33 ± 0.15	0.32 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	13.4 ± 9.0	5.9 ± 5.9	6.2 ± 6.2
		0.13 ± 0.09	0.06 ± 0.06	0.06 ± 0.06
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%	3.4 ± 3.4	2.5 ± 2.5	2.5 ± 2.5
		0.03 ± 0.03	0.03 ± 0.03	0.03 ± 0.03
Относ. кол-во базофилов, Bas	%	1.5 ± 1.5	1.5 ± 1.5	1.5 ± 1.5
		0.02 ± 0.02	0.02 ± 0.02	0.02 ± 0.02
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L	1.05 ± 0.50	3.95 ± 1.00	8.55 ± 2.10
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L	1.65 ± 0.50	2.15 ± 1.00	4.40 ± 2.10
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L	0.45 ± 0.30	0.40 ± 0.40	0.85 ± 0.85
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L	0.10 ± 0.10	0.15 ± 0.15	0.35 ± 0.35
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L	0.05 ± 0.05	0.10 ± 0.10	0.20 ± 0.20
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L	3.05 ± 0.30	4.25 ± 0.45	5.10 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.70 ± 1.0	12.5 ± 1.0	16.3 ± 1.0
	g/L	87 ± 10	125 ± 10	163 ± 10
	mmol/L	5.4 ± 0.6	7.8 ± 0.6	10.1 ± 0.6
Гематокрит, HCT	%	26.5 ± 7.5	38.7 ± 10.0	53.0 ± 10.0
	L/L	0.27 ± 0.08	0.39 ± 0.10	0.53 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	87.0 ± 12.0	91.0 ± 12.0	104.0 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	28.5 ± 7.0	29.4 ± 7.0	32.0 ± 7.0
	fmol	1.80 ± 0.40	1.80 ± 0.40	2.00 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	33.0 ± 7.0	32.5 ± 7.0	31.0 ± 7.0
	g/L	330 ± 70	325 ± 70	310 ± 70
	mmol/L	20.5 ± 4.3	20.2 ± 4.3	19.3 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	14.8 ± 5.0	14.4 ± 5.0	14.0 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	44.4 ± 10.0	46.0 ± 10.0	51.4 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L	66 ± 35	175 ± 55	430 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	6.7 ± 3.0	6.2 ± 3.0	7.0 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	16.0 ± 3.0	15.8 ± 3.0	15.8 ± 3.0
Тромбокрит, PCT	%	0.04 ± 0.04	0.11 ± 0.08	0.30 ± 0.10

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!				
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	*10^9/L*	*5.00 ± 4.00*	*11.00 ± 8.80*	*38.60 ± 30.88*
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	*%*	*7.60 ± 6.08*	*6.40 ± 5.12*	*9.00 ± 7.20*
Абс. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*10^9/L*	*0.05 ± 0.05*	*0.10 ± 0.10*	*1.50 ± 1.50*
Относ. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*%*	*1.50 ± 1.50*	*1.50 ± 1.50*	*10.77 ± 10.77*
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*10^9/L*	*0.10 ± 0.10*	*0.20 ± 0.20*	*0.05 ± 0.05*
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*/100WBC*	*1.71 ± 1.71*	*2.41 ± 2.41*	*0.22 ± 0.22*
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET#	*10^{12}/L*	*0.0128 ± 0.0128*	*0.0160 ± 0.0160*	*0.0365 ± 0.0365*
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%	*%*	*0.40 ± 0.08*	*0.40 ± 0.08*	*0.70 ± 0.14*
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF	*%*	*20.0 ± 20.0*	*20.0 ± 20.0*	*20.0 ± 20.0*
Фракция ретикулоцитов низкой флуоресценции, LFR	*%*	*92.6 ± 92.6*	*92.3 ± 92.3*	*92.4 ± 92.4*
Фракция ретикулоцитов средней флуоресценции, MFR	*%*	*20.0 ± 5.0*	*20.0 ± 5.0*	*20.0 ± 5.0*
Фракция ретикулоцитов высокой флуоресценции, HFR	*%*	*20.0 ± 16.0*	*20.0 ± 16.0*	*20.0 ± 16.0*
Эквивалент содержания гемоглобина в ретикулоцитах, RET-He	*%*	*25.2 ± 5.0*	*25.1 ± 5.0*	*20.8 ± 5.0*

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср}$ ± N, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием контрольных реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Сотрудник ОТК _____ А.А. Старостенко

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMS-600**	Комплект	**4**	Серия	**265468**	Дата выпуска	**27.02.2026**
Условия транспортировки: при 2-8 °C, не замораживать.						Годен до	**27.05.2026**
Условия хранения: при 2-8 °C в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							

Аттестованные значения для гематологического анализатора:		**Mindray BC-720 / BC-780**		
Определяемый параметр		Низкая патология	Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L	3.50 ± 1.00	6.40 ± 2.00	14.10 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%	31.10 ± 15.00	60.00 ± 15.00	61.10 ± 15.00
		0.31 ± 0.15	0.60 ± 0.15	0.61 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	57.10 ± 15.00	34.40 ± 15.00	33.40 ± 15.00
		0.57 ± 0.15	0.34 ± 0.15	0.33 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	7.80 ± 7.80	4.80 ± 4.80	4.70 ± 4.70
		0.08 ± 0.08	0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%	3.52 ± 3.52	2.50 ± 2.50	2.50 ± 2.50
		0.04 ± 0.04	0.03 ± 0.03	0.03 ± 0.03
Относ. кол-во базофилов, Bas	%	1.50 ± 1.50	1.50 ± 1.50	1.50 ± 1.50
		0.02 ± 0.02	0.02 ± 0.02	0.02 ± 0.02
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L	1.10 ± 0.55	3.85 ± 0.95	8.60 ± 2.10
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L	2.00 ± 0.55	2.20 ± 0.95	4.70 ± 2.10
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L	0.25 ± 0.25	0.30 ± 0.30	0.65 ± 0.65
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L	0.10 ± 0.10	0.15 ± 0.15	0.35 ± 0.35
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L	0.05 ± 0.05	0.10 ± 0.10	0.20 ± 0.20
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L	3.10 ± 0.30	4.30 ± 0.45	5.20 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.60 ± 1.00	12.10 ± 1.00	16.00 ± 1.00
	g/L	86.00 ± 10.00	121.00 ± 10.00	160.00 ± 10.00
	mmol/L	5.30 ± 0.60	7.50 ± 0.60	9.90 ± 0.60
Гематокрит, HCT	%	26.00 ± 7.50	39.10 ± 10.00	54.10 ± 10.00
	L/L	0.26 ± 0.08	0.39 ± 0.10	0.54 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	84.00 ± 12.00	91.00 ± 12.00	104.00 ± 12.00
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	27.70 ± 7.00	28.10 ± 7.00	30.80 ± 7.00
	fmol	1.70 ± 0.40	1.70 ± 0.40	1.90 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	33.00 ± 7.00	31.00 ± 7.00	29.50 ± 7.00
	g/L	330.00 ± 70.00	310.00 ± 70.00	295.00 ± 70.00
	mmol/L	20.50 ± 4.30	19.30 ± 4.30	18.30 ± 4.30
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	15.80 ± 5.00	14.80 ± 5.00	14.00 ± 5.00
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	47.80 ± 10.00	48.20 ± 10.00	52.20 ± 10.00
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L	57.00 ± 35.00	155.00 ± 55.00	400.00 ± 125.00
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	6.20 ± 3.00	6.10 ± 3.00	6.90 ± 3.00
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	15.80 ± 3.00	16.00 ± 3.00	16.00 ± 3.00
Тромбокрит, PCT	%	0.04 ± 0.04	0.09 ± 0.08	0.28 ± 0.10

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!

Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	*10^9/L*	*3.60 ± 2.88*	*10.40 ± 8.32*	*36.60 ± 29.28*
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	*%*	*6.20 ± 4.96*	*6.80 ± 5.44*	*9.20 ± 7.36*
Абс. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*10^9/L*	*0.05 ± 0.05*	*0.10 ± 0.10*	*0.60 ± 0.60*
Относ. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*%*	*1.50 ± 1.50*	*1.50 ± 1.50*	*4.35 ± 4.35*
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*10^9/L*	*0.10 ± 0.10*	*0.05 ± 0.05*	*0.10 ± 0.10*
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*/100WBC*	*1.72 ± 1.72*	*0.40 ± 0.40*	*0.33 ± 0.33*
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET#	*10^{12}/L*	*0.01 ± 0.01*	*0.02 ± 0.02*	*0.03 ± 0.03*
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%	*%*	*0.45 ± 0.09*	*0.45 ± 0.09*	*0.60 ± 0.12*
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF	*%*	*20.00 ± 20.00*	*20.00 ± 20.00*	*20.00 ± 20.00*
Фракция ретикулоцитов низкой флуоресценции, LFR	*%*	*92.80 ± 92.80*	*93.60 ± 93.60*	*93.30 ± 93.30*
Фракция ретикулоцитов средней флуоресценции, MFR	*%*	*20.00 ± 5.00*	*20.00 ± 5.00*	*20.00 ± 5.00*
Фракция ретикулоцитов высокой флуоресценции, HFR	*%*	*20.00 ± 16.00*	*20.00 ± 16.00*	*20.00 ± 16.00*
Эквивалент содержания гемоглобина в ретикулоцитах, RET-He	*%*	*27.40 ± 5.00*	*27.60 ± 5.00*	*30.40 ± 5.00*
Скорость оседания эритроцитов, ESR	*mm/h*	*19.10 ± 2.00*	*12.82 ± 2.00*	*11.61 ± 2.00*

*Аттестованные значения приведены в виде Xср ± N, где Xср – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения.

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Сотрудник ОБТК _____ А. Старостенко

Электронную версию данного документа вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMS-600**	Комплект	**4**	Серия	**265468**	Дата выпуска	**27.02.2026**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**27.05.2026**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							

Аттестованные значения для гематологического анализатора:		**Mindray BC-700 / BC-760**		
Определяемый параметр		Низкая патология	Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L	3.50 ± 1.00	6.40 ± 2.00	14.10 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%	31.10 ± 15.00	60.00 ± 15.00	61.10 ± 15.00
		0.31 ± 0.15	0.60 ± 0.15	0.61 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	57.10 ± 15.00	34.40 ± 15.00	33.40 ± 15.00
		0.57 ± 0.15	0.34 ± 0.15	0.33 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	7.80 ± 7.80	4.80 ± 4.80	4.70 ± 4.70
		0.08 ± 0.08	0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%	3.52 ± 3.52	2.50 ± 2.50	2.50 ± 2.50
		0.04 ± 0.04	0.03 ± 0.03	0.03 ± 0.03
Относ. кол-во базофилов, Bas	%	1.50 ± 1.50	1.50 ± 1.50	1.50 ± 1.50
		0.02 ± 0.02	0.02 ± 0.02	0.02 ± 0.02
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L	1.10 ± 0.55	3.85 ± 0.95	8.60 ± 2.10
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L	2.00 ± 0.55	2.20 ± 0.95	4.70 ± 2.10
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L	0.25 ± 0.25	0.30 ± 0.30	0.65 ± 0.65
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L	0.10 ± 0.10	0.15 ± 0.15	0.35 ± 0.35
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L	0.05 ± 0.05	0.10 ± 0.10	0.20 ± 0.20
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L	3.10 ± 0.30	4.30 ± 0.45	5.20 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.60 ± 1.00	12.10 ± 1.00	16.00 ± 1.00
	g/L	86.00 ± 10.00	121.00 ± 10.00	160.00 ± 10.00
	mmol/L	5.30 ± 0.60	7.50 ± 0.60	9.90 ± 0.60
Гематокрит, HCT	%	26.00 ± 7.50	39.10 ± 10.00	54.10 ± 10.00
	L/L	0.26 ± 0.08	0.39 ± 0.10	0.54 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	84.00 ± 12.00	91.00 ± 12.00	104.00 ± 12.00
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	27.70 ± 7.00	28.10 ± 7.00	30.80 ± 7.00
	fmol	1.70 ± 0.40	1.70 ± 0.40	1.90 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	33.00 ± 7.00	31.00 ± 7.00	29.50 ± 7.00
	g/L	330.00 ± 70.00	310.00 ± 70.00	295.00 ± 70.00
	mmol/L	20.50 ± 4.30	19.30 ± 4.30	18.30 ± 4.30
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	15.80 ± 5.00	14.80 ± 5.00	14.00 ± 5.00
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	47.80 ± 10.00	48.20 ± 10.00	52.20 ± 10.00
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L	57.00 ± 35.00	155.00 ± 55.00	400.00 ± 125.00
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	6.20 ± 3.00	6.10 ± 3.00	6.90 ± 3.00
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	15.80 ± 3.00	16.00 ± 3.00	16.00 ± 3.00
Тромбокрит, PCT	%	0.04 ± 0.04	0.09 ± 0.08	0.28 ± 0.10

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!				
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	*10^9/L*	*3.60 ± 2.88*	*10.40 ± 8.32*	*36.60 ± 29.28*
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	*%*	*6.20 ± 4.96*	*6.80 ± 5.44*	*9.20 ± 7.36*
Абс. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*10^9/L*	*0.05 ± 0.05*	*0.10 ± 0.10*	*0.60 ± 0.60*
Относ. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*%*	*1.50 ± 1.50*	*1.50 ± 1.50*	*4.35 ± 4.35*
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*10^9/L*	*0.10 ± 0.10*	*0.05 ± 0.05*	*0.10 ± 0.10*
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*/100WBC*	*1.72 ± 1.72*	*0.40 ± 0.40*	*0.33 ± 0.33*
Скорость оседания эритроцитов, ESR	*mm/h*	*19.10 ± 2.00*	*12.82 ± 2.00*	*11.61 ± 2.00*

*Аттестованные значения приведены в виде Хср ± N, где Хср – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Сотрудник ОБТК _____ А.А.Старостенко

Электронную версию данного паспорта Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMS-600**	Комплект	**4**	Серия	**265468**	Дата выпуска	**27.02.2026**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**27.05.2026**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:					**Quintus/Diatron Abacus 5/Human HumaCount 5L**		

Определяемый параметр		Низкая патология	Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L	3.45 ± 1.00	6.75 ± 2.00	15.30 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%	28.8 ± 15.0	59.3 ± 15.0	42.3 ± 15.0
		0.29 ± 0.15	0.59 ± 0.15	0.42 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	59.8 ± 15.0	38.6 ± 15.0	51.3 ± 15.0
		0.60 ± 0.15	0.39 ± 0.15	0.51 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	10.8 ± 9.0	4.5 ± 4.5	5.1 ± 5.1
		0.11 ± 0.09	0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5
		0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05
Относ. кол-во базофилов, Bas	%	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5
		0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L	1.00 ± 0.50	4.00 ± 1.00	6.45 ± 2.30
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L	2.05 ± 0.50	2.60 ± 1.00	7.85 ± 2.30
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L	0.35 ± 0.30	0.30 ± 0.30	0.80 ± 0.80
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L	0.15 ± 0.15	0.30 ± 0.30	0.70 ± 0.70
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L	0.15 ± 0.15	0.30 ± 0.30	0.70 ± 0.70
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L	3.15 ± 0.30	4.30 ± 0.45	5.10 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	9.0 ± 1.0	12.4 ± 1.0	16.5 ± 1.0
	g/L	90 ± 10	124 ± 10	165 ± 10
	mmol/L	5.6 ± 0.60	7.70 ± 0.60	10.20 ± 0.6
Гематокрит, HCT	%	27.0 ± 7.5	38.1 ± 10.0	51.5 ± 10.0
	L/L	0.27 ± 0.08	0.38 ± 0.10	0.52 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	85.7 ± 12.0	88.6 ± 12.0	101.0 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	28.6 ± 7.0	28.8 ± 7.0	32.4 ± 7.0
	fmol	1.80 ± 0.40	1.80 ± 0.40	2.00 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	33.5 ± 7.0	32.5 ± 7.0	32.0 ± 7.0
	g/L	335 ± 70	325 ± 70	320 ± 70
	mmol/L	20.8 ± 4.3	20.2 ± 4.3	19.9 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	15.5 ± 5.0	15.3 ± 5.0	14.4 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	42.3 ± 10.0	44.0 ± 10.0	51.5 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L	59 ± 35	150 ± 55	370 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	10.0 ± 3.0	10.0 ± 3.0	10.0 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	14.8 ± 3.0	14.1 ± 3.0	15.5 ± 3.0
Тромбокрит, PCT	%	0.06 ± 0.06	0.15 ± 0.15	0.37 ± 0.37

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Электронную версию данного документа вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Сотрудник ОБТК _____ А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия Новосибирск