Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

ПАСПОРТ № 2654110

На набор реагентов **«Гематрол 5D»**
для контроля качества проведения общего анализа крови по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMS-600**	Комплект **4**	Номер серии:	**2654110**	Кол-во наборов:	**22**
ТУ 21.20.23-001-52857075-2016			Дата выпуска:	**27.03.2026**	Срок годности:	**27.06.2026**

Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать

Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.

Наименование показателя	Номер серии	Дата изготовления	Срок годности	Характеристика и нормы	Кол-во в наборе	Результат контроля
Внешний вид						
Правильность маркировки упаковки набора реагентов и компонентов набора						соответствует
«Гематрол 5D - Низкий»	2654110l	03.2026	06.2026	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,0 мл	соответствует
«Гематрол 5D – Норма»	2654110 n	03.2026	06.2026	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,0 мл	соответствует
«Гематрол 5D - Высокий»	2654110 h	03.2026	06.2026	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,0 мл	соответствует

Показатели правильности определения

Определяемые параметры	**«Гематрол 5D - Низкий»**		**«Гематрол 5D - Норма»**		**«Гематрол 5D - Высокий»**	
	Должен содержать	Результат	Должен содержать	Результат	Должен содержать	Результат
Абс. кол-во лейкоцитов, WBC [10^9/л]	2,0 - 4,0	3.63	4,0 - 10,0	7.1	12,0 - 20,0	15.50
Абс. кол-во эритроцитов, RBC [10^{12}/л]	2,50 - 3,50	2.93	3,50 - 5,50	3.98	4,50 - 6,00	4.98
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT [10^9/л]	40 - 100	73	100 - 300	202	300 - 600	472

Заключение: серия соответствует требованиям ТУ 21.20.23-001-52857075-2016.
Начальник ОБТК А.А. Старостенко
Дата выдачи паспорта 27.03.2026

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMS-600**	Комплект	**4**	Серия	**2654110**	Дата выпуска	**27.03.2026**
Условия транспортировки: при 2-8 °C, не замораживать.						Годен до	**27.06.2026**
Условия хранения: при 2-8 °C в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							

Аттестованные значения для гематологического анализатора:		**Mindray BC-5300 / BC-5380**		
Определяемый параметр		Низкая патология	Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L	3.65 ± 1.00	7.10 ± 2.00	15.50 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%	49.4 ± 15.0	67.1 ± 15.0	43.3 ± 15.0
		0.49 ± 0.15	0.67 ± 0.15	0.43 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	47.6 ± 15.0	25.1 ± 15.0	53.8 ± 15.0
		0.48 ± 0.15	0.25 ± 0.15	0.54 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	4.5 ± 4.5	7.5 ± 7.5	4.5 ± 4.5
		0.05 ± 0.05	0.08 ± 0.08	0.05 ± 0.05
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5
		0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05
Относ. кол-во базофилов, Bas	%	46.5 ± 9.0	67.1 ± 9.0	51.9 ± 9.0
		0.47 ± 0.09	0.67 ± 0.09	0.52 ± 0.09
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L	1.80 ± 0.55	4.75 ± 1.05	6.70 ± 2.35
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L	1.75 ± 0.55	1.80 ± 1.05	8.35 ± 2.35
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L	0.15 ± 0.15	0.55 ± 0.55	0.70 ± 0.70
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L	0.15 ± 0.15	0.30 ± 0.30	0.70 ± 0.70
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L	1.70 ± 0.35	4.75 ± 0.65	8.05 ± 1.40
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L	2.95 ± 0.30	4.00 ± 0.45	5.00 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.1 ± 1.0	12.2 ± 1.0	15.9 ± 1.0
	g/L	81 ± 10	122 ± 10	159 ± 10
	mmol/L	5.0 ± 0.6	7.6 ± 0.6	9.9 ± 0.6
Гематокрит, HCT	%	23.3 ± 7.5	35.1 ± 10.0	46.7 ± 10.0
	L/L	0.23 ± 0.08	0.35 ± 0.10	0.47 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	79.0 ± 12.0	87.8 ± 12.0	93.4 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	27.5 ± 7.0	30.5 ± 7.0	31.8 ± 7.0
	fmol	1.7 ± 0.4	1.9 ± 0.4	2.0 ± 0.4
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	35.0 ± 7.0	35.0 ± 7.0	34.0 ± 7.0
	g/L	350 ± 70	350 ± 70	340 ± 70
	mmol/L	21.7 ± 4.3	21.7 ± 4.3	21.1 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	14.6 ± 5.0	13.1 ± 5.0	12.6 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	48.6 ± 10.0	48.2 ± 10.0	49.2 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L	73 ± 35	200 ± 55	470 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	5.6 ± 3.0	5.4 ± 3.0	5.8 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	15.8 ± 3.0	15.4 ± 3.0	15.6 ± 3.0
Тромбокрит, PCT	%	0.040 ± 0.040	0.110 ± 0.080	0.270 ± 0.100

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора
Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Сотрудник ОБТК _____ А. А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMS-600**	Комплект	**4**	Серия	**2654110**	Дата выпуска	**27.03.2026**
Условия транспортировки: при 2-8 °C, не замораживать.						Годен до	**27.06.2026**
Условия хранения: при 2-8 °C в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:					**Mindray BC-5150**		
Определяемый параметр					Низкая патология	Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC				10^9/L	3.30 ± 1.00	6.45 ± 2.00	14.00 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu				%	12.4 ± 12.4	64.3 ± 15.0	22.5 ± 15.0
					0.12 ± 0.12	0.64 ± 0.15	0.23 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym				%	46.0 ± 15.0	24.4 ± 15.0	56.6 ± 15.0
					0.46 ± 0.15	0.24 ± 0.15	0.57 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon				%	41.1 ± 9.0	11.1 ± 9.0	20.9 ± 9.0
					0.41 ± 0.09	0.11 ± 0.09	0.21 ± 0.09
Относ. кол-во эозинофилов, Eos				%	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5
					0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05
Относ. кол-во базофилов, Bas				%	4.0 ± 4.0	4.0 ± 4.0	4.0 ± 4.0
					0.04 ± 0.04	0.04 ± 0.04	0.04 ± 0.04
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu				10^9/L	0.40 ± 0.40	4.15 ± 0.95	3.15 ± 2.10
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym				10^9/L	1.50 ± 0.50	1.55 ± 0.95	7.90 ± 2.10
Абс. кол-во моноцитов, Mon				10^9/L	1.35 ± 0.30	0.70 ± 0.60	2.90 ± 1.25
Абс. кол-во эозинофилов, Eos				10^9/L	0.15 ± 0.15	0.30 ± 0.30	0.65 ± 0.65
Абс. кол-во базофилов, Bas				10^9/L	0.15 ± 0.15	0.25 ± 0.25	0.55 ± 0.55
Абс. кол-во эритроцитов, RBC				10^{12}/L	2.95 ± 0.30	4.00 ± 0.45	5.00 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB				g/dL	8.0 ± 1.0	11.9 ± 1.0	15.5 ± 1.0
				g/L	80 ± 10	119 ± 10	155 ± 10
				mmol/L	5.0 ± 0.60	7.40 ± 0.60	9.60 ± 0.6
Гематокрит, HCT				%	24.4 ± 7.5	36.2 ± 10.0	47.8 ± 10.0
				L/L	0.24 ± 0.08	0.36 ± 0.10	0.48 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV				fL	82.7 ± 12.0	90.4 ± 12.0	95.6 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH				pg	27.1 ± 7.0	29.8 ± 7.0	31.0 ± 7.0
				fmol	1.70 ± 0.40	1.90 ± 0.40	1.90 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC				g/dL	33.0 ± 7.0	33.0 ± 7.0	32.5 ± 7.0
				g/L	330 ± 70	330 ± 70	325 ± 70
				mmol/L	20.5 ± 4.3	20.5 ± 4.3	20.2 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV				%	18.7 ± 5.0	15.6 ± 5.0	14.5 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD				fL	55.6 ± 10.0	51.2 ± 10.0	50.8 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT				10^9/L	74 ± 35	210 ± 55	510 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV				fL	6.3 ± 3.0	5.9 ± 3.0	6.4 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW				fL	15.5 ± 3.0	15.3 ± 3.0	16.1 ± 3.0
Тромбокрит, PCT				%	0.05 ± 0.05	0.12 ± 0.08	0.33 ± 0.10

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора
Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Сотрудник ОТК _____ А.С. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMS-600**	Комплект	**4**	Серия	**2654110**	Дата выпуска	**27.03.2026**
Условия транспортировки: при 2-8 °C, не замораживать.						Годен до	**27.06.2026**
Условия хранения: при 2-8 °C в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						**Mindray BC-5800**	

Определяемый параметр		Низкая патология	Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L	3.60 ± 1.00	7.00 ± 2.00	15.65 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%	45.4 ± 15.0	64.4 ± 15.0	36.3 ± 15.0
		0.45 ± 0.15	0.64 ± 0.15	0.36 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	48.4 ± 15.0	26.2 ± 15.0	57.7 ± 15.0
		0.48 ± 0.15	0.26 ± 0.15	0.58 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	5.3 ± 5.3	8.8 ± 8.8	4.9 ± 4.9
		0.05 ± 0.05	0.09 ± 0.09	0.05 ± 0.05
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5	5.0 ± 5.0
		0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05
Относ. кол-во базофилов, Bas	%	5.0 ± 5.0	5.0 ± 5.0	5.0 ± 5.0
		0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L	1.65 ± 0.55	4.50 ± 1.05	5.70 ± 2.35
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L	1.75 ± 0.55	1.85 ± 1.05	9.05 ± 2.35
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L	0.20 ± 0.20	0.60 ± 0.60	0.75 ± 0.75
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L	0.15 ± 0.15	0.30 ± 0.30	0.80 ± 0.80
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L	0.20 ± 0.20	0.35 ± 0.35	0.80 ± 0.80
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L	3.10 ± 0.30	4.20 ± 0.45	5.20 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.5 ± 1.0	12.7 ± 1.0	16.2 ± 1.0
	g/L	85 ± 10	127 ± 10	162 ± 10
	mmol/L	5.3 ± 0.60	7.90 ± 0.60	10.10 ± 0.6
Гематокрит, HCT	%	24.5 ± 7.5	37.0 ± 10.0	49.4 ± 10.0
	L/L	0.25 ± 0.08	0.37 ± 0.10	0.49 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	79.0 ± 12.0	88.0 ± 12.0	95.0 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	27.4 ± 7.0	30.2 ± 7.0	31.2 ± 7.0
	fmol	1.70 ± 0.40	1.90 ± 0.40	1.90 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	34.5 ± 7.0	34.5 ± 7.0	33.0 ± 7.0
	g/L	345 ± 70	345 ± 70	330 ± 70
	mmol/L	21.4 ± 4.3	21.4 ± 4.3	20.5 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	14.1 ± 5.0	12.2 ± 5.0	11.7 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	42.5 ± 10.0	41.1 ± 10.0	42.5 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L	76 ± 35	220 ± 55	500 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	4.8 ± 3.0	4.8 ± 3.0	5.4 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	15.5 ± 3.0	14.8 ± 3.0	15.4 ± 3.0
Тромбокрит, PCT	%	0.04 ± 0.04	0.11 ± 0.08	0.27 ± 0.10

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора
Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Сотрудник ОБТК _____ Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMS-600**	Комплект	**4**	Серия	**2654110**	Дата выпуска	**27.03.2026**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**27.06.2026**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							

Аттестованные значения для гематологического анализатора:		**Mindray BC-6800/BC-6800 Plus**		
Определяемый параметр		Низкая патология	Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L	3.40 ± 1.00	6.65 ± 2.00	14.35 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%	30.9 ± 15.0	61.7 ± 15.0	31.3 ± 15.0
		0.31 ± 0.15	0.62 ± 0.15	0.31 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	56.7 ± 15.0	30.4 ± 15.0	58.3 ± 15.0
		0.57 ± 0.15	0.30 ± 0.15	0.58 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	7.7 ± 7.7	4.2 ± 4.2	7.8 ± 7.8
		0.08 ± 0.08	0.04 ± 0.04	0.08 ± 0.08
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%	3.5 ± 3.5	3.5 ± 3.5	3.5 ± 3.5
		0.04 ± 0.04	0.04 ± 0.04	0.04 ± 0.04
Относ. кол-во базофилов, Bas	%	3.5 ± 3.5	3.5 ± 3.5	3.5 ± 3.5
		0.04 ± 0.04	0.04 ± 0.04	0.04 ± 0.04
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L	1.05 ± 0.50	4.10 ± 1.00	4.50 ± 2.15
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L	1.95 ± 0.50	2.00 ± 1.00	8.35 ± 2.15
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L	0.25 ± 0.25	0.30 ± 0.30	1.10 ± 1.10
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L	0.10 ± 0.10	0.25 ± 0.25	0.50 ± 0.50
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L	0.10 ± 0.10	0.25 ± 0.25	0.50 ± 0.50
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L	3.15 ± 0.30	4.20 ± 0.45	5.25 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.4 ± 1.0	12.6 ± 1.0	16.0 ± 1.0
	g/L	84 ± 10	126 ± 10	160 ± 10
	mmol/L	5.2 ± 0.60	7.80 ± 0.60	9.90 ± 0.6
Гематокрит, HCT	%	26.8 ± 7.5	39.5 ± 10.0	51.5 ± 10.0
	L/L	0.3 ± 0.1	0.4 ± 0.1	0.5 ± 0.1
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	85.0 ± 12.0	94.0 ± 12.0	98.0 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	26.7 ± 7.0	30.0 ± 7.0	30.5 ± 7.0
	fmol	1.70 ± 0.40	1.90 ± 0.40	1.90 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	31.5 ± 7.0	32.0 ± 7.0	31.0 ± 7.0
	g/L	315 ± 70	320 ± 70	310 ± 70
	mmol/L	19.6 ± 4.3	19.9 ± 4.3	19.3 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	15.1 ± 5.0	13.8 ± 5.0	13.8 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	47.0 ± 10.0	47.5 ± 10.0	49.0 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L	49 ± 35	145 ± 55	355 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	6.2 ± 3.0	5.9 ± 3.0	6.4 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	15.7 ± 3.0	15.2 ± 3.0	15.7 ± 3.0
Тромбокрит, PCT	%	0.03 ± 0.03	0.09 ± 0.08	0.23 ± 0.10

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!				
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	*10^9/L*	*3.30 ± 2.64*	*5.60 ± 4.48*	*24.40 ± 19.52*
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	*%*	*6.80 ± 5.44*	*3.80 ± 3.04*	*6.80 ± 5.44*
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*10^9/L*	*н/д*	*н/д*	*н/д*
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*%*	*н/д*	*н/д*	*н/д*
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%	*%%*	*н/д*	*н/д*	*н/д*
Абс. кол-во ретикулоцитов, RET#	*10^{12}/L*	*н/д*	*н/д*	*н/д*
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF	*%*	*н/д*	*н/д*	*н/д*
Фракция ретикулоцитов низкой флуоресценции, LFR	*%*	*н/д*	*н/д*	*н/д*
Фракция ретикулоцитов средней флуоресценции, MFR	*%*	*н/д*	*н/д*	*н/д*
Фракция ретикулоцитов высокой флуоресценции, HFR	*%*	*н/д*	*н/д*	*н/д*
Эквивалент содержания гемоглобина в ретикулоцитах, RET-He	*pg*	*н/д*	*н/д*	*н/д*

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Сотрудник ОБТК _____ Т.А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMS-600**	Комплект	**4**	Серия	**2654110**	Дата выпуска	**27.03.2026**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**27.06.2026**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							

Аттестованные значения для гематологического анализатора:		**Mindray BC-6000/BC-6200**		
Определяемый параметр		Низкая патология	Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L	3.35 ± 1.00	6.85 ± 2.00	14.50 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%	32.7 ± 15.0	64.4 ± 15.0	33.5 ± 15.0
		0.33 ± 0.15	0.64 ± 0.15	0.34 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	51.3 ± 15.0	25.0 ± 15.0	51.8 ± 15.0
		0.51 ± 0.15	0.25 ± 0.15	0.52 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	12.1 ± 9.0	8.2 ± 8.2	13.4 ± 9.0
		0.12 ± 0.09	0.08 ± 0.08	0.13 ± 0.09
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%	3.6 ± 3.6	2.5 ± 2.5	2.5 ± 2.5
		0.04 ± 0.04	0.03 ± 0.03	0.03 ± 0.03
Относ. кол-во базофилов, Bas	%	1.5 ± 1.5	1.5 ± 1.5	1.5 ± 1.5
		0.02 ± 0.02	0.02 ± 0.02	0.02 ± 0.02
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L	1.10 ± 0.50	4.40 ± 1.05	4.85 ± 2.15
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L	1.70 ± 0.50	1.70 ± 1.05	7.50 ± 2.15
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L	0.40 ± 0.30	0.55 ± 0.55	1.95 ± 1.30
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L	0.10 ± 0.10	0.15 ± 0.15	0.35 ± 0.35
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L	0.05 ± 0.05	0.10 ± 0.10	0.20 ± 0.20
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L	3.00 ± 0.30	4.05 ± 0.45	5.05 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.10 ± 1.0	12.3 ± 1.0	15.9 ± 1.0
	g/L	81 ± 10	123 ± 10	159 ± 10
	mmol/L	5.0 ± 0.6	7.6 ± 0.6	9.9 ± 0.6
Гематокрит, HCT	%	26.1 ± 7.5	38.9 ± 10.0	51.0 ± 10.0
	L/L	0.26 ± 0.08	0.39 ± 0.10	0.51 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	87.0 ± 12.0	96.0 ± 12.0	101.0 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	27.0 ± 7.0	30.4 ± 7.0	31.5 ± 7.0
	fmol	1.70 ± 0.40	1.90 ± 0.40	2.00 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	31.0 ± 7.0	31.5 ± 7.0	31.0 ± 7.0
	g/L	310 ± 70	315 ± 70	310 ± 70
	mmol/L	19.3 ± 4.3	19.6 ± 4.3	19.3 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	16.2 ± 5.0	14.4 ± 5.0	13.6 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	49.8 ± 10.0	48.2 ± 10.0	48.2 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L	61 ± 35	180 ± 55	435 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	6.1 ± 3.0	5.8 ± 3.0	6.4 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	15.8 ± 3.0	15.2 ± 3.0	15.8 ± 3.0
Тромбокрит, PCT	%	0.04 ± 0.04	0.10 ± 0.08	0.28 ± 0.10

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!				
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	*10^9/L*	*3.40 ± 2.72*	*6.80 ± 5.44*	*30.40 ± 24.32*
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	*%*	*5.60 ± 4.48*	*3.80 ± 3.04*	*7.00 ± 5.60*
Абс. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*10^9/L*	*0.05 ± 0.05*	*0.10 ± 0.10*	*0.20 ± 0.20*
Относ. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*%*	*1.70 ± 1.70*	*1.50 ± 1.50*	*1.50 ± 1.50*
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*10^9/L*	*0.05 ± 0.05*	*0.05 ± 0.05*	*0.05 ± 0.05*
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*/100WBC*	*0.37 ± 0.37*	*0.30 ± 0.30*	*0.15 ± 0.15*
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET#	*10^{12}/L*	*0.0123 ± 0.0123*	*0.0234 ± 0.0234*	*0.0239 ± 0.0239*
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%	*%*	*0.40 ± 0.08*	*0.60 ± 0.12*	*0.45 ± 0.09*
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF	*%*	*20.0 ± 20.0*	*20.0 ± 20.0*	*20.0 ± 20.0*
Фракция ретикулоцитов низкой флуоресценции, LFR	*%*	*93.0 ± 93.0*	*93.1 ± 93.1*	*92.3 ± 92.3*
Фракция ретикулоцитов средней флуоресценции, MFR	*%*	*20.0 ± 5.0*	*20.0 ± 5.0*	*20.0 ± 5.0*
Фракция ретикулоцитов высокой флуоресценции, HFR	*%*	*20.0 ± 16.0*	*20.0 ± 16.0*	*20.0 ± 16.0*
Эквивалент содержания гемоглобина в ретикулоцитах, RET-He	*%*	*24.4 ± 5.0*	*26.3 ± 5.0*	*26.2 ± 5.0*

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср}$ ± N, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием данных реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Сотрудник ОТК _____ А.А. Старостенко

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMS-600**	Комплект	**4**	Серия	**2654110**	Дата выпуска	**27.03.2026**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**27.06.2026**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							

Аттестованные значения для гематологического анализатора:		**Mindray BC-720 / BC-780**		
Определяемый параметр		Низкая патология	Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L	3.55 ± 1.00	7.05 ± 2.00	15.60 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%	31.60 ± 15.00	63.10 ± 15.00	32.60 ± 15.00
		0.32 ± 0.15	0.63 ± 0.15	0.33 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	56.70 ± 15.00	30.30 ± 15.00	58.10 ± 15.00
		0.57 ± 0.15	0.30 ± 0.15	0.58 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	7.80 ± 7.80	4.30 ± 4.30	7.80 ± 7.80
		0.08 ± 0.08	0.04 ± 0.04	0.08 ± 0.08
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%	3.47 ± 3.47	2.50 ± 2.50	2.50 ± 2.50
		0.04 ± 0.04	0.03 ± 0.03	0.03 ± 0.03
Относ. кол-во базофилов, Bas	%	1.50 ± 1.50	1.50 ± 1.50	1.50 ± 1.50
		0.02 ± 0.02	0.02 ± 0.02	0.02 ± 0.02
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L	1.10 ± 0.55	4.45 ± 1.05	5.10 ± 2.35
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L	2.00 ± 0.55	2.15 ± 1.05	9.05 ± 2.35
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L	0.30 ± 0.30	0.30 ± 0.30	1.20 ± 1.20
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L	0.10 ± 0.10	0.20 ± 0.20	0.40 ± 0.40
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L	0.05 ± 0.05	0.10 ± 0.10	0.25 ± 0.25
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L	3.10 ± 0.30	4.20 ± 0.45	5.30 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.10 ± 1.00	12.30 ± 1.00	16.10 ± 1.00
	g/L	81.00 ± 10.00	123.00 ± 10.00	161.00 ± 10.00
	mmol/L	5.00 ± 0.60	7.60 ± 0.60	10.00 ± 0.60
Гематокрит, HCT	%	26.40 ± 7.50	39.50 ± 10.00	53.50 ± 10.00
	L/L	0.26 ± 0.08	0.40 ± 0.10	0.54 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	85.00 ± 12.00	94.00 ± 12.00	101.00 ± 12.00
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	26.10 ± 7.00	29.30 ± 7.00	30.40 ± 7.00
	fmol	1.60 ± 0.40	1.80 ± 0.40	1.90 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	30.50 ± 7.00	31.00 ± 7.00	30.00 ± 7.00
	g/L	305.00 ± 70.00	310.00 ± 70.00	300.00 ± 70.00
	mmol/L	18.90 ± 4.30	19.30 ± 4.30	18.60 ± 4.30
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	17.00 ± 5.00	14.80 ± 5.00	13.60 ± 5.00
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	52.40 ± 10.00	50.00 ± 10.00	49.00 ± 10.00
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L	56.00 ± 35.00	160.00 ± 55.00	395.00 ± 125.00
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	6.00 ± 3.00	5.70 ± 3.00	6.30 ± 3.00
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	15.80 ± 3.00	15.40 ± 3.00	16.00 ± 3.00
Тромбокрит, PCT	%	0.03 ± 0.03	0.09 ± 0.08	0.25 ± 0.10

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!

Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	*10^9/L*	*3.40 ± 2.72*	*6.20 ± 4.96*	*28.40 ± 22.72*
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	*%*	*6.00 ± 4.80*	*3.80 ± 3.04*	*7.20 ± 5.76*
Абс. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*10^9/L*	*0.05 ± 0.05*	*0.10 ± 0.10*	*0.25 ± 0.25*
Относ. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*%*	*1.50 ± 1.50*	*1.50 ± 1.50*	*1.50 ± 1.50*
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*10^9/L*	*0.10 ± 0.10*	*0.15 ± 0.15*	*0.15 ± 0.15*
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*/100WBC*	*1.65 ± 1.65*	*1.23 ± 1.23*	*0.68 ± 0.68*
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET#	*10^{12}/L*	*0.02 ± 0.02*	*0.03 ± 0.03*	*0.03 ± 0.03*
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%	*%*	*0.60 ± 0.12*	*0.75 ± 0.15*	*0.60 ± 0.12*
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF	*%*	*20.00 ± 20.00*	*20.00 ± 20.00*	*20.00 ± 20.00*
Фракция ретикулоцитов низкой флуоресценции, LFR	*%*	*93.40 ± 93.40*	*93.20 ± 93.20*	*93.30 ± 93.30*
Фракция ретикулоцитов средней флуоресценции, MFR	*%*	*20.00 ± 5.00*	*20.00 ± 5.00*	*20.00 ± 5.00*
Фракция ретикулоцитов высокой флуоресценции, HFR	*%*	*20.00 ± 16.00*	*20.00 ± 16.00*	*20.00 ± 16.00*
Эквивалент содержания гемоглобина в ретикулоцитах, RET-He	*%*	*26.50 ± 5.00*	*28.80 ± 5.00*	*30.30 ± 5.00*
Скорость оседания эритроцитов, ESR	*mm/h*	*24.30 ± 2.00*	*12.26 ± 2.00*	*12.24 ± 2.00*

*Аттестованные значения приведены в виде Хср ± N, где Хср – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения.

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Сотрудник ОБТК _____ А. Старостенко

Электронную версию данного документа вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMS-600**	Комплект	**4**	Серия	**2654110**	Дата выпуска	**27.03.2026**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**27.06.2026**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							

Аттестованные значения для гематологического анализатора:		**Mindray BC-700 / BC-760**		
Определяемый параметр		Низкая патология	Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L	3.55 ± 1.00	7.05 ± 2.00	15.60 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%	31.60 ± 15.00	63.10 ± 15.00	32.60 ± 15.00
		0.32 ± 0.15	0.63 ± 0.15	0.33 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	56.70 ± 15.00	30.30 ± 15.00	58.10 ± 15.00
		0.57 ± 0.15	0.30 ± 0.15	0.58 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	7.80 ± 7.80	4.30 ± 4.30	7.80 ± 7.80
		0.08 ± 0.08	0.04 ± 0.04	0.08 ± 0.08
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%	3.47 ± 3.47	2.50 ± 2.50	2.50 ± 2.50
		0.04 ± 0.04	0.03 ± 0.03	0.03 ± 0.03
Относ. кол-во базофилов, Bas	%	1.50 ± 1.50	1.50 ± 1.50	1.50 ± 1.50
		0.02 ± 0.02	0.02 ± 0.02	0.02 ± 0.02
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L	1.10 ± 0.55	4.45 ± 1.05	5.10 ± 2.35
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L	2.00 ± 0.55	2.15 ± 1.05	9.05 ± 2.35
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L	0.30 ± 0.30	0.30 ± 0.30	1.20 ± 1.20
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L	0.10 ± 0.10	0.20 ± 0.20	0.40 ± 0.40
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L	0.05 ± 0.05	0.10 ± 0.10	0.25 ± 0.25
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L	3.10 ± 0.30	4.20 ± 0.45	5.30 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.10 ± 1.00	12.30 ± 1.00	16.10 ± 1.00
	g/L	81.00 ± 10.00	123.00 ± 10.00	161.00 ± 10.00
	mmol/L	5.00 ± 0.60	7.60 ± 0.60	10.00 ± 0.60
Гематокрит, HCT	%	26.40 ± 7.50	39.50 ± 10.00	53.50 ± 10.00
	L/L	0.26 ± 0.08	0.40 ± 0.10	0.54 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	85.00 ± 12.00	94.00 ± 12.00	101.00 ± 12.00
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	26.10 ± 7.00	29.30 ± 7.00	30.40 ± 7.00
	fmol	1.60 ± 0.40	1.80 ± 0.40	1.90 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	30.50 ± 7.00	31.00 ± 7.00	30.00 ± 7.00
	g/L	305.00 ± 70.00	310.00 ± 70.00	300.00 ± 70.00
	mmol/L	18.90 ± 4.30	19.30 ± 4.30	18.60 ± 4.30
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	17.00 ± 5.00	14.80 ± 5.00	13.60 ± 5.00
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	52.40 ± 10.00	50.00 ± 10.00	49.00 ± 10.00
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L	56.00 ± 35.00	160.00 ± 55.00	395.00 ± 125.00
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	6.00 ± 3.00	5.70 ± 3.00	6.30 ± 3.00
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	15.80 ± 3.00	15.40 ± 3.00	16.00 ± 3.00
Тромбокрит, PCT	%	0.03 ± 0.03	0.09 ± 0.08	0.25 ± 0.10

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!				
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	*10^9/L*	*3.40 ± 2.72*	*6.20 ± 4.96*	*28.40 ± 22.72*
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	*%*	*6.00 ± 4.80*	*3.80 ± 3.04*	*7.20 ± 5.76*
Абс. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*10^9/L*	*0.05 ± 0.05*	*0.10 ± 0.10*	*0.25 ± 0.25*
Относ. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*%*	*1.50 ± 1.50*	*1.50 ± 1.50*	*1.50 ± 1.50*
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*10^9/L*	*0.10 ± 0.10*	*0.15 ± 0.15*	*0.15 ± 0.15*
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*/100WBC*	*1.65 ± 1.65*	*1.23 ± 1.23*	*0.68 ± 0.68*
Скорость оседания эритроцитов, ESR	*mm/h*	*24.30 ± 2.00*	*12.26 ± 2.00*	*12.24 ± 2.00*

*Аттестованные значения приведены в виде Хср ± N, где Хср – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Сотрудник ОБТК _____ А.А.Старостенко

Электронную версию данного паспорта Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMS-600**	Комплект	**4**	Серия	**2654110**	Дата выпуска	**27.03.2026**
Условия транспортировки: при 2-8 °C, не замораживать.						Годен до	**27.06.2026**
Условия хранения: при 2-8 °C в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:					**Quintus/Diatron Abacus 5/Human HumaCount 5L**		

Определяемый параметр		Низкая патология	Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L	3.55 ± 1.00	7.25 ± 2.00	15.80 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%	27.4 ± 15.0	64.7 ± 15.0	13.4 ± 13.4
		0.27 ± 0.15	0.65 ± 0.15	0.13 ± 0.13
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	60.2 ± 15.0	30.0 ± 15.0	72.5 ± 15.0
		0.60 ± 0.15	0.30 ± 0.15	0.73 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	11.8 ± 9.0	4.5 ± 4.5	12.8 ± 9.0
		0.12 ± 0.09	0.05 ± 0.05	0.13 ± 0.09
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5
		0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05
Относ. кол-во базофилов, Bas	%	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5
		0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L	0.95 ± 0.55	4.70 ± 1.10	2.10 ± 2.10
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L	2.15 ± 0.55	2.15 ± 1.10	11.45 ± 2.35
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L	0.40 ± 0.30	0.35 ± 0.35	2.00 ± 1.40
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L	0.15 ± 0.15	0.35 ± 0.35	0.70 ± 0.70
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L	0.15 ± 0.15	0.35 ± 0.35	0.70 ± 0.70
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L	3.10 ± 0.30	4.20 ± 0.45	5.05 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.6 ± 1.0	12.4 ± 1.0	16.4 ± 1.0
	g/L	86 ± 10	124 ± 10	164 ± 10
	mmol/L	5.3 ± 0.60	7.70 ± 0.60	10.20 ± 0.6
Гематокрит, HCT	%	26.2 ± 7.5	39.4 ± 10.0	50.6 ± 10.0
	L/L	0.26 ± 0.08	0.39 ± 0.10	0.51 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	84.5 ± 12.0	93.8 ± 12.0	100.1 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	27.7 ± 7.0	29.5 ± 7.0	32.5 ± 7.0
	fmol	1.70 ± 0.40	1.80 ± 0.40	2.00 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	33.0 ± 7.0	31.5 ± 7.0	32.5 ± 7.0
	g/L	330 ± 70	315 ± 70	325 ± 70
	mmol/L	20.5 ± 4.3	19.6 ± 4.3	20.2 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	17.2 ± 5.0	15.0 ± 5.0	13.6 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	46.6 ± 10.0	47.7 ± 10.0	47.7 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L	53 ± 35	170 ± 55	370 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	10.0 ± 3.0	10.0 ± 3.0	10.0 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	14.4 ± 3.0	13.7 ± 3.0	14.3 ± 3.0
Тромбокрит, PCT	%	0.05 ± 0.05	0.17 ± 0.17	0.37 ± 0.37

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Электронную версию данного документа вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Сотрудник ОБТК _____ А. Ставостенко

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия Новосибирск