Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

ПАСПОРТ № 2654123

На набор реагентов **«Гематрол 5D»**
для контроля качества проведения общего анализа крови по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMS-600**	Комплект **4**	Номер серии:	**2654123**	Кол-во наборов:	**39**
ТУ 21.20.23-001-52857075-2016			Дата выпуска:	**03.04.2026**	Срок годности:	**03.07.2026**

Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать

Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.

Наименование показателя	Номер серии	Дата изготовления	Срок годности	Характеристика и нормы	Кол-во в наборе	Результат контроля
Внешний вид						
Правильность маркировки упаковки набора реагентов и компонентов набора						соответствует
«Гематрол 5D - Низкий»	2654123l	04.2026	07.2026	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,0 мл	соответствует
«Гематрол 5D – Норма»	2654123 n	04.2026	07.2026	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,0 мл	соответствует
«Гематрол 5D - Высокий»	2654123 h	04.2026	07.2026	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,0 мл	соответствует

Показатели правильности определения

Определяемые параметры	**«Гематрол 5D - Низкий»**		**«Гематрол 5D - Норма»**		**«Гематрол 5D - Высокий»**	
	Должен содержать	Результат	Должен содержать	Результат	Должен содержать	Результат
Абс. кол-во лейкоцитов, WBC [10^9/л]	2,0 - 4,0	3.44	4,0 - 10,0	7.1	12,0 - 20,0	16.50
Абс. кол-во эритроцитов, RBC [10^{12}/л]	2,50 - 3,50	2.99	3,50 - 5,50	3.98	4,50 - 6,00	4.92
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT [10^9/л]	40 - 100	76	100 - 300	202	300 - 600	475

Заключение: серия соответствует требованиям ТУ 21.20.23-001-52857075-2016.
Начальник ОБТК А.А. Старостенко
Дата выдачи паспорта 03.04.2026

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMS-600**	Комплект	**4**	Серия	**2654123**	Дата выпуска	**03.04.2026**
Условия транспортировки: при 2-8 °C, не замораживать.						Годен до	**03.07.2026**
Условия хранения: при 2-8 °C в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							

Аттестованные значения для гематологического анализатора:		**Mindray BC-5300 / BC-5380**		
Определяемый параметр		Низкая патология	Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L	3.45 ± 1.00	7.10 ± 2.00	16.50 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%	31.9 ± 15.0	67.1 ± 15.0	44.5 ± 15.0
		0.32 ± 0.15	0.67 ± 0.15	0.45 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	57.7 ± 15.0	25.1 ± 15.0	49.3 ± 15.0
		0.58 ± 0.15	0.25 ± 0.15	0.49 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	9.6 ± 9.0	7.5 ± 7.5	4.5 ± 4.5
		0.10 ± 0.09	0.08 ± 0.08	0.05 ± 0.05
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5
		0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05
Относ. кол-во базофилов, Bas	%	44.7 ± 9.0	67.1 ± 9.0	44.5 ± 9.0
		0.45 ± 0.09	0.67 ± 0.09	0.45 ± 0.09
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L	1.10 ± 0.50	4.75 ± 1.05	7.35 ± 2.50
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L	2.00 ± 0.50	1.80 ± 1.05	8.15 ± 2.50
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L	0.35 ± 0.30	0.55 ± 0.55	0.75 ± 0.75
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L	0.15 ± 0.15	0.30 ± 0.30	0.75 ± 0.75
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L	1.55 ± 0.30	4.75 ± 0.65	7.35 ± 1.50
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L	3.00 ± 0.30	4.00 ± 0.45	4.90 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.3 ± 1.0	12.2 ± 1.0	15.6 ± 1.0
	g/L	83 ± 10	122 ± 10	156 ± 10
	mmol/L	5.2 ± 0.6	7.6 ± 0.6	9.7 ± 0.6
Гематокрит, HCT	%	23.6 ± 7.5	35.1 ± 10.0	44.9 ± 10.0
	L/L	0.24 ± 0.08	0.35 ± 0.10	0.45 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	78.8 ± 12.0	87.8 ± 12.0	91.6 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	27.7 ± 7.0	30.5 ± 7.0	31.8 ± 7.0
	fmol	1.7 ± 0.4	1.9 ± 0.4	2.0 ± 0.4
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	35.0 ± 7.0	35.0 ± 7.0	34.5 ± 7.0
	g/L	350 ± 70	350 ± 70	345 ± 70
	mmol/L	21.7 ± 4.3	21.7 ± 4.3	21.4 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	14.6 ± 5.0	13.1 ± 5.0	13.3 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	48.4 ± 10.0	48.2 ± 10.0	50.7 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L	76 ± 35	200 ± 55	475 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	5.4 ± 3.0	5.4 ± 3.0	5.6 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	15.6 ± 3.0	15.4 ± 3.0	15.4 ± 3.0
Тромбокрит, PCT	%	0.040 ± 0.040	0.110 ± 0.080	0.270 ± 0.100

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора
Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Сотрудник ОБТК _____ А. А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMS-600**	Комплект	**4**	Серия	**2654123**	Дата выпуска	**03.04.2026**
Условия транспортировки: при 2-8 °C, не замораживать.						Годен до	**03.07.2026**
Условия хранения: при 2-8 °C в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:					**Mindray BC-5150**		

Определяемый параметр		Низкая патология	Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L	3.30 ± 1.00	6.45 ± 2.00	12.15 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%	26.4 ± 15.0	64.3 ± 15.0	38.6 ± 15.0
		0.26 ± 0.15	0.64 ± 0.15	0.39 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	60.0 ± 15.0	24.4 ± 15.0	48.8 ± 15.0
		0.60 ± 0.15	0.24 ± 0.15	0.49 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	13.3 ± 9.0	11.1 ± 9.0	12.5 ± 9.0
		0.13 ± 0.09	0.11 ± 0.09	0.13 ± 0.09
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5
		0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05
Относ. кол-во базофилов, Bas	%	4.0 ± 4.0	4.0 ± 4.0	4.0 ± 4.0
		0.04 ± 0.04	0.04 ± 0.04	0.04 ± 0.04
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L	0.85 ± 0.50	4.15 ± 0.95	4.70 ± 1.80
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L	2.00 ± 0.50	1.55 ± 0.95	5.95 ± 1.80
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L	0.45 ± 0.30	0.70 ± 0.60	1.50 ± 1.10
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L	0.15 ± 0.15	0.30 ± 0.30	0.55 ± 0.55
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L	0.15 ± 0.15	0.25 ± 0.25	0.50 ± 0.50
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L	3.10 ± 0.30	4.00 ± 0.45	4.95 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.3 ± 1.0	11.9 ± 1.0	15.6 ± 1.0
	g/L	83 ± 10	119 ± 10	156 ± 10
	mmol/L	5.2 ± 0.60	7.40 ± 0.60	9.70 ± 0.6
Гематокрит, HCT	%	25.1 ± 7.5	36.2 ± 10.0	46.9 ± 10.0
	L/L	0.25 ± 0.08	0.36 ± 0.10	0.47 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	81.1 ± 12.0	90.4 ± 12.0	94.7 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	26.8 ± 7.0	29.8 ± 7.0	31.5 ± 7.0
	fmol	1.70 ± 0.40	1.90 ± 0.40	2.00 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	33.0 ± 7.0	33.0 ± 7.0	33.5 ± 7.0
	g/L	330 ± 70	330 ± 70	335 ± 70
	mmol/L	20.5 ± 4.3	20.5 ± 4.3	20.8 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	18.1 ± 5.0	15.6 ± 5.0	14.9 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	53.2 ± 10.0	51.2 ± 10.0	51.8 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L	80 ± 35	210 ± 55	530 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	5.9 ± 3.0	5.9 ± 3.0	6.0 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	15.4 ± 3.0	15.3 ± 3.0	15.7 ± 3.0
Тромбокрит, PCT	%	0.05 ± 0.05	0.12 ± 0.08	0.32 ± 0.10

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора
Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Сотрудник ОТК _____ А.С. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMS-600**	Комплект	**4**	Серия	**2654123**	Дата выпуска	**03.04.2026**
Условия транспортировки: при 2-8 °C, не замораживать.						Годен до	**03.07.2026**
Условия хранения: при 2-8 °C в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						**Mindray BC-5800**	

Определяемый параметр		Низкая патология	Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L	3.45 ± 1.00	7.00 ± 2.00	16.80 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%	27.7 ± 15.0	64.4 ± 15.0	35.1 ± 15.0
		0.28 ± 0.15	0.64 ± 0.15	0.35 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	61.9 ± 15.0	26.2 ± 15.0	50.3 ± 15.0
		0.62 ± 0.15	0.26 ± 0.15	0.50 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	8.4 ± 8.4	8.8 ± 8.8	5.5 ± 5.5
		0.08 ± 0.08	0.09 ± 0.09	0.06 ± 0.06
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5	7.4 ± 7.4
		0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05	0.07 ± 0.07
Относ. кол-во базофилов, Bas	%	5.0 ± 5.0	5.0 ± 5.0	5.0 ± 5.0
		0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L	0.95 ± 0.50	4.50 ± 1.05	5.90 ± 2.50
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L	2.15 ± 0.50	1.85 ± 1.05	8.45 ± 2.50
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L	0.30 ± 0.30	0.60 ± 0.60	0.90 ± 0.90
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L	0.15 ± 0.15	0.30 ± 0.30	1.25 ± 1.25
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L	0.15 ± 0.15	0.35 ± 0.35	0.85 ± 0.85
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L	3.15 ± 0.30	4.20 ± 0.45	5.30 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.5 ± 1.0	12.7 ± 1.0	16.2 ± 1.0
	g/L	85 ± 10	127 ± 10	162 ± 10
	mmol/L	5.3 ± 0.60	7.90 ± 0.60	10.10 ± 0.6
Гематокрит, HCT	%	24.6 ± 7.5	37.0 ± 10.0	50.4 ± 10.0
	L/L	0.25 ± 0.08	0.37 ± 0.10	0.50 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	78.0 ± 12.0	88.0 ± 12.0	95.0 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	27.0 ± 7.0	30.2 ± 7.0	30.6 ± 7.0
	fmol	1.70 ± 0.40	1.90 ± 0.40	1.90 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	34.5 ± 7.0	34.5 ± 7.0	32.0 ± 7.0
	g/L	345 ± 70	345 ± 70	320 ± 70
	mmol/L	21.4 ± 4.3	21.4 ± 4.3	19.9 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	13.9 ± 5.0	12.2 ± 5.0	11.9 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	41.7 ± 10.0	41.1 ± 10.0	43.6 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L	81 ± 35	220 ± 55	535 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	4.6 ± 3.0	4.8 ± 3.0	5.1 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	15.1 ± 3.0	14.8 ± 3.0	15.1 ± 3.0
Тромбокрит, PCT	%	0.04 ± 0.04	0.11 ± 0.08	0.27 ± 0.10

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора
Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Сотрудник ОБТК _____ Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия г. Новосибирск

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMS-600**	Комплект	**4**	Серия	**2654123**	Дата выпуска	**03.04.2026**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**03.07.2026**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							

Аттестованные значения для гематологического анализатора:		**Mindray BC-6800/BC-6800 Plus**		
Определяемый параметр		Низкая патология	Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L	3.35 ± 1.00	6.65 ± 2.00	12.50 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%	34.7 ± 15.0	61.7 ± 15.0	35.0 ± 15.0
		0.35 ± 0.15	0.62 ± 0.15	0.35 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	55.4 ± 15.0	30.4 ± 15.0	50.6 ± 15.0
		0.55 ± 0.15	0.30 ± 0.15	0.51 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	7.5 ± 7.5	4.2 ± 4.2	7.0 ± 7.0
		0.08 ± 0.08	0.04 ± 0.04	0.07 ± 0.07
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%	3.5 ± 3.5	3.5 ± 3.5	6.0 ± 6.0
		0.04 ± 0.04	0.04 ± 0.04	0.06 ± 0.06
Относ. кол-во базофилов, Bas	%	3.5 ± 3.5	3.5 ± 3.5	3.5 ± 3.5
		0.04 ± 0.04	0.04 ± 0.04	0.04 ± 0.04
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L	1.15 ± 0.50	4.10 ± 1.00	4.40 ± 1.90
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L	1.85 ± 0.50	2.00 ± 1.00	6.35 ± 1.90
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L	0.25 ± 0.25	0.30 ± 0.30	0.90 ± 0.90
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L	0.10 ± 0.10	0.25 ± 0.25	0.75 ± 0.75
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L	0.10 ± 0.10	0.25 ± 0.25	0.45 ± 0.45
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L	3.15 ± 0.30	4.20 ± 0.45	5.25 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.5 ± 1.0	12.6 ± 1.0	16.1 ± 1.0
	g/L	85 ± 10	126 ± 10	161 ± 10
	mmol/L	5.3 ± 0.60	7.80 ± 0.60	10.00 ± 0.6
Гематокрит, HCT	%	26.5 ± 7.5	39.5 ± 10.0	50.9 ± 10.0
	L/L	0.3 ± 0.1	0.4 ± 0.1	0.5 ± 0.1
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	84.0 ± 12.0	94.0 ± 12.0	97.0 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	27.0 ± 7.0	30.0 ± 7.0	30.7 ± 7.0
	fmol	1.70 ± 0.40	1.90 ± 0.40	1.90 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	32.0 ± 7.0	32.0 ± 7.0	31.5 ± 7.0
	g/L	320 ± 70	320 ± 70	315 ± 70
	mmol/L	19.9 ± 4.3	19.9 ± 4.3	19.6 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	15.3 ± 5.0	13.8 ± 5.0	14.3 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	47.3 ± 10.0	47.5 ± 10.0	50.7 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L	48 ± 35	145 ± 55	360 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	6.0 ± 3.0	5.9 ± 3.0	6.0 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	15.6 ± 3.0	15.2 ± 3.0	15.3 ± 3.0
Тромбокрит, PCT	%	0.03 ± 0.03	0.09 ± 0.08	0.22 ± 0.10

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!				
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	*10^9/L*	*3.10 ± 2.48*	*5.60 ± 4.48*	*19.10 ± 15.28*
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	*%*	*6.40 ± 5.12*	*3.80 ± 3.04*	*5.30 ± 4.24*
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*10^9/L*	*н/д*	*н/д*	*н/д*
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*%*	*н/д*	*н/д*	*н/д*
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%	*%%*	*н/д*	*н/д*	*н/д*
Абс. кол-во ретикулоцитов, RET#	*10^{12}/L*	*н/д*	*н/д*	*н/д*
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF	*%*	*н/д*	*н/д*	*н/д*
Фракция ретикулоцитов низкой флуоресценции, LFR	*%*	*н/д*	*н/д*	*н/д*
Фракция ретикулоцитов средней флуоресценции, MFR	*%*	*н/д*	*н/д*	*н/д*
Фракция ретикулоцитов высокой флуоресценции, HFR	*%*	*н/д*	*н/д*	*н/д*
Эквивалент содержания гемоглобина в ретикулоцитах, RET-He	*pg*	*н/д*	*н/д*	*н/д*

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Сотрудник ОБТК _____ Т.А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMS-600**	Комплект	**4**	Серия	**2654123**	Дата выпуска	**03.04.2026**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**03.07.2026**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							

Аттестованные значения для гематологического анализатора:		**Mindray BC-6000/BC-6200**		
Определяемый параметр		Низкая патология	Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L	3.45 ± 1.00	6.85 ± 2.00	13.00 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%	36.9 ± 15.0	64.4 ± 15.0	40.2 ± 15.0
		0.37 ± 0.15	0.64 ± 0.15	0.40 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	52.7 ± 15.0	25.0 ± 15.0	40.1 ± 15.0
		0.53 ± 0.15	0.25 ± 0.15	0.40 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	9.3 ± 9.0	8.2 ± 8.2	13.2 ± 9.0
		0.09 ± 0.09	0.08 ± 0.08	0.13 ± 0.09
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%	2.5 ± 2.5	2.5 ± 2.5	6.5 ± 6.5
		0.03 ± 0.03	0.03 ± 0.03	0.07 ± 0.07
Относ. кол-во базофилов, Bas	%	1.5 ± 1.5	1.5 ± 1.5	1.5 ± 1.5
		0.02 ± 0.02	0.02 ± 0.02	0.02 ± 0.02
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L	1.25 ± 0.50	4.40 ± 1.05	5.25 ± 1.95
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L	1.80 ± 0.50	1.70 ± 1.05	5.20 ± 1.95
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L	0.30 ± 0.30	0.55 ± 0.55	1.70 ± 1.15
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L	0.10 ± 0.10	0.15 ± 0.15	0.85 ± 0.85
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L	0.05 ± 0.05	0.10 ± 0.10	0.20 ± 0.20
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L	3.05 ± 0.30	4.05 ± 0.45	5.15 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.40 ± 1.0	12.3 ± 1.0	16.0 ± 1.0
	g/L	84 ± 10	123 ± 10	160 ± 10
	mmol/L	5.2 ± 0.6	7.6 ± 0.6	9.9 ± 0.6
Гематокрит, HCT	%	25.9 ± 7.5	38.9 ± 10.0	52.5 ± 10.0
	L/L	0.26 ± 0.08	0.39 ± 0.10	0.53 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	85.0 ± 12.0	96.0 ± 12.0	102.0 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	27.5 ± 7.0	30.4 ± 7.0	31.1 ± 7.0
	fmol	1.70 ± 0.40	1.90 ± 0.40	1.90 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	32.5 ± 7.0	31.5 ± 7.0	30.5 ± 7.0
	g/L	325 ± 70	315 ± 70	305 ± 70
	mmol/L	20.2 ± 4.3	19.6 ± 4.3	18.9 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	15.8 ± 5.0	14.4 ± 5.0	13.8 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	47.2 ± 10.0	48.2 ± 10.0	49.4 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L	64 ± 35	180 ± 55	455 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	5.9 ± 3.0	5.8 ± 3.0	5.9 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	15.6 ± 3.0	15.2 ± 3.0	15.4 ± 3.0
Тромбокрит, PCT	%	0.04 ± 0.04	0.10 ± 0.08	0.27 ± 0.10

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!				
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	*10^9/L*	*3.20 ± 2.56*	*6.80 ± 5.44*	*21.20 ± 16.96*
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	*%*	*5.20 ± 4.16*	*3.80 ± 3.04*	*4.60 ± 3.68*
Абс. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*10^9/L*	*0.35 ± 0.35*	*0.10 ± 0.10*	*0.20 ± 0.20*
Относ. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*%*	*10.78 ± 10.78*	*1.50 ± 1.50*	*1.50 ± 1.50*
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*10^9/L*	*0.10 ± 0.10*	*0.05 ± 0.05*	*0.15 ± 0.15*
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*/100WBC*	*1.25 ± 1.25*	*0.30 ± 0.30*	*0.81 ± 0.81*
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET#	*10^{12}/L*	*0.0190 ± 0.0190*	*0.0234 ± 0.0234*	*0.0391 ± 0.0391*
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%	*%*	*0.60 ± 0.12*	*0.60 ± 0.12*	*0.75 ± 0.15*
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF	*%*	*20.0 ± 20.0*	*20.0 ± 20.0*	*20.0 ± 20.0*
Фракция ретикулоцитов низкой флуоресценции, LFR	*%*	*91.6 ± 91.6*	*93.1 ± 93.1*	*91.8 ± 91.8*
Фракция ретикулоцитов средней флуоресценции, MFR	*%*	*20.0 ± 5.0*	*20.0 ± 5.0*	*20.0 ± 5.0*
Фракция ретикулоцитов высокой флуоресценции, HFR	*%*	*20.0 ± 16.0*	*20.0 ± 16.0*	*20.0 ± 16.0*
Эквивалент содержания гемоглобина в ретикулоцитах, RET-He	*%*	*24.9 ± 5.0*	*26.3 ± 5.0*	*19.9 ± 5.0*

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср}$ ± N, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием контрольных реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Сотрудник ОТК _____ А.А. Старостенко

Электронную версию данного документа Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMS-600**	Комплект	**4**	Серия	**2654123**	Дата выпуска	**03.04.2026**
Условия транспортировки: при 2-8 °C, не замораживать.						Годен до	**03.07.2026**
Условия хранения: при 2-8 °C в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							

Аттестованные значения для гематологического анализатора:		**Mindray BC-720 / BC-780**		
Определяемый параметр		Низкая патология	Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L	3.60 ± 1.00	7.05 ± 2.00	12.95 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%	35.60 ± 15.00	63.10 ± 15.00	40.70 ± 15.00
		0.36 ± 0.15	0.63 ± 0.15	0.41 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	55.10 ± 15.00	30.30 ± 15.00	47.00 ± 15.00
		0.55 ± 0.15	0.30 ± 0.15	0.47 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	7.50 ± 7.50	4.30 ± 4.30	6.30 ± 6.30
		0.08 ± 0.08	0.04 ± 0.04	0.06 ± 0.06
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%	2.50 ± 2.50	2.50 ± 2.50	5.27 ± 5.27
		0.03 ± 0.03	0.03 ± 0.03	0.05 ± 0.05
Относ. кол-во базофилов, Bas	%	1.50 ± 1.50	1.50 ± 1.50	1.50 ± 1.50
		0.02 ± 0.02	0.02 ± 0.02	0.02 ± 0.02
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L	1.30 ± 0.55	4.45 ± 1.05	5.25 ± 1.95
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L	2.00 ± 0.55	2.15 ± 1.05	6.10 ± 1.95
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L	0.25 ± 0.25	0.30 ± 0.30	0.80 ± 0.80
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L	0.10 ± 0.10	0.20 ± 0.20	0.70 ± 0.70
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L	0.05 ± 0.05	0.10 ± 0.10	0.20 ± 0.20
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L	3.20 ± 0.30	4.20 ± 0.45	5.20 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.40 ± 1.00	12.30 ± 1.00	15.60 ± 1.00
	g/L	84.00 ± 10.00	123.00 ± 10.00	156.00 ± 10.00
	mmol/L	5.20 ± 0.60	7.60 ± 0.60	9.70 ± 0.60
Гематокрит, HCT	%	27.20 ± 7.50	39.50 ± 10.00	53.00 ± 10.00
	L/L	0.27 ± 0.08	0.40 ± 0.10	0.53 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	85.00 ± 12.00	94.00 ± 12.00	102.00 ± 12.00
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	26.30 ± 7.00	29.30 ± 7.00	30.00 ± 7.00
	fmol	1.60 ± 0.40	1.80 ± 0.40	1.90 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	31.00 ± 7.00	31.00 ± 7.00	29.50 ± 7.00
	g/L	310.00 ± 70.00	310.00 ± 70.00	295.00 ± 70.00
	mmol/L	19.30 ± 4.30	19.30 ± 4.30	18.30 ± 4.30
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	16.40 ± 5.00	14.80 ± 5.00	13.80 ± 5.00
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	50.20 ± 10.00	50.00 ± 10.00	50.20 ± 10.00
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L	61.00 ± 35.00	160.00 ± 55.00	400.00 ± 125.00
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	6.00 ± 3.00	5.70 ± 3.00	6.00 ± 3.00
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	15.80 ± 3.00	15.40 ± 3.00	15.60 ± 3.00
Тромбокрит, PCT	%	0.04 ± 0.04	0.09 ± 0.08	0.24 ± 0.10

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!				
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	*10^9/L*	*4.00 ± 3.20*	*6.20 ± 4.96*	*21.20 ± 16.96*
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	*%*	*6.60 ± 5.28*	*3.80 ± 3.04*	*5.20 ± 4.16*
Абс. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*10^9/L*	*0.50 ± 0.50*	*0.10 ± 0.10*	*0.20 ± 0.20*
Относ. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*%*	*14.27 ± 14.27*	*1.50 ± 1.50*	*1.73 ± 1.73*
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*10^9/L*	*0.10 ± 0.10*	*0.15 ± 0.15*	*0.35 ± 0.35*
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*/100WBC*	*0.82 ± 0.82*	*1.23 ± 1.23*	*2.30 ± 2.30*
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET#	*10^{12}/L*	*0.02 ± 0.02*	*0.03 ± 0.03*	*0.05 ± 0.05*
Относ. кол-во ретикулоцитов, RET%	*%*	*0.70 ± 0.14*	*0.75 ± 0.15*	*0.95 ± 0.19*
Фракция незрелых ретикулоцитов, IRF	*%*	*20.00 ± 20.00*	*20.00 ± 20.00*	*20.00 ± 20.00*
Фракция ретикулоцитов с низкой флуоресценции, LFR	*%*	*93.60 ± 93.60*	*93.20 ± 93.20*	*93.80 ± 93.80*
Фракция ретикулоцитов с средней флуоресценции, MFR	*%*	*20.00 ± 5.00*	*20.00 ± 5.00*	*20.00 ± 5.00*
Фракция ретикулоцитов с высокой флуоресценции, HFR	*%*	*20.00 ± 16.00*	*20.00 ± 16.00*	*20.00 ± 16.00*
Эквивалентное содержания гемоглобина в ретикулоцитах, RET-He	*%*	*28.00 ± 5.00*	*28.80 ± 5.00*	*20.90 ± 5.00*
Скорость оседания эритроцитов, ESR	*mm/h*	*26.30 ± 2.00*	*12.26 ± 2.00*	*11.58 ± 2.00*

*Аттестованные значения приведены в виде Хср ± N, где Хср – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения.

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Сотрудник ОБТК _____ А. Старостенко

Электронную версию данного документа вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMS-600**	Комплект	**4**	Серия	**2654123**	Дата выпуска	**03.04.2026**
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	**03.07.2026**
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							

Аттестованные значения для гематологического анализатора:		**Mindray BC-700 / BC-760**		
Определяемый параметр		Низкая патология	Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L	3.60 ± 1.00	7.05 ± 2.00	12.95 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%	35.60 ± 15.00	63.10 ± 15.00	40.70 ± 15.00
		0.36 ± 0.15	0.63 ± 0.15	0.41 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	55.10 ± 15.00	30.30 ± 15.00	47.00 ± 15.00
		0.55 ± 0.15	0.30 ± 0.15	0.47 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	7.50 ± 7.50	4.30 ± 4.30	6.30 ± 6.30
		0.08 ± 0.08	0.04 ± 0.04	0.06 ± 0.06
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%	2.50 ± 2.50	2.50 ± 2.50	5.27 ± 5.27
		0.03 ± 0.03	0.03 ± 0.03	0.05 ± 0.05
Относ. кол-во базофилов, Bas	%	1.50 ± 1.50	1.50 ± 1.50	1.50 ± 1.50
		0.02 ± 0.02	0.02 ± 0.02	0.02 ± 0.02
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L	1.30 ± 0.55	4.45 ± 1.05	5.25 ± 1.95
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L	2.00 ± 0.55	2.15 ± 1.05	6.10 ± 1.95
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L	0.25 ± 0.25	0.30 ± 0.30	0.80 ± 0.80
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L	0.10 ± 0.10	0.20 ± 0.20	0.70 ± 0.70
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L	0.05 ± 0.05	0.10 ± 0.10	0.20 ± 0.20
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L	3.20 ± 0.30	4.20 ± 0.45	5.20 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.40 ± 1.00	12.30 ± 1.00	15.60 ± 1.00
	g/L	84.00 ± 10.00	123.00 ± 10.00	156.00 ± 10.00
	mmol/L	5.20 ± 0.60	7.60 ± 0.60	9.70 ± 0.60
Гематокрит, HCT	%	27.20 ± 7.50	39.50 ± 10.00	53.00 ± 10.00
	L/L	0.27 ± 0.08	0.40 ± 0.10	0.53 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	85.00 ± 12.00	94.00 ± 12.00	102.00 ± 12.00
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	26.30 ± 7.00	29.30 ± 7.00	30.00 ± 7.00
	fmol	1.60 ± 0.40	1.80 ± 0.40	1.90 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	31.00 ± 7.00	31.00 ± 7.00	29.50 ± 7.00
	g/L	310.00 ± 70.00	310.00 ± 70.00	295.00 ± 70.00
	mmol/L	19.30 ± 4.30	19.30 ± 4.30	18.30 ± 4.30
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	16.40 ± 5.00	14.80 ± 5.00	13.80 ± 5.00
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	50.20 ± 10.00	50.00 ± 10.00	50.20 ± 10.00
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L	61.00 ± 35.00	160.00 ± 55.00	400.00 ± 125.00
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	6.00 ± 3.00	5.70 ± 3.00	6.00 ± 3.00
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	15.80 ± 3.00	15.40 ± 3.00	15.60 ± 3.00
Тромбокрит, PCT	%	0.04 ± 0.04	0.09 ± 0.08	0.24 ± 0.10

Не для медицинского применения! Только для научно-исследовательских целей!				
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	*10^9/L*	*4.00 ± 3.20*	*6.20 ± 4.96*	*21.20 ± 16.96*
Относ. кол-во больших тромбоцитов, PLC-R	*%*	*6.60 ± 5.28*	*3.80 ± 3.04*	*5.20 ± 4.16*
Абс. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*10^9/L*	*0.50 ± 0.50*	*0.10 ± 0.10*	*0.20 ± 0.20*
Относ. кол-во незрелых гранулоцитов, IMG	*%*	*14.27 ± 14.27*	*1.50 ± 1.50*	*1.73 ± 1.73*
Абс. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*10^9/L*	*0.10 ± 0.10*	*0.15 ± 0.15*	*0.35 ± 0.35*
Относ. кол-во ядросодержащих эритроцитов, NRBC	*/100WBC*	*0.82 ± 0.82*	*1.23 ± 1.23*	*2.30 ± 2.30*
Скорость оседания эритроцитов, ESR	*mm/h*	*26.30 ± 2.00*	*12.26 ± 2.00*	*11.58 ± 2.00*

*Аттестованные значения приведены в виде Хср ± N, где Хср – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Сотрудник ОБТК _____ А.А.Старостенко

Электронную версию данного паспорта Вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКА-Н»,
Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16
Телефон: (383) 363-77-01 e-mail: info@medica-n.ru
www.medica-n.ru

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К набору реагентов **«Гематрол 5D»**

контрольный материал для контроля качества проведения общего анализа крови

по ТУ 21.20.23-001-52857075-2016

Кат.	**RMS-600**	Комплект	**4**	Серия	**2654123**	Дата выпуска	**03.04.2026**
Условия транспортировки: при 2-8 °C, не замораживать.						Годен до	**03.07.2026**
Условия хранения: при 2-8 °C в течении 90 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:					**Quintus/Diatron Abacus 5/Human HumaCount 5L**		

Определяемый параметр		Низкая патология	Норма	Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10^9/L	3.50 ± 1.00	7.25 ± 2.00	17.65 ± 4.00
Относ. кол-во нейтрофилов, Neu	%	28.0 ± 15.0	64.7 ± 15.0	31.7 ± 15.0
		0.28 ± 0.15	0.65 ± 0.15	0.32 ± 0.15
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	69.9 ± 15.0	30.0 ± 15.0	57.8 ± 15.0
		0.70 ± 0.15	0.30 ± 0.15	0.58 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5	8.0 ± 8.0
		0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05	0.08 ± 0.08
Относ. кол-во эозинофилов, Eos	%	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5
		0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05
Относ. кол-во базофилов, Bas	%	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5	4.5 ± 4.5
		0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05
Абс. кол-во нейтрофилов, Neu	10^9/L	1.00 ± 0.55	4.70 ± 1.10	5.60 ± 2.65
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10^9/L	2.45 ± 0.55	2.15 ± 1.10	10.20 ± 2.65
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10^9/L	0.15 ± 0.15	0.35 ± 0.35	1.40 ± 1.40
Абс. кол-во эозинофилов, Eos	10^9/L	0.15 ± 0.15	0.35 ± 0.35	0.80 ± 0.80
Абс. кол-во базофилов, Bas	10^9/L	0.15 ± 0.15	0.35 ± 0.35	0.80 ± 0.80
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10^{12}/L	3.20 ± 0.30	4.20 ± 0.45	5.15 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.9 ± 1.0	12.4 ± 1.0	15.9 ± 1.0
	g/L	89 ± 10	124 ± 10	159 ± 10
	mmol/L	5.5 ± 0.60	7.70 ± 0.60	9.90 ± 0.6
Гематокрит, HCT	%	26.8 ± 7.5	39.4 ± 10.0	51.3 ± 10.0
	L/L	0.27 ± 0.08	0.39 ± 0.10	0.51 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	83.6 ± 12.0	93.8 ± 12.0	99.6 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	27.8 ± 7.0	29.5 ± 7.0	30.9 ± 7.0
	fmol	1.70 ± 0.40	1.80 ± 0.40	1.90 ± 0.40
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	33.0 ± 7.0	31.5 ± 7.0	31.0 ± 7.0
	g/L	330 ± 70	315 ± 70	310 ± 70
	mmol/L	20.5 ± 4.3	19.6 ± 4.3	19.3 ± 4.3
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	16.5 ± 5.0	15.0 ± 5.0	14.1 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	43.7 ± 10.0	47.7 ± 10.0	49.0 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10^9/L	59 ± 35	170 ± 55	380 ± 125
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	10.0 ± 3.0	10.0 ± 3.0	10.0 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	14.0 ± 3.0	13.7 ± 3.0	14.2 ± 3.0
Тромбокрит, PCT	%	0.06 ± 0.06	0.17 ± 0.17	0.38 ± 0.38

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{ср} \pm N$, где $X_{ср}$ – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Электронную версию данного документа вы можете найти в разделе Паспорта на продукцию нашего сайта в сети Интернет - **www.medica-n.ru**

Сотрудник ОБТК _____ А. Старостенко

Общество с ограниченной ответственностью «Медика-Н» Россия Новосибирск