

ПАСПОРТ № 263497

На «Гематологический контроль «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект 4	Номер серии:	263497	Кол-во наборов:	81
ТУ 21.20.23-011-26329720-2019			Дата выпуска:	25.06.2026	Срок годности:	25.12.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.						
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 180 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.						
Наименование показателя	Номер серии	Дата изготовления	Срок годности	Характеристика и нормы	Кол-во в наборе	Результат контроля
Внешний вид						
Правильность маркировки упаковки набора реагентов и компонентов набора						соответствует
«Гематрол® 3D - Низкий»	263497l	25.06.26	25.12.26	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,5 мл	соответствует
«Гематрол® 3D - Норма»	263497n	25.06.26	25.12.26	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,5 мл	соответствует
«Гематрол® 3D - Высокий»	263497h	25.06.26	25.12.26	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,5 мл	соответствует
Показатели правильности определения						
Определяемые параметры	«Гематрол® 3D - Низкий»		«Гематрол® 3D - Норма»		«Гематрол® 3D - Высокий»	
	Должен содержать	Результат	Должен содержать	Результат	Должен содержать	Результат
Абс. кол-во лейкоцитов, WBC [10^9 /л]	1,0 - 6,0	3.60	4,0 - 12,0	7.30	8,0 - 25,0	15.7
Абс. кол-во эритроцитов, RBC [10^{12} /л]	1,00 - 4,00	3.15	3,00 - 5,00	4.02	4,00 - 6,00	5.02
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT [10^9 /л]	40 - 120	72	100 - 300	195	200 - 600	372

Заключение: серия соответствует требованиям ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Начальник ОБТК _____

И.В. Валеева

Дата выдачи паспорта



АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	263497	Дата выпуска	25.06.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	25.12.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						Mindray BC-3600	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10 ⁹ /L	3.70 ± 1.00	7.40 ± 2.00	15.80 ± 4.00			
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	61.0 ± 15.0	31.0 ± 15.0	61.0 ± 15.0			
		0.61 ± 0.15	0.31 ± 0.15	0.61 ± 0.15			
Относ. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, Mid	%	10.0 ± 10.0	7.0 ± 7.0	10.0 ± 10.0			
		0.10 ± 0.10	0.07 ± 0.07	0.10 ± 0.10			
Относ. кол-во гранулоцитов, Gran	%	29.4 ± 15.0	62.6 ± 15.0	29.4 ± 15.0			
		0.29 ± 0.15	0.63 ± 0.15	0.29 ± 0.15			
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10 ⁹ /L	2.30 ± 0.60	2.30 ± 1.10	9.60 ± 2.40			
Абс. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, Mid	10 ⁹ /L	0.40 ± 0.40	0.50 ± 0.50	1.60 ± 1.60			
Абс. кол-во гранулоцитов, Gran	10 ⁹ /L	1.10 ± 0.60	4.60 ± 1.10	4.60 ± 2.40			
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10 ¹² /L	3.10 ± 0.30	4.10 ± 0.45	5.10 ± 0.60			
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.8 ± 1.0	12.1 ± 1.0	15.9 ± 1.0			
	g/L	88 ± 10	121 ± 10	159 ± 10			
	mmol/L	5.5 ± 0.7	7.6 ± 0.7	9.9 ± 0.7			
Гематокрит, HCT	%	28.0 ± 7.5	38.0 ± 10.0	50.0 ± 10.0			
	L/L	0.28 ± 0.08	0.38 ± 0.10	0.50 ± 0.10			
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	82.8 ± 12.0	87.6 ± 12.0	93.8 ± 12.0			
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	29.0 ± 7.0	31.0 ± 7.0	32.0 ± 7.0			
	fmol	1.9 ± 0.5	2.0 ± 0.5	2.0 ± 0.5			
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	35.0 ± 7.0	35.0 ± 7.0	34.0 ± 7.0			
	g/L	350 ± 70	350 ± 70	340 ± 70			
	mmol/L	21.8 ± 4.4	21.8 ± 4.4	21.2 ± 4.4			
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	14.8 ± 5.0	15.0 ± 5.0	14.0 ± 5.0			
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	37.8 ± 10.0	40.3 ± 10.0	40.9 ± 10.0			
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10 ⁹ /L	77 ± 35	190 ± 55	361 ± 115			
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	8.0 ± 3.0	7.0 ± 3.0	8.0 ± 3.0			
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	17.0 ± 3.0	16.0 ± 3.0	20.0 ± 3.0			
Тромбокрит, PCT	%	0.06 ± 0.06	0.12 ± 0.08	0.26 ± 0.10			
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	10 ⁹ /L	16.0 ± 8.0	19.0 ± 9.5	54.0 ± 27.0			
Доля больших тромбоцитов, PLC-R	%	22.0 ± 11.0	11.0 ± 5.5	15.0 ± 7.5			

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Начальник ОБТК _____

И.В. Валеева



АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	263497	Дата выпуска	25.06.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	25.12.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						Mindray BC-2800/BC-3000+/BC-3200	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10 ⁹ /L	3.80 ± 1.00	7.30 ± 2.00	15.80 ± 4.00			
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	61.0 ± 15.0	31.0 ± 15.0	61.0 ± 15.0			
		0.61 ± 0.15	0.31 ± 0.15	0.61 ± 0.15			
Относ. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, Mid	%	8.0 ± 8.0	6.0 ± 6.0	7.0 ± 7.0			
		0.08 ± 0.08	0.06 ± 0.06	0.07 ± 0.07			
Относ. кол-во гранулоцитов, Gran	%	31.4 ± 15.0	63.8 ± 15.0	32.5 ± 15.0			
		0.31 ± 0.15	0.64 ± 0.15	0.33 ± 0.15			
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10 ⁹ /L	2.30 ± 0.60	2.30 ± 1.10	9.60 ± 2.40			
Абс. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, Mid	10 ⁹ /L	0.30 ± 0.30	0.40 ± 0.40	1.10 ± 1.10			
Абс. кол-во гранулоцитов, Gran	10 ⁹ /L	1.20 ± 0.60	4.70 ± 1.10	5.10 ± 2.40			
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10 ¹² /L	3.00 ± 0.30	3.90 ± 0.45	5.00 ± 0.60			
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.8 ± 1.0	12.0 ± 1.0	15.9 ± 1.0			
	g/L	88 ± 10	120 ± 10	159 ± 10			
	mmol/L	5.5 ± 0.7	7.5 ± 0.7	9.9 ± 0.7			
Гематокрит, HCT	%	27.0 ± 7.5	37.0 ± 10.0	50.0 ± 10.0			
	L/L	0.27 ± 0.08	0.37 ± 0.10	0.50 ± 0.10			
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	82.4 ± 12.0	87.8 ± 12.0	94.9 ± 12.0			
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	30.0 ± 7.0	31.0 ± 7.0	32.0 ± 7.0			
	fmol	1.9 ± 0.5	2.0 ± 0.5	2.0 ± 0.5			
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	36.0 ± 7.0	35.0 ± 7.0	34.0 ± 7.0			
	g/L	360 ± 70	350 ± 70	340 ± 70			
	mmol/L	22.4 ± 4.4	21.8 ± 4.4	21.2 ± 4.4			
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	15.0 ± 5.0	15.0 ± 5.0	14.0 ± 5.0			
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	40.0 ± 10.0	42.0 ± 10.0	42.2 ± 10.0			
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10 ⁹ /L	70 ± 35	220 ± 55	400 ± 115			
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	7.5 ± 3.0	6.0 ± 3.0	7.0 ± 3.0			
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	16.0 ± 3.0	15.0 ± 3.0	16.0 ± 3.0			
Тромбокрит, PCT	%	0.06 ± 0.06	0.13 ± 0.08	0.28 ± 0.10			

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Начальник ОБТК _____

И.В. Валеева



АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	263497	Дата выпуска	25.06.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	25.12.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						Mindray BC-30s	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10 ⁹ /L	3.80 ± 1.00	7.20 ± 2.00	15.80 ± 4.00			
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	62.0 ± 15.0	31.0 ± 15.0	61.0 ± 15.0			
		0.62 ± 0.15	0.31 ± 0.15	0.61 ± 0.15			
Относ. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, Mid	%	6.0 ± 6.0	5.0 ± 5.0	5.0 ± 5.0			
		0.06 ± 0.06	0.05 ± 0.05	0.05 ± 0.05			
Относ. кол-во гранулоцитов, Gran	%	33.0 ± 15.0	65.3 ± 15.0	35.3 ± 15.0			
		0.33 ± 0.15	0.65 ± 0.15	0.35 ± 0.15			
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10 ⁹ /L	2.40 ± 0.60	2.20 ± 1.10	9.60 ± 2.40			
Абс. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, Mid	10 ⁹ /L	0.20 ± 0.20	0.40 ± 0.40	0.80 ± 0.80			
Абс. кол-во гранулоцитов, Gran	10 ⁹ /L	1.30 ± 0.60	4.70 ± 1.10	5.60 ± 2.40			
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10 ¹² /L	3.00 ± 0.30	3.80 ± 0.45	5.00 ± 0.60			
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.9 ± 1.0	12.0 ± 1.0	16.0 ± 1.0			
	g/L	89 ± 10	120 ± 10	160 ± 10			
	mmol/L	5.6 ± 0.7	7.5 ± 0.7	10.0 ± 0.7			
Гематокрит, HCT	%	26.0 ± 7.5	36.0 ± 10.0	50.0 ± 10.0			
	L/L	0.26 ± 0.08	0.36 ± 0.10	0.50 ± 0.10			
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	82.0 ± 12.0	88.1 ± 12.0	96.3 ± 12.0			
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	31.0 ± 7.0	32.0 ± 7.0	33.0 ± 7.0			
	fmol	2.0 ± 0.5	2.0 ± 0.5	2.1 ± 0.5			
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	37.0 ± 7.0	36.0 ± 7.0	34.0 ± 7.0			
	g/L	370 ± 70	360 ± 70	340 ± 70			
	mmol/L	23.0 ± 4.4	22.4 ± 4.4	21.2 ± 4.4			
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	15.0 ± 5.0	14.0 ± 5.0	13.0 ± 5.0			
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	42.1 ± 10.0	43.7 ± 10.0	43.7 ± 10.0			
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10 ⁹ /L	90 ± 35	254 ± 55	451 ± 115			
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	7.0 ± 3.0	6.0 ± 3.0	7.0 ± 3.0			
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	17.0 ± 3.0	16.0 ± 3.0	17.0 ± 3.0			
Тромбокрит, PCT	%	0.06 ± 0.05	0.15 ± 0.08	0.30 ± 0.10			
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	10 ⁹ /L	11.0 ± 5.5	16.0 ± 8.0	46.0 ± 23.0			
Доля больших тромбоцитов, PLC-R	%	12.1 ± 6.0	6.2 ± 3.1	10.1 ± 5.0			

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Начальник ОБТК _____

И.В. Валеева



АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	263497	Дата выпуска	25.06.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	25.12.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						URIT-2900+	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10 ⁹ /L		3.80	± 1.00	7.50	± 2.00	16.20 ± 4.00
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%		61.1	± 15.0	30.9	± 15.0	60.2 ± 15.0
			0.61	± 0.15	0.31	± 0.15	0.60 ± 0.15
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%		11.2	± 15.0	7.0	± 7.0	10.9 ± 10.9
			0.11	± 0.15	0.07	± 0.07	0.11 ± 0.11
Относ. кол-во гранулоцитов, Gran	%		27.7	± 15.0	62.1	± 15.0	28.9 ± 15.0
			0.28	± 0.15	0.62	± 0.15	0.29 ± 0.15
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10 ⁹ /L		2.30	± 0.60	2.30	± 1.10	9.80 ± 2.40
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10 ⁹ /L		0.40	± 0.60	0.50	± 0.50	1.80 ± 1.80
Абс. кол-во гранулоцитов, Gran	10 ⁹ /L		1.10	± 0.60	4.70	± 1.10	4.70 ± 2.40
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10 ¹² /L		3.00	± 0.30	3.90	± 0.45	4.90 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL		8.6	± 1.0	11.8	± 1.0	15.7 ± 1.0
	g/L		86	± 10	118	± 10	157 ± 10
	mmol/L		5.4	± 0.7	7.4	± 0.7	9.8 ± 0.7
Гематокрит, HCT	%		25.0	± 7.5	34.0	± 10.0	46.0 ± 10.0
	L/L		0.25	± 0.08	0.34	± 0.10	0.46 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV	fL		81.3	± 12.0	87.0	± 12.0	93.8 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg		29.0	± 7.0	31.0	± 7.0	33.0 ± 7.0
	fmol		1.9	± 0.5	2.0	± 0.5	2.1 ± 0.5
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL		36.0	± 7.0	36.0	± 7.0	35.0 ± 7.0
	g/L		360	± 70	360	± 70	350 ± 70
	mmol/L		22.4	± 4.4	22.4	± 4.4	21.8 ± 4.4
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%		15.9	± 5.0	15.3	± 5.0	14.4 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL		39.0	± 5.0	42.0	± 5.0	43.0 ± 5.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10 ⁹ /L		64	± 35	202	± 55	378 ± 115
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL		7.0	± 3.0	6.0	± 3.0	7.0 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	%		12.3	± 3.0	11.1	± 3.0	11.8 ± 3.0
Тромбокрит, PCT	%		0.050	± 0.050	0.112	± 0.080	0.241 ± 0.100
Доля больших тромбоцитов, PLC-R	%		12.0	± 6.0	6.0	± 3.0	10.0 ± 5.0
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	10 ⁹ /L		9.00	± 4.50	12.00	± 6.00	35.00 ± 17.50

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Начальник ОБТК _____

И.В. Валеева



АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	263497	Дата выпуска	25.06.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	25.12.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						URIT Hemalit 3000	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10 ⁹ /L	4.00 ± 0.50	7.70 ± 1.00	16.70 ± 2.50			
Относ. кол-во лимфоцитов, LYM%	%	61.5 ± 15.0	30.9 ± 15.0	59.7 ± 15.0			
		0.61 ± 0.15	0.31 ± 0.15	0.60 ± 0.15			
Относ. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, MID%	%	12.6 ± 9.0	7.5 ± 7.5	11.9 ± 9.0			
		0.13 ± 0.09	0.08 ± 0.08	0.12 ± 0.09			
Относ. кол-во гранулоцитов GRAN%	%	25.9 ± 15.0	61.6 ± 15.0	28.4 ± 15.0			
		0.26 ± 0.15	0.62 ± 0.15	0.28 ± 0.15			
Абс. кол-во лимфоцитов, LYM#	10 ⁹ /L	2.50 ± 0.60	2.40 ± 1.20	10.00 ± 2.50			
Абс. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, MID#	10 ⁹ /L	0.50 ± 0.40	0.60 ± 0.60	2.00 ± 1.50			
Абс. кол-во гранулоцитов GRAN#	10 ⁹ /L	1.00 ± 0.60	4.70 ± 1.20	4.70 ± 2.50			
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10 ¹² /L	2.90 ± 0.15	3.80 ± 0.20	4.80 ± 0.30			
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.4 ± 0.5	11.6 ± 0.5	15.5 ± 0.5			
	g/L	84 ± 5	116 ± 5	155 ± 5			
	mmol/L	5.3 ± 0.4	7.3 ± 0.4	9.7 ± 0.4			
Гематокрит, HCT	%	23.0 ± 3.0	32.5 ± 3.0	45.0 ± 3.0			
	L/L	0.23 ± 0.03	0.33 ± 0.03	0.45 ± 0.03			
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	79.5 ± 5.0	86.5 ± 5.0	94.0 ± 5.0			
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	29.0 ± 3.0	30.5 ± 3.0	32.5 ± 3.0			
	fmol	1.9 ± 0.2	1.9 ± 0.2	2.1 ± 0.2			
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	36.5 ± 4.0	35.5 ± 4.0	34.5 ± 4.0			
	g/L	365 ± 40	355 ± 40	345 ± 40			
	mmol/L	22.7 ± 2.5	22.1 ± 2.5	21.5 ± 2.5			
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	17.0 ± 3.0	16.5 ± 5.0	15.0 ± 5.0			
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	40.0 ± 5.0	44.0 ± 5.0	45.0 ± 5.0			
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10 ⁹ /L	69 ± 25	229 ± 45	409 ± 60			
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	5.5 ± 3.0	4.5 ± 3.0	5.5 ± 3.0			
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	%	8.5 ± 3.0	7.0 ± 3.0	8.0 ± 3.0			
Тромбокрит, PCT	%	0.040 ± 0.020	0.100 ± 0.060	0.220 ± 0.100			
Доля больших тромбоцитов, PLC-R	%	3.5 ± 3.5	1.0 ± 1.0	3.5 ± 3.5			
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	10 ⁹ /L	2.5 ± 2.0	2.5 ± 2.0	14.5 ± 11.6			

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Начальник ОБТК _____

И.В. Валеева



АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	263497	Дата выпуска	25.06.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	25.12.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						Medonic M-20	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10 ⁹ /L	3.70 ± 1.00	7.10 ± 2.00	15.80 ± 4.00			
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	58.0 ± 15.0	30.0 ± 15.0	56.0 ± 15.0			
		0.58 ± 0.15	0.30 ± 0.15	0.56 ± 0.15			
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	7.0 ± 7.0	7.0 ± 7.0	7.0 ± 7.0			
		0.07 ± 0.07	0.07 ± 0.07	0.07 ± 0.07			
Относ. кол-во гранулоцитов, Gran	%	35.1 ± 15.0	63.3 ± 15.0	37.0 ± 15.0			
		0.35 ± 0.15	0.63 ± 0.15	0.37 ± 0.15			
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10 ⁹ /L	2.10 ± 0.60	2.10 ± 1.10	8.80 ± 2.40			
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10 ⁹ /L	0.30 ± 0.30	0.50 ± 0.50	1.10 ± 1.10			
Абс. кол-во гранулоцитов, Gran	10 ⁹ /L	1.30 ± 0.60	4.50 ± 1.10	5.80 ± 2.40			
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10 ¹² /L	3.00 ± 0.30	3.80 ± 0.45	5.00 ± 0.60			
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.7 ± 1.0	11.9 ± 1.0	16.1 ± 1.0			
	g/L	87 ± 10	119 ± 10	161 ± 10			
	mmol/L	5.5 ± 0.7	7.4 ± 0.7	10.0 ± 0.7			
Гематокрит, HCT	%	25.0 ± 7.5	34.0 ± 10.0	48.0 ± 10.0			
	L/L	0.25 ± 0.08	0.34 ± 0.10	0.48 ± 0.10			
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	77.9 ± 12.0	84.8 ± 12.0	92.3 ± 12.0			
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	30.0 ± 7.0	32.0 ± 7.0	33.0 ± 7.0			
	fmol	1.9 ± 0.5	2.0 ± 0.5	2.1 ± 0.5			
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	39.0 ± 7.0	38.0 ± 7.0	36.0 ± 7.0			
	g/L	390 ± 70	380 ± 70	360 ± 70			
	mmol/L	24.3 ± 4.4	23.6 ± 4.4	22.4 ± 4.4			
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	12.6 ± 5.0	12.3 ± 5.0	12.4 ± 5.0			
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10 ⁹ /L	60 ± 35	161 ± 55	317 ± 115			
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	7.0 ± 3.0	6.0 ± 3.0	6.0 ± 3.0			
Тромбокрит, PCT	%	0.039 ± 0.039	0.085 ± 0.080	0.189 ± 0.100			

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Начальник ОБТК _____



АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	263497	Дата выпуска	25.06.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	25.12.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						Swelab Alfa	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10 ⁹ /L	3.70 ± 1.00	7.10 ± 2.00	15.80 ± 4.00			
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	57.7 ± 15.0	29.5 ± 15.0	56.0 ± 15.0			
		0.58 ± 0.15	0.30 ± 0.15	0.56 ± 0.15			
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	7.2 ± 7.2	7.2 ± 7.2	7.1 ± 7.1			
		0.07 ± 0.07	0.07 ± 0.07	0.07 ± 0.07			
Относ. кол-во гранулоцитов, Gran	%	35.1 ± 15.0	63.3 ± 15.0	37.0 ± 15.0			
		0.35 ± 0.15	0.63 ± 0.15	0.37 ± 0.15			
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10 ⁹ /L	2.10 ± 0.60	2.10 ± 1.10	8.80 ± 2.40			
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10 ⁹ /L	0.30 ± 0.30	0.50 ± 0.50	1.10 ± 1.10			
Абс. кол-во гранулоцитов, Gran	10 ⁹ /L	1.30 ± 0.60	4.50 ± 1.10	5.80 ± 2.40			
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10 ¹² /L	3.00 ± 0.30	3.80 ± 0.45	5.00 ± 0.60			
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.7 ± 1.0	11.9 ± 1.0	16.1 ± 1.0			
	g/L	87 ± 10	119 ± 10	161 ± 10			
	mmol/L	5.5 ± 0.7	7.4 ± 0.7	10.0 ± 0.7			
Гематокрит, HCT	%	23.0 ± 7.5	32.0 ± 10.0	46.0 ± 10.0			
	L/L	0.23 ± 0.08	0.32 ± 0.10	0.46 ± 0.10			
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	77.9 ± 12.0	84.8 ± 12.0	92.3 ± 12.0			
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	30.0 ± 7.0	32.0 ± 7.0	33.0 ± 7.0			
	fmol	1.9 ± 0.5	2.0 ± 0.5	2.1 ± 0.5			
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	39.0 ± 7.0	38.0 ± 7.0	36.0 ± 7.0			
	g/L	390 ± 70	380 ± 70	360 ± 70			
	mmol/L	24.3 ± 4.4	23.6 ± 4.4	22.4 ± 4.4			
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	12.6 ± 5.0	12.3 ± 5.0	12.4 ± 5.0			
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10 ⁹ /L	60 ± 35	153 ± 55	309 ± 115			
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	7.0 ± 3.0	6.0 ± 3.0	6.0 ± 3.0			
Тромбоцит, PCT	%	0.040 ± 0.040	0.081 ± 0.080	0.185 ± 0.100			

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} - среднее значение определяемого параметра, N - максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Начальник ОБТК _____

И.В. Валеева



АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	263497	Дата выпуска	25.06.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	25.12.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						Horiba ABX Micros 60/OT60/ES60	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10 ⁹ /L	3.80 ± 1.00	7.30 ± 2.00	16.10 ± 4.00			
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	60.0 ± 15.0	31.0 ± 15.0	59.0 ± 15.0			
		0.60 ± 0.15	0.31 ± 0.15	0.59 ± 0.15			
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	9.0 ± 9.0	6.0 ± 6.0	8.0 ± 8.0			
		0.09 ± 0.09	0.06 ± 0.06	0.08 ± 0.08			
Относ. кол-во гранулоцитов, Gran	%	31.0 ± 15.0	63.0 ± 15.0	33.0 ± 15.0			
		0.31 ± 0.15	0.63 ± 0.15	0.33 ± 0.15			
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10 ⁹ /L	2.30 ± 0.60	2.30 ± 1.10	9.50 ± 2.40			
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10 ⁹ /L	0.30 ± 0.30	0.40 ± 0.40	1.30 ± 1.30			
Абс. кол-во гранулоцитов, Gran	10 ⁹ /L	1.20 ± 0.60	4.60 ± 1.10	5.30 ± 2.40			
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10 ¹² /L	3.00 ± 0.30	3.90 ± 0.45	4.90 ± 0.60			
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.7 ± 1.0	11.9 ± 1.0	15.9 ± 1.0			
	g/L	87 ± 10	119 ± 10	159 ± 10			
	mmol/L	5.5 ± 0.7	7.4 ± 0.7	9.9 ± 0.7			
Гематокрит, HCT	%	24.0 ± 7.5	34.0 ± 10.0	46.0 ± 10.0			
	L/L	0.24 ± 0.08	0.34 ± 0.10	0.46 ± 0.10			
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	81.0 ± 12.0	87.0 ± 12.0	94.0 ± 12.0			
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	30.0 ± 7.0	32.0 ± 7.0	33.0 ± 7.0			
	fmol	1.9 ± 0.5	2.0 ± 0.5	2.1 ± 0.5			
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	37.0 ± 7.0	36.0 ± 7.0	35.0 ± 7.0			
	g/L	370 ± 70	360 ± 70	350 ± 70			
	mmol/L	23.0 ± 4.4	22.4 ± 4.4	21.8 ± 4.4			
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	14.8 ± 5.0	14.3 ± 5.0	13.5 ± 5.0			
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10 ⁹ /L	73 ± 35	208 ± 55	384 ± 115			
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	%	7.0 ± 3.0	6.0 ± 3.0	7.0 ± 3.0			
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	13.6 ± 3.0	11.5 ± 3.0	12.2 ± 3.0			
Тромбокрит, PCT	%	0.050 ± 0.050	0.116 ± 0.080	0.244 ± 0.100			

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Начальник ОБТК _____

