

ПАСПОРТ № 2634135

На «Гематологический контроль «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект 4	Номер серии:	2634135	Кол-во наборов:	62
ТУ 21.20.23-011-26329720-2019			Дата выпуска:	27.08.2026	Срок годности:	27.02.2027
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.						
Условия хранения: при 2-8 °С в течении 180 дней, после вскрытия 21 день, не замораживать.						
Наименование показателя	Номер серии	Дата изготовления	Срок годности	Характеристика и нормы	Кол-во в наборе	Результат контроля
Внешний вид						
Правильность маркировки упаковки набора реагентов и компонентов набора						соответствует
«Гематрол® 3D - Низкий»	2634135l	27.08.26	27.02.27	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,5 мл	соответствует
«Гематрол® 3D - Норма»	2634135n	27.08.26	27.02.27	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,5 мл	соответствует
«Гематрол® 3D - Высокий»	2634135h	27.08.26	27.02.27	жидкость темно-красного цвета	1 шт. по 4,5 мл	соответствует
Показатели правильности определения						
Определяемые параметры	«Гематрол® 3D - Низкий»		«Гематрол® 3D - Норма»		«Гематрол® 3D - Высокий»	
	Должен содержать	Результат	Должен содержать	Результат	Должен содержать	Результат
Абс. кол-во лейкоцитов, WBC [10^9 /л]	1,0 - 6,0	3.40	4,0 - 12,0	6.50	8,0 - 25,0	13.9
Абс. кол-во эритроцитов, RBC [10^{12} /л]	1,00 - 4,00	2.92	3,00 - 5,00	3.95	4,00 - 6,00	4.80
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT [10^9 /л]	40 - 120	70	100 - 300	188	200 - 600	348

Заключение: серия соответствует требованиям ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Начальник ОБТК _____

И.В. Валеева

Дата выдачи паспорта



АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	2634135	Дата выпуска	27.08.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	27.02.2027
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						Mindray BC-3600	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10 ⁹ /L	3.40 ± 1.00	6.70 ± 2.00	13.90 ± 4.00			
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	46.0 ± 15.0	41.0 ± 15.0	47.0 ± 15.0			
		0.46 ± 0.15	0.41 ± 0.15	0.47 ± 0.15			
Относ. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, Mid	%	8.0 ± 8.0	10.0 ± 10.0	11.0 ± 11.0			
		0.08 ± 0.08	0.10 ± 0.10	0.11 ± 0.11			
Относ. кол-во гранулоцитов, Gran	%	45.9 ± 15.0	49.7 ± 15.0	43.6 ± 15.0			
		0.46 ± 0.15	0.50 ± 0.15	0.44 ± 0.15			
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10 ⁹ /L	1.60 ± 0.50	2.70 ± 1.00	6.50 ± 2.10			
Абс. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, Mid	10 ⁹ /L	0.30 ± 0.30	0.70 ± 0.70	1.50 ± 1.50			
Абс. кол-во гранулоцитов, Gran	10 ⁹ /L	1.60 ± 0.50	3.30 ± 1.00	6.10 ± 2.10			
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10 ¹² /L	3.00 ± 0.30	4.00 ± 0.45	4.90 ± 0.60			
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.6 ± 1.0	12.0 ± 1.0	15.3 ± 1.0			
	g/L	86 ± 10	120 ± 10	153 ± 10			
	mmol/L	5.4 ± 0.7	7.5 ± 0.7	9.6 ± 0.7			
Гематокрит, HCT	%	27.0 ± 7.5	38.0 ± 10.0	47.0 ± 10.0			
	L/L	0.27 ± 0.08	0.38 ± 0.10	0.47 ± 0.10			
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	83.0 ± 12.0	88.4 ± 12.0	92.5 ± 12.0			
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	29.0 ± 7.0	30.0 ± 7.0	32.0 ± 7.0			
	fmol	1.9 ± 0.5	1.9 ± 0.5	2.0 ± 0.5			
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	35.0 ± 7.0	34.0 ± 7.0	35.0 ± 7.0			
	g/L	350 ± 70	340 ± 70	350 ± 70			
	mmol/L	21.8 ± 4.4	21.2 ± 4.4	21.8 ± 4.4			
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	14.3 ± 5.0	14.0 ± 5.0	14.0 ± 5.0			
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	38.2 ± 10.0	42.7 ± 10.0	43.8 ± 10.0			
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10 ⁹ /L	73 ± 35	190 ± 55	338 ± 115			
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	8.0 ± 3.0	7.0 ± 3.0	6.0 ± 3.0			
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	16.0 ± 3.0	16.0 ± 3.0	20.0 ± 3.0			
Тромбокрит, PCT	%	0.05 ± 0.05	0.13 ± 0.08	0.20 ± 0.10			
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	10 ⁹ /L	11.0 ± 5.5	20.0 ± 10.0	23.0 ± 11.5			
Доля больших тромбоцитов, PLC-R	%	15.0 ± 7.5	11.0 ± 5.5	6.8 ± 3.4			

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Начальник ОБТК _____

И.В. Валеева



АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	2634135	Дата выпуска	27.08.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	27.02.2027
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						Mindray BC-2800/BC-3000+/BC-3200	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10 ⁹ /L	3.50 ± 1.00	6.80 ± 2.00	14.20 ± 4.00			
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	47.0 ± 15.0	41.0 ± 15.0	46.0 ± 15.0			
		0.47 ± 0.15	0.41 ± 0.15	0.46 ± 0.15			
Относ. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, Mid	%	9.0 ± 9.0	8.0 ± 8.0	9.0 ± 9.0			
		0.09 ± 0.09	0.08 ± 0.08	0.09 ± 0.09			
Относ. кол-во гранулоцитов, Gran	%	45.5 ± 15.0	52.1 ± 15.0	45.7 ± 15.0			
		0.46 ± 0.15	0.52 ± 0.15	0.46 ± 0.15			
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10 ⁹ /L	1.60 ± 0.50	2.80 ± 1.00	6.50 ± 2.10			
Абс. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, Mid	10 ⁹ /L	0.30 ± 0.30	0.50 ± 0.50	1.30 ± 1.30			
Абс. кол-во гранулоцитов, Gran	10 ⁹ /L	1.60 ± 0.50	3.50 ± 1.00	6.50 ± 2.10			
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10 ¹² /L	3.00 ± 0.30	3.90 ± 0.45	4.80 ± 0.60			
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.6 ± 1.0	12.0 ± 1.0	15.4 ± 1.0			
	g/L	86 ± 10	120 ± 10	154 ± 10			
	mmol/L	5.4 ± 0.7	7.5 ± 0.7	9.6 ± 0.7			
Гематокрит, HCT	%	26.0 ± 7.5	36.0 ± 10.0	47.0 ± 10.0			
	L/L	0.26 ± 0.08	0.36 ± 0.10	0.47 ± 0.10			
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	81.6 ± 12.0	87.6 ± 12.0	93.0 ± 12.0			
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	30.0 ± 7.0	31.0 ± 7.0	33.0 ± 7.0			
	fmol	1.9 ± 0.5	2.0 ± 0.5	2.1 ± 0.5			
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	36.0 ± 7.0	36.0 ± 7.0	35.0 ± 7.0			
	g/L	360 ± 70	360 ± 70	350 ± 70			
	mmol/L	22.4 ± 4.4	22.4 ± 4.4	21.8 ± 4.4			
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	14.0 ± 5.0	15.0 ± 5.0	14.0 ± 5.0			
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	38.7 ± 10.0	43.4 ± 10.0	43.9 ± 10.0			
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10 ⁹ /L	70 ± 35	220 ± 55	430 ± 115			
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	7.0 ± 3.0	6.0 ± 3.0	5.5 ± 3.0			
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	fL	15.5 ± 3.0	15.0 ± 3.0	14.5 ± 3.0			
Тромбокрит, PCT	%	0.05 ± 0.05	0.14 ± 0.08	0.24 ± 0.10			

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Начальник ОБТК _____

И.В. Валеева



АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	2634135	Дата выпуска	27.08.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	27.02.2027
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						Mindray BC-30s	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC		10 ⁹ /L	3.60	± 1.00	6.90	± 2.00	14.50 ± 4.00
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym		%	47.0	± 15.0	42.0	± 15.0	46.0 ± 15.0
			0.47	± 0.15	0.42	± 0.15	0.46 ± 0.15
Относ. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, Mid		%	9.0	± 9.0	5.0	± 5.0	7.0 ± 7.0
			0.09	± 0.09	0.05	± 0.05	0.07 ± 0.07
Относ. кол-во гранулоцитов, Gran		%	45.2	± 15.0	54.4	± 15.0	47.9 ± 15.0
			0.45	± 0.15	0.54	± 0.15	0.48 ± 0.15
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym		10 ⁹ /L	1.70	± 0.50	2.90	± 1.00	6.70 ± 2.20
Абс. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, Mid		10 ⁹ /L	0.30	± 0.30	0.30	± 0.30	1.00 ± 1.00
Абс. кол-во гранулоцитов, Gran		10 ⁹ /L	1.60	± 0.50	3.80	± 1.00	6.90 ± 2.20
Абс. кол-во эритроцитов, RBC		10 ¹² /L	2.90	± 0.30	3.80	± 0.45	4.70 ± 0.60
Концентрация гемоглобина, HGB		g/dL	8.6	± 1.0	12.0	± 1.0	15.6 ± 1.0
		g/L	86	± 10	120	± 10	156 ± 10
		mmol/L	5.4	± 0.7	7.5	± 0.7	9.7 ± 0.7
Гематокрит, HCT		%	25.0	± 7.5	35.0	± 10.0	46.0 ± 10.0
		L/L	0.25	± 0.08	0.35	± 0.10	0.46 ± 0.10
Сред. объем эритроцита, MCV		fL	80.3	± 12.0	86.7	± 12.0	93.4 ± 12.0
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH		pg	31.0	± 7.0	32.0	± 7.0	34.0 ± 7.0
		fmol	2.0	± 0.5	2.0	± 0.5	2.2 ± 0.5
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC		g/dL	38.0	± 7.0	37.0	± 7.0	36.0 ± 7.0
		g/L	380	± 70	370	± 70	360 ± 70
		mmol/L	23.6	± 4.4	23.0	± 4.4	22.4 ± 4.4
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV		%	14.0	± 5.0	15.0	± 5.0	14.0 ± 5.0
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD		fL	39.1	± 10.0	43.8	± 10.0	43.9 ± 10.0
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT		10 ⁹ /L	82	± 35	250	± 55	516 ± 115
Сред. объем тромбоцита, MPV		fL	7.0	± 3.0	6.0	± 3.0	6.0 ± 3.0
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW		fL	16.0	± 3.0	16.0	± 3.0	15.0 ± 3.0
Тромбокрит, PCT		%	0.05	± 0.05	0.15	± 0.08	0.28 ± 0.10
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C		10 ⁹ /L	7.0	± 3.5	16.0	± 8.0	20.0 ± 10.0
Доля больших тромбоцитов, PLC-R		%	8.2	± 4.1	6.1	± 3.1	3.8 ± 1.9

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Начальник ОБТК _____

И.В. Валеева



АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	2634135	Дата выпуска	27.08.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	27.02.2027
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						URIT-2900+	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10 ⁹ /L	3.80 ± 1.00	7.00 ± 2.00	15.20 ± 4.00			
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	47.1 ± 15.0	40.7 ± 15.0	45.6 ± 15.0			
		0.47 ± 0.15	0.41 ± 0.15	0.46 ± 0.15			
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	10.3 ± 15.0	11.4 ± 15.0	11.1 ± 11.1			
		0.10 ± 0.15	0.11 ± 0.15	0.11 ± 0.11			
Относ. кол-во гранулоцитов, Gran	%	42.6 ± 15.0	47.9 ± 15.0	43.3 ± 15.0			
		0.43 ± 0.15	0.48 ± 0.15	0.43 ± 0.15			
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10 ⁹ /L	1.80 ± 0.60	2.80 ± 1.10	6.90 ± 2.30			
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10 ⁹ /L	0.40 ± 0.60	0.80 ± 1.10	1.70 ± 1.70			
Абс. кол-во гранулоцитов, Gran	10 ⁹ /L	1.60 ± 0.60	3.40 ± 1.10	6.60 ± 2.30			
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10 ¹² /L	3.00 ± 0.30	3.90 ± 0.45	4.80 ± 0.60			
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.5 ± 1.0	11.8 ± 1.0	15.6 ± 1.0			
	g/L	85 ± 10	118 ± 10	156 ± 10			
	mmol/L	5.3 ± 0.7	7.4 ± 0.7	9.7 ± 0.7			
Гематокрит, HCT	%	24.0 ± 7.5	34.0 ± 10.0	44.0 ± 10.0			
	L/L	0.24 ± 0.08	0.34 ± 0.10	0.44 ± 0.10			
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	81.2 ± 12.0	87.0 ± 12.0	91.9 ± 12.0			
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	29.0 ± 7.0	31.0 ± 7.0	33.0 ± 7.0			
	fmol	1.9 ± 0.5	2.0 ± 0.5	2.1 ± 0.5			
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	36.0 ± 7.0	36.0 ± 7.0	36.0 ± 7.0			
	g/L	360 ± 70	360 ± 70	360 ± 70			
	mmol/L	22.4 ± 4.4	22.4 ± 4.4	22.4 ± 4.4			
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	14.9 ± 5.0	15.2 ± 5.0	15.1 ± 5.0			
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	38.7 ± 5.0	42.5 ± 5.0	44.7 ± 5.0			
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10 ⁹ /L	65 ± 35	197 ± 55	391 ± 115			
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	7.0 ± 3.0	6.0 ± 3.0	6.0 ± 3.0			
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	%	11.5 ± 3.0	11.1 ± 3.0	10.6 ± 3.0			
Тромбокрит, PCT	%	0.050 ± 0.050	0.112 ± 0.080	0.202 ± 0.100			
Доля больших тромбоцитов, PLC-R	%	9.0 ± 4.5	7.0 ± 3.5	4.0 ± 2.0			
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	10 ⁹ /L	6.00 ± 3.00	12.00 ± 6.00	15.00 ± 7.50			

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Начальник ОБТК _____

И.В. Валеева



АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	2634135	Дата выпуска	27.08.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	27.02.2027
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						URIT Hemalit 3000	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10 ⁹ /L	4.10 ± 0.50	7.30 ± 1.00	16.40 ± 2.50			
Относ. кол-во лимфоцитов, LYM%	%	48.9 ± 15.0	41.0 ± 15.0	45.0 ± 15.0			
		0.49 ± 0.15	0.41 ± 0.15	0.45 ± 0.15			
Относ. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, MID%	%	12.0 ± 9.0	13.1 ± 9.0	11.9 ± 9.0			
		0.12 ± 0.09	0.13 ± 0.09	0.12 ± 0.09			
Относ. кол-во гранулоцитов GRAN%	%	39.1 ± 15.0	45.9 ± 15.0	43.1 ± 15.0			
		0.39 ± 0.15	0.46 ± 0.15	0.43 ± 0.15			
Абс. кол-во лимфоцитов, LYM#	10 ⁹ /L	2.00 ± 0.60	3.00 ± 1.10	7.40 ± 2.50			
Абс. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, MID#	10 ⁹ /L	0.50 ± 0.40	1.00 ± 0.70	2.00 ± 1.50			
Абс. кол-во гранулоцитов GRAN#	10 ⁹ /L	1.60 ± 0.60	3.40 ± 1.10	7.10 ± 2.50			
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10 ¹² /L	2.80 ± 0.15	3.80 ± 0.20	4.70 ± 0.30			
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.4 ± 0.5	11.7 ± 0.5	15.8 ± 0.5			
	g/L	84 ± 5	117 ± 5	158 ± 5			
	mmol/L	5.3 ± 0.4	7.3 ± 0.4	9.9 ± 0.4			
Гематокрит, HCT	%	22.5 ± 3.0	33.0 ± 3.0	43.0 ± 3.0			
	L/L	0.23 ± 0.03	0.33 ± 0.03	0.43 ± 0.03			
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	79.0 ± 5.0	85.5 ± 5.0	91.0 ± 5.0			
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	29.5 ± 3.0	30.5 ± 3.0	33.0 ± 3.0			
	fmol	1.9 ± 0.2	1.9 ± 0.2	2.1 ± 0.2			
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	37.0 ± 4.0	36.0 ± 4.0	36.5 ± 4.0			
	g/L	370 ± 40	360 ± 40	365 ± 40			
	mmol/L	23.0 ± 2.5	22.4 ± 2.5	22.7 ± 2.5			
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	15.5 ± 3.0	16.5 ± 5.0	16.0 ± 5.0			
Ширина распределения эритроцитов по объему - станд. отклонение, RDW-SD	fL	39.0 ± 5.0	42.5 ± 5.0	45.5 ± 5.0			
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10 ⁹ /L	74 ± 25	222 ± 45	457 ± 60			
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	5.5 ± 3.0	5.0 ± 3.0	4.5 ± 3.0			
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	%	7.5 ± 3.0	7.0 ± 3.0	6.5 ± 3.0			
Тромбокрит, PCT	%	0.040 ± 0.020	0.100 ± 0.060	0.200 ± 0.100			
Доля больших тромбоцитов, PLC-R	%	2.0 ± 2.0	1.5 ± 1.5	0.5 ± 0.5			
Абс. кол-во больших тромбоцитов, PLC-C	10 ⁹ /L	1.5 ± 1.2	3.0 ± 2.4	2.5 ± 2.0			

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Начальник ОБТК _____

И.В. Валеева



АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	2634135	Дата выпуска	27.08.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	27.02.2027
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						Medonic M-20	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10 ⁹ /L	3.50 ± 1.00	6.80 ± 2.00	14.70 ± 4.00			
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	45.0 ± 15.0	39.0 ± 15.0	45.0 ± 15.0			
		0.45 ± 0.15	0.39 ± 0.15	0.45 ± 0.15			
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	10.0 ± 10.0	10.0 ± 10.0	9.0 ± 9.0			
		0.10 ± 0.10	0.10 ± 0.10	0.09 ± 0.09			
Относ. кол-во гранулоцитов, Gran	%	45.2 ± 15.0	52.3 ± 15.0	46.4 ± 15.0			
		0.45 ± 0.15	0.52 ± 0.15	0.46 ± 0.15			
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10 ⁹ /L	1.60 ± 0.50	2.70 ± 1.00	6.60 ± 2.20			
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10 ⁹ /L	0.40 ± 0.40	0.70 ± 0.70	1.30 ± 1.30			
Абс. кол-во гранулоцитов, Gran	10 ⁹ /L	1.60 ± 0.50	3.60 ± 1.00	6.80 ± 2.20			
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10 ¹² /L	2.90 ± 0.30	3.80 ± 0.45	4.80 ± 0.60			
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.5 ± 1.0	12.0 ± 1.0	15.9 ± 1.0			
	g/L	85 ± 10	120 ± 10	159 ± 10			
	mmol/L	5.3 ± 0.7	7.5 ± 0.7	9.9 ± 0.7			
Гематокрит, HCT	%	25.0 ± 7.5	34.0 ± 10.0	45.0 ± 10.0			
	L/L	0.25 ± 0.08	0.34 ± 0.10	0.45 ± 0.10			
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	78.0 ± 12.0	84.6 ± 12.0	89.6 ± 12.0			
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	31.0 ± 7.0	32.0 ± 7.0	34.0 ± 7.0			
	fmol	2.0 ± 0.5	2.0 ± 0.5	2.2 ± 0.5			
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	39.0 ± 7.0	38.0 ± 7.0	38.0 ± 7.0			
	g/L	390 ± 70	380 ± 70	380 ± 70			
	mmol/L	24.3 ± 4.4	23.6 ± 4.4	23.6 ± 4.4			
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	12.1 ± 5.0	12.4 ± 5.0	12.5 ± 5.0			
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10 ⁹ /L	62 ± 35	161 ± 55	296 ± 115			
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	6.0 ± 3.0	6.0 ± 3.0	5.0 ± 3.0			
Тромбокрит, PCT	%	0.037 ± 0.037	0.085 ± 0.080	0.145 ± 0.100			

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} - среднее значение определяемого параметра, N - максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Начальник ОБТК _____



АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	2634135	Дата выпуска	27.08.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	27.02.2027
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						Swelab Alfa	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10 ⁹ /L	3.50 ± 1.00	6.80 ± 2.00	14.70 ± 4.00			
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	44.8 ± 15.0	38.2 ± 15.0	44.6 ± 15.0			
		0.45 ± 0.15	0.38 ± 0.15	0.45 ± 0.15			
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	10.0 ± 10.0	9.6 ± 9.6	9.0 ± 9.0			
		0.10 ± 0.10	0.10 ± 0.10	0.09 ± 0.09			
Относ. кол-во гранулоцитов, Gran	%	45.2 ± 15.0	52.3 ± 15.0	46.4 ± 15.0			
		0.45 ± 0.15	0.52 ± 0.15	0.46 ± 0.15			
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10 ⁹ /L	1.60 ± 0.50	2.60 ± 1.00	6.60 ± 2.20			
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10 ⁹ /L	0.40 ± 0.40	0.70 ± 0.70	1.30 ± 1.30			
Абс. кол-во гранулоцитов, Gran	10 ⁹ /L	1.60 ± 0.50	3.60 ± 1.00	6.80 ± 2.20			
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10 ¹² /L	2.90 ± 0.30	3.80 ± 0.45	4.80 ± 0.60			
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.5 ± 1.0	12.0 ± 1.0	15.9 ± 1.0			
	g/L	85 ± 10	120 ± 10	159 ± 10			
	mmol/L	5.3 ± 0.7	7.5 ± 0.7	9.9 ± 0.7			
Гематокрит, HCT	%	23.0 ± 7.5	32.0 ± 10.0	43.0 ± 10.0			
	L/L	0.23 ± 0.08	0.32 ± 0.10	0.43 ± 0.10			
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	78.0 ± 12.0	84.6 ± 12.0	89.6 ± 12.0			
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	31.0 ± 7.0	32.0 ± 7.0	34.0 ± 7.0			
	fmol	2.0 ± 0.5	2.0 ± 0.5	2.2 ± 0.5			
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	39.0 ± 7.0	38.0 ± 7.0	38.0 ± 7.0			
	g/L	390 ± 70	380 ± 70	380 ± 70			
	mmol/L	24.3 ± 4.4	23.6 ± 4.4	23.6 ± 4.4			
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	12.1 ± 5.0	12.4 ± 5.0	12.5 ± 5.0			
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10 ⁹ /L	62 ± 35	153 ± 55	288 ± 115			
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	6.0 ± 3.0	6.0 ± 3.0	5.0 ± 3.0			
Тромбоцит, PCT	%	0.040 ± 0.040	0.082 ± 0.080	0.141 ± 0.100			

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Начальник ОБТК

И.В. Валеева



АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	2634135	Дата выпуска	27.08.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	27.02.2027
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						Horiba ABX Micros 60/OT60/ES60	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10 ⁹ /L	3.70 ± 1.00	6.90 ± 2.00	14.90 ± 4.00			
Относ. кол-во лимфоцитов, Lym	%	47.0 ± 15.0	40.0 ± 15.0	45.0 ± 15.0			
		0.47 ± 0.15	0.40 ± 0.15	0.45 ± 0.15			
Относ. кол-во моноцитов, Mon	%	10.0 ± 9.0	9.0 ± 9.0	9.0 ± 9.0			
		0.10 ± 0.09	0.09 ± 0.09	0.09 ± 0.09			
Относ. кол-во гранулоцитов, Gran	%	44.0 ± 15.0	51.0 ± 15.0	45.0 ± 15.0			
		0.44 ± 0.15	0.51 ± 0.15	0.45 ± 0.15			
Абс. кол-во лимфоцитов, Lym	10 ⁹ /L	1.70 ± 0.60	2.80 ± 1.00	6.70 ± 2.20			
Абс. кол-во моноцитов, Mon	10 ⁹ /L	0.40 ± 0.30	0.60 ± 0.60	1.30 ± 1.30			
Абс. кол-во гранулоцитов, Gran	10 ⁹ /L	1.60 ± 0.60	3.50 ± 1.00	6.70 ± 2.20			
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10 ¹² /L	2.90 ± 0.30	3.90 ± 0.45	4.80 ± 0.60			
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	8.5 ± 1.0	11.9 ± 1.0	15.6 ± 1.0			
	g/L	85 ± 10	119 ± 10	156 ± 10			
	mmol/L	5.3 ± 0.7	7.4 ± 0.7	9.7 ± 0.7			
Гематокрит, HCT	%	24.0 ± 7.5	33.0 ± 10.0	44.0 ± 10.0			
	L/L	0.24 ± 0.08	0.33 ± 0.10	0.43 ± 0.10			
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	80.0 ± 12.0	86.0 ± 12.0	92.0 ± 12.0			
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	30.0 ± 7.0	32.0 ± 7.0	33.0 ± 7.0			
	fmol	1.9 ± 0.5	2.0 ± 0.5	2.1 ± 0.5			
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	37.0 ± 7.0	37.0 ± 7.0	36.0 ± 7.0			
	g/L	370 ± 70	370 ± 70	360 ± 70			
	mmol/L	23.0 ± 4.4	23.0 ± 4.4	22.4 ± 4.4			
Ширина распределения эритроцитов по объему - коэфф. вариации, RDW-CV	%	13.9 ± 5.0	14.3 ± 5.0	14.0 ± 5.0			
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10 ⁹ /L	73 ± 35	206 ± 55	403 ± 115			
Ширина распределения тромбоцитов по объему, PDW	%	7.0 ± 3.0	6.0 ± 3.0	6.0 ± 3.0			
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	12.9 ± 3.0	11.5 ± 3.0	11.1 ± 3.0			
Тромбокрит, PCT	%	0.046 ± 0.046	0.117 ± 0.080	0.208 ± 0.100			

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Начальник ОБТК _____



АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

К «Гематологическому контролю «Гематрол® 3D»

для контроля качества проведения общего анализа крови по ТУ 21.20.23-011-26329720-2019

Кат.	GC-34	Комплект	4	Серия	2634135	Дата выпуска	27.08.2026
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать.						Годен до	27.02.2027
Условия транспортировки: при 2-8 °С, не замораживать. Допускается транспортирование при температуре до 27 °С, в течение 7 суток.							
Аттестованные значения для гематологического анализатора:						Drew D3	
Определяемый параметр			Низкая патология		Норма		Высокая патология
Кол-во лейкоцитов, WBC	10 ⁹ /L	3.75 ± 1.00	6.85 ± 2.00	13.40 ± 4.00			
Относ. кол-во лимфоцитов, LYM%	%	46.0 ± 15.0	35.6 ± 15.0	39.5 ± 15.0			
		0.46 ± 0.15	0.36 ± 0.15	0.39 ± 0.15			
Относ. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, MID%	%	6.3 ± 6.3	8.2 ± 8.2	8.3 ± 8.3			
		0.06 ± 0.06	0.08 ± 0.08	0.08 ± 0.08			
Относ. кол-во гранулоцитов, GRA%	%	47.7 ± 15.0	56.3 ± 15.0	52.2 ± 15.0			
		0.48 ± 0.15	0.56 ± 0.15	0.52 ± 0.15			
Абс. кол-во лимфоцитов, LYM#	10 ⁹ /L	1.70 ± 0.55	2.45 ± 1.05	5.30 ± 2.00			
Абс. кол-во смеси моноцитов, эозинофилов и базофилов, MID#	10 ⁹ /L	0.25 ± 0.25	0.55 ± 0.55	1.10 ± 1.10			
Абс. кол-во гранулоцитов, GRA#	10 ⁹ /L	1.80 ± 0.55	3.85 ± 1.05	7.00 ± 2.00			
Абс. кол-во эритроцитов, RBC	10 ¹² /L	3.05 ± 0.30	3.95 ± 0.45	4.85 ± 0.60			
Концентрация гемоглобина, HGB	g/dL	9.0 ± 1.0	12.4 ± 1.0	15.7 ± 1.0			
	g/L	90 ± 10	124 ± 10	157 ± 10			
	mmol/L	5.6 ± 0.7	7.8 ± 0.7	9.8 ± 0.7			
Гематокрит, HCT	%	25.5 ± 7.5	34.7 ± 10.0	45.2 ± 10.0			
	L/L	0.26 ± 0.08	0.35 ± 0.10	0.45 ± 0.10			
Сред. объем эритроцита, MCV	fL	83.6 ± 12.0	87.9 ± 12.0	93.1 ± 12.0			
Сред. содержание гемоглобина в эритроците, MCH	pg	29.5 ± 7.0	31.4 ± 7.0	32.4 ± 7.0			
	fmol	1.9 ± 0.5	2.0 ± 0.5	2.1 ± 0.5			
Сред. конц-я гемоглобина в эритроците, MCHC	g/dL	35.5 ± 7.0	35.5 ± 7.0	34.5 ± 7.0			
	g/L	355 ± 70	355 ± 70	345 ± 70			
	mmol/L	22.1 ± 4.4	22.1 ± 4.4	21.5 ± 4.4			
Ширина распределения эритроцитов по объему, RDW	%	14.0 ± 5.0	14.0 ± 5.0	13.3 ± 5.0			
Абс. кол-во тромбоцитов, PLT	10 ⁹ /L	110 ± 35	260 ± 55	500 ± 115			
Сред. объем тромбоцита, MPV	fL	6.0 ± 3.0	6.0 ± 3.0	5.0 ± 3.0			
Тромбокрит, PCT	%	0.066 ± 0.066	0.140 ± 0.080	0.250 ± 0.100			

*Аттестованные значения приведены в виде $X_{cp} \pm N$, где X_{cp} – среднее значение определяемого параметра, N – максимально допустимое отклонение от среднего значения

! Перед использованием набора реагентов обратитесь к инструкции по применению набора реагентов!

Начальник ОБТК _____

И.В. Валеева

